

DS CQL/005/01 - ESCOPO DE REFERÊNCIA Área: Produtos de Origem Animal: Rede Brasileira da Qualidade do Leite - RBQL Data da última atualização: 20/09/2018 Em vermelho: exclusão Em azul: correções e inclusões											
ID	Área	Classe de Ensaio	Classe de Matriz	Matriz	Determinação	Técnica	Método	Escopo Mínimo	Data de Inclusão	Data de Exclusão	Observações
1	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Gordura	Espectrometria de absorção no infravermelho médio	ISO 9622	Sim	9/20/2018	---	---
2	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Proteína total	Espectrometria de absorção no infravermelho médio	ISO 9622	Sim	9/20/2018	---	---
3	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Lactose anidra	Espectrometria de absorção no infravermelho médio	ISO 9622	Sim	9/20/2018	---	---
4	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Sólidos totais	Espectrometria de absorção no infravermelho médio	ISO 9622	Sim	9/20/2018	---	---
5	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Sólidos não gordurosos	Espectrometria de absorção no infravermelho médio	ISO 9622	Sim	9/20/2018	---	---
6	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Contagem padrão em placas	Citometria de fluxo	ISO 4833-1	Sim	9/20/2018	---	---
7	Qualidade do Leite	RBQL	Leite e Derivados	Leite cru	Contagem de células somáticas	Citometria de fluxo	ISO 13366-2	Sim	9/20/2018	---	---

DS/CQL/005/01 - ESCOPO DE REFERÊNCIA Área: Produtos de Origem Animal: Rede Brasileira da Qualidade do Leite Data da última atualização: 20/09/2018 Em vermelho: exclusão Em azul: correções e inclusões	
---	--

Método	Referência Bibliográfica
ISO 9622	Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 6731 / IDF 21 (Método de referência) preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622	Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 8968-1 / IDF 20-1 (método de referência) preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622	Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 22662 / IDF 198 preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622	Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração ao método ISO 6731 / IDF 021 (Método de referência) preconizado pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 9622	Método ISO 9622 / IDF 141 ancorado por calibração aos métodos IDF 001 / ISO 1211 (método de referência) e IDF 021 / ISO 6731 (método de referência) preconizados pelo Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal
ISO 4833-1	Método citométrico em fluxo com conversão para a contagem padrão em placas ancorada ao método de referência ISO 4833-1 segundo norma ISO 21187 / IDF 196.
ISO 13366-2	Método citométrico em fluxo segundo ISO 13366-2 / IDF 148-2 ancorado por calibração ao método ISO 13366-1 / IDF 148-1 (Método de referência).