



AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS E QUALIDADE DE
PRODUTOS
CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS

Programa de Comparação Interlaboratorial em

Biodiesel

PIB – 15ª Edição

Agosto de 2025

Protocolo de Instruções

1. Introdução

O Programa de Comparação Interlaboratorial em Biodiesel – PIB é um programa de ensaio de proficiência usado na avaliação do desempenho de laboratórios que analisam biodiesel. O provedor deste ensaio de proficiência é o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas – CPT, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

O PIB foi realizado pela última vez no ano de 2023, PIB 14, com a participação de setenta e um laboratórios.

Este protocolo de instruções apresenta as regras e as atividades a serem desenvolvidas ao longo desta edição do PIB. A coordenação do PIB busca seguir a norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011.

2. Objetivos

Dentre os objetivos do PIB da ANP, destacam-se:

- Avaliar o desempenho individual dos laboratórios para os ensaios propostos;
- Monitorar continuamente o desempenho dos laboratórios;
- Propiciar subsídios aos laboratórios para a identificação e solução de problemas analíticos;
- Agregar valor ao controle da qualidade dos laboratórios e
- Identificar diferenças interlaboratoriais nas análises propostas.

3. Cronograma

As atividades serão executadas conforme o cronograma abaixo:

Atividade	Data
Recebimento de inscrições	07 a 21 de agosto
Preparação dos itens de ensaio	04 a 12 de agosto
Retirada dos itens de ensaio pelos participantes	18 a 29 de agosto
Realização das análises	01 a 12 de setembro
Último dia para envio dos resultados	15 de setembro
Envio do relatório preliminar	26 de setembro
Envio do relatório final	03 de outubro

4. Laboratórios Participantes e Número de Vagas

A presente edição do PIB está aberta a todos os laboratórios interessados. A participação no PIB é gratuita. Não obstante, o número de participantes é limitado, de acordo com a quantidade das matrizes disponíveis e da capacidade do tanque de mistura do CPT. Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de itens de ensaio preparados, será adotada a seguinte ordem de prioridade no processamento das inscrições:

1. Laboratórios credenciados pela ANP, no âmbito do PMQBio ([Resolução ANP 860, de 2021](#));
2. Laboratórios de empresas de inspeção da qualidade ([Resolução ANP 859, de 2021](#));
3. Laboratórios [aptos](#) a realizarem análises de amostra-testemunha e contraprova;
4. Laboratórios com um ou mais ensaios em combustíveis com acreditação ativa na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio – RBLE;
5. Outros laboratórios interessados, pela ordem de inscrição.

5. Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas no período estabelecido no cronograma, e serão recebidas pelo CPT por meio do preenchimento e envio do Formulário de Inscrições, disponível no link abaixo. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Link para o Formulário de Inscrição:
<https://forms.office.com/r/xLB0CHqnhA>



Após o término do prazo de inscrições, caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas disponíveis, o CPT realizará o ranqueamento das inscrições conforme ordem de prioridades estabelecidas no item anterior.

6. Reclamações, Apelações, Dúvidas e Questionamentos

Reclamações, apelações, dúvidas e questionamentos podem ser submetidos ao CPT por meio do endereço de e-mail interbio@anp.gov.br. Ou por meio do WhatsApp (61-3255-5349):

<https://wa.me/message/VFIUMDGLK5T4M1>.

As reclamações, apelações e questionamentos serão registrados e tratados pelo CPT. Caso se mostrem pertinentes, ações corretivas serão implementadas.

7. Coordenador e Comissão Técnica

A comissão técnica é composta pelos seguintes integrantes do CPT:

Thiago Karashima (Coordenador)
 Rossine Amorim Messias

8. Item de Ensaio de Proficiência

Os itens de ensaio da presente rodada do PIB serão aqueles listados na tabela abaixo.

Os itens de ensaio de proficiência serão acondicionados em recipientes de volumes e materiais conforme descritos na tabela abaixo. Os recipientes serão envoltos por saco plástico e acomodados em caixas de papelão contendo vermiculita.

Matriz	Embalagem
Biodiesel	2 frascos de alumínio, totalizando 2 L

8.1. Preparação

Os itens de ensaio de proficiência serão preparados pelo CPT. O biodiesel será gentilmente cedido pela **BINATURAL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.**, Formosa, GO.

8.2. Retirada, Recebimento e Manuseio

Os laboratórios participantes deverão providenciar a retirada dos itens de ensaio no CPT, no período estipulado no cronograma.

Por ser órgão público, o CPT não disponibilizará nota fiscal do material. O CPT disponibilizará uma declaração de conteúdo, assinada pelo seu coordenador.

A retirada do material deverá ocorrer em dias úteis, no horário **entre 08:00 e 13:00**, no seguinte endereço:

SGAN, Quadra 603, Módulo I, 3º andar

ANP-CPT/CPAT

CEP: 70.830-902

Brasília-DF

WhatsApp: 61-3255-5349 <https://wa.me/message/VFIUMDGLK5T4M1>

No ato da retirada, o preposto do laboratório, ou da transportadora contratada, deverá informar o nome do laboratório e o destino, para que haja o devido controle.

Ao receber a remessa, os itens de ensaio de proficiência deverão ser retirados da caixa, avaliados quanto à sua integridade e quanto à ocorrência de eventual vazamento e mantidos em seu vasilhame original. Os itens de ensaio de proficiência deverão ser mantidos em temperatura ambiente (20 °C a 30 °C), fora de geladeira, afastados de fontes de calor e de incidência solar direta.

O participante deverá acusar o recebimento dos itens de ensaio, preenchendo e enviando para o CPT o Formulário de Recebimento do Item de Ensaio. O link para o formulário será enviado junto com as amostras e para o e-mail informado na Ficha de Inscrição.

8.3. Mensurandos e Características Avaliadas

Serão avaliados todos os ensaios previstos nas especificações estabelecidas pela ANP para os itens de ensaio, conforme tabela abaixo. Os métodos de ensaio aceitos serão aqueles previsto na referida resolução.

Matriz	Especificação da ANP
Biodiesel	Resolução ANP nº 920, de 2023 , inclusive o ensaio Teste de Filtração por Imersão a Frio (TFIF)

As resoluções da ANP estão disponíveis para consulta em: <https://atosoficiais.com.br/anp>

8.4. Análise do Item de Ensaio de Proficiência

O PIB é um programa simultâneo, no qual os participantes analisam o item de ensaio concomitantemente em um período estabelecido em cronograma. O programa simultâneo é descrito no item A.3 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011.

É importante que os itens de ensaio de proficiência sejam tratados como uma amostra de rotina, de forma a capturar as variabilidades reais existentes no dia a dia do laboratório.

Por apresentar propriedades sensíveis ao tempo, é essencial que os participantes iniciem e finalizem os ensaios dentro do período estipulado no cronograma.

A fim de se evitar diferenças de resultados em decorrência da degradação do item de ensaio, as seguintes análises devem ser realizadas primeiro:

Matriz	Ensaio a serem realizados primeiro
Biodiesel	Teor de Água, Estabilidade à oxidação

Não é permitida a subcontratação para realização de qualquer ensaio previsto neste protocolo.

8.5. Homogeneidade e Estabilidade

Um fator primordial em um programa interlaboratorial é a homogeneidade dos itens de ensaio, de modo a garantir que todos os laboratórios recebam itens de comparação com as mesmas propriedades físico-químicas.

Outro parâmetro essencial a ser garantido em programas de comparação interlaboratorial é a estabilidade dos itens de ensaio. A estabilidade está definida segundo a ABNT ISO Guia 30:2000 como sendo a capacidade que um material possui para manter o valor de uma determinada propriedade dentro de limites especificados por um período pré-estabelecido, quando estocado nas condições especificadas e visando identificar se há uma repetitividade em medições da amostra ao longo do tempo.

Com base na experiência acumulada ao longo das edições anteriores, nas quais ficou demonstrada a homogeneidade e estabilidade dos itens de ensaio, decidimos assumir essa premissa. Isto é, partimos do princípio de que os itens de ensaio são homogêneos e estáveis ao longo do período do programa. Além disso, a norma ISO 4259 para determinação de dados de precisão em normas de ensaio para produtos de petróleo adota essa premissa.

9. Responsabilidades dos Laboratórios Participantes

São de responsabilidade dos laboratórios participantes: providenciar a retirada dos itens de ensaio, receber os itens de ensaio, avaliar a integridade da amostra, preencher o formulário de recebimento de amostra, realizar as análises, enviar os resultados, avaliar o relatório preliminar e sugerir eventuais retificações ou melhorias.

10. Confidencialidade

Os participantes serão identificados por códigos, de forma que não seja possível discriminar a identidade de cada participante nos relatórios preliminar e final. O código será enviado por e-mail, para o endereço informado na ficha de inscrição. Apenas o próprio participante e a comissão técnica terão conhecimento dos códigos.

11. Conluio e Falsificação de Resultados

O CPT empregará esforços no sentido de identificar conluio e falsificação de resultados. Caso haja alguma suspeita de conluio ou falsificação de resultados, será instaurada investigação interna. Caso seja comprovado o desvio, os resultados e inscrições dos participantes envolvidos serão excluídos.

12. Registro e Envio dos Resultados

Os resultados deverão ser registrados na Formulário de Registro de Resultados, disponível em link a ser enviado oportunamente para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição. Deverão ser obedecidas as formas expressão dos resultados previstos nas normas de ensaio, tais como unidade, casas decimais, ou algarismos significativos. O separador decimal utilizado deverá ser a vírgula.

Os laboratórios devem se atentar para as unidades informadas no formulário de registro de resultados. Valores reportados com casas decimais ou algarismos excedentes serão arredondados conforme ABNT NBR 5891 (regra do par mais próximo). Os resultados devem ser reportados conforme estabelecido em cada norma de ensaio. Os participantes que não seguirem essas observações terão os dados excluídos para o ensaio em questão.

Respeite o número de casas decimais ou algarismos significativos, e a unidade da grandeza medida, estabelecidos por cada norma de ensaio, exceto quando indicado no formulário.

Algumas normas de ensaio estabelecem que em determinadas faixas do mensurando devem ser empregados caracteres especiais e textos (>, <, "menor que", "maior que", "não detectado", etc). Nesses casos, o participante que optar por reportar o resultado dessa forma não terá o desempenho avaliado.

É importante que o responsável pelo envio dos resultados realize análise crítica dos resultados, de forma a evitar erros de digitação, erros de unidades, dentre outros erros grosseiros. Retificações na Ficha de Registro de Resultados não serão aceitas, passado o prazo final para envio dos resultados.

13. Modelo Estatístico

Para resultados de natureza quantitativa (grandezas), o valor designado será o valor de consenso dos resultados reportados pelos participantes. Optou-se pelo valor de consenso por não dispormos de um valor de referência estabelecido para os mensurandos, assim como pela ausência de um laboratório de referência para determinação do valor designado. O modelo estatístico adotado para estimação do valor de consenso (x_{pt}) e do desvio-padrão para avaliação da proficiência (σ_{pt}) será a análise robusta descrita como “algoritmo A”, no item C.3 da norma ABNT NBR ISO/IEC 13528:2015.

Para qualquer dos ensaios propostos neste programa interlaboratorial, caso não se obtenha um número suficiente de resultados válidos, ou caso os resultados se mostrem insuficientemente dispersos, ou com baixa resolução, de modo que o emprego do modelo estatístico proposto não seja viável, não será realizada avaliação de desempenho dos laboratórios. Caso não haja ameaça à confidencialidade, poderá ser apresentada somente a estatística descritiva dos resultados recebidos.

Para resultados de natureza qualitativa (atributos, escalas ordinais, etc), será adotado como valor designado a moda dos resultados.

13.1. Avaliação de Resultados

O desempenho dos participantes será avaliado por meio do escore z.

$|z| \leq 2$ indica desempenho satisfatório

$2 < |z| < 3$ indica desempenho questionável

$|z| \geq 3$ indica desempenho insatisfatório

Para resultados de natureza qualitativa, valores diferentes do valor designado serão classificados como insatisfatórios, exceto em casos em que a norma de ensaio estabeleça margem de variação do resultado como limite de precisão do método (p.ex. corrosividade ao cobre e cor ASTM).

14. Relatório Final

Será enviado o relatório preliminar do programa aos participantes, para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição. Após implementadas as eventuais retificações, será enviado o relatório final, via e-

mail. O relatório conterá descrições a respeito do item de ensaio, modelo estatístico, avaliação de desempenho, resultados e desempenho dos participantes.

15. Acesso aos Resultados do PIB

Solicitações futuras dos resultados e do código de identificação somente serão fornecidos para os contatos informados na ficha de inscrição.

16. Referências Bibliográficas

ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011 Versão Corrigida: 2017

17. Alterações deste documento

Data	Item	Alteração
07/08/2025 Versão 1	-	-