



Comunicado aos Profissionais de Saúde - Salbutamol

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2025

Inhalador de dose medida pressurizada de salbutamol - Reforço sobre informações do número de doses prescritas disponíveis no inalador.

Prezado(a) profissional de saúde,

Em linha com seu contínuo compromisso com o monitoramento do perfil de segurança de seus medicamentos, a GSK, por meio desta comunicação, tem como objetivo informar a respeito da revisão realizada na bula do Aerolin Spray para reforçar as informações sobre o inhalador de dose medida pressurizada sem contador de doses, especificamente no que se refere ao número de doses disponíveis no inhalador, conforme descrito na bula.

Mensagens-chave

- **O inhalador contém salbutamol suficiente para apenas 200 doses (inalações). Após 200 doses (inalações), o inhalador pode continuar a liberar um spray, mas sem a dose prescrita de salbutamol.**
- Ações como agitar, pesar ou submergir inhaladores não são precisos para determinar se um inhalador contém a dose prescrita de salbutamol.
- Deve-se considerar manter um registro do número de doses administradas ao paciente, para evitar o uso inadvertido de um inhalador vazio.
- Se o paciente estiver utilizando mais de um inhalador, é recomendável acompanhar o uso de cada inhalador separadamente.

Ação dos profissionais de saúde

Reforçamos que o texto de bula para o produto Aerolin foi revisado, a fim de incluir informações que reforçam o número de doses disponíveis no inhalador do Aerolin Spray, e desta forma, mitigar o risco potencial do uso inadvertido do inhalador vazio. A bula atualizada pode ser consultada no website da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=aerolin> ou no site da GSK: <https://br.gsk.com/pt-br/produtos/produtos-de-a-a-z/>

Os profissionais de saúde devem transmitir esta informação aos seus pacientes.

Notificação de eventos adversos

Os profissionais da saúde são encorajados a relatar reações adversas e erros de medicação pelo sistema VigiMed, disponível no portal da ANVISA, ou para a empresa detentora do registro diretamente, pela plataforma eletrônica <https://gsk.public.reportum.com>.

Contato da empresa

Para mais informações, por favor, entre em contato com nosso Departamento de Informações Médicas da GlaxoSmithKline (GSK), pelo telefone 0800 701 22 33 ou pelo e-mail medinfo@gsk.com.

Atenciosamente,

GlaxoSmithKline Brasil LTDA

Para acessar a bula de Aerolin Spray clicando aqui.

Este material é de propriedade da GSK, a reprodução deste é proibida sem o consentimento da empresa. Informação destinada exclusivamente para profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Recomenda-se a leitura da bula do produto, antes da prescrição de qualquer medicamento/vacina.. Mais informações à disposição, sob solicitação ao Departamento de Informações Médicas (DDG 0800 701 2233 ou medinfo@gsk.com). Para notificar informações de segurança, incluindo eventos adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos/vacinas da GSK, entre em contato diretamente com o Departamento de Farmacovigilância da empresa através da nossa plataforma eletrônica <https://gsk.public.reportum.com>, pelo e-mail farmacovigilancia@gsk.com ou por meio do representante do grupo de empresas GSK. As marcas registradas pertencem ou são licenciadas ao grupo de empresas GSK.