

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA DICOL

CIRCUITO DELIBERATIVO

Conforme decisão da Diretoria Colegiada em reunião realizada por meio do Circuito Deliberativo - CD 171/2025 - Esgotamento de Estoque, de 28/2/2025, informo:

Relator: Rômison Rodrigues Mota

Processo: 25351.905878/2025-41

Expediente: 0282245/25-1

Ementa: Trata-se de análise da solicitação, em caráter excepcional, apresentado pela empresa Euroimmun Brasil Medicina Diagnóstica Ltda., inscrita no CNPJ nº 93.741.726/0001-66, para esgotamento de estoque remanescente de dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*, registrados sob nº 10.338.930.175, 10.338.930.174 e 10.338.930.173, os quais se encontram caducos desde 18/02/2025, tendo em vista a desistência da renovação dos registros por parte da detentora (SEI 3444517).

Posição do Diretor: Favorável

Área: GGFIS

INFORMAÇÕES DA VOTAÇÃO

DIRETOR	VOTO
RÔMISON RODRIGUES MOTA	SIM
DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA	SIM
DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH	SIM

- A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade, **AUTORIZAR** o esgotamento de estoque de dispositivos médicos para diagnóstico *in vitro*, registrados sob nº 10.338.930.175, 10.338.930.174 e 10.338.930.173, conforme anexo, como consta no documento peticionado pela empresa no SEI 3444517, solicitada pela Euroimmun Brasil Medicina Diagnóstica Ltda. (CNPJ 93.741.726/0001-66), nos termos do voto do relator - Voto nº 65/2025/SEI/DIRE4/Anvisa (SEI 3462965).

ANEXO

FI 2191-1010 A – IF: CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA – registro 10.338.930.175 - processo 25351.709474/2014-12 – validade 18/02/2025

Nº do item	Descrição do item	Lote	Qtd	Vencimento	Fabricação
FI 2191-1010 A	IF: CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA	F241219BC	7	18/06/2026	19/12/2024

FI 2191-1010 G – IF: CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG – registro 10.338.930.174 - processo 25351.707770/2014-29 – validade 18/02/2025

Nº do item	Descrição do item	Lote	Qtd	Vencimento	Fabricação
FI 2191-1010 G	IF: CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG	F240702AB	6	01/01/2026	02/07/2024

FI 2191-1010 M – IF: CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM – registro 10.338.930.173 - processo 25351.707763/2014-94 – validade 18/02/2025

Nº do item	Descrição do item	Lote	Qtd	Vencimento	Fabricação
FI 2191-1010 M	IF: CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM	F240702AB	1	01/01/2026	02/07/2024

Documento assinado eletronicamente por **Lilian Nazare Sadalla Peres Pimentel, Secretário(a)-Geral da Diretoria Colegiada**, em 11/03/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **3474497** e o código CRC **0907A75C**.

Referência: Processo nº 25351.905878/2025-41

SEI nº 3474497