

153ª Reunião Ordinária Conitec

Data e horário: 3 de julho de 2026 - 9h às 18h

Comitê de Produtos e Procedimentos

1. Apreciação inicial da ressecção retal assistida por robô para o tratamento de pacientes com câncer de reto localizado ou localmente avançado.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

2. Apreciação inicial da angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos e probabilidade pré-teste baixa ou intermediária com suspeita de doença arterial coronariana estável.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

3. Apreciação inicial do sistema de monitoramento contínuo da glicose em tempo real (rt-CGM) para o monitoramento de glicose em pessoas com diabetes mellitus tipo 1.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

4. Apreciação inicial do transplante de células-tronco hematopoéticas autogênico de medula óssea e de sangue periférico para pacientes com diagnóstico de retinoblastoma.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

5. Apreciação inicial da monitorização neurofisiológica intraoperatória para cirurgias da coluna vertebral associadas à escoliose e outras deformidades da coluna.

Retirado de pauta.

6. Apreciação inicial da monitorização neurofisiológica intraoperatória para pacientes adultos e pediátricos submetidos a cirurgias de cabeça e pescoço envolvendo a glândula tireoide (paratireoidectomia com linfadenectomia, tireoidectomia com linfadenectomia, ressecção de paratireoide e esvaziamento cervical).

Retirado de pauta.

7. Apreciação inicial da monitorização intraoperatória neurofisiológica em pacientes com epilepsia submetidos à cirurgia de ressecção de foco epileptogênico.

Retirado de pauta.

8. Apreciação inicial da monitorização intraoperatória neurofisiológica para pacientes com tumores de base de crânio, tumores próximos à área motora ou da fala, tumores do tronco encefálico ou do quarto ventrículo.

Retirado de pauta.