



Comissão Nacional de Energia Nuclear

Pregão Nº 00007/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Sistema Digitalização Imagem Radiológica</u>	Unidade	1	R\$ 216.975,0000	R\$ 178.695,0000	R\$ 178.695,0000

Marca: FUJIFILM / FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM CORPORATION

Modelo / Versão: FCR CAPSULA XL II / DRYPIX Edge

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: FCR CAPSULA XL II Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION – JAPÃO Registro na ANVISA: 80022060053 FCR CÁPSULA / 80022060063 CONSOLE ADVANCE / 80022060059 ECRAN / 80022060017 CHASSI DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete para Raios X e Mamografia. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X e Mamografia por placas de fósforo, monocassete. A digitalização das Imagens de Radiologia Convencional com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X e 20 pixels/mm em Mamografia. Leitura em 50 e 100 microns. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 62 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3,0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações); Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3,0, Storage; Serviço DICOM 3,0 Print; Serviço DICOM 3,0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3,0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3,0 Modality Performed Procedure Step. - "Modelo: DRYPIX Edge Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION – JAPÃO Registro na ANVISA: 80022060088 IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: Sistema de documentação a seco. Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos (20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm). Resolução de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3,0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3,0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm."

Total do Fornecedor: R\$ 178.695,0000

Valor Global da Ata: R\$ 178.695,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)