



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

JUSTIFICATIVA PARA FRACASSO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2017

Processo nº 60550.005595/2016-61

1. Informo que o Pregão Eletrônico 16/2017, cujo objeto é a aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Clínica de Pneumologia, foi fracassado, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico 0520412 inserida no processo SEI.
2. O fracasso do pregão se deu pelos seguintes fatos:
 - Somente uma empresa, a Europa Medico Service Ltda-Epp, CNPJ 00.118.694/0001-66, participou do certame.
 - Do total de 9 itens, 1 (item 2) ficou deserto, ou seja, não tiveram apresentação de propostas.
 - Não foi obtido êxito na negociação dos 3 itens (6, 7 e 8) que estavam acima do valor de referência, ocasionando o cancelamento, visto que não havia mais propostas para negociar.
 - Os 5 itens ganhos pela licitante (1, 3, 4, 5 e 9), após análise da proposta de preço pela Sra. Christiane Aires Teixeira, que durante a realização do certame respondeu pela Chefia da Clínica de Pneumologia, não foram aprovados pelos motivos listados abaixo, conforme Parte 55 anexada no processo 0514987, ocasionando o cancelamento por não ter mais propostas para negociação:

01	Basket pulmonar para retirada de corpo estranho, descartável, para uso em broncoscopia. Comprimento útil	No detalhamento do produto, pinça de corpo estranho, não há indicação das medidas de comprimento, abertura e tamanho mínimo do canal, dessa forma a
----	--	---

	115cm, abertura 11mm, tamanho mínimo do canal de 1.2mm.	proposta não atende o solicitado no Pregão eletrônico nº 16/2017.
03	Escova para citologia pulmonar descartável para uso em broncoscopia. Comprimento útil 115cm, diâmetro/comprimento da escova 10mm/20mm, tamanho mínimo do canal 2mm.	No detalhamento do produto, escova de citologia, as medidas apresentadas em relação ao comprimento útil do equipamento não atendem o solicitado. Não há indicação das medidas de diâmetro e tamanho mínimo do canal, dessa forma a proposta não atende o solicitado no Pregão eletrônico nº 16/2017.
04	Pinça para biopsia autoclavável rotatória com mandíbula fenestrada e com parte distal flexível para uso em broncoscopia. Comprimento útil 105cm, abertura da mandíbula 4mm, tamanho mínimo do canal 2mm.	No detalhamento do produto, pinça de biopsia, não há indicação das medidas de abertura e tamanho mínimo do canal, dessa forma a proposta não atende o solicitado no Pregão eletrônico nº 16/2017.
05	Pinça para biopsia autoclavável rotatória com mandíbula fenestrada, espícula e com parte distal flexível para uso em broncoscopia. Comprimento útil 105cm, abertura da mandíbula 4.4mm, tamanho mínimo do canal 2mm.	No detalhamento do produto, pinça de biopsia, não há indicação das medidas de abertura e tamanho mínimo do canal, dessa forma a proposta não atende o solicitado no Pregão eletrônico nº 16/2017.
09	Cateter balão pulmonar duplo lumen, compatível com fio guia 0,021" e canal de injeção posterior ao balão, para uso em broncoscopia. Comprimento útil 105cm, diâmetro de cateter de balão 11mm, tamanho mínimo do canal de 2mm.	No detalhamento do produto, balão extrator de cálculo MTW-com inserção para injeção de contraste, não há indicação das medidas de comprimento útil, tamanho mínimo do canal e a medida de diâmetro é incompatível com o solicitado, dessa forma a proposta não atende o solicitado no Pregão eletrônico nº 16/2017.



Brasília - DF, 10 de maio de 2017.

FLÁVIA DE ALENCAR RAMOS
Pregoeira



Documento assinado eletronicamente por **Flavia de Alencar Ramos, Pregoeiro(a)**, em 10/05/2017, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0520420** e o código CRC **5D4D650A**.