

ANEXO G – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	ENDOSCÓPIO - BRONCOFIBROSCÓPIO				Manual do Equipamento Registrado na ANVISA e/ou Relatório Técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprova o atendimento do requisito	
	Característica	Subcaracterística		Especificação Final		
01	1	DESCRIÇÃO	1.1	Geral	Endoscópio - Broncofibroscópio	
				1.2	Aplicação Geral	Endoscopia do trato respiratório (Broncofibroscópio)
	2	CARACTERÍSTICAS GERAIS	2.1 Ótica	2.1.1	Direção de visão: Frontal	
				2.1.2	Campo de visão de no mínimo 100° (graus)	
				2.1.3	Profundidade de campo de visão: Mínimo aproximado de 5 a 50 mm	
			2.2 Tubo de inserção	2.2.1	Ponta distal com diâmetro máximo de 6,0 mm	
				2.2.2	Canal de biópsia de no mínimo 2,0 mm	
				2.2.3	Angulação mínima de: 180° (graus) para cima e 130° (graus) para baixo	
				2.2.4	Comprimento útil de trabalho de no mínimo 550 mm	
	2.2.5	Esterilizável				
		2.3 Fonte de luz	2.3.1	Lâmpada xenon com potência mínima 100W (cem watts)		

				2.3.2	Possibilidade de ajuste da intensidade luminosa	
				2.3.3	01 Cabo de fibra ótica com conectores	
				2.3.4	Alimentação elétrica em rede 60 Hz, 127 ou 220 V, a ser definida no momento do fornecimento do equipamento.	
	3	ACESSÓRIOS	3.1 Acessórios	3.1.1	10 (dez) pinças de biópsia autoclavável, tipo concha, oval fenestrada compatível com o equipamento ofertado	
				3.1.2	01 (uma) Escova de citologia	
				3.1.3	01 (uma) Escova de limpeza do canal de biópsia	
				3.1.4	01 (uma) Escova para limpeza da abertura do canal	
				3.1.5	01 (uma) Lâmpada sobressalente para fonte de luz	
				3.1.6	Kit para limpeza composto de silicone e limpador de lentes	
				3.1.7	Estojo ou maleta para acondicionamento e transporte do instrumental e endoscópio	
				3.1.8	Demais acessórios Standard como adaptadores, tampas, válvulas, bocais e pontas que acompanham o equipamento	
	4	NORMALIZAÇÃO	4.1 Normalização	4.1.1	Conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1 ou equivalente com o país de origem.	
				4.1.2	Certificado de Registro na ANVISA.	

ITEM	<b>VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL COM MONITOR</b>					Manual do Equipamento Registrado na ANVISA e/ou Relatório Técnico entregue na ANVISA e
------	--	--	--	--	--	--

					respectiva página destes que comprova o atendimento do requisito
02	Característica		Subcaracterística		Especificação Final
	1	DESCRIÇÃO	1.1	Geral	Videolaringoscópio
		1.2	Aplicação Geral	Videolaringoscópio portátil com Monitor; Equipamento para intubações endotraqueais difíceis;	
2	CARACTERÍSTICAS GERAIS	2.1 Características Gerais	2.1.1	Composto de lâminas de tamanhos 1 a 4 (no mínimo);	
			2.1.2	Com sistema de vídeo;	
			2.1.3	Sistema anti fog;	
			2.1.4	Câmera de alta resolução;	
			2.1.5	Monitor portátil de no mínimo 3,5";	
			2.1.6	Tela anti reflexiva colorida;	
3	ACESSÓRIOS	3.1 Acessórios	3.1.1	Bateria de longa duração recarregável;	
			3.1.2	Carregador de bateria;	
			3.1.3	Estilet rígido;	
			3.1.4	Bolsa para transporte;	
			3.1.5	No caso do videolaringoscópio utilizar lâminas descartáveis, a empresa deverá fornecer 15 caixas (com 50 unidades) de cada numeração das lâminas solicitadas.	
		4.1.1	Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento		
4	NORMAS	4.1 Normas	4.1.2	Conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1 ou equivalente com o país de origem.	
			4.1.3	Conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1 ou equivalente com o país de origem.	

				4.1.4	Certificado de Registro na ANVISA.	
--	--	--	--	-------	------------------------------------	--