

ALERTAS:

Resumos de alertas de Tecnovigilância emitidos pela Anvisa:

Alerta 2479 (Tecnovigilância) - Carbogel - Lubrigel Lubrificante Íntimo - Erro na rotulagem do produto

Ação: Ação de Campo Código 17/17 desencadeada sob responsabilidade da empresa Carbogel Indústria e Comércio Ltda. Fará distribuição de informativos (panfletos/folhetos).

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2479

Alerta 2480 (Tecnovigilância) - Abbott- i-STAT KAOLIN ACT CARTRIDGE - Interferência medicamentosa

Ação: Ação de Campo Código APOC2017-008 desencadeada sob responsabilidade da empresa Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Fará interação com medicamento aprotinina (TrasyloI).

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2480

Alerta 2481 (Tecnovigilância) - Maquet - Foco Cirúrgico Volista Access – Potencial queda de parte do equipamento

Ação: Ação de Campo Código MAS-2017-006IU desencadeada sob responsabilidade da empresa Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2481

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

Alerta 2482 (Tecnovigilância) – Siemens - ADVIA Centaur Ciclosporina (CsA); ADVIA Centaur DHEA-SO4 (DHEAS); ADVIA CENTAUR FOL; ADVIA CENTAUR HBc IgM- Interferência por Biotina

Ação: Ação de Campo Código CC 18-05 desencadeada sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Comunicado ao Cliente.

http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_groupId=33868&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_urlTitle=alerta-2482-tecnovigilancia-siemens-advia-centaur-ciclosporina-csa-advia-centaur-dhea-so4-dheas-advia-centaur-fol-advia-centaur-hbc-igm-interferencia-&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_assetEntryId=4016853&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_type=content

Alerta 2483 (Tecnovigilância) - Paramount - Qualitas Gama – Erro na mensuração da balança digital ao movimento das grades laterais

Ação: Ação de Campo Código 001-18AC desencadeada sob responsabilidade da empresa Paramount Bed do Brasil Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2483

Alerta 2484 (Tecnovigilância) - bioMerieux - VIDAS - Sistema Automatizado para Execução de Testes de Diagnóstico Laboratorial - Defeito na aspiração da bomba

Ação: Ação de Campo Código FSCA 3749 desencadeada sob responsabilidade da empresa bioMerieux Brasil Ind e Com de Prod Laboratoriais Ltda. Orientação dos clientes quanto às ações definidas.

http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_groupId=33868&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_urlTitle=alerta-2484-tecnovigilancia-biomerieux-vidas-sistema-automatizado-para-execucao-de-testes-de-diagnostico-laboratorial-defeito-na-aspiracao-da-bomba&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_assetEntryId=4017025&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_type=content

Alerta 2485 (Tecnovigilância) - Siemens - Equipamento para Angiografia Artis One

Ação: Ação de Campo Código AX069/17/S & AX071/17/S desencadeada sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Fará correção em campo

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2485

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

Farmacovigilância:

Anvisa determina proibida a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto SOAP AICOOOL GEL 70° INMP, fabricado pela empresa SOAP Industria e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.-ME

Produto: SOAP AICOOOL GEL 70° INMP

Fabricante: SOAP Industria e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.-ME

Motivo: Comprovação da fabricação e comércio do produto sem registro na Anvisa.

Ação: Verificar se seu hospital possui esse produto, desse lote, retirá-lo de uso e comunicar à Anvisa, ao Vigihosp e à empresa para que promova o recolhimento.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 311, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=55&data=10/01/2018>

Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

Não houve publicação.

INFORMES:

Ministério da Saúde redefine a distribuição de 140 aceleradores do Plano de Expansão da Radioterapia. Ação ampliará assistência em todo o país, beneficiando 70 milhões pacientes por ano em áreas com déficit assistencial. Estimativa do Inca aponta 600 mil novos casos de câncer no país por ano.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42433-ministerio-da-saude-redistribui-140-aceleradores-do-plano-de-expansao-da-radioterapia>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

Ministério da Saúde lança campanha para incentivar diagnóstico precoce e busca ativa de casos de Hanseníase.

Em dez anos, taxa de detecção da doença caiu 42%, que é mais frequente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Hanseníase tem cura e o tratamento é ofertado gratuitamente no SUS.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42423-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-incentivar-diagnostico-precoce-e-busca-ativa-de-casos-de-hanseniose>

STF mantém regra da Anvisa que proíbe aditivos para mudar sabor e cheiro de cigarros. O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil manteve nesta quinta-feira (1) a validade da resolução 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que impede o uso de aditivos em produtos derivados do tabaco. Com isso, volta a ficar proibido o uso desses agentes para, por exemplo, modificar o sabor e o cheiro de cigarros, tornando-os mais atrativos, principalmente para os jovens.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5587:stf-mantem-regra-da-anvisa-que-proibe-aditivos-para-mudar-sabor-e-cheiro-de-cigarros&Itemid=839

OPAS/OMS aponta estigma como obstáculo para eliminar hanseníase. No marco do Dia Mundial de Combate à Hanseníase, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) participou nesta quarta-feira (31), em Belém (PA), do lançamento de uma nova campanha de conscientização do Ministério da Saúde do Brasil sobre a doença.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5586:opas-oms-aponta-estigma-como-obstaculo-para-eliminar-hanseniose&Itemid=812

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

3º Seminário Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em saúde. 25 a 27 de outubro de 2018, em São Paulo.

Fonte: ONA

<https://www.ona.org.br/Agenda/294/3-Seminario-Internacional-de-Seguranca-do-Paciente-e-Acreditacao-em-Saude>

XXVI Simpósio Internacional de Hemoterapia e Terapia Celular. O evento visa proporcionar a atualização científica em terapia celular em diversas áreas, incluindo hematologia, oncologia, nefrologia, ortopedia, ginecologia e dermatologia. Serão abordados aspectos críticos no processamento das células, processo de liberação e aprovação de projetos nesta área. Acontece em São Paulo – SP, nos dias 05 a 07 de abril de 2018.

Fonte: Hospital Albert Einstein

https://www.einstein.br/ensino/evento/forum_internacional_de_terapia_celular_einstein

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

**UM MOSQUITO PODE
PREJUDICAR UMA VIDA.
E O COMBATE COMEÇA POR VOCÊ.**



FEVEREIRO

Mês de conscientização e prevenção sobre

Lúpus, Fibromialgia e Mal de Alzheimer

Elaboração:

Bruna Mafra Guedes
Lorena Bezerra Carvalho
Márcia Amaral Dal Sasso

Revisão:

Márcia Amaral Dal Sasso

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

O “Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---