

ALERTAS:

Tecnovigilância:

Alerta 2509 (Tecnovigilância) - Wright Medical Brasil Ltda Me - Parafusos de Travamento Darco - Possibilidade de que parafusos passem pela placa durante procedimento cirúrgico.

Ação: Ação de Campo Código 001/2018 desencadeada sob responsabilidade da empresa Wright Medical Brasil Ltda Me. Parafusos De Travamento Darco.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2509

Alerta 2510 (Tecnovigilância) - Dräger Indústria e Comércio Ltda - Infinity M540 - Possibilidade de falha na ativação dos alarmes sonoros e visuais de pressão invasiva.

Ação: Ação de Campo Código PR75096 - TSB 13 desencadeada sob responsabilidade da empresa IDräger Indústria e Comércio Ltda. Aviso Importante de Segurança.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2510

Alerta 2511 (Tecnovigilância) - VR Medical - Agulha para aspiração de medula óssea esterno-ilíaco Illinois - Produto pode estar com sua embalagem não íntegra, comprometendo sua estabilidade.

Ação: Ação de Campo Código AC 01-2018 desencadeada sob responsabilidade da empresa VR Medical importadora e distribuidora de produtos médicos Ltda. Fará recolhimento.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2511

Alerta 2512 (Tecnovigilância) - DAF - Termotek - Possibilidade do controlador de temperatura estar em desacordo com as normas vigentes.

Ação: Ação de Campo Código Rec 001_18 desencadeada sob responsabilidade da empresa DAF Indústria e Comércio de Equipamentos Tecnológicos Ltda. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2512

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

Alerta 2513 (Tecnovigilância) - MDT - Produtos na condição estéril fabricados no período de 01/03/2013 à 01/10/2017 - Alteração na tonalidade do indicador de estabilidade do produto.

Ação de Campo Código AC.2018.001 desencadeada sob responsabilidade da empresa MDT Industria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A. Fará atualização ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2513

Alerta 2514 (Tecnovigilância) - Diamed - ID-DIAPANEL - Equipamento não consegue efetuar a leitura do frasco de hemácia - teste.

Ação: Ação de Campo Código AC 2018/01 desencadeada sob responsabilidade da empresa Diamed Latino América S.A. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2514

Alerta 2515 (Tecnovigilância) - Auto Suture do Brasil Ltda - Dispositivo de Revascularização Mindframe Capture LP - Possibilidade de separação ou desprendimento parcial do dispositivo.

Ação: Ação de Campo Código FA804 desencadeada sob responsabilidade da empresa Auto Suture do Brasil Ltda. Fará recolhimento.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2515

Alerta 2516 (Tecnovigilância) - GE - PACS-IW – Possibilidade de erro de gerenciamento do banco de dados, que pode afetar a integridade das imagens adquiridas.

Ação: Ação de Campo Código FMI 85443 desencadeada sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2516

Alerta 2517 (Tecnovigilância) - Supermedy - Ausencia de informações no rotulo do produto (data de fabricação e nº de lote)

Ação: Ação de Campo Código 01 2018 desencadeada sob responsabilidade da empresa Supermedy imp. e exp.eireli. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2517

Alerta 2518 (Tecnovigilância) - Biomérieux - Vidas LH - Calibrador S1 com baixo valor para o kit VIDAS LH, resultado em mensagem “Calibração Invalida”

Ação: Ação de Campo Código FSCA 3816 desencadeada sob responsabilidade da empresa Biomérieux brasil Indústria e Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda. Fará recolhimento.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2518

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Laynne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Alerta 2519 (Tecnovigilância) - Dräger - Fabius Tiro, Fabius Plus XL e Fabius GS Premium - Possibilidade de falha no sistema de ventilação automática do dispositivo.

Ação: Ação de Campo Código PR75213 - TSB 232 desencadeada sob responsabilidade da empresa Dräger Indústria e Comércio Ltda. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2519

Alerta 2520 (Tecnovigilância) - Biomérieux - VIDAS FSH – Calibrador S1 com baixo valor para kit VIDAS FSH, resultado com mensagem “calibração inválida”

Ação: Ação de Campo Código FSCA 3834 desencadeada sob responsabilidade da empresa Biomérieux brasil Indústria e Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda. Fará recolhimento.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2520

Alerta 2521 (Tecnovigilância) - Siemens - Acelerador Linear Digital Primus e Acelerador linear Oncor – Atualização do software com objetivo de minimizar possibilidade de colisão do gantry ou da mesa de tratamento.

Ação: Ação de Campo Código TH009/17/S & TH010/17/S desencadeada sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2521

Alerta 2522 (Tecnovigilância) - Baxter - Homechoice para dialise peritoneal e Homechoice Claria - Alerta para que usuários abram corretamente a embalagem do Equipo Cassete

Ação: Ação de Campo Código FA - 2017 - 0017 desencadeada sob responsabilidade da empresa Baxter Hospitalar. Fará atualização e complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2522

Alerta 2523 (Tecnovigilância) - Baxter - Bomba Volumetrica de Infusao Colleague – Antecipação da manutenção preventiva do dispositivo

Ação: Ação de Campo Código FA-2018-008 desencadeada sob responsabilidade da empresa Baxter Hospitalar. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2523

Alerta 2524 (Tecnovigilância) - Maquet - Sistema de Ventilação, Sistema de Ventilação Servo-air, Ventilador Pulmonar Servo-I e Ventilador Pulmonar Servo-S - Possibilidade de parada da ventilação e disparo de alarme de alta prioridade.

Ação: Ação de Campo Código MCC/18/001/IU desencadeada sob responsabilidade da empresa Maquet do Brasil Equipamentos Medicos LTDA.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2524

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Laynne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Alerta 2525 (Tecnovigilância) - Maquet - Foco Cirúrgico Volista e Foco Cirúrgico Powerled/HLED - Possibilidade de desvio do campo de luz, devido a desgaste prematuro dos parafusos de freio.

Ação: Ação de Campo Código MSA2017005IU desencadeada sob responsabilidade da empresa Maquet do Brasil Equipamentos Medicos LTDA. Fará correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2525

Alerta 2526 (Tecnovigilância) - bioMerieux - VIDAS - Sistema Automatizado para Execução de Testes de Diagnóstico Laboratorial – Falhas de pipetagem do dispositivo podem afetar o volume da amostra do paciente pipetada.

Ação: Ação de Campo Código FSCA 3749 desencadeada sob responsabilidade da empresa bioMerieux Brasil Ind e Com de Prod Laboratoriais Ltda.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2526

Farmacovigilância:

Não houve publicações.

Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

Resolução-RE Nº 618, de 13 de março de 2018, revoga a Resolução-RE Nº 535, de 2 de março de 2018.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/03/2018&jornal=515&pagina=56&totalArquivos=210>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	---	---

Anvisa determina a interdição cautelar dos lotes 17/181 E10 e 17/248 E11 do produto ÁGUA SANITÁRIA DACLOR.

Produto: Água Sanitária Daclor.

Fabricante: Total Química Ltda. (CNPJ 68.418.433/0001-03)

Lote: 17/181 E10 e 17/248 E11

Motivo: Produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de teor de cloro.

Ação: Verificar se seu hospital possui esse produto, desse lote, retirá-lo de uso e comunicar à Anvisa e ao Vigihosp.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 662, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=134>

Anvisa proíbe a fabricação, fracionamento, distribuição, divulgação, comercialização e uso dos produtos BARRILHA LEVE e SULFATO DE ALUMÍNIO, assim como todos os produtos sujeitos a vigilância sanitária fabricado/produzidos por Aquaquímica Comercial Ltda.

Produto: Barrilha Leve e Sulfato de Alumínio, bem como de todos os produtos sujeitos a vigilância sanitária fabricados pela empresa.

Fabricante: Aquaquímica Comercial Ltda (CNPJ nº 67.535.088/0001-17).

Motivo: Comprovação do fracionamento irregular e comércio dos produtos saneantes sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Ação: Verificar se seu hospital possui esse produto, desse lote, retirá-lo de uso e comunicar à Anvisa e ao Vigihosp.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 666, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=134>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

INFORMES:

Ministério da Saúde inclui 10 novas práticas integrativas no SUS. Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) serão beneficiados com 10 novas Práticas Integrativas e Complementares (PICS). Os tratamentos utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para curar e prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42737-ministerio-da-saude-inclui-10-novas-praticas-integrativas-no-sus>

Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra HPV e meningite C. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou nesta terça-feira (13), em Brasília (DF), a nova campanha de vacinação contra a meningite C e HPV. A campanha tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar meninos e meninas, pais ou responsáveis, além de profissionais de saúde para a importância e o cumprimento da vacinação contra as duas doenças.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42742-ministerio-da-saude-lanca-nova-campanha-de-vacinacao-contra-hpv-e-meningite-c>

Ministério da Saúde quer vacinar 10 milhões de jovens e adolescentes contra meningite e HPV. Estudo realizado em 2017 indica que a prevalência estimada do HPV nas capitais do Brasil é de 54,3%. Campanha visa aumentar a cobertura vacinal dos adolescentes de 9 a 14 anos contra o HPV e Meningite C.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42748-ministerio-da-saude-quer-vacinar-10-milhoes-de-jovens-e-adolescentes-contra-meningite-e-hpv>

1º Congrepics aborda diálogo entre Biomedicina e saberes tradicionais indígenas. O tema esteve presente em três mesas no segundo dia de programação do Congresso.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/sesai/42767-1-congrecpics-aborda-dialogo-entre-biomedicina-e-saberes-tradicionais-indigenas>

Diretora da OPAS recebe medalha Oswaldo Cruz e assina novos acordos com Brasil. O Ministério da Saúde do Brasil, a Secretaria de Saúde Pública do Pará e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) firmaram nesta terça-feira (13), em Brasília, acordos para aperfeiçoar a atenção básica e a gestão em saúde. O primeiro documento assinado foi o termo de cooperação nº 100 (TC 100), que diz respeito ao fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5609:diretora-da-opas-recebe-medalha-oswaldo-cruz-e-assina-novos-acordos-com-brasil&Itemid=875

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

Angola e Brasil cooperam nas áreas de oncologia e doenças falciforme. Projetos no âmbito da cooperação Sul-Sul reforçam as relações bilaterais entre Brasil e Angola.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/noticias-aisa/42792-angola-e-brasil-cooperam-nas-areas-de-oncologia-e-doencas-falciforme>

Novo Protocolo garante tratamento de hepatite C para todos os brasileiros. Deverão ser tratadas 657 mil pessoas nos próximos anos para hepatites virais. No caso da hepatite C, a expectativa é ofertar tratamento para mais 50 mil pessoas somente neste ano.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42807-novo-protocolo-garante-tratamento-de-hepatite-c-para-todos-os-brasileiros>

Ministério da Saúde participa do maior evento sobre tecnologia da informação e comunicação em saúde nos EUA. Durante cinco dias, a HIMSS18 promoveu educação, colaboração e inovação voltadas para as TIC em saúde.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/sctie/42822-ministerio-da-saude-participa-do-maior-evento-sobre-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-em-saude-nos-eua>

Ministro da Saúde apresenta avanços na informatização do SUS. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou, nesta sexta-feira (16), da abertura do Seminário Novas Tecnologias em Saúde com o tema “Perspectivas para uma gestão eficiente”, organizado pela empresa Next Corp Tecnologia LTDA, em São Paulo (SP). Na ocasião, o ministro apresenta as principais conquistas no setor tecnológico e de informação para o Sistema Único de Saúde (SUS) durante sua gestão. Além disso, faz um balanço das ações e expectativas para o futuro tecnológico no SUS.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42826-ministro-da-saude-apresenta-avancos-na-informatizacao-do-sus>

Reunião em Brasília avalia ações de imunização para os povos indígenas. Acontece entre os dias 19 a 23/3, em Brasília (DF), a Reunião Nacional de Avaliação das Ações de Imunizações 2017 e Planejamento das atividades de vacinação para 2018, no âmbito da saúde indígena. O encontro reúne profissionais dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) que são referências técnicas para o gerenciamento das ações de imunização nas localidades indígenas de todo o país.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42835-reuniao-em-brasilia-avalia-acoes-de-imunizacao-para-os-povos-indigenas>

Economia da Saúde é tema de palestra em aula inaugural da UFPE. Aula inaugural marca o início do ano letivo para a turma do Mestrado Profissional em Gestão e Economia da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O curso, realizado em parceria com o Ministério da Saúde, inicia suas atividades com aula inaugural na segunda-feira, 19 de março. No evento, será realizada a palestra “Economia da Saúde: ferramentas para a tomada de decisão racional no SUS, ministrada pela técnica do Ministério da Saúde, Clementina Corah Lucas Prado.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/1332-desid-noticias/42828-economia-da-saude-e-tema-de-palestra-em-aula-inaugural-da-ufpe>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---

Vacinação contra sarampo é essencial para que países mantenham eliminação da doença nas Américas, reitera OPAS

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) adverte que, ante os surtos de sarampo nas Américas, os países devem redobrar esforços para vacinar suas populações, fortalecer a vigilância a fim de detectar possíveis pacientes e implementar medidas para responder rapidamente a qualquer caso suspeito, em uma atualização epidemiológica publicada nesta sexta-feira.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5610:vacinacao-contra-sarampo-e-essencial-para-que-paises-mantenham-eliminacao-da-doenca-nas-americas-reitera-opas&Itemid=820

Reunião em Brasília avalia ações de imunização para os povos indígenas. Encontro antecede ações do MVPI 2018, que deve vacinar mais de 115 mil indígenas.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42835-reuniao-em-brasilia-avalia-acoes-de-imunizacao-para-os-povos-indigenas>

Ministério da Saúde coordena debates sobre água e saúde pública em Fórum Mundial. O maior compromisso do evento, que está na sua 8ª edição, é colocar a água com prioridade na agenda das políticas públicas dos países.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42837-ministerio-da-saude-coordena-debates-sobre-agua-e-saude-publica-em-forum-mundial>

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

Capacitação em assistência farmacêutica para profissionais do sistema único de saúde (SUS) - com o uso da simulação realística. O curso é ofertado na modalidade presencial, em parceria com o Centro de Simulação Realística do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, realizado no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS). As inscrições serão destinadas ao cadastro de participantes, para o preenchimento de vagas nas turmas do ano 2018. Neste ano teremos 600 vagas, distribuídas em 15 turmas. Período: O período de inscrição será de 05 a 20 de março de 2018. Procedimentos: Cada candidato deverá efetivar a sua inscrição via internet, no período informado, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição (online), e deverá anexar cópia digitalizada dos documentos requisitados.

Fonte: Conasems

<http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Edital-Capacita%C3%A7%C3%A3o-AF-2018-final.pdf>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Laynne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

**UM MOSQUITO PODE
PREJUDICAR UMA VIDA.
E O COMBATE COMEÇA POR VOCÊ.**



O “Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	-------------------------------------	---