

ALERTAS:

Tecnovigilância:

Alerta 2532 (Tecnovigilância) - Siemens - Equipamento de Tomografia Computadorizado SOMATOM – Risco de exposição desnecessária à radiação.

Ação: Ação de Campo Código CT070/17/S desencadeada sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2532

Alerta 2533 (Tecnovigilância) – Cardinal Health do Brasil - Smart Flex Vascular Stent System (5 - 8 Mm) – Rachaduras no dispositivo podem resultar em extravasamento de solução salina.

Ação: Ação de Campo Código CRD1709046 desencadeada sob responsabilidade da empresa Cardinal Health do Brasil. Inspeção dos produtos. A empresa está realizando a avaliação dos produtos sob risco, para verificação do problema.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2533

Alerta 2534 (Tecnovigilância) – Biomérieux Ltda - FilmArray BCID Panel - Risco aumentado de resultados falso positivos de Proteus.

Ação: Ação de Campo Código FSCA 3822 desencadeada sob responsabilidade da empresa Biomérieux Brasil Indústria e Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda. Orientação aos clientes conforme carta a ser enviada.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2534

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Alerta 2535 (Tecnovigilância) – MAQUET - Esterilizadores por Vapor GSS67F – O software do produto está disponível apenas no idioma inglês, o que pode ocasionar dificuldades de entendimento e possíveis erros.

Ação: Ação de Campo Código 210396 desencadeada sob responsabilidade da empresa Maquet do Brasil Equipamentos Medicos Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2535

Alerta 2536 (Tecnovigilância) – Ortosintese - Cabeça Femoral Modular – Recolhimento de produto fora de especificações.

Ação: Ação de Campo Código 003/18 Cabeça Intercambiável C desencadeada sob responsabilidade da empresa Ortosintese Indústria e Comércio Ltda. Recolhimento de produto.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2536

Alerta 2537 (Tecnovigilância) – Philips- Ingenuity CT - Possibilidade de vazamento de óleo para a área da janela do tubo.

Ação: Ação de Campo Código FCO72800692 desencadeada sob responsabilidade da empresa Philips Medical Systems Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2537

Alerta 2538 (Tecnovigilância) – Roche - Cobas e801 Module – Problema no êmbolo da seringa do dispositivo.

Ação: Um novo kit de modificação de hardware que soluciona esse problema foi desenvolvido pelo fabricante e está sendo importado pela Roche Diagnóstica Brasil, para ser disponibilizado aos clientes. A instalação deste kit irá requer poucos minutos se o instrumento estiver disponível no modo [Standby]. O kit assegura o correto posicionamento e movimento do conjunto de seringas mencionado e, portanto, previne a falha. Ação de Campo Código SBN-CPS-2018-002 desencadeada sob responsabilidade da empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2538

Alerta 2539 (Tecnovigilância) – Auto Suture - Descartáveis Barrx – Reforço das informações contidas nas Instruções de Uso do produto.

Ação: Ação de Campo Código FA Barrx 360 desencadeada sob responsabilidade da empresa Auto Suture do Brasil Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2539

Alerta 2540 (Tecnovigilância) – Becton- BD Vacutainer Tubo de Plástico com Reagente para Coleta de Sangue a Vácuo – Possibilidade de ocorrência de desacoplamento da tampa do tubo durante a coleta e processamento da amostra de sangue.

Ação: Ação de Campo Código 16_Mar18 desencadeada sob responsabilidade da empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. Recolhimento

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2540

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

Não houve publicações.

INFORMES:

Saúde Universal é tema do Dia Mundial da Saúde deste ano. “Saúde para todas e todos. Em todos os lugares” é o lema escolhido pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) para a campanha do Dia Mundial da Saúde deste ano, celebrado em 7 de abril. Nesta data, os dois organismos internacionais chamam a atenção para a importância da saúde universal – que significa garantir que todas as pessoas e comunidades tenham acesso aos serviços de saúde sem qualquer forma de preconceito e sem sofrerem dificuldades financeiras.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5624:saude-universal-e-tema-do-dia-mundial-da-saude-deste-ano&Itemid=843

Representantes do Brasil e mais cinco países discutem Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde. A Capital Federal foi sede do I Encontro Internacional de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42929-representantes-do-brasil-e-mais-cinco-paises-discutem-gestao-e-regulacao-do-trabalho-em-saude>

Brasil lança estratégia para melhorar vida de idosos com base em recomendações da OMS. O governo do Brasil lançou nesta terça-feira (3/4) a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. A elaboração da iniciativa, que busca alcançar o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável para todos os brasileiros, contou com a colaboração da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5625:brasil-lanca-estrategia-para-melhorar-vida-de-idosos-com-base-em-recomendacoes-da-oms&Itemid=820

Barreiras que impedem acesso à saúde para um terço da população das Américas devem ser superadas, afirma OPAS. Às vésperas do Dia Mundial da Saúde, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, e a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, pediram nesta quarta-feira (4) por soluções coletivas que permitam a todas as pessoas, em todos os lugares, acessarem os serviços de saúde dos quais necessitam.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5627:barreiras-que-impedem-acesso-a-saude-para-um-terco-da-populacao-das-americas-devem-ser-superadas-afirma-opas&Itemid=843

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Aos 70 anos, Organização Mundial da Saúde continua trabalhando para uma saúde melhor para todas as pessoas e em todos os lugares. Em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) celebra seu 70º aniversário. Nas últimas sete décadas, o organismo internacional tem liderado esforços para livrar o mundo de doenças fatais, como a varíola, e para combater hábitos que podem levar à morte, como o consumo de tabaco.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5628:aos-70-anos-organizacao-mundial-da-saude-continua-trabalhando-para-uma-saude-melhor-para-todas-as-pessoas-e-em-todos-os-lugares&Itemid=843

Ministério da Saúde desenvolve ações para buscar respostas contra resistência aos antimicrobianos. Incentivar o desenvolvimento de pesquisas é a principal estratégia dos Ministério da Saúde para encontrar soluções para este problema mundial.

Fonte: Ministério da Saúde.

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42953-ministerio-da-saude-desenvolve-acoes-para-buscar-respostas-contr-resistencia-aos-antimicrobianos>

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

1º Simpósio da Fundação para Segurança do Paciente: Desafios e Soluções. 22 de junho de 2018, em São Paulo.

Fonte: Sympla

https://www.sympla.com.br/1-simposio-da-fundacao-para-seguranca-do-paciente-desafios-e-solucoes_268435

IV Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente. Erros de Medicação. 3 e 4 de agosto de 2018, em Belo Horizonte-MG.

Fonte: ISMP

<http://www.ismp-brasil.org/site/evento/vi-forum-internacional-sobre-seguranca-do-paciente-erros-de-medicacao/>



Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Abril pela **SEGURANÇA DO PACIENTE**

Todos podem contribuir para a segurança do paciente. Cada um fazendo a sua parte, todos ficam mais seguros.



Boas práticas devem ser compartilhadas. Se você tem alguma iniciativa pela segurança do paciente, envie seu material para: abrilsegpaciente@saude.gov.br

Todas as orientações da Campanha "Abril pela Segurança do Paciente" estão disponíveis no link da Campanha localizados no sítio eletrônico do Programa Nacional de Segurança do Paciente:

www.saude.gov.br/segurancadopaciente



Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

O “Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Layne Marques Araújo Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---