

ALERTAS:

Tecnovigilância:

Alerta 2559 (Tecnovigilância) – Signo Vinces Equipamentos Odontológicos Eireli - Sistema para Osteossíntese Buco-maxilofacial – Possibilidade de falha no uso da chave utilizada para inserção do parafuso no paciente.

Ação: Ação de Campo Código 001/2018 desencadeada sob responsabilidade da empresa Signo Vinces Equipamentos Odontológicos Eireli. Recolhimento.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2559

Alerta 2558 (Tecnovigilância) - Siemens - Equipamento de tomografia computadorizada Somatom – Possibilidade de exposição desnecessária à radiação durante tomografias com base em topogramas p.a (posterior-anterior) ou a.p.

Ação: Ação de Campo Código CT003/18/S desencadeada sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Correção em campo. Devido à possibilidade relatada, será realizada a atualização de software para devida correção do problema.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2558

Alerta 2557 (Tecnovigilância) – BMR Medical - Tela inorgânica - Dynamesh PR2 Soft tipo 2B 10x6cm – Conteúdo do pacote pode não corresponder ao rótulo do produto.

Ação: Ação de Campo Código 2018.002/OC5038 desencadeada sob responsabilidade da empresa BMR Medical LTDA - EPP. Recolhimento

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2557

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Alerta 2556 (Tecnovigilância) – BMR Medical - Tela inorgânica - Dynamesh PR4 Soft tipo 2B – PVDF - Conteúdo do pacote pode não corresponder ao rótulo do produto.

Ação: Ação de Campo Código 2018.001/OC5038 desencadeada sob responsabilidade da empresa BMR Medical LTDA - EPP. Recolhimento.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2556

Alerta 2555 (Tecnovigilância) – GE Healthcare - Densitometria Óssea / Densitômetro Osseo Lunar Dpx / Densitômetro Osseo Lunar Dpx / Densitômetro Ósseo Lunar Prodigy – Pode haver troca de informações sobre o paciente em determinadas condições.

Ação: Ação de Campo Código FMI 14017 desencadeada sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2555

Alerta 2554 (Tecnovigilância) – GE Healthcare - Sistema De Raios X Angiográfico / Sistema Guiado por Imagem / Sistema de Imagiologia Cardiovascular Innova – O dispositivo pode sofrer erro de anulação de raio-x durante o procedimento intervencionista em tempo real.

Ação: Ação de Campo Código FMI 12266 desencadeada sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2554

Alerta 2553 (Tecnovigilância) – GE Healthcare - Esteira Ergometrica GE T2100 – Instalação de peças reserva pode resultar em movimento descontrolado da cinta de locomoção que integra o dispositivo.

Ação: Ação de Campo Código FMI 30085 desencadeada sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Correção em campo.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2553

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Farmacovigilância

Anvisa determina apreensão e proíbe a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso de TODOS os medicamentos fabricados pela empresa Natusflora Indústria e Com. Importação e Exportação Ltda.

Produto: Todos os medicamentos fabricados por esta empresa, incluindo o Suplemento Alimentar Glucosamina + Condroitina.

Empresa: Natusflora Indústria e Com. Importação e Exportação Ltda.

Motivo: Divulgação do medicamento sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa

Ação: Verificar se seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso e comunicar à Anvisa e ao Vigihosp.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1024, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

Fonte: DOU

<https://goo.gl/kCSx7W>

Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

Não houve publicações.

INFORMES:

Jogador de futebol Edinson Cavani se une à OPAS para promover vacinação. O jogador de futebol uruguaio Edinson Cavani se uniu à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em uma campanha que busca gerar consciência sobre o poder das vacinas para fortalecer as defesas do organismo, prevenir doenças e salvar vidas.

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5648:jogador-de-futebol-edinson-cavani-se-une-a-opas-para-promover-vacinacao&Itemid=812

Vacinação contra Gripe. Entre para o time da saúde. Vacine-se contra Gripe e fique protegido.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/vacinagripe/>

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Saúde Brasil contra Influenza.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://saudebrasilportal.com.br/saude-brasil-contra-a-influenza>

SVS discute acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Entre 2007 e 2017, o Ministério da Saúde registrou mais de 698 mil acidentes graves de trabalho.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/svs/43163-svs-discute-acidentes-e-doencas-relacionadas-ao-trabalho>

Começa o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas. Lançamento aconteceu dia 21 de abril, na Aldeia Almofala, localizada no litoral cearense.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/sesai/43155-comeca-o-mes-de-vacinacao-dos-povos-indigenas>

Prêmio “Campeões contra a malária nas Américas” reconhecerá melhores práticas na criação de capacidades para combater a doença. Programas locais, nacionais e internacionais com abordagens inovadoras para superar os desafios impostos pela malária no continente americano são convidados a participarem do prêmio “Campeões contra a malária nas Américas” deste ano, lançado na quarta-feira (25).

Fonte: OPAS/OMS

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5650:premio-campeoes-contra-a-malaria-nas-americas-reconhecera-melhores-praticas-na-criacao-de-capacidades&Itemid=812

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

VI Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente – Erros de medicação. 03 a 04 de agosto de 2018. Auditório Nobre do CAD 1 - Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha.

Fonte: ISMP

<http://www.ismp-brasil.org/site/evento/vi-forum-internacional-sobre-seguranca-do-paciente-erros-de-medicacao/>

1º Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2019, no Rio de Janeiro.

Fonte: SOBRASP

<http://www.sobrasp2019.com.br/>

**UM MOSQUITO PODE
PREJUDICAR UMA VIDA.
E O COMBATE COMEÇA POR VOCÊ.**



Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Abril pela **SEGURANÇA DO PACIENTE**

Todos podem contribuir para a segurança do paciente. Cada um fazendo a sua parte, todos ficam mais seguros.



Boas práticas devem ser compartilhadas. Se você tem alguma iniciativa pela segurança do paciente, envie seu material para: abrilsegpaciente@saude.gov.br

Todas as orientações da Campanha "Abril pela Segurança do Paciente" estão disponíveis no link da Campanha localizados no sítio eletrônico do Programa Nacional de Segurança do Paciente:

www.saude.gov.br/segurancadopaciente



Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

O “Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---