



Tecnovigilância:

Alerta 2766 (Tecnovigilância) - Johnson & Johnson - Grampeador Hemorroidal Circular Proximate - Possibilidade de grampeamento parcial e irregular devido a falha de montagem em lotes específicos.

Ação: Ação de Campo Código 1378519 sob responsabilidade da empresa Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Prod. para Saúde Ltda. Recolhimento. Destruição.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2766

Alerta 2765 (Tecnovigilância) - Eckert & Ziegler Brasil Comercial Ltda - Família Captus - Possibilidade de falha do braço articulável que pode causar queda do colimador.

Ação: Ação de Campo Código 01.18 sob responsabilidade da empresa Eckert & Ziegler Brasil Comercial Ltda. Correção em Campo. Correção de partes/peças.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2765

Alerta 2764 (Tecnovigilância) - GE Healthcare do Brasil - Sistema de Mamografia Digital - Senographe Crystal Nova - Possibilidade de que exames de pacientes sejam misturados.

Ação: Ação de Campo Código FMI 12274 sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2764

Alerta 2763 (Tecnovigilância) - Roche Diagnóstica Brasil Ltda. - BM Lactato - Resultados fora das especificações em medições realizadas em altitudes superiores a 2000 metros.

Ação: Ação de Campo Código SBN-CPS-2018-023 sob responsabilidade da empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2763

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Alerta 2762 (Tecnovigilância) - Elekta - Mosaic - Possibilidade de que campos planejados com cunhas sejam aplicados sem cunha, com consequente recebimento de dose maior que a planejada.

Ação: Ação de Campo Código FCA_IMS_0027 sob responsabilidade da empresa Elekta Medical Systems Comércio e Serviços Radioterapia Ltda. Correção em campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2762

Alerta 2761 (Tecnovigilância) - Elekta - Mosaic - Possibilidade de que o campo de configuração possua isocentro incorreto.

Ação: Alerta 2761 (Tecnovigilância) - Elekta - Mosaic - Possibilidade de que o campo de configuração possua isocentro incorreto.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2761

Alerta 2760 (Tecnovigilância) - Stryker do Brasil - Suspensão Visum Led - Focos Cirúrgicos Visum - Possibilidade de que a EDS Suspension Light, Central Axis, tenha uma conexão insuficientemente montada.

Ação: Ação de Campo Código PFA 1947285 sob responsabilidade da empresa Stryker do Brasil. Correção em campo. Correção de partes/peças.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2760

Alerta 2759 (Tecnovigilância) - Abbott - Família Instrumento Alinity i-series - Possibilidade de quantidade inesperada de resíduos secos de tampão e formação de espuma/bolhas no reservatório de tampão de lavagem concentrado.

Ação: Ação de Campo Código FA20DEC2018 sob responsabilidade da empresa Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Correção em Campo. Substituição do Conjunto da Bomba de Engrenagem.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2759

Farmacovigilância:

Não houve publicação.

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde

Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

Anvisa determina a proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto Muri Master fabricado por Sociedade Industrial Lulack Ceras Ltda.

Produtos: Muri Master.

Fabricante: Sociedade Industrial Lulack Ceras Ltda.

Motivo: Comprovação de fabricação sem registro ou notificação na Anvisa.

Ação: Verificar se o Hospital possui este produto em estoque e recolher.

Resolução: Resolução-RE 48, de 08 de janeiro de 2019

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=47&data=11/01/2019>

INFORMES:

Medicamento para esclerose múltipla dará maior qualidade de vida aos pacientes

O Sistema Único de Saúde incorporou o acetato de glatirâmer 40 mg. O medicamento, com maior miligrama, permitirá que o paciente reduza de sete para três doses injetáveis por semana

Fonte: Ministério da Saúde - goo.gl/SLL3z6

Ministério da Saúde atualiza PCDT de Hepatite C

O Ministério da Saúde torna pública a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Hepatite C e Coinfecções.

Fonte: Ministério da Saúde - blog.saude.gov.br/z56qaz

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--	---

Ministério da Saúde atualiza casos de sarampo

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (09), as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação do sarampo no país.

Atualmente, Roraima e Amazonas apresentam surto de sarampo. O Ministério da Saúde presta assistência aos dois Estados.

Fonte: Ministério da Saúde - <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45089-ministerio-da-saude-atualiza-casos-de-sarampo-19>

Quatro ministérios lançam Plano Nacional de Controle de Antimicrobianos

Em reunião realizada, no dia 20 de dezembro de 2018, na Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), foi lançado o Plano Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no Âmbito da Saúde Única, também chamado de Plano de Resistência aos Antibióticos.

Fonte: Ministério da Saúde - <http://portalms.saude.gov.br/noticias/svs/45085-quatro-ministerios-lancam-plano-nacional-de-controle-de-antimicrobianos>

SUS oferta novo tratamento para pacientes com degeneração macular

Exame para diagnóstico e medicamento para estabilizar evolução da doença oftalmológica passam a ter cobertura pelo Sistema Único de Saúde. A degeneração macular é progressiva, levando à perda da visão

Fonte: Ministério da Saúde - <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45064-sus-ofertara-novo-tratamento-para-deneracao-macular>

PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2019, seção 1, páginas 69 e 70

Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2019&jornal=515&pagina=69&totalArquivos=75>

PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 7 DE JANEIRO DE 2019, seção 1, página 70

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Acromegalia.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2019&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=75>

PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 7 DE JANEIRO DE 2019, seção 1, página 70

Aprova as Diretrizes Brasileiras para Utilização de Endoprótese em Aorta Torácica Descendente.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2019&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=75>

PORTARIA CONJUNTA Nº 4, DE 10 DE JANEIRO DE 2019, seção 1, página 70

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria.

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2019&jornal=515&pagina=70&totalArquivos=75>

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Helaine Carneiro Capucho	Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

Cuidadores e a Atenção Domiciliar

O objetivo do curso é capacitar profissionais de saúde no desenvolvimento de habilidades relacionadas aos aspectos do cuidado de pacientes acamados.

Fonte: UNA-SUS - <https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/6379>

Conhecendo a Realidade da Saúde Indígena no Brasil

Apresentação da saúde indígena. Panorama sócio- epidemiológico dos indígenas no Brasil. Situações de vulnerabilidade, risco e suas determinações. A construção das políticas públicas para os povos indígenas. O SUS, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas e os municípios. Atenção Diferenciada e Controle Social em Saúde Indígena.

Fonte: UNA-SUS - <https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/28644>

Gestão do Cuidado em Saúde da Família

O Curso de Especialização Gestão do Cuidado em Saúde da Família é ofertado pela Faculdade de Medicina da UFMG.

Fonte: UNA-SUS - <https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/44562>



Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---



#JaneiroRoxo

Todos Contra a Hanseníase

Nós apoiamos essa causa!

“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---