

Tecnovigilância:

Alerta 2780 (Tecnovigilância) - Philips Medical Systems Ltda – Equipamento de Ressonância Magnética - Intera; Achieva; Ingenia; Equip. de Ressonância Magnética; Prodiva 1.5T - Possibilidade de queda do alto-falante.

Ação: Ação de Campo código FCO78100484 sob responsabilidade da empresa Philips Medical Systems Ltda. Correção em Campo. Inspeção da instalação dos alto-falantes, instalação de fixação adicional.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2780

Alerta 2779 (Tecnovigilância) - Philips Medical Systems Ltda - Eletrocardiógrafo Pagewriter - Possibilidade de superaquecimento das baterias. Informações sobre manutenção das baterias.

Ação: Ação de Campo Código FCO86000264 sob responsabilidade da empresa Philips Medical Systems Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2779

Alerta 2778 (Tecnovigilância) - Philips Medical Systems Ltda - Monitor de Sinais Vitais Efficia - Atualização de software para correção de problema de gestão de bateria.

Ação: Ação de Campo Código FCO86000259 sob responsabilidade da empresa Philips Medical Systems Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2778

Alerta 2777 (Tecnovigilância) - Varian Medical Systems Brasil Ltda - ARIA - Possibilidade de exibição de informações de prontuário de pacientes de forma não intencional.

Ação: Ação de Campo Código CP-2018-03295 sob responsabilidade da empresa Varian Medical Systems Brasil Ltda. Carta ao Cliente. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2777

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Alerta 2776 (Tecnovigilância) - Becton Dickinson - BD Phoenix AST Indicator, BD Phoenix AP AST Indicator Solution - Possibilidade de interrupções nos testes ao utilizar os indicadores.

Ação: Ação de Campo Código BDDS-19-1362-FA (BR) sob responsabilidade da empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. Carta ao cliente.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2776

Alerta 2775 (Tecnovigilância) - Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda - Kit De Reagente dLDL Vitros - Possibilidade de resultados enviados para lotes específicos.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-222 e TC2018-233 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso. Destruição.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2775

Alerta 2774 (Tecnovigilância) - Varian - Sistema de Planejamento Tridimensional para Radioterapia Eclipse - Cálculo incorreto do intervalo de equivalência de água para imagens de tomografia computadorizada em 3D não quadradas.

Ação: Ação de Campo Código NC-2018-00342 sob responsabilidade da empresa Varian Medical Systems Brasil Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2774

Alerta 2773 (Tecnovigilância) - Vincula - Sistema para Coluna Posterior Pedicol Plus - Possibilidade, em lotes específicos, de que um dos lados do Gancho Cross Link Cone Morse tenha espessura maior que a especificada.

Ação: Ação de Campo Código AC.2018.005 sob responsabilidade da empresa Vincula Industria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2773

Alerta 2772 (Tecnovigilância) - Ortho Clinical - Sistema Químico Vitros 5.1 Fusion; Sistema Químico Vitros 4600; Sistema Integrado Vitros 5600; Sistema Imunodiagnóstico Vitros 3600 - Determinação incorreta de tempo de estabilidade.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-194 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso. Atualização de Software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2772

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Alerta 2771 (Tecnovigilância) - Ortho Clinical Diagnostics do Brasil - Kit de Reagente Imunodiagnóstico Vitros NT-PRO BNP - Possibilidade de resultados tendenciosos devido à interferência de biotina.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-250 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2771

Alerta 2770 (Tecnovigilância) - Allergan - Implantes Mamários Texturizados - Suspensão cautelar da importação, comercialização e utilização de produtos, determinada pela Resolução-RE Nº 3.340, de 20 de dezembro de 2018.

Ação: Ação de Campo Código Ação 001/18 sob responsabilidade da empresa Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. Suspensão cautelar, em caráter preventivo, da importação, comercialização e utilização.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2770

Alerta 2769 (Tecnovigilância) - Siemens - Equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET)/Tomografia Computadorizada (CT) Biograph - O disjuntor do transformador de corrente da Biograph Horizon possui grandes dimensões.

Ação: Ação de Campo Código MI521/18/S sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Carta ao cliente.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2769

Alerta 2768 (Tecnovigilância) - GE Healthcare do Brasil - Sistema de Ultrassom Logiq P6 - Possibilidade de aumento de temperatura da cabeça da sonda quando o digitalizador é utilizado com sondas específicas.

Ação: Ação de Campo Código FMI 74075 e FMI 74076 sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2768

Alerta 2767 (Tecnovigilância) - Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda - Kit De Reagente VALP Vitros - Resultados negativamente tendenciosos ao utilizar GEN 25, em lotes específicos.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-267 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso. Destruição.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2767

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

Farmacovigilância:

Não houve publicação.

Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal:

Não houve publicação.

INFORMES:

Dez ameaças à saúde que a OMS combaterá em 2019. O mundo está enfrentando vários desafios na área da saúde. Estes variam de surtos de doenças evitáveis por vacinação, como é o caso do sarampo e da difteria; das crescentes notificações de patógenos resistentes a medicamentos; e das altas taxas de obesidade e inatividade física, além dos impactos à saúde causados pela poluição ambiental, mudança climática e múltiplas crises humanitárias. Para enfrentar essas e outras ameaças, será posto em prática neste ano o novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS) – *13th General Programme of Work* –, que terá duração de cinco anos.

Fonte: Ministério da Saúde

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5848:dez-ameacas-a-saude-que-a-oms-combatera-em-2019&Itemid=875

Férias também é período de cuidado e combate ao mosquito Aedes. Antes de viajar, população deve tomar medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito. O mesmo cuidado também deve ser mantido pelas pessoas que ficarem em casa.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45126-ferias-tambem-e-periodo-de-cuidado-e-combate-ao-mosquito-aedes>

Picada de escorpião: saiba os cuidados e o que fazer em caso de acidente. O verão é o período de maior risco para aparecimento do animal. Limpeza do ambiente e adoção de medidas simples podem prevenir picadas.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalsms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45090-picada-de-escorpiao-saiba-os-cuidados-e-o-que-fazer-em-caso-de-acidente>

Projeto colaborativo do Ministério da Saúde bate metas e salva 347 vidas

Em um ano de projeto, indicadores estão em crescente melhora e já apontam que 1096 infecções já foram evitadas

Fonte: Ministério da Saúde

http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53709&catid=566&Itemid=50155

UNA-SUS lança página sobre Acervo de Recursos Educacionais em Saúde.

Em comemoração à marca dos 10 mil recursos publicados no repositório, a publicação traz vídeos, entrevistas e infográficos que apresentam as principais características do ARES.

Fonte: Ministério da Saúde blog.saude.gov.br/gx2qi0

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

II CONGRESSO INTERNACIONAL DA REBRAENSP. Dias 2, 3 e 4 de abril de 2019. Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS - Teatro do Prédio 40 Porto Alegre (RS).

Fonte: Rebraensp

<https://www.rebraensp.com.br/eventos/12-novos-eventos/120-ii-congresso-internacional-da-rebraensp>

Cinco cursos sobre Atenção à Saúde da Pessoa Idosa com matrículas abertas

Os módulos abordam temas como envelhecimento, ações estratégicas para atenção à saúde, condições clínicas e avaliação multidimensional.

Fonte: Ministério da Saúde - blog.saude.gov.br/oy4vkm

II Fórum de Telemedicina do CFM

Lançamento da nova resolução de telemedicina do CFM

Dia: 7 de fevereiro

Local: Auditório do Conselho Federal de Medicina

Endereço: SGAS 915, Lote 72, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70390-150

Fonte: CFM - http://www.eventos.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21159&Itemid=659

II Fórum de Segurança do Paciente do Conselho Federal de Medicina

Data: 27 de julho de 2018

Local: Auditório Flaminio Fávero Cremesp.São Paulo (SP)

Mais informações: (61) 3445-5957

Fonte: CFM - http://www.eventos.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21126&Itemid=626

FÓRUM DE SAÚDE EINSTEIN – Curitiba - 12 de fevereiro de 2019, às 19h

O Ensino Einstein traz para Curitiba, em parceria com a Universidade Positivo, o Workshop de Atualização em Saúde Einstein, com temas voltados para o desenvolvimento e evolução da carreira dos profissionais da área da saúde, sempre ministrados por palestrantes com vasta experiência. A participação é gratuita e destinada apenas a profissionais com curso superior completo.

Fonte: Albert Einstein

https://www.einstein.br/ensino/forum-de-saude-einstein/workshop_de_profissoes_da_saude_einstein_e_universidade_positivo

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---

**TODOS
TÊM
DIREITO
À SAÚDE
MENTAL.**

#VEMPRA SAUDE MENTAL
#TODOS TEM DIREITO A SAUDE MENTAL

@janeirobranco 
 @companhajeraneirobranco 
 janeirobranco.com.br 


Janeiro Branco





#TODOS CONTRA MOSQUITO

**O PERIGO É PARA TODOS.
O COMBATE TAMBÉM.
FAÇA SUA PARTE.**

COM AÇÕES SIMPLES, PODEMOS COMBATER O *Aedes Aegypti*.

<p>Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso</p>	<p>Revisão: Helaine Carneiro Capucho</p>	<p>Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde</p>
--	---	--



#JaneiroRoxo

Todos Contra a Hanseníase

Nós apoiamos essa causa!

“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Márcia Amaral Dal Sasso	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
---	--------------------------------------	---