

Tecnovigilância

[Alerta 3129 \(Tecnovigilância\) - ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - SISTEMA QUIMICO VITROS – Tempo de estabilidade do analisador incorreto](#)

Ação: Ação de Campo Código TC2018-001 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3129

[Alerta 3128 \(Tecnovigilância\) - ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CALIBRADOR IMUNODIAGNOSTICO VITROS – Erro no código de barras, Sistema VITROS](#)

Ação: Ação de Campo Código TC2018-094 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Recomendação quanto ao uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3128

[Alerta 3127 \(Tecnovigilância\) – Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda – Advia Chemistry Lipase Reagents \(LIP\) – Falhas de calibração e aumento da imprecisão no controle de qualidade e amostras referente a lote específico de reagente.](#)

Ação: Ação de Campo Código CHC 20-03 sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Carta ao Cliente.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3127

[Alerta 3126 \(Tecnovigilância\) – GE Healthcare do Brasil – Berço Aquecido Lullaby – Possibilidade de ocorrência de hipertermia ao utilizar o equipamento no Modo Manual.](#)

Ação: Ação de Campo Código FMI 32073 sob responsabilidade da empresa GE Healthcare do Brasil, Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3126

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alerta 3125 (Tecnovigilância) – Varian Medical Systems Brasil Ltda – Sistema de Radiocirurgia Edge – Possibilidade de ocorrência de movimento inesperado da mesa.

Ação: Ação de Campo Código NC-2019-00460 sob responsabilidade da empresa Varian Medical Systems Brasil Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3125

Alerta 3124 (Tecnovigilância) – Varian Medical Systems Brasil Ltda – VitalBeam – Possibilidade de ocorrência de movimento inesperado da mesa.

Ação: Ação de Campo Código NC-2019-00460 sob responsabilidade da empresa Varian Medical Systems Brasil Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3124

Alerta 3123 (Tecnovigilância) – Varian Medical Systems Brasil Ltda – TrueBeam – Possibilidade de movimentação inesperada da mesa.

Ação: Ação de Campo Código NC-2019-00460 sob responsabilidade da empresa Varian Medical Systems Brasil Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3123

Alerta 3122 (Tecnovigilância) – Emergo Brazil – Blanketrol III – Atualização de instruções de uso - Exceder 40°C durante períodos prolongados pode causar danos nos tecidos.

Ação: Ação de Campo Código RAM 76/2019 sob responsabilidade da empresa Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3122

Alerta 3121 (Tecnovigilância) – Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda – Foco Cirúrgico Powerled/HLED – Possibilidade de que o anel de retenção no conector o cabo esterilizável Hanalux quebre.

Ação: Ação de Campo Código MSA 2019-002-IU sob responsabilidade da empresa Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso. Checagem de peças afetadas e substituição.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3121

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmacovigilância

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lote do produto Dexametasona fabricado pela empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

Produto: Dexametasona - 0,1 MG/ML ELX CT FR VD AMB X 100 ML + CP MED **Lote:** SS18M518

Empresa: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

Motivo: Identificação, dentro da embalagem secundária de Dexametasona 0,5 mg/5mL elixir uso oral 100 mL, lote SS18M518, de frasco do medicamento Sulfato de Salbutamol, lote SS18M518.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 108, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=36&data=15/01/2020>

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição, importação e uso de lotes do produto ALPROXY fabricado pela empresa OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Produto: ALPROXY - 500 MCG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 1 ML **Lotes:** A PARTIR DE 28/11/2017
ALPROXY - 500 MCG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD AMB X 1 ML **Lotes:** A PARTIR DE 28/11/2017

Empresa: OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Motivo: Constatação da fabricação irregular do medicamento, durante inspeção para verificação de Boas Práticas de Fabricação, realizada no período de 18/11/2019 a 22/11/2019 na empresa Bag HealthCare GmbH, em desacordo com a RDC 301/2019: Arts. 8º (inciso XIII), 41, 71 (§ 3º), 331 (inciso V) e IN 35/2019: Arts. 36, 65 (§ 1º), 91, 94, 101, 113, 155, 156.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 108, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=36&data=15/01/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lote do produto Oxacilina sódica fabricado pela empresa BLAU FARMACÊUTICA S.A.

Produto: Oxacilina sódica - 500 MG PÓ INJ CX 100 FA VD TRANS (EMB HOSP)

Lote: 18100729

Empresa: BLAU FARMACÊUTICA S.A.

Motivo: Presença de corpo estranho no frasco ampola do medicamento e descumprimento das Boas Práticas de Fabricação.

Ação: Verificar se em seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 108, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=36&data=15/01/2020>

Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

Não houve publicação.

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medida Sanitária:

Anvisa determinou o recolhimento, suspensão da comercialização e distribuição de lotes dos produtos CERVEJA CAPIXABA e CERVEJA BELORIZONTINA fabricados pela empresa Cervejaria Três Lobos Ltda.

Produto: CERVEJA CAPIXABA **Lote:** L2 1348

Produto: CERVEJA BELORIZONTINA **Lote:** L2 1354

Empresa: Cervejaria Três Lobos Ltda.

Motivo: considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, em especial os art. 196, 197, 200, incisos I, II e VI; os arts. 2º, 6º, inciso I, alínea "a", VII e VIII e §1º do art. 6º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990; os incisos XV do art. 7º e o inciso II do § 1º do art. 8º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999; os art. 29 e 55 do Decreto-Lei n.º 986, de 21 de outubro de 1969; o art. 3º da Lei 8.918, de 14 de julho de 1994; e, art. 9º da Resolução - RDC n.º 24, de 08 de junho de 2015; investigação epidemiológica conduzida pelo CIEVS Minas e CIEVS BH dos casos de síndrome nefroneural, com indícios de associação ao consumo de cervejas relacionadas; considerando os resultados analíticos dos laudos 2020-024-000210-024-009142841-00, 2020-024-000210-024-009142845-74, 2020-024-000210-024-009156933-32 e 2020-024-000210-024-009159162-18 emitidos pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais; a empresa infringiu os seguintes dispositivos legais: art. 47 do Decreto-Lei n.º 986, de 21 de outubro de 1969; incisos I e XXVIII do art. 10 da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977; e, artigos 8º e 12 da Resolução - RDC n.º 24, de 08 de junho de 2015.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 164, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=17/01/2020>

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMES

Arenavírus: caso confirmado de febre hemorrágica no estado de São Paulo. O último relato de caso de febre hemorrágica brasileira foi há mais de 20 anos. Nesse período, foram quatro casos em humanos, sendo três casos adquiridos em ambiente silvestre no estado de São Paulo e um por infecção em ambiente laboratorial, no Pará.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46207-nota-informativa-arenavirus-caso-confirmado-de-febre-hemorragica-no-estado-de-sao-paulo>

OPAS emite alerta epidemiológico para as Américas sobre novo coronavírus identificado na China

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) emitiu um alerta aos seus países membros sobre o novo coronavírus (nCoV), recomendando que “os profissionais de saúde tenham acesso a informações atualizadas sobre a doença, estejam familiarizados com os princípios e procedimentos para manejar infecções por nCoV e sejam capacitados a obter informações sobre o histórico de viagens de um paciente, a fim de conectar essas informações aos dados clínicos”.

Fonte: OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6095:opas-emite-alerta-epidemiologico-para-as-americas-sobre-novo-coronavirus-identificado-na-china&Itemid=812

Operação Gota deve vacinar mais de 20 mil pessoas na região Norte. A ação levará vacinas para regiões de difícil acesso, beneficiando a população de áreas rurais, ribeirinhas e indígenas nos estados do Amazonas, Acre e Pará.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46204-operacao-gota-deve-vacinar-mais-de-20-mil-pessoas-na-regiao-norte>

Ministério da Saúde alerta Sul e Sudeste sobre febre amarela. As regiões Sul e Sudeste do país sinalizam circulação do vírus da febre amarela em macacos, o que aumenta o risco de transmissão em humanos. População deve se vacinar neste verão.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46198-ministerio-da-saude-alerta-sul-e-sudeste-sobre-febre-amarela>

Anvisa interdita marcas de cerveja da empresa Backer. Interdição atinge todas as cervejas com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020. População não deve consumir estes lotes de cervejas da Backer.

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=anvisa-interdita-marcas-de-cerveja-da-empresa-backer&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5752920&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulta Pública - Conitec avalia tratamentos para diabetes mellitus tipo 2

Está em consulta pública na Conitec a proposta de incorporação de duas tecnologias para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2): os medicamentos empagliflozina e dapagliflozina, ambos usados para diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea.

Fonte: Conitec

<http://conitec.gov.br/conitec-avalia-tratamentos-para-diabetes-mellitus-tipo-2>

Publicado guia para laboratórios analíticos. A partir de 21/1, interessados podem enviar comentários e sugestões ao Guia para Avaliação de Conflito de Interesses em Laboratórios Analíticos Credenciados.

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=publicado-guia-para-laboratorios-analiticos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5750363&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content

OMS convida cineastas amadores, profissionais e estudantes a participarem do primeiro Festival de Filmes “Saúde para Todos”. Os trabalhos podem ser enviados até 30 de janeiro por este link e devem despertar emoções, gerar consciência e mudar condutas sobre problemas de saúde. O festival será realizado em maio de 2020, em Genebra, durante a 73ª Assembleia Mundial da Saúde.

Fonte: OPAS/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6093:oms-convida-cineastas-amadores-profissionais-e-estudantes-a-participarem-do-primeiro-festival-de-filmes-saude-para-todos&Itemid=842

Abertas inscrições do Programa de Estudos Experienciais. Estão abertas as inscrições de candidaturas à 2ª edição do Programa de Estudos Experienciais da Anvisa, atividade que consiste na realização de visitas técnicas dos servidores da Agência a ambientes de desenvolvimento e produção de tecnologias emergentes e inovadoras.

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=lancada-2-edicao-do-programa-de-estudos-experienciais&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5709138&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Webinar aborda regulação mundial de medicamentos. Já estão abertas as inscrições para o Webinar “Regulando medicamentos em um mundo globalizado: necessidade de maior confiança entre reguladores”. Divulgado em informativo da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o curso online acontecerá no dia 23 de janeiro, das 13h às 14h30, no horário de Brasília (DF).

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=webinar-aborda-regulacao-mundial-de-medicamentos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5749264&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content

Curso introdutório de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) para gestores do sistema único de saúde (sus) (4ª edição)

Fonte: HAOC

<https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=281§ion=2#start>

Processo seletivo do curso intermediário de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) para gestores do sistema único de saúde (sus) (3ª edição)

Fonte: HAOC

<https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=281§ion=3#start>

Curso: Princípios de Cuidados Multidisciplinares em Cirurgia Bariátrica

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e o Ministério da Saúde (MS), por intermédio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), tornam público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos interessados do Curso On-line (autoinstrucional) Princípios de Cuidados Multidisciplinares em Cirurgia Bariátrica, com módulos específicos para equipes assistenciais e administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: HAOC

<https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=281§ion=29#ed10>

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

precisamos falar sobre **Saúde Mental**

JANEIRO
BRANCO
2020

Elaboração:

Bruna Mafra Guedes
Leili Mara Mateus da Cunha
Lorena Bezerra Carvalho
Tâmela Beatriz Matinada da Silva

Revisão:

Márcia Amaral Dal Sasso

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde



“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

<p>Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva</p>	<p>Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso</p>	<p>Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------