

Tecnovigilância

[Alerta 3143 \(Tecnovigilância\) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. – Solução de BSA 7% Vitros – Tempo Revisado de Estabilidade no Analisador para Vitros BSA a 7% e Diluente de Eletrólito na Urina.](#)

Ação: Ação de Campo Código TC2019-273 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3143

[Alerta 3142 \(Tecnovigilância\) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda – Diluente Eletrolítico de Urina Vitros – Tempo Revisado de Estabilidade no Analisador para Vitros BSA a 7% e Diluente de Eletrólito na Urina.](#)

Ação: Ação de Campo Código TC2019-273 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3142

[Alerta 3141 \(Tecnovigilância\) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda – Reativo Seco Vitros para Fenitoina PHYT – Possibilidade de resultados imprecisos ao usar unidades de lotes específicos.](#)

Ação: Ação de Campo Código TC2018-098 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics Do Brasil Produtos Para Saúde Ltda. Recolhimento. Destruição. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3141

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Alerta 3140 (Tecnovigilância) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda – Analisador Ortho Vision - Analisador Ortho Vision Max – Problema de temporização de software.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-095 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics Do Brasil Produtos Para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3140

Alerta 3139 (Tecnovigilância) - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - SISTEMA INTEGRADO VITROS 5600 – Possibilidade de resultados incorretos.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-174 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3139

Alerta 3138 (Tecnovigilância) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos Para Saúde Ltda – Família De Controles - Verificador De Desempenho %A1c Vitros – Revisão de folhas de testes.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-021 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics Do Brasil Produtos Para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3138

Alerta 3137 (Tecnovigilância) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos Para Saúde Ltda – Kit De Reagente Imunodiagnóstico Vitros* Eci PARATSH – Aumento na frequência de falhas de calibração em unidades de lote específico.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-004 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics Do Brasil Produtos Para Saúde Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3137

Alerta 3136 (Tecnovigilância) - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - REATIVO SECO VITROS* PARA CREATININA CREA - Revisão de faixa de medição para Soro e Urina.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-148 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Correção e complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3136

Alerta 3135 (Tecnovigilância) - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - REATIVO SECO VITROS* PARA SODIO Na - Resultados com viés positivo com Slides VITROS de Sódio.

Ação: Ação de Campo Código TC2018-123 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Interrupção de uso, descarte e complementação das instruções de uso.

Elaboração: Bruna Maфра Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3135

Alerta 3134 (Tecnovigilância) - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Ortho BioVue System - Anomalia no código de barras de cassetes do sistema ORTHO BioVue.

Ação: Ação de Campo Código TC2019-151 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Descarte dos lotes afetados. Destruição.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3134

Alerta 3133 (Tecnovigilância) – Werfen Medical Ltda – Família ACL TOP Série 50 – Informação aos clientes sobre atualização de parâmetros de testes.

Ação: Ação de Campo Sem Código sob responsabilidade da empresa Werfen Medical Ltda. Correção em Campo. Atualização do protocolo de teste dos equipamentos.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3133

Alerta 3132 (Tecnovigilância) - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - KIT DE REAGENTE IMUNODIAGNOSTICO VITROS – Interferência por Biotina para ensaios de MicroWell Vitros

Ação: Ação de Campo Código TC2018-149 sob responsabilidade da empresa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Atualização das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3132

Alerta 3131 (Tecnovigilância) – W.L. Gore & Associates do Brasil Ltda – Gore Excluder AAA Endoprosthesis, Low Profile Gore Excluder AAA Endoprosthesis, Gore Excluder ILIAC Branch Endoprosthesis – Possibilidade de falha em componentes do cateter.

Ação: Ação de Campo Código Excluder sob responsabilidade da empresa W.L. Gore & Associates do Brasil Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3131

Alerta 3130 (Tecnovigilância) – Abbott Laboratórios do Brasil Ltda – Família Instrumento Alinity hq System – Problemas relacionados ao software do analisador Alinity h-series, versões 4.1 e inferiores.

Ação: Ação de Campo Código FA18DEC2019 sob responsabilidade da empresa Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3130

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Farmacovigilância

Anvisa determina interdição cautelar de lotes de produtos fabricados pela empresa MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Produto: Ranitidil - 150 MG COM REV (Todas as apresentações) **Lotes:** A partir de 23/01/2018

Produto: Ranitidina - 150MG COM REV (Todas as apresentações) **Lotes:** A partir de 23/01/2018

Empresa: MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Motivo: Ausência de dados científicos que atestem que os lotes válidos dos medicamentos não apresentam contaminação por nitrosaminas acima dos limites para impurezas mutagênicas definidos no ICH M7 (Assessment and Control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk).

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 190, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=52&data=24/01/2020>

Anvisa determina interdição cautelar de lotes do produto ULTIDIN fabricado pela empresa GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A

Produto: Ultidin - 150 MG COM REV (Todas as apresentações) **Lotes:** A partir de 23/01/2018

Produto: Ultidin - 15 MG/ML XPE (Todas as apresentações) **Lotes:** A partir de 23/01/2018

Produto: Ultidin - 300 MG COM REV (Todas as apresentações) **Lotes:** A partir de 23/01/2018

Empresa: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A

Motivo: Ausência de dados científicos que atestem que os lotes válidos do medicamento não apresentam contaminação por nitrosaminas acima dos limites para impurezas mutagênicas definidos no ICH M7 (Assessment and Control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk).

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 190, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=52&data=24/01/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina interdição cautelar de lotes do produto Cloridrato de Ranitidina fabricado pela empresa FARMACE Indústria Químico-Farmacêutica Cearense LTDA.

Produto: Cloridrato de Ranitidina - 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD AMB X 2 ML **Lotes:** A partir de 21/01/2018

Produto: Cloridrato de Ranitidina - 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML **Lotes:** A partir de 21/01/2018);

Produto: Cloridrato de Ranitidina - 25 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML **Lotes:** A partir de 21/01/2018

Empresa: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

Motivo: Ausência de dados científicos que atestem que os lotes válidos dos medicamentos não apresentam contaminação por nitrosaminas acima dos limites para impurezas mutagênicas definidos no ICH M7 (Assessment and Control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk).

Ação: Verificar se em seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 190, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=52&data=24/01/2020>

Anvisa determina interdição cautelar de lotes do produto Cloridrato de Ranitidina fabricado pela empresa HYPOFARMA - Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA

Produto: Cloridrato de Ranitidina - 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 2 ML (EMB HOSP) **Lotes:** A PARTIR DE 08/06/2018

Empresa: HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA

Motivo: Ausência de dados científicos que atestem que os lotes válidos do medicamento não apresentam contaminação por nitrosaminas acima dos limites para impurezas mutagênicas definidos no ICH M7 (Assessment and Control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk).

Ação: Verificar se em seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 190, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=52&data=24/01/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes de produtos fabricados pela empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Produto: cloridrato de ranitidina - 15 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP **Lotes:** A partir de 01/02/2018)

Produto: Cloridrato de Ranitidina - 150 MG COM REV CT BL AL/AL X 20 **Lotes:** A partir de 01/01/2018

Produto: Cloridrato de Ranitidina - 300 MG COM REV CT BL AL/AL X 20 **Lotes:** A partir de 01/01/2018

Produto: Label - 15 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP + SER DOS **Lotes:** A partir de 01/02/2018

Produto: Label - 150 MG COM REV CT BL AL AL X 20 **Lotes** A PARTIR DE 01/03/2018

Empresa: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Motivo: Presença da impureza nitrosamina.

Ação: Verificar se em seu hospital possui esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 170, DE 21 DE JANEIRO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/01/2020&jornal=515&pagina=54&totalArquivos=67>

Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

Não houve publicação.

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

ALERTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NOVO CORONAVÍRUS (2019n-CoV)

Fonte: World Health Organization – WHO; Ministério da Saúde

Atualização da Situação:

- Em 26 de janeiro de 2020, o número reportado de casos confirmados do novo coronavírus (2019-nCoV) aumentou em 694 casos desde o último relatório publicado em 25/01/2020.
- De um total de 2.014 casos reportados mundialmente, 1.985 casos foram reportados da China, incluindo Região Administrativa de Hong Kong (5 casos confirmados), Região Administrativa de Macau (2 casos confirmados) e Taipei (3 casos confirmados).
- Vinte e cinco casos confirmados foram reportados fora da China em dez países (veja tabela 1).
 - Desses 29 casos exportados, 26 tiveram histórico de viagem para a cidade de Wuhan, na China.
- Entre os casos identificados em países fora da China:
 - Um caso na Austrália teve contato direto com um caso confirmado de Wuhan, enquanto estava na China.
 - Um caso na Austrália, reportado hoje; o histórico de viagem ainda não é conhecido.
 - Um caso no Vietnã não teve histórico de viagem, mas estava em contato com um caso confirmado (seu pai com histórico de viagem à Wuhan), resultante de transmissão de humano para humano dentro de uma família.
- Dos 1.975 casos confirmados (excluindo a Região Administrativa de Hong Kong, Região Administrativa de Macau e Taipei), 324 casos foram reportados como gravemente doentes.
- Cinquenta e seis mortes foram relatadas até o momento (52 mortes na Província de Hubei e 4 fora de Hubei)
- Avaliação do risco de contaminação de acordo com a OMS: muito alto na China, alto à nível regional e alto à nível global.

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Tabela 1. Cidades, territórios ou áreas com relatos de casos confirmados de 2019nCoV, 26 Janeiro 2020.

Região	País/Território	Casos Confirmados
Western Pacific	Japan	3
	Republic of Korea	2
	Viet Nam	2
	Singapore	4
	Australia	4
	Malaysia	3
	South-East Asia	Thailand
	Nepal	1
Region of the Americas	United States of America	2
European Region	France	3
Total Confirmed cases	Total	2,014

*Confirmed cases in China include cases confirmed in Hong Kong SAR (5 confirmed cases), Macau SAR (2 confirmed cases) and Taipei (3 confirmed cases).

Fonte: Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 6, World Health Organization (WHO), 26 January 2020

Fonte: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200126-sitrep-6-2019--ncov.pdf?sfvrsn=beae0c_4


A OMS disponibilizou um guia com orientações de conduta para os profissionais de saúde:

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected

Link: [https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)

<p>Elaboração:</p> <p>Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva</p>	<p>Revisão:</p> <p>Márcia Amaral Dal Sasso</p>	<p>Divulgação:</p> <p>Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde</p>
--	--	--

Distribuição dos Casos Confirmados, de acordo com o Relatório de Situação – 6 da OMS



<p>Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmelá Beatriz Matinada da Silva</p>	<p>Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso</p>	<p>Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde</p>
---	--	--

INFORMES

Relatório de Situação – 7 (27/01/2020): Formulário de notificação dos casos provisório para Novo Coronavírus (2019-nCoV) - casos suspeitos e confirmados.

Fonte: OMS

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200121-2019-ncov-reporting-form.pdf?sfvrsn=96eff954_4

Relatório de Situação – 6 (26/01/2020): A Organização Mundial da Saúde (OMS) corrigiu, nesta segunda-feira (27/1), a avaliação do risco do **coronavírus** que surgiu na China, considerando elevado para o nível internacional.

Fonte: OMS

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200126-sitrep-6-2019-ncov.pdf?sfvrsn=beae0c_4

Coronavírus: entenda a doença. Os coronavírus humanos causam infecções respiratórias brandas a moderadas, de curta duração. Não há casos confirmados no Brasil.

Fonte: Anvisa

<http://portal.anvisa.gov.br/noticias>

Coronavírus: ações preventivas para a saúde do viajante. Capacitação de servidores, desinfecção de aeronaves e informes sonoros em português, inglês e mandarim nos aeroportos estão entre as ações.

Fonte: Anvisa

<http://portal.anvisa.gov.br/noticias>

CDC - Centers for Disease Control and Prevention - Resumo da situação. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) está monitorando de perto um surto de doença respiratória causada por um novo (novo) coronavírus identificado pela primeira vez em Wuhan, província de Hubei, China. As autoridades chinesas identificaram o novo coronavírus, que resultou em mais de mil casos confirmados na China, incluindo casos fora da cidade de Wuhan. Casos adicionais foram identificados em um número crescente de outros locais internacionais, incluindo os Estados Unidos, onde cinco casos de viajantes de Wuhan foram confirmados em quatro estados (AZ, CA, IL, WA) em 26 de janeiro de 2020. Existem investigações em andamento para saber mais.

Fonte: CDC

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>

Ministério da Saúde atualiza situação do novo coronavírus para os estados. O Comitê de Operações de Emergência (COE) esclarece orientações para a rede de saúde e indica nova área com transmissão ativa do novo coronavírus na China. Até o momento, não há casos suspeitos no Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46230-ministerio-da-saude-atualiza-situacao-para-os-estados>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Caso no Rio de Janeiro não se enquadra como novo coronavírus. O caso relatado no Hospital Icaraí, localizado no Rio de Janeiro (RJ), não se enquadra na atual definição de caso suspeito para NCOV-2019 (o novo coronavírus), estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Seguirá, portanto, o fluxo de procedimentos para influenza e, desta forma, estabelecer seu diagnóstico apropriado.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46232-caso-no-rio-nao-se-enquadra-como-novo-coronavirus>

Diretora da OPAS insta países das Américas a estarem preparados para detectar casos do novo coronavírus.

A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa Etienne, instou os países da Região das Américas na sexta-feira (24) a estarem preparados para detectar, isolar e cuidar precocemente de pacientes infectados com o novo coronavírus, dada a possibilidade de receberem viajantes de países onde há transmissão do vírus.

Fonte: OPAS/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6098:diretora-da-opas-insta-paises-das-americas-a-estarem-preparados-para-detectar-casos-do-novo-coronavirus&Itemid=812

Brasil prepara rede de saúde para novo coronavírus. Ministério da Saúde instalou Centro de Operações de Emergência (COE) - novo coronavírus para atuar diante de possíveis casos. Até o momento, não há detecção de nenhum caso suspeito no país.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46219-brasil-prepara-rede-de-saude-para-novo-coronavirus>

Ministério da Saúde alerta Sul e Sudeste sobre febre amarela

As regiões Sul e Sudeste do país sinalizam circulação do vírus da febre amarela em macacos, o que aumenta o risco de transmissão em humanos. População deve se vacinar neste verão

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46198-ministerio-da-saude-alerta-sul-e-sudeste-sobre-febre-amarela>

Tire suas dúvidas: caso de febre hemorrágica brasileira em São Paulo. No dia 17 de janeiro de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde foi comunicada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES/PSP) sobre um caso confirmado de febre hemorrágica brasileira. A vítima foi um adulto, morador de Sorocaba (SP). Para facilitar o entendimento e dar transparência à população em relação ao caso, reunimos aqui as principais dúvidas sobre a doença.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46214-tire-suas-duvidas-caso-de-febre-hemorragica-em-sao-paulo>

Medicamento para tratar asma alérgica grave será ofertado no SUS. A oferta do medicamento atende à demanda de pacientes com asma grave e de médicos para controle da doença, que não tem cura.

Fonte: Ministério da Saúde

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46216-medicamento-para-tratar-asma-alergica-grave-sera-ofertado-no-sus>

Ministério da Saúde simplifica acesso a medicamentos especializados. Já estão valendo as novas regras para que a população acesse de forma mais simples os medicamentos do Componente Especializado, indicados para doenças crônicas e raras.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46223-saude-simplifica-acesso-a-medicamentos-especializados>

Janeiro Roxo é o mês da conscientização sobre a hanseníase. A doença tem cura e não deixa sequelas quando detectada, diagnosticada e tratada rapidamente após os primeiros sintomas.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46221-janeiro-roxo-e-o-mes-da-conscientizacao-sobre-a-hansenia>

Gestantes e crianças também podem ter hanseníase. A doença pode atingir homens e mulheres em qualquer idade, sendo mais grave quando alcança pessoas com menos de 15 anos. Saiba os cuidados necessários.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46222-gestantes-e-criancas-tambem-podem-ter-hansenia>

Brasil desenvolve modelo para estimativa da força de trabalho médica. O modelo analítico em desenvolvimento no PROVME 2030 possibilitará a adequação entre a oferta atual e a necessidade futura de médicos e especialistas no país.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/sgtes/46227-brasil-desenvolve-modelo-para-projecao-da-forca-de-trabalho-medica>

Brasil mostrou, em Davos, boas práticas do SUS e oportunidades em saúde. Encerrou na sexta-feira (24), em Davos, na Suíça, a 50ª edição do Fórum. Em quatro dias de evento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, debateu diversos temas de interesse dos brasileiros e do Mundo.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46229-brasil-mostra-em-davos-boas-praticas-do-sus-e-oportunidades-em-saude>

Brasil envia pele humana para vítimas de acidente no Peru. Serão 20 mil cm² de pele para atendimento de crianças e jovens feridos em uma explosão ocorrida ontem (23) na capital peruana.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46231-brasil-envia-pele-humana-para-vitimas-de-acidente-no-peru>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

OPAS disponibiliza livro sobre Prevenção de IRAS em Neonatologia. O progresso da Neonatologia nas últimas décadas tem permitido a sobrevivência de recém-nascidos prematuros, de extremo baixo peso e portadores de algumas malformações. No entanto, com essa melhora da sobrevivência inicial, outros problemas começaram a surgir, entre eles o aumento das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), que passaram a ser um dos fatores limitantes da sobrevivência dessas crianças.

Fonte: FIOCRUZ

<http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/opas-disponibiliza-livro-sobre-prevencao-de-iras-em-neonatologia/>

O uso de antibióticos não é sempre a melhor solução. Os antibióticos salvam vidas. Ao melhorar a forma como profissionais de saúde prescrevem antibióticos e a forma como usamos esses medicamentos, nós ajudamos a preservar nossa saúde e combater a resistência bacteriana, e garantimos que esses medicamentos que salvam vidas permaneçam disponíveis para as futuras gerações.

Fonte: CDC

www.cdc.gov/antibiotic-use

Qualificação Profissional em Documentos Médicos. O objetivo do curso online é qualificar médicos e estudantes de medicina para o preenchimento e a expedição dos principais documentos médicos utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com parâmetros ético-legais vigentes.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45513>

Curso Intermediário de Pesquisa Clínica abre processo seletivo. O Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), abre as inscrições para o processo seletivo de candidatos interessados na 3ª edição do Curso Intermediário de Pesquisa Clínica. As inscrições vão até 21 de fevereiro e a carga horária é de 70 horas. O curso é gratuito, online e com tutoria. Serão disponibilizadas 600 vagas.

Fonte: Ministério da Saúde

<https://proadi.eadhaoc.org.br/enrol/index.php?id=319>

Open Session - Gestão da Qualidade e sua relação com valor em saúde. A aula aberta sobre Gestão da Qualidade ocorre durante a programação da disciplina de Gestão da Qualidade e Saúde Baseada em Valor, sob responsabilidade da Profa. Dra. Helaine Capucho, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. O evento ocorrerá no dia 05 de fevereiro, a partir das 14h, no auditório 03 da FS/UnB.

Fonte: Sympla

https://www.sympla.com.br/open-session---gestao-da-qualidade-e-sua-relacao-com-valor-em-saude_736704

Elaboração: Bruna Maфра Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

As recomendações padrão da OMS para o público em geral para reduzir a exposição e a transmissão de uma série de doenças são as seguintes, que incluem higiene das mãos e respiratórias e práticas alimentares seguras:

- Limpe as mãos com frequência usando esfregar as mãos à base de álcool ou sabão e água;
- Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com cotovelo ou tecido flexionado - jogue o tecido fora imediatamente e lave as mãos;
- Evite contato próximo com quem tem febre e tosse;
- Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, procure atendimento médico com antecedência e compartilhe o histórico de viagens anteriores com seu médico;
- Ao visitar mercados ao vivo em áreas com casos de novos coronavírus, evite o contato direto desprotegido com animais vivos e superfícies em contato com animais;
- O consumo de produtos de origem animal crua ou mal cozida deve ser evitado. Carne crua, leite ou órgãos de animais devem ser manuseados com cuidado, para evitar a contaminação cruzada com alimentos não cozidos, conforme boas práticas de segurança alimentar.



#JaneiroRoxo

Todos Contra a Hanseníase

.....

Nós apoiamos essa causa!

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---



“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

<p>Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva</p>	<p>Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso</p>	<p>Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde</p>
---	---	---