



## **Tecnovigilância**

### **Alerta 3158 (Tecnovigilância) – Boston Scientific do Brasil Ltda – Cateter Angiográfico Imager II Seletivo – Possibilidade de descolamento da ponta de unidades de lote específico.**

**Ação:** Ação de Campo Código 92484513 sob responsabilidade da empresa Boston Scientific do Brasil Ltda. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3158](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3158)

### **Alerta 3157 (Tecnovigilância) – Medtronic Comercial Ltda – Programador Carelink Medtronic - Vitatron 2090 e Analisador 2290; Programador Carelink Encore – Comunicado sobre melhorias de cibersegurança.**

**Ação:** Ação de Campo Código FA844 Fase III sob responsabilidade da empresa Medtronic Comercial Ltda. Carta ao Cliente.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3157](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3157)

### **Alerta 3156 (Tecnovigilância) – Bio-Rad – Família Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT – O analito Troponina T pode não atender à reivindicação de período limite para utilização após descongelamento e abertura do frasco.**

**Ação:** Ação de Campo Código Bio-Rad AC-001/2020 sob responsabilidade da empresa Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda. Carta ao Cliente.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3156](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3156)

### **Alerta 3155 (Tecnovigilância) – Medtronic – Heartware - Sistema de Assistência Ventricular – Incompatibilidade entre o adaptador CA do carregador de bateria do Sistema Medtronic HeartWare HVAD e a entrada de alimentação do controlador.**

**Ação:** Ação de Campo Código FA902 sob responsabilidade da empresa Medtronic Comercial Ltda. Carta ao Cliente.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3155](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3155)

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Alerta 3154 (Tecnovigilância) – Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda – Calibradores Vitros\* Kit 2 – Possibilidade de ocorrência de resultados negativos da amostra de urina.**

**Ação:** Ação de Campo Código TC2019-343 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda. Correção em Campo. Alternar o calibrador.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3154](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3154)

**Farmacovigilância**

**ALERTA**

**A Gerência de Farmacovigilância reitera o risco de óbito decorrente da administração de soluções injetáveis de alcaloides da vinca por via intratecal**

**Histórico:** Os alcaloides da vinca compõem uma classe de medicamentos utilizados para o tratamento de diversos tipos de câncer. O mecanismo de ação é baseado na inibição da multiplicação celular.

A via de administração aprovada para os referidos medicamentos é exclusivamente pela via endovenosa, não sendo permitida a administração por via intramuscular, subcutânea ou intratecal. Há relatos de reações neurológicas graves, que podem ser fatais, com o uso desses medicamentos por via intratecal.

**Recomendações:** Recomenda-se atenção por parte dos profissionais de saúde, uma vez que a administração dos alcaloides da vinca deve ser realizada exclusivamente por via endovenosa. Em casos de dúvidas, consultar as bulas disponíveis no bulário eletrônico: [http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila\\_bula/index.asp](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp).

Notificar os incidentes à Anvisa e no Vigihosp.

**Fonte:** Anvisa

[http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila\\_bula/frmResultado.asp#](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmResultado.asp#)

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Anvisa determina recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lote do produto SORIFLUX NASAL fabricado pela empresa AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

**Produto:** SORIFLUX NASAL - 9 MG/ML SOL NAS CT FR VD AMB CGT X 30 ML

**Lote:** 19D0039

**Empresa:** AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

**Motivo:** Considerado o resultado insatisfatório nos ensaios de aspecto, análise de embalagem primária, análise de rotulagem, características organolépticas e determinação de pH comprovados nos laudos de análise fiscal nº 1485.1P.0/2019 emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública e nº 1612.1P.0/2019, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz e tendo em vista o previsto nos artigos 6º e 7º da Lei 6360/1976.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 405, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=185&data=12/02/2020>

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

### Anvisa determina interdição cautelar de lote do produto ÁGUA SANITÁRIA ÓTIMA fabricado pela empresa E. J. P. PENTEADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Produto:** ÁGUA SANITÁRIA ÓTIMA

**Lote:** 31

**Empresa:** E. J. P. PENTEADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Motivo:** Considerado o resultado insatisfatório no ensaio de teor de Cloro Ativo comprovado no Laudo de Análise Fiscal Inicial 2485.1P.0/2019/IOM/FUNED, emitido pelo LACEN FUNED/MG e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 404, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=185&data=12/02/2020>

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Anvisa determina apreensão, proibição da comercialização, distribuição e uso de lote do produto HIPOCLORITO DE SÓDIO 2.5% INDALABOR fabricado pela empresa ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

**Produto:** HIPOCLORITO DE SÓDIO 2.5% INDALABOR

**Lote:** 19/435805

**Empresa:** ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**Motivo:** Considerando que a empresa Atalanta Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, CNPJ: 04.785.103/0001-65, falsificou a embalagem e a rotulagem do produto Indaclor 2,5%, Hipoclorito de Sódio 2,5%, utilizando indevidamente os dados do produto Indaclor 2,5%, Hipoclorito de Sódio 2,5% da empresa Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda, CNPJ: 04.654.861/0001-44, registrado nesta Anvisa sob nº 326370014.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 404, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=185&data=12/02/2020>

|                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafra Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br><br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br><br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INFORMES

**Nota de esclarecimento para a população de Santos.** Uma equipe da Anvisa irá a bordo do navio Kota Pemimpin e fará, em conjunto com a vigilância epidemiológica do estado de São Paulo e do município de Santos, a avaliação clínica de todos os tripulantes.

**Fonte:** Anvisa

[http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p\\_p\\_id=101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU&p\\_p\\_col\\_id=column-2&p\\_p\\_col\\_pos=1&p\\_p\\_col\\_count=2&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_groupId=219201&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_urlTitle=nota-de-esclarecimento-para-populacao-de-santos&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_struts\\_action=%2Fasset\\_publisher%2Fview\\_content&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_assetEntryId=5782863&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_type=content](http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=nota-de-esclarecimento-para-populacao-de-santos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5782863&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content)

**Anvisa reavalia segurança do medicamento lorcasserina.** A reavaliação dos dados de segurança do medicamento Belviq (lorcasserina) irão subsidiar decisão sobre a permanência do produto no mercado brasileiro.

**Fonte:** Anvisa

[http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p\\_p\\_id=101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU&p\\_p\\_col\\_id=column-2&p\\_p\\_col\\_pos=1&p\\_p\\_col\\_count=2&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_groupId=219201&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_urlTitle=anvisa-reavalia-seguranca-do-medicamento-lorcasserina&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_struts\\_action=%2Fasset\\_publisher%2Fview\\_content&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_assetEntryId=5781935&\\_101\\_INSTANCE\\_FXrpx9qY7FbU\\_type=content](http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=anvisa-reavalia-seguranca-do-medicamento-lorcasserina&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5781935&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content)

**Wolbachia: Campo Grande (MS) terá mosquitos que combatem a dengue.** O município é o segundo do país a participar da estratégia do Ministério da Saúde, que utiliza uma bactéria para reduzir a capacidade do mosquito Aedes aegypti de transmitir o vírus da dengue, zika e Chikungunya.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46387-campo-grande-tera-mosquitos-que-combatem-a-dengue>

**Divulgado plano para incentivar Pesquisa Clínica.** Documento pretende ampliar a capacidade do país para desenvolver novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento da saúde da população brasileira.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46380-ministerio-da-saude-divulga-plano-para-incentivar-pesquisa-clinica>

**Lançado projeto para teste rápido de leptospirose.** O teste apresenta resultado em até 20 minutos. O kit de diagnóstico será usado em ambiente hospitalar, para auxiliar no tratamento específico da doença.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46376-ministerio-da-saude-e-fiocruz-lancam-projeto-para-avaliar-implantacao-de-teste-rapido-para-leptospirose>

**Mais de 3 milhões de crianças e jovens devem se vacinar contra o sarampo.** Ministério da Saúde lança a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo com foco em pessoas de 5 a 19 anos. A vacinação acontece de 10 de fevereiro a 13 de março em todo o país.

**Fonte:** Ministério da Saúde

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46329-mais-de-3-milhoes-de-criancas-e-jovens-devem-se-vacinar-contr-o-sarampo-2>

**Casos de dengue nas Américas ultrapassam 3 milhões em 2019.** Os países e territórios das Américas notificaram mais de 3 milhões de casos de dengue em 2019, o maior número registrado na região até agora, de acordo com a mais recente [atualização epidemiológica](#) da Organização Pan-Americana Saúde (OPAS).

**Fonte:** OPAS/OMS

[https://www.paho.org/bra/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6108:casos-de-dengue-nas-americas-ultrapassam-3-milhoes-em-2019&Itemid=812](https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6108:casos-de-dengue-nas-americas-ultrapassam-3-milhoes-em-2019&Itemid=812)

**Especialistas e doadores de todo o mundo estabelecem prioridades para pesquisas sobre COVID-19.** Algumas das principais instituições especializadas em saúde do mundo, inclusive do Brasil, se reuniram na sede da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, para avaliar o nível atual de conhecimento sobre a nova doença COVID-19, identificar lacunas e trabalhar em conjunto, a fim de acelerar e financiar pesquisas prioritárias necessárias para ajudar a interromper o surto atual e a se preparar para futuros surtos.

**Fonte:** OPAS/OMS

[https://www.paho.org/bra/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6107:especialistas-e-doadores-de-todo-o-mundo-estabelecem-prioridades-para-pesquisas-sobre-covid-19&Itemid=812](https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6107:especialistas-e-doadores-de-todo-o-mundo-estabelecem-prioridades-para-pesquisas-sobre-covid-19&Itemid=812)

## **ATUALIZAÇÃO TÉCNICA**

**Indivíduos já expostos aos vírus da dengue podem estar mais imunes ao zika.** O estudo, que tem entre os autores a orientadora do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Marília Sá Carvalho, e a doutoranda do programa, Laís Freitas, revelou taxa cinco vezes superior de microcefalia em recém-nascidos no Nordeste, entre 2015 e 2016, em comparação com a região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O resultado pode ser creditado, em parte, ao nível de imunidade prévia da população do Sudeste e Centro-Oeste contra os vírus da dengue. O estudo, que tomou como base dados do DATASUS, analisou a interação entre as epidemias de dengue de 2001 a 2014 e a de microcefalia entre 2015 e 2016 em 400 microrregiões no Brasil.

**Fonte:** FIOCRUZ

<https://portal.fiocruz.br/noticia/indivíduos-ja-expostos-aos-virus-da-dengue-podem-estar-mais-imunes-ao-zika>

**Curso Prevenção de ICS Relacionada ao Cateter.** O curso on-line e gratuito Prevenção de ICS Relacionada ao Cateter traz informações importantes sobre a mudança na desinfecção do conector do acesso vascular e reforça as medidas de tolerância zero na prevenção das infecções.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/prevencao\\_de\\_ics\\_relacionada\\_ao\\_cateter\\_p2616/p](https://ensino.einstein.br/prevencao_de_ics_relacionada_ao_cateter_p2616/p)

**Curso Lesões por Pressão.** O curso on-line e gratuito Lesões por Pressão tem como objetivo apresentar noções básicas desse tipo de úlcera, suas definições, características, fatores de risco, a importância das medidas preventivas e recomendações para pacientes com mais de cinco anos.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/lesoes\\_por\\_pressao\\_p2598/p](https://ensino.einstein.br/lesoes_por_pressao_p2598/p)

|                                                                                                                 |                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:                                                                                                     | Revisão:                | Divulgação:                                                                                          |
| Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Márcia Amaral Dal Sasso | Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |

**Curso Estratégias para Prevenir Disseminação de Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERCs) e Enterococos Resistentes à Vancomicina (VREs).** O curso on-line e gratuito Estratégias para Prevenir Disseminação de Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERCs) e Enterococos Resistentes à Vancomicina (VREs) aborda a resistência bacteriana, suas características, história, casos, fatores de risco, sinais, sintomas e, principalmente, a prevenção por meio de boas práticas.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/estrategias\\_para\\_prevenir\\_disseminacao\\_de\\_e\\_p2650/p](https://ensino.einstein.br/estrategias_para_prevenir_disseminacao_de_e_p2650/p)

**Definindo e tratando a ira nas UTIs do Brasil.** O curso on-line gratuito apresenta discussões clínicas. Com os constantes avanços da área da saúde, é importante manter-se atualizado.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/definindo\\_e\\_tratando\\_a\\_ira\\_nas\\_uti-s\\_do\\_bra\\_p2641/p](https://ensino.einstein.br/definindo_e_tratando_a_ira_nas_uti-s_do_bra_p2641/p)



|                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafra Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br><br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br><br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafrá Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**#VACINABRASIL**

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafra Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **“Vigilância em Foco”**

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSERH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSERH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSERH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

#### **Serviço de Gestão da Qualidade**

Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Atenção à Saúde

|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:<br>Bruna Mafra Guedes<br>Leili Mara Mateus da Cunha<br>Lorena Bezerra Carvalho<br>Tâmela Beatriz Matinada da Silva | Revisão:<br>Márcia Amaral Dal Sasso | Divulgação:<br>Serviço de Gestão da Qualidade<br>Coordenadoria de Gestão da Clínica<br>Diretoria de Atenção à Saúde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|