

## Tecnovigilância

### [Alerta 3173 \(Tecnovigilância\) - Vydenze Medical Indústria e Comércio Ltda - Aparelho eletromédico de fototerapia via luz intensa pulsada e laser ETHEREA MX – Alteração na faixa de calibração do equipamento a laser ETHEREA MX.](#)

**Ação:** Ação de Campo Código 001-20 sob responsabilidade da empresa Vydenze Medical Indústria e Comércio Ltda. Correção em Campo. Calibração do equipamento.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3173](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3173)

### [Alerta 3172 \(Tecnovigilância\) – Abbott Laboratórios do Brasil Ltda – i-STAT CHEM8+ cartridge – Comunicação sobre amostras de sangue total capilar com o cartucho azul do i-STAT® CHEM8+.](#)

**Ação:** Ação de Campo Código APOC2020-003 sob responsabilidade da empresa Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Correção em Campo. Recomenda-se avaliar a possibilidade de fazer a transição para outro cartucho i-STAT ou um método de teste alternativo que permita o uso de sangue total capilar.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3172](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3172)

### [Alerta 3171 \(Tecnovigilância\) – Vydenze Medical Indústria e Comércio Ltda – Aparelho Eletromédico de Fototerapia Via Laser e Luz, Baseado em Técnica Digital ZYE – Alteração na faixa de calibração do equipamento a laser ZYE ALEX.](#)

**Ação:** Ação de Campo Código 002-20 sob responsabilidade da empresa Vydenze Medical Industria e Comercio Ltda. Correção em Campo. Calibração do equipamento.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3171](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3171)

### [Alerta 3170 \(Tecnovigilância\) – Medstar Importação e Exportação Eireli – Selenia Dimensions – Problema no braço articulado do Sistema Selenia Dimensions.](#)

**Ação:** Ação de Campo Código 14 sob responsabilidade da empresa Medstar Importação e Exportação Eireli. Correção em Campo. Correção de partes/peças.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3170](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3170)

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

**Alerta 3169 (Tecnovigilância) – Advanced Bionics Instrumentos Auditivos do Brasil Ltda – Sistema HiResolution Bionic Ear – Problemas de desempenho nos dispositivos HiRes Ultra e HiRes Ultra 3D.**

**Ação:** Ação de Campo Código 3009511234-02/18/20-001R sob responsabilidade da empresa Advanced Bionics Instrumentos Auditivos do Brasil Ltda. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3169](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3169)

**Alerta 3168 (Tecnovigilância) – Abbott Laboratórios do Brasil Ltda – Família Instrumento Alinity ci-series – Potenciais problemas de desempenho do software do Alinity ci-series.**

**Ação:** Ação de Campo Código FA24JAN2020 sob responsabilidade da empresa Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3168](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3168)

**Alerta 3167 (Tecnovigilância) – bioMérieux Brasil – FilmArray BCID Panel – Risco de resultados falso positivos quando se utiliza BioFire® FilmArray® (BCID) com frascos de hemocultura bioMérieux BACT/ALERT.**

**Ação:** Ação de Campo Código FSCA 4593 sob responsabilidade da empresa bioMérieux Brasil Indústria e Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda. Carta ao Cliente. Decisão de parada de comercialização do produto temporariamente, até que as investigações estejam concluídas no site fabril (Biofire Diagnostic LLC e na bioMérieux Inc.).

[http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO\\_SEQ\\_ALERTA&Parametro=3167](http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3167)

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

## **Farmacovigilância**

### **Anvisa determina recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto cloridrato de ranitidina fabricado pela empresa NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A**

**Produto:** cloridrato de ranitidina - 15 MG/ML XPE CT FR PLAS AMB X 120 ML + COP

**Lotes:** 0X0344, 1C2696, 1C2695, 1D9560, 1F3745, 1G7278 e 1G7279

**Empresa:** NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A

**Motivo:** Comunicado de recolhimento voluntário protocolado pela empresa para os lotes 0X0344, 1C2696, 1C2695, 1D9560, 1F3745, 1G7278 e 1G7279 do medicamento, em função da possível presença das impurezas nitrosaminas.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 683, DE 5 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=94&data=09/03/2020>

### **Anvisa determina recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lote do produto CLORIDRATO DE RANITIDINA fabricado pela empresa 1FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

**Produto:** CLORIDRATO DE RANITIDINA - 150 MG COM REV CT STR AL X 20

**Lote:** 1800366

**Empresa:** 1FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

**Motivo:** Inclusão de lote 1800366 ao recolhimento voluntário em andamento pela empresa, em função da possível presença das impurezas nitrosaminas no insumo cloridrato de ranitidina.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 683, DE 5 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=94&data=09/03/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

**Anvisa determina recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto cloridrato de ranitidina fabricado pela empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

**Produto:** Cloridrato de ranitidina - 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML

**Lotes:** A PARTIR DE 01/01/2018

**Empresa:** FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

**Motivo:** Recolhimento voluntário iniciado pela empresa e a publicação da Resolução - RE nº 2.679, de 25/09/2019, que suspendeu a comercialização, distribuição, importação e uso para o insumo Cloridrato de Ranitidina, fabricado pela empresa Saraca Laboratories Limited, localizada no Endereço Survey No 10, Jinnaram Mandal, Sangareddy District, Gaddapotharam Village, Telangana - 502 319, Índia, tendo em vista suspensão pelo European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare - EDQM do certificado de adequabilidade, em razão da presença da impureza NDMA para esse insumo.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 683, DE 5 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=94&data=09/03/2020>

Elaboração: Bruna Maфра Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

**Anvisa determina recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto CLORIDRATO DE RANITIDINA fabricado pela empresa HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA**

**Produto:** CLORIDRATO DE RANITIDINA - 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 2 ML (EMB HOSP)

**Lotes:** 18050502, 18060416, 18060417, 18060418, 18060496, 18060497, 18070550, 18070551, 18080649, 18090863, 18100950, 18100951, 18111040, 18111067, 18111117, 18121162, 19010023, 19010024, 19010050, 19010078, 19020116, 19020117, 19020118, 19030206, 19030207, 19030222, 19050393, 19050420, 1905047519050579, 19050604, 19060498, 19060499, 19060500, 19060501, 19060649, 19060652, 19070650, 19070651, 19070671, 19070672, 19080778, 1908077919080882, 19090780 e 19090782

**Empresa:** HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA

**Motivo:** 18050502, 18060416, 18060417, 18060418, 18060496, 18060497, 18070550, 18070551, 18080649, 18090863, 18100950, 18100951, 18111040, 18111067, 18111117, 18121162, 19010023, 19010024, 19010050, 19010078, 19020116, 19020117, 19020118, 19030206, 19030207, 19030222, 19050393, 19050420, 1905047519050579, 19050604, 19060498, 19060499, 19060500, 19060501, 19060649, 19060652, 19070650, 19070651, 19070671, 19070672, 19080778, 1908077919080882, 19090780 e 19090782, em função da possível presença das impurezas nitrosaminas no produto.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 683, DE 5 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=94&data=09/03/2020>

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

## Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

### Anvisa determina recolhimento voluntário, proibição da comercialização, distribuição, importação e uso de lote do produto OPASTER'ANIOS BR fabricado pela empresa ECOLAB QUÍMICA LTDA

**Produto:** OPASTER'ANIOS BR

**Lote:** A26415S

**Empresa:** ECOLAB QUÍMICA LTDA

**Motivo:** Considerando o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e considerando a carta de recolhimento voluntário encaminhada à Anvisa pela empresa Ecolab Química Ltda informando do Recall do lote A26415S do produto OPASTER' ANIOS BR em decorrência de contaminação pelas bactérias *Pseudomonas oryzihabitans* e *Delftia acidovorans*.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 693, DE 6 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2020&jornal=515&pagina=95&totalArquivos=186>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

**Anvisa determina recolhimento voluntário, proibição da comercialização, distribuição, importação e uso de lotes do produto SURFA SAFE PREMIUM fabricado pela empresa ECOLAB QUÍMICA LTDA**

**Produto:** SURFA SAFE PREMIUM

**Lote:** A10123S, A14222S, A16909S, A31004S, A17927S, B04605S, B07108S, B08702S, B10629S, B20807S, B23907S, B25609S, W31810S, A16909S, A17927S, A31018S, A31004S, A31309S e B10629S

**Empresa:** ECOLAB QUÍMICA LTDA

**Motivo:** Considerando o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e considerando a carta de recolhimento voluntário encaminhada à Anvisa pela empresa Ecolab Química Ltda informando do Recall dos lotes do produto SURFA SAFE PREMIUM: A10123S, A14222S, A16909S, A31004S, A17927S, B04605S, B07108S, B08702S, B10629S, B20807S, B23907S, B25609S, W31810S, A16909S, A17927S, A31018S, A31004S, A31309S e B10629S.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 693, DE 6 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2020&jornal=515&pagina=95&totalArquivos=186>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

**Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição, fabricação e uso de lote do produto ÁGUA SANITÁRIA CAMPAR fabricado pela empresa CAMPAR LTDA**

**Produto:** ÁGUA SANITÁRIA CAMPAR

**Lote:** 5554

**Empresa:** CAMPAR LTDA

**Motivo:** Considerando o prazo de validade de 24 meses informado na rotulagem do produto em desacordo com o seu registro que é de 6 meses e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, desses lotes, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 693, DE 6 DE MARÇO DE 2020

**Fonte:** DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2020&jornal=515&pagina=95&totalArquivos=186>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

## **INFORMES**

**Metade dos brasileiros está acima do peso e 20% dos adultos estão obesos.** Ministério da Saúde alerta para necessidade da adoção de hábitos saudáveis para evitar o excesso de peso e as doenças que podem ser desencadeadas pela obesidade.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46485-mais-da-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso>

**SUS ofertará exame de toxoplasmose para bebês.** Para isso, o sangue já coletado no Teste do Pezinho vai ser usado para identificar a doença. Medida visa diagnóstico precoce em recém-nascidos, evitando sequelas, como problemas de visão e audição.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46496-sus-ofertara-exame-de-toxoplasmose-para-bebes>

**Sarampo: crianças e jovens têm até 13 de março para se vacinarem contra.** A mobilização nacional de vacinação contra o sarampo segue até o dia 13 de março e prevê vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 05 a 19 anos. Neste ano, três crianças já morreram pela doença.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46481-criancas-e-jovens-tem-ate-13-03-para-se-vacinar>

**Nascidos com defeitos congênitos: histórias de crianças, pais e profissionais de saúde que prestam cuidados ao longo da vida.** A cada ano, cerca de 8 milhões de recém-nascidos no mundo nascem com um grave defeito ou anomalia congênita e cerca de 3 milhões morrem antes do quinto aniversário.

**Fonte:** OPAS/OMS

[https://www.paho.org/bra/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6117:nascidos-com-defeitos-congenitos-historias-de-criancas-pais-e-profissionais-de-saude-que-prestam-cuidados-ao-longo-da-vida&Itemid=820](https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6117:nascidos-com-defeitos-congenitos-historias-de-criancas-pais-e-profissionais-de-saude-que-prestam-cuidados-ao-longo-da-vida&Itemid=820)

**Saúde da mulher é mais do que cuidados ginecológicos.** No Dia Internacional da Mulher, o Ministério da Saúde lembra que toda mulher tem direito ao acesso e à avaliação integral da sua saúde, com atendimento multiprofissional e olhar clínico, psicossocial e funcional para ter uma boa qualidade de vida.

**Fonte:** Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46504-saude-da-mulher-e-mais-do-que-cuidados-ginecologicos>

**MS amplia assistência para surdos matriculados em qualquer idade escolar.** Foi publicada, em Diário Oficial da União, a ampliação da oferta, no SUS, ao Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM). O aparelho, que antes estava disponível no sistema público para crianças e jovens entre 5 e 17 anos, será ofertado para todos os estudantes matriculados em qualquer nível acadêmico, sem restrição de idade.

**Fonte:** Conitec

<http://conitec.gov.br/ultimas-noticias-3/ms-amplia-assistencia-para-surdos-matriculados-em-qualquer-idade-escolar>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

## ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

**Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19: métodos para detecção, prevenção, resposta e controle.** Este curso fornece uma introdução geral ao COVID-19 e vírus respiratórios emergentes, e destina-se a profissionais de saúde pública, gerentes de incidentes e pessoas que trabalham para as Nações Unidas, organizações internacionais e ONGs.

**Fonte:** OMS

<https://openwho.org/courses/introducao-ao-ncov>

**Ventilação Protetora para Todos.** O curso on-line e gratuito Ventilação Protetora para Todos apresenta os novos conceitos da técnica e suas indicações.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/ventilacao\\_protetora\\_para\\_todos\\_p2613/p](https://ensino.einstein.br/ventilacao_protetora_para_todos_p2613/p)

**Infecção do sítio cirúrgico – Evento prevenível com alto impacto para o paciente.** Situação aumenta em até 11 vezes o risco de mortalidade e gera altos custos ao sistema.

**Fonte:** IBSP

<https://www.segurancadopaciente.com.br/ev-adversos-riscos/infeccao-do-sitio-cirurgico-evento-prevenivel-com-alto-impacto-para-o-paciente/>

**Ressuscitação Volêmica Precoce na Sepse.** O curso on-line gratuito ensina sobre características da sepse e ressuscitação. O curso apresenta a definição e características de sepse, reconhecimento precoce, momento para realizar a ressuscitação e reposição de fluidos.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/ressuscitacao\\_volemica\\_precoce\\_na\\_sepse\\_p2663/p](https://ensino.einstein.br/ressuscitacao_volemica_precoce_na_sepse_p2663/p)

**Base de Pesquisa em Saúde.** O curso on-line gratuito apresenta a base da pesquisa na área da saúde. Entre os temas abordados estão conceito de pesquisa, pesquisa científica, definição de documentação direta, observação intensiva e extensiva, fontes primárias, fontes secundárias, níveis de pesquisa, delineamento da pesquisa, método quantitativo e qualitativo, características da pesquisa quantitativa e pesquisa bibliográfica.

**Fonte:** Hospital Albert Einstein

[https://ensino.einstein.br/base\\_de\\_pesquisa\\_em\\_saude\\_p2671/p](https://ensino.einstein.br/base_de_pesquisa_em_saude_p2671/p)

**XI Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública.** Doenças Negligenciadas, Desenvolvimento e Desigualdades. As sessões são transmitidas ao vivo pela internet, além de gravadas e disponibilizadas na videoteca Nethis. O evento ocorrerá dia 14 de março, a partir das 14h, no auditório externo da FIOCRUZ BRASÍLIA.

**Fonte:** FIOCRUZ

<https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-3168>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

# VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO



MOVIMENTO  
**VACINA  
BRASIL**

**DE 10 DE FEVEREIRO  
A 13 DE MARÇO**

**PESSOAS DE  
5 A 19 ANOS**  
QUEM JÁ TOMOU AS 2 DOSES  
NÃO PRECISA SE VACINAR

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE  
LEVE A CADERNETA DE VACINAÇÃO  
Saiba mais em [saude.gov.br/vacinabrasil](http://saude.gov.br/vacinabrasil)

Elaboração:

Bruna Mafra Guedes  
Leili Mara Mateus da Cunha  
Lorena Bezerra Carvalho  
Tâmela Beatriz Matinada da Silva

Revisão:

Márcia Amaral Dal Sasso

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Atenção à Saúde



BAIXE O APP  
QUE ORIENTA  
SOBRE FOCOS  
E IDENTIFICA  
O AGENTE DE  
SAÚDE.



JANAÍNA DOS SANTOS - DE  
TEVE ZIKA DURANTE A GRAVIDEZ  
E SUA FILHA NASCEU COM  
MICROCEFALIA.

# EVOCÊ?

## JÁ COMBATEU O MOSQUITO HOJE? PROTEJA SUA FAMÍLIA.

### A MUDANÇA COMEÇA POR VOCÊ.

O mosquito *Aedes aegypti* transmite dengue, chikungunya e zika, doenças graves que podem até matar. Por isso, elimine os focos de água parada **TODOS OS DIAS**.

Saiba mais sobre combate,  
causas e sintomas em  
[saude.gov.br/combataedes](http://saude.gov.br/combataedes)



Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---



**SAVE LIVES  
CLEAN YOUR HANDS**



**CUIDADO SEGURO  
PARA TODOS  
ESTÁ EM  
SUAS MÃOS**

**ESTÁ EM  
SUAS MÃOS**

### **“Vigilância em Foco”**

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

**Serviço de Gestão da Qualidade**  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---