

Tecnovigilância

Alerta 3201 (Tecnovigilância) – Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda – Hemashield Enxerto Cardiovascular – Sangramento potencial na linha da costura dos ramos do Hemashield.

Ação: Ação de Campo Código RC034 – Hemashield sob responsabilidade da empresa Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3201

Alerta 3200 (Tecnovigilância) – Zammi Instrumental Eireli – Transdutor Descartável para sistema de monitorização de pressão KMP – Possibilidade de desconexão, devido à possível falha na colagem em algumas unidades.

Ação: Ação de Campo Código 022/2020 sob responsabilidade da empresa Zammi Instrumental Eireli. Recolhimento. Reteste do componente suspeito e destruição dos reprovados.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3200

Alerta 3199 (Tecnovigilância) – Roche Diabetes Care Brasil Ltda – Accu-Chek Guide – Possibilidade de ocorrência de problemas de bateria nos Monitores Accu-Chek Guide.

Ação: Ação de Campo Código SBN_RDC_2019_03 sob responsabilidade da empresa Roche Diabetes Care Brasil Ltda. Correção em Campo. Processo de Troubleshooting para resetar monitor.

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3199

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina interdição cautelar do produto MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM (TESTE RAPIDO) fabricado pela empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Produto: MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM (TESTE RAPIDO)

Lote: COV 20030060

Empresa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Motivo: Considerando o Laudo de Análise Fiscal 1342.1P.0/2020, emitido pela Fundação Oswaldo Cruz - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que apresentou resultado insatisfatório no ensaio de sensibilidade, sendo que em 20 amostras verdadeiramente positivas para COVID-19 para IgM e IgG, não foi encontrado resultado Falso Negativo para COVID-19 IgG e 03 resultados falso negativos para COVID-19 IgM, na amostragem analisada. O produto apresentou falhas e marcações indeléveis da linha controle em 71% dos cassetes analisados (71/100), como também nas linhas teste 15% dos cassetes analisados (03/20), implicando em resultados falso negativos.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.457, DE 7 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=120&data=11/05/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, uso dos produtos abaixo relacionados fabricados pela empresa SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

Produto (lote):

Produto	Lote
Algodão preto torcido	lotes a partir de 14/06/2019
Cat gut cromado	lotes a partir de 14/06/2019
Cat gut cromado sem agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Cat gut simples	lotes a partir de 14/06/2019
Cat gut simples sem agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura algodao agulhado	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de algodao	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de catgut cromado com agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de catgut cromado sem agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de catgut simples com agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de catgut simples sem agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de linho com agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de nylon agulhado	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de polipropileno com agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de seda agulhado	lotes a partir de 14/06/2019
Fio de sutura de vicril com agulha	lotes a partir de 14/06/2019
Nylon	lotes a partir de 14/06/2019
Seda trançada preta	lotes a partir de 14/06/2019

Empresa: SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 04.550.482/0001-04

Motivo: Considerando a inspeção sanitária realizada na empresa Sutucat Indústria e Comércio de Fios Cirúrgicos Ltda, em 10, 11, 12 e 14/06/2019, durante a qual ficou comprovada a fabricação do produto, em desacordo com os itens 2.2.2, 7.3.1, 3.1.1, 9.1, 2.2.6, 2.1.1.2, 7.3.1, 2.5.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3, 5.1.5, 3.2, 5.1.5.1, 3.3.1, 5.5.1, 6.1.2, 9.2, 5.1.1, 5.4.4, 7.2.2.1 da Resolução-RDC nº. 16/2013.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.457, DE 7 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=120&data=11/05/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina proibição da comercialização, distribuição, fabricação, uso, recolhimento cautelar dos produtos listados abaixo fabricados pela empresa Fundação Oswaldo Cruz

Produtos (lotes): Kit Diagnóstico ICC EIE Hantec IGG (lotes a partir de 12/07/2019);
Kit Diagnóstico ICC EIE Hantec IGM (lotes a partir de 12/07/2019).

Empresa: Fundação Oswaldo Cruz - CNPJ: 33781055006

Motivo: Considerando a comprovação da fabricação e comercialização dos produtos sem registro ou cadastro na Anvisa, em desacordo com os Art. 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Considerando a inspeção sanitária realizada na empresa Fundação Oswaldo Cruz, CNPJ 33.781.055/006, em 12/07/2019, durante a qual ficou comprovada a fabricação dos produtos, em desacordo com a RDC 16/2013.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.457, DE 7 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=120&data=11/05/2020>

Anvisa determina recolhimento e suspensão da comercialização, distribuição, uso do produto Artrolon Standard fabricados pela empresa CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE

Produto (lote): Artrolon Standard (1707021)

Empresa: CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE - CNPJ: 10.220.940/0001-40

Motivo: Considerando o Auto Termo nº 33/2018, emitido pela Secretaria de Estado da Saúde/PR, o qual intima a empresa Camahe Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos para Saúde Ltda, CNPJ 10.220.940/0001-40, a realizar ação de campo, conforme estabelece a RDC nº 23/2012, referente ao lote 1707021 do produto Artrolon Standard, o qual foi liberado com residual de ETO superior ao permitido na Portaria Interministerial nº 482/1999. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de noventa dias.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.457, DE 7 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=120&data=11/05/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina recolhimento e suspensão da comercialização, importação, distribuição, propaganda e uso do produto UNI-GOLD HIV fabricado pela empresa TRINITY BIOTECH

Produto (Lote): UNI-GOLD HIV (CÓDIGO 1206502) - TRINITY BIOTECH (HIV7120026 e HIV6120030);

Empresa: TRINITY BIOTECH

Motivo: Comercialização de produto para saúde falsificado, constituindo infração sanitária, conforme Inc. XXVIII do Art.10 da Lei 6437/1977.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.458, DE 7 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2020&jornal=515&pagina=120&totalArquivos=170>

Anvisa determina recolhimento e suspensão da comercialização, importação, distribuição, propaganda e uso do produto MÁSCARA SEMIFACIAL fabricado pela empresa Dongguan Leihuo Medical Device Co., Ltd.

Produto (Lote): Máscara Semifacial Modelo LH-KN95 (lotes a partir de 01/01/2001)

Empresa: Dongguan Leihuo Medical Device Co., Ltd.

Motivo: Considerando o alerta sobre máscaras N95 falsificadas oriundas da China que foi emitido pelo Canada Border Services Agency, EIOD-Intelligence, GTAR Intelligence Bulletin 2020-008, datado de 24/04/2020; e, Considerando apreensão de carga de máscaras chinesas rotuladas como N95 pela alfandega no aeroporto internacional de Brasília com suspeita de falsificação/adulteração.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.474, DE 8 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=121&data=11/05/2020>

Elaboração: Bruna Maфра Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Farmacovigilância

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto FLUARIX TETRA FRASCO AMPOLA MULTI-DOSE

Produto (lote): FLUARIX TETRA FRASCO AMPOLA MULTI-DOSE (200075);

Empresa: Desconhecida

Motivo: Considerando o art. 62, caput e II, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e que a empresa GlaxoSmithKline Brasil Ltda, detentora do registro do medicamento confirma que o produto Fluarix Tetra Frasco Ampola Multi-Dose, lote 200075, data de fabricação em março 2020 e data de validade março de 2021 nunca foi produzido pela empresa, bem como informa que não produz Fluarix na apresentação Frasco-Ampola MultiDose, tratando-se, portanto, de falsificação.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.319, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=109&data=04/05/2020>

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto BETATRINTA fabricado pela empresa EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Produto (lote): BETATRINTA - 5 MG/ML + 2 MG/ML SUS INJ CT AMP VD TRANS X 1 ML + SER SIST SEG (633443)

Empresa: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. - CNPJ: 61.190.096/0001-92

Motivo: Comunicado de recolhimento voluntário enviado pela empresa em razão de possível falha na selagem da embalagem da seringa que acompanha o produto.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.282, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=57&data=29/04/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto Cloridrato de ranitidina fabricado pela empresa GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A

Produto (lote):

Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 10 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe cx 60 fr plas amb x 120 ml + 60 ser dos (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 300 (lotes a partir de 23/01/2018)
;cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 500 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 8 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 16 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 10 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg co m rev ct bl al al x 20 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 300 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 500 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 400 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 450 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe ct fr plas amb x 120 ml + ser dos (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe cx 25 fr plas amb x 120 ml + 25 ser dos (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe cx 50 fr plas amb x 120 ml + 50 ser dos (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 20 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe ct fr plas amb x 120 ml + cop (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe ct 25 fr plas amb x 120 ml + 25 cop (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe ct 50 fr plas amb x 120 ml + 50 cop (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 15 mg/ml xpe ct 60 fr plas amb x 120 ml + 60 cop (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 30 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 60 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 400 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 150 mg com rev ct bl al al x 450 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 30 (lotes a partir de 23/01/2018);
Cloridrato de ranitidina - 300 mg com rev ct bl al al x 60 (lotes a partir de 23/01/2018);

Empresa: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - CNPJ: 03.485.572/0001

Motivo: Art. 7º, XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, Resolução RDC nº55/2005 e comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa em razão de resultados insatisfatórios nos ensaios de controle da impureza nitrosamina (NDMA).

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.282, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=57&data=29/04/2020>

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde

Anvisa determina recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes do produto PERMESE fabricado pela empresa MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.

Produto (lote): PERMESE - 5 MG/ML + 2 MG/ML SUS INJ CT AMP VD TRANS X 1 ML + SER SIST SEG (640525);

Empresa: MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ: 14.806.008/0001-54

Motivo: Possível falha na selagem da embalagem do Medicamento PERMESE, lote 640525.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.282, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=57&data=29/04/2020>

Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

Anvisa determina proibição da comercialização, distribuição, fabricação e uso do produto MAZA ÁLCOOL EM GEL 70 °(TODOS); GEL 70% fabricado pela empresa VITQUÍMICA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME

Produto (Lote): MAZA ÁLCOOL EM GEL 70° (TODOS);

Empresa: VITQUÍMICA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME - CNPJ: 23646039000186

Motivo: Considerando a comercialização, exposição à venda, fabricação do produto por empresa sem autorização de funcionamento (AFE) específica para cosméticos, infringindo o parágrafo único do art. 2º da RDC nº 350/2020, o art. 2º da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.390, DE 5 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Anvisa determina proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto ÁLCOOL 70% PROL; GEL 70% fabricado pela empresa C&M Industrial Eireli

Produto (Lote): ÁLCOOL 70% PROL (TODOS);

Empresa: C&M Industrial Eireli - CNPJ: 10586083000104

Motivo: Considerando a comercialização, exposição à venda, fabricação do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.363, DE 4 DE MAIO DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=84&data=05/05/2020>

Anvisa determina proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto ÁLCOOL GEL 3 MENINAS

Produto (Lote): ÁLCOOL GEL 3 MENINAS (TODOS);

Empresa: Desconhecida

Motivo: Considerando a comercialização, exposição à venda, fabricação do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 1.288, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Fonte: DOU

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=94&data=30/04/2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

INFORMES

Impacto da Pandemia do COVID-19 na Saúde Mental da População Brasileira

O Ministério da Saúde quer saber como está a sua saúde mental. Participe da pesquisa que vai rastrear a existência de depressão, ansiedade e estresse na população brasileira. O preenchimento leva em torno de 15 minutos.

Fonte: Ministério da Saúde

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55458

Combate ao Aedes Aegypti: prevenção e controle da Dengue, Chikungunya e Zika

O Ministério da Saúde convoca a população brasileira a continuar, de forma permanente, com a mobilização nacional pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, como microcefalia e Guillain-Barré, o *Aedes Aegypti*.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes>

Ministério da Saúde habilita mais 116 leitos de UTI

São 110 leitos de UTI adulto e 6 de UTI pediátrica, voltados exclusivamente aos pacientes graves do coronavírus, nos estados do RJ, AP, TO e MS

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46855-ministerio-da-saude-habilita-mais-116-leitos-de-uti>

Rio de Janeiro recebe mais 1,3 milhão de Equipamentos de Proteção Individual

Os Equipamentos de Proteção Individual serão usados pelos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes com coronavírus

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46856-rio-de-janeiro-recebe-mais-1-3-milhao-de-epis>

Ministro da Saúde faz videoconferência com deputados

Nelson Teich explicou as ações adotadas para enfrentamento ao coronavírus. A audiência pública foi transmitida pela Internet e contou com a participação de parlamentares de todos os estados

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46851-ministro-da-saude-faz-videoconferencia-com-deputados>

Programa Diagnosticar para Cuidar prevê ações de testagem em 2020

Lançada hoje (6) a estratégia nacional de vigilância epidemiológica e laboratorial para a COVID-19. Objetivo é realizar 46 milhões de testes, o que representa cerca de 22% da população brasileira

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46848-programa-diagnosticar-para-cuidar-preve-acoes-de-testagem-em-2020>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Brasil ganha reforço de mais 592 leitos de UTI

Ao todo, 3.236 leitos de UTI já foram habilitados para pacientes com COVID-19. O Ministério da Saúde repassa para cada leito R\$ 1,6 mil por dia, que é o dobro do valor normal da diária

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46847-brasil-ganha-reforco-de-mais-592-leitos-de-uti>

Segunda fase: 10 milhões do público-alvo ainda não se vacinou contra gripe

A terceira fase da campanha terá início no dia 11 de maio e será dividida em duas etapas. Entre os públicos prioritários estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto (até 45 dias)

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46842-segunda-fase-10-milhoes-do-publico-alvo-ainda-nao-se-vacinou>

Profissionais de saúde contam com suporte psiquiátrico no SUS

A ação estratégica “O Brasil Conta Comigo” garante atendimento psíquico aos profissionais que estão na linha de frente do combate à COVID-19

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46858-profissionais-de-saude-contam-com-suporte-psiquiatrico-no-sus>

Ministério da Saúde distribui mais 100 respiradores no fim de semana

Os estados do Amapá, Ceará, Paraíba e Pernambuco foram contemplados com a entrega dos respiradores. Ao todo, a pasta distribuiu 487 aparelhos para o combate à COVID-19

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46841-ministerio-saude-distribui-mais-100-respiradores-no-fim-de-semana>

Doação de sangue: como doar, quem pode doar, impedimentos

Os hemocentros estão preparados para receber você. Ao sair para doar sangue, redobre os cuidados de etiqueta sanitária. Mas atenção, se estiver com sintomas de gripe, fique em casa.

Fonte: Ministério da Saúde

<http://saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangue>

Saúde lança ações de cuidado aos idosos em situação de vulnerabilidade

Objetivo é ampliar o acesso e cuidado à população idosa em situação de extrema vulnerabilidade, durante a pandemia do coronavírus

Fonte: Ministério da Saúde

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46819-saude-lanca-acoes-de-cuidado-aos-idosos-em-situacao-de-vulnerabilidade>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Sociedade Brasileira de Psicologia publica fascículos sobre saúde mental e a COVID-19

As publicações abordam temas como Atendimento on-line e voluntário, luto e resolução de conflitos familiares.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/noticia/sociedade-brasileira-de-psicologia-publica-fasciculos-sobre-saude-mental-e-a-covid-19>

Cartilhas reúnem recomendações em saúde mental na pandemia

Pesquisadores colaboradores do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (Cepedes/Fiocruz) produziram três cartilhas sobre o tema.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/noticia/cartilhas-reunem-recomendacoes-em-saude-mental-na-pandemia>

Erradicação da varíola: um legado de esperança para COVID-19 e outras doenças

Em 8 de maio de 1980, a 33ª Assembleia Mundial da Saúde declarou oficialmente: "O mundo e todos os seus povos estão livres da varíola".

Fonte: PAHO/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6165:erradicacao-da-variola-um-legado-de-esperanca-para-covid-19-e-outras-doencas&Itemid=812

OPAS colabora com Manaus, estado do Amazonas e Ministério da Saúde do Brasil na resposta à COVID-19

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em apoio às ações do Ministério da Saúde do Brasil, tem ajudado a fortalecer a capacidade de vigilância e laboratório do município de Manaus e do estado do Amazonas na resposta à doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Fonte: PAHO/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6163:opas-tem-colabora-com-manaus-estado-do-amazonas-e-ministerio-da-saude-do-brasil-na-resposta-a-covid-19&Itemid=812

Diretora da OPAS pede a países das Américas que analisem tendências da pandemia antes de flexibilizar medidas de distanciamento social

A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, pediu aos países das Américas que identifiquem tendências específicas da pandemia de COVID-19 de acordo com seus contextos específicos e alertou que a flexibilização precoce nas medidas de distanciamento social "poderia acelerar a propagação do vírus e abrir a porta para um aumento dramático de casos ou sua propagação a áreas próximas".

Fonte: PAHO/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6161:diretora-da-opas-pede-a-paises-das-americas-que-analisem-tendencias-da-pandemia-antes-de-flexibilizar-medidas-de-distanciamento-social&Itemid=812

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Diretora da OPAS pede continuidade na vacinação para evitar risco de outros surtos durante pandemia de COVID-19

A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, pediu nesta terça-feira (28) que os programas de vacinação continuem durante a pandemia de COVID-19.

Fonte: PAHO/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6159:diretora-da-opas-pede-continuidade-na-vacinacao-para-evitar-risco-de-outros-surtos-durante-pandemia-de-covid-19&Itemid=812

OPAS colabora com Manaus, estado do Amazonas e Ministério da Saúde do Brasil na resposta à COVID-19

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em apoio às ações do Ministério da Saúde do Brasil, tem ajudado a fortalecer a capacidade de vigilância e laboratório do município de Manaus e do estado do Amazonas na resposta à doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Fonte: PAHO/OMS

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6163:opas-tem-colabora-com-manaus-estado-do-amazonas-e-ministerio-da-saude-do-brasil-na-resposta-a-covid-19&Itemid=812

Nota técnica esclarece sobre reúso de EPIs

Não há, até o momento, evidências científicas que assegurem a eficácia e a segurança do reúso, pelos profissionais de saúde, de EPIs enquadrados como "PROIBIDO REPROCESSAR" ou "O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO".

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/nota-tecnica-esclarece-sobre-reuso-de-epis/219201?p_p_auth=B00J63NU&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DB00J63NU%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_KzfwbqagUNDE_column-2%26p_p_col_count%3D2

Covid-19: saiba como notificar problemas com testes

Anvisa orienta profissionais de saúde para a devida notificação de eventuais problemas detectados em exames para Covid-19.

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/covid-19-saiba-como-notificar-problemas-com-testes/219201?p_p_auth=vD34y0ga&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DvD34y0ga%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D2

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

Aprovado uso de testes rápidos em farmácias

Medida tem caráter temporário e excepcional e visa ampliar a oferta e a rede de testagem, bem como reduzir a demanda em serviços públicos de saúde.

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/aprovado-uso-de-testes-rapidos-em-farmacias/219201?p_p_auth=vD34y0ga&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DvD34y0ga%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D2

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Posição prona usada precocemente melhora a saturação de oxigênio em pacientes com COVID-19 acordados, não intubados

Embora a maioria das pessoas infectadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) apresentem um quadro gripal, e por vezes se mantenham assintomáticas, algumas delas desenvolvem um quadro de insuficiência respiratória e necessitam de suporte respiratório.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/170>

Controle da epidemia de diarreia epidêmica suína nos EUA em 2013: lição para a COVID-19

O vírus da diarreia epidêmica suína, um coronavírus, causa doença gastrointestinal em porcos. Quando essa doença foi inicialmente descrita, no início dos anos 70, no Reino Unido, não despertou grande interesse por ser leve e não acometer animais recém-nascidos. Com o passar do tempo, porém, a doença se espalhou para outros países e o vírus sofreu mutação, de forma que em 2010 surtos de grandes proporções foram observados na China, com grande mortalidade de animais jovens.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/169>

Como está o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19?

Na seção de Notícias da revista britânica BMJ foi publicada, no último dia 27, uma matéria sobre as vacinas contra a COVID-19 que estão em desenvolvimento [1]. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), até o último dia 23 elas eram 83, das quais 7 já aprovadas para teste em humanos. Destas, três são chinesas, duas norte-americanas, uma britânica e uma alemã.

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/162>

Como sair do confinamento? Pesquisa ajudará os ingleses a encontrar uma resposta

O Departamento de Saúde e Atenção Social da Inglaterra anunciou um programa de pesquisa para determinar a prevalência da COVID-19 na comunidade e a proporção da população inglesa já infectada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Fonte: UNA-SUS

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/171>

Gatos, outros animais domésticos e o novo coronavírus

A revista científica britânica *Nature* publicou uma matéria [1] que deve interessar os proprietários dos mais de 52 milhões de cães e mais de 22 milhões de gatos existentes no Brasil.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/159>

A utilidade da tomografia computadorizada de tórax no diagnóstico de COVID-19

Hope *et al*, na sessão de Correspondência da revista britânica *Lancet* [1], discutem se a tomografia computadorizada (TC) de tórax pode ser útil na triagem ou acelerar o diagnóstico de COVID-19.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/149>

Medidas de proteção no manejo da COVID-19 na Atenção Especializada

Neste curso, abordamos a identificação e a extensão da transmissão da infecção pelo novo coronavírus, assim como o reconhecimento de seus fatores de risco entre os profissionais da saúde.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46163>

Orientações sobre a COVID-19 na Atenção Especializada

Neste curso, abordamos quais orientações podemos fornecer aos pacientes, para que estes também auxiliem na prevenção e combate do vírus COVID-19.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46162>

Manejo clínico da COVID-19 na Atenção Especializada

O curso oferece a oportunidade de rever as recomendações que compõem o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) e outros documentos oficiais relevantes sobre manejo clínico de síndromes gripais com ênfase nos níveis de Atenção Secundária e Terciária à Saúde.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46172>

Orientações Gerais ao Paciente com COVID-19 na Atenção Primária à Saúde

Este microcurso apresenta as fases epidemiológicas da COVID-19 e dá orientações sobre manifestações clínicas e condições de risco para complicações em casos de Síndrome Gripal.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46168>

Prevenção e controle de infecções (PCI) causadas pelo novo coronavírus (COVID-19)

Este curso fornece informações sobre o que os serviços de saúde devem fazer para estar preparados para responder no caso de surgimento de um vírus respiratório, como o novo coronavírus.

Fonte: UNA-SUS

<https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46170>

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---

COMBATA O MOSQUITO

BAIXE O APP QUE ORIENTA SOBRE FOCOS E IDENTIFICA O AGENTE DE SAÚDE.

JANAÍNA DOS SANTOS - DE TEVE ZIKA DURANTE A GRAVIDEZ E SUA FILHA NASCEU COM MICROCEFALIA.

EVOCÊ?

JÁ COMBATEU O MOSQUITO HOJE? PROTEJA SUA FAMÍLIA.

A MUDANÇA COMEÇA POR VOCÊ.
O mosquito *Aedes aegypti* transmite dengue, chikungunya e zika, doenças graves que podem até matar. Por isso, elimine os focos de água parada **TODOS OS DIAS.**

Salba mais sobre combate, causas e sintomas em saude.gov.br/combateaedes

DISQUE SAÚDE 136

MOVIMENTO VACINA BRASIL MAIS PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

A PARTIR DE 11 MAIO

ATENÇÃO PARA OS PÚBLICOS E AS DATAS DE CADA FASE.

- CRIANÇAS DE 6 MESES A MENORES DE 6 ANOS.
- GRÁVIDAS E MÃES NO PÓS-PARTO.
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

DISQUE SAÚDE 136

SUS+ | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

<p>Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva</p>	<p>Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso</p>	<p>Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde</p>
---	---	---



**SAVE LIVES
CLEAN YOUR HANDS**



**CUIDADO SEGURO
PARA TODOS
ESTÁ EM
SUAS MÃOS**

SOAM SAUS
ESTÁ EM

“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Leili Mara Mateus da Cunha Lorena Bezerra Carvalho Tâmela Beatriz Matinada da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Atenção à Saúde
--	-------------------------------------	---