

Tecnovigilância

Alerta 3455 (Tecnovigilância) - Medtronic Comercial Ltda - Valiant Navion – Sistema de endoprótese Torácica - Falha no desempenho do dispositivo – Recolhimento.

Ação de Campo Código FA960 sob responsabilidade da empresa Medtronic Comercial Ltda. Recolhimento.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3455

Alerta 3456 (Tecnovigilância) - Endotec Produtos Médicos Ltda - PHIL Sistema Embólico Líquido - Problema na embalagem do produto – Recolhimento e devolução ao fabricante.

Ação de Campo Código 1 sob responsabilidade da empresa Endotec Produtos Médicos Ltda. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3456

Alerta 3457 (Tecnovigilância) - Medtronic Comercial Ltda - Subconjunto de Cardioversores Desfibriladores Implantáveis (CDIs) e Desfibriladores com Terapia de Ressincronização Cardíaca (D-TRCs) - Redução no Tempo de Substituição - Comunicado.

Ação de Campo Código FA951 sob responsabilidade da empresa Medtronic Comercial Ltda. Comunicação.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3457

Alerta 3458 (Tecnovigilância) - Cardinal Health do Brasil – Stents de Nitinol Cordis - Separação da ponta distal do lúmen do fio – Recolhimento e devolução ao fabricante.

Ação de Campo Código Cordis20210211 sob responsabilidade da empresa Cardinal Health do Brasil. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3458

Alerta 3459 (Tecnovigilância) - Olympus Optical do Brasil Ltda. Dispositivos específicos de endoterapia - Problema no processo de embalagem – Recolhimento e destruição.

Ação de Campo Código FA_153_06 sob responsabilidade da empresa Olympus Optical do Brasil Ltda. Recolhimento. Destruição.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3459

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva		Atenção à Saúde

Alerta 3460 (Tecnovigilância) - DFL Indústria e Comércio S.A - Dencojet – Comprometimento no processo de esterilização. Recolhimento e destruição.

Ação de Campo Código 002/2021 sob responsabilidade da empresa DFL Indústria e Comércio S.A. Recolhimento. Destruição.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3460

Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto Sistema de Cardioplegia Sanguíneo SCS da empresa LIVANOVA BRASIL COM. E DISTR. DE EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA. - EPP.

Produto (lote): Sistema de Cardioplegia Sanguíneo SCS - ALC 850 (060819; 340919)

Empresa: LIVANOVA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - EPP - CNPJ: 45.489.614/0001-17

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa enquadrada no art. 9º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 23/2012, e o alerta de tecnovigilância 3439/2021.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 811, DE 23 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	-------------------------------------	--

Anvisa publica interdição cautelar do produto KIT DE TESTE COVID-19 da empresa LMG LASERS – COM., IMP. E EXP. LTDA.

Produto (lote): KIT DE TESTE COVID-19 (21841006);

Empresa: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 09.089.140/0001-52

Motivo: Considerando o descumprimento da interdição cautelar determinada no auto de Intimação nº. 10000045744/21, emitido pela Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina.

Ação: Verificar se o seu hospital utiliza esse produto e acompanhar possíveis notificações que indiquem a descontinuidade do uso. Acompanhar novas publicações do produto no período de 90 dias. Obs.: A interdição cautelar do produto dura o tempo necessário à realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual o produto ou o estabelecimento será automaticamente liberado, conforme Lei n. 9.782/99; Lei n. 6.437/77 e Decreto nº 79.094/77

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 832, DE 24 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto SARS-COV-2 ANTIBODY TEST da empresa FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A.

Produto (lote): SARS-COV-2 ANTIBODY TEST (COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMATOGRAPHY) (20CG2517X);

Empresa: FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A - CNPJ: 05.941.046/0001-29

Motivo: Considerando o Laudo de Análise Fiscal de Contraprova 3223.CP.0/2020, emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS, que comprovou o resultado insatisfatório no ensaio de Especificidade e considerando o art. 27 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 848, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	-------------------------------------	--

Anvisa publica recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos abaixo listados da empresa CML – Centro Médico Logístico Ltda.

Produto (lote): SISTEMA DE JOELHO ENDO-MODEL MODULAR ROTATIONAL (produzidos a partir de 31/08/2020);
SISTEMA DE JOELHO ENDO-MODEL ROTATIONAL STANDARD (produzidos a partir de 31/08/2020);

Empresa: CML - Centro Médico Logístico Ltda - CNPJ: 23.378.089/0001-20

Motivo: Considerando a comprovação da fabricação do produto em desacordo com seu registro na Anvisa, por não conformidades em especificações e laudos de matéria prima, contrariando o capítulo 5, Controles de Processo e Produção, da Resolução RDC n. 16/2013.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 849, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto Equipo Multivias com Clamp Descarpack VI da empresa DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA.

Produto (lote): Equipo Multivias com Clamp Descarpack VI (SEUUAA0011; SEUUAA0010);

Empresa: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.057.428/0001-33

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa, em que a mesma identificou que algumas unidades do Equipo Multivias com Clamp Descarpack apresentavam problemas na conexão com os dispositivos de acesso venoso (cateter, escalpe), enquadrada no art. 9º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 23/2012, e o alerta de tecnovigilância nº 3365/2020

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 893, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	-------------------------------------	--

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE 6' COM TWIST-CLAMP DE LONGA PERMANENCIA BAXTER da empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA.

Produto (lote): EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE 6' COM TWIST-CLAMP DE LONGA PERMANENCIA BAXTER (H20D30070; H20E22082 e H20F09061);

Empresa: BAXTER HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 49.351.786/0001-80

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa, em que a mesma informou que detectou falta de fluxo ou vazamento nos lotes do produto, conforme Alerta de Tecnovigilância nº 3384/2020 e considerando o § 1º do Art. 15 do Decreto nº 8.077 de 14 de agosto de 2013 e a Resolução - RDC nº 23 de 04 de abril de 2012.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 894, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto ARCHITECT EBV VCA IgM Calibrators da empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Produto (lote): ARCHITECT EBV VCA IgM Calibrators (08159BE00);

Empresa: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 56.998.701/0001-16

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa, em que a mesma identificou que o Calibrador Architect EBV VCA IgM, número de lote 08159BE00, pode apresentar sinal reduzido de RLUs (Unidades de Luz Relativas). Ação de campo, Código FA29OCT2020, considerando o Alerta de Tecnovigilância n. 3368/2020 e o recolhimento voluntário em atendimento ao parágrafo 1 do Art. 15 do Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013 e à Resolução-RDC n 23 de 04 de abril de 2012.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 895, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Márcia Amaral Dal Sasso Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Farmacovigilância

Anvisa publica apreensão, suspensão da comercialização, manipulação, distribuição e uso do produto SIBUTRAMIN de empresa desconhecida.

Produto (lote): SIBUTRAMIN (TODOS);

Empresa: Desconhecida - CNPJ: Desconhecido

Motivo: Comprovação da divulgação e comercialização por meio dos sites www.casasbahia.com.br e globalnoticias.org do produto fabricado por empresa desconhecida, na forma farmacêutica cápsulas, composto por combinação de fibras de alta concentração e amidos de polímero da glicose e com alegações terapêuticas relacionadas ao emagrecimento, em desacordo com o art. 56 do Decreto-Lei n. 986/1969, anexos da RDC n. 27/2010 e anexos da IN 28/2018, sem a devida regularização junto à Anvisa como medicamento específico, ferindo o parágrafo 3º do artigo 3º da RDC 24 de 2011 e, conseqüentemente, descumprindo o disposto no artigo 8º da Lei 5.991 de 1973 e dos artigos 2º, 12, 50 e 59 da Lei 6.360/1976. As ações determinadas se aplicam a quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem o produto.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 791, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	--	---

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto PROLOPA da empresa PROD. ROCHE QUÍM. E FARM. S.A.

Produto (lote): PROLOPA - (200,0 + 50,0) MG COM CT FR VD AMB X 30 (RJ1564);
PROLOPA - (100,0 + 25,0) MG COM CT FR VD AMB X 60 (RJ0685);
PROLOPA - (100,0 + 25,0) MG COM SUS CT FR VD AMB X 30 (RJ0632).

Empresa: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A. - CNPJ: 33.009.945/0001-23

Motivo: Comunicado de recolhimento voluntário protocolado pela empresa, em razão de identificação de desvio de qualidade relativo à presença de pontos pretos nos comprimidos com decréscimo no teor de benserazida no tempo 12 dos estudos de estabilidade de acompanhamento, em atendimento ao art. 6º da Lei nº6360/1976 e à RDC nº55/2005.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 791, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	-------------------------------------	--

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto CLORIDRATO DE DULOXETINA da empresa SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA.

Produto (lote): - Cloridrato de Duloxetina - 30 MG CAP DURA LIB RETARD CT BL AL AL X 30 (1905010463, 1905010464, 1905010465, 1905010466, 1905010467, 1905010468, 2005005904, 2005005905, 2005006707);

- Cloridrato de Duloxetina - 30 MG CAP DURA LIB RETARD CT BL AL AL X 30 (2005006708);

Empresa: SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 61.286.647/0001-16

Motivo: Comunicado de recolhimento voluntário protocolado pela empresa, em decorrência dos resultados de fora da especificação para o teste de dissolução - fase ácida, durante as análises de estabilidade realizadas pelo fabricante do produto (Alembic Pharmaceuticals Ltd - Localidade: Índia) na condição 30°C/75%UR (longa duração) e 40°C/75%UR (acelerada), em atendimento ao art. 6º da Lei nº6360/1976 e à RDC nº55/2005.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 855, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

Anvisa publica recolhimento, proibição da comercialização, distribuição e uso do produto HIGIENIZADOR DE MÃOS COM FRAGRÂNCIA DE CHÁ BRANCO & GENGIBRE – GEL da empresa PROFISSIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Produto (lote): HIGIENIZADOR DE MÃOS COM FRAGRÂNCIA DE CHÁ BRANCO & GENGIBRE – GEL (Todos);

Empresa: PROFISSIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 02.860.702/0001-70

Motivo: Considerando a comercialização do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 807, DE 23 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva		Atenção à Saúde

Anvisa publica apreensão, proibição da comercialização, distribuição e uso dos produtos listados abaixo de empresa desconhecida.

Produto (lote): DESINFETANTE BIA LIMPA (Todos);
AMACIANTE BIA LIMPA (Todos);
ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO BIA LIMPA (Todos).

Empresa: DESCONHECIDA - CNPJ: DESCONHECIDO

Motivo: Considerando a comercialização e exposição à venda de produtos da Marca Bia Limpa, sem registro sanitário, fabricado por empresa sem autorização de funcionamento (AFE) para a fabricação e desconhecida sendo comercializado no estabelecimento comercial denominado Magazine da Limpeza (Juazeiro do Norte), infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 822, DE 24 DE JANEIRO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

INFORMES

Publicada nota técnica sobre bancos de tecidos para transplantes

Anvisa divulga documento que aborda os critérios para a triagem de doadores de tecidos humanos durante a pandemia. Confira!

Fonte: [Anvisa](#)

Ministério da Saúde divulga dados epidemiológicos da Covid-19 no Brasil

Boletim Epidemiológico nº 51 apresenta queda no número de óbitos e aumento nos novos casos na comparação com a semana anterior

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Brasil registra 9.411.033 milhões de pessoas recuperadas

Número é superior à quantidade de casos ativos, ou seja, pessoas que estão em acompanhamento médico. Informações foram atualizadas às 17h deste domingo (28/02)

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Márcia Amaral Dal Sasso
		Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Saúde lança painel para divulgar distribuição de agulhas e seringas aos estados

A medida é uma das ações do Governo Federal para dar suporte aos estados e municípios no enfrentamento à pandemia.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Ministério da Saúde monitora novas variantes do vírus SARS-CoV-2

O Ministério da Saúde enviou nesta terça-feira (23/2) uma nova [Nota Técnica](#) para os Estados e Distrito Federal com informações sobre as novas variantes identificadas até o momento. O documento orienta ainda medidas que devem ser adotadas e intensificadas pelas secretarias de saúde estaduais, a fim de monitorar e evitar a propagação das novas variantes no país.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Saúde realiza consulta pública sobre a incorporação do canabidiol para tratamento de epilepsia refratária

As contribuições poderão ser realizadas até o dia 15 de março, pelo [site da Conitec](#).

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Saúde já enviou doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar 100% dos idosos previstos no público prioritário da primeira etapa

A previsão é que o próximo público prioritário atendido seja de idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores de saúde.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Ministério da Saúde simplifica regras para autorização de leitos de UTI para pacientes de Covid-19

Novas diretrizes, pactuadas com gestores municipais e estaduais garantem maior celeridade no processo de abertura de leitos

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Saúde avalia proposta de incorporação do nusinersena para AME dos tipos 2 e 3

Pela primeira vez desde a criação da Conitec, pasta vai convocar audiência pública para ouvir sociedade civil sobre incorporação, pelo SUS, de medicamento para pacientes de Atrofia Muscular Espinhal de início tardio

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Covid-19: estudo preliminar demonstra eficácia da vacina de Oxford

Pesquisadores escoceses realizaram o primeiro estudo sobre a eficácia da vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca, a mesma que a Fiocruz tem parceria, em condições reais.

Fonte: [Fiocruz](#)

Na pandemia, telemedicina pode aumentar uso indiscriminado de antibióticos?

Estudos fazem análises e criam diretrizes para que o mundo continue combatendo a resistência antimicrobiana

Fonte: [IBSP](#)

Novos picos de COVID-19 e retomada de cirurgias eletivas – Riscos e estratégias de segurança

Brasil vive aumento do número de casos concomitantemente a represamento de procedimentos cirúrgicos

Fonte: [IBSP](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	-------------------------------------	--

Farmacopeia Brasileira: aberto edital para comitês técnicos

O interessado deve preencher e enviar um [formulário eletrônico específico](#) e indicar até três comitês, conforme a ordem de preferência.

Fonte: [Anvisa](#)

Consulta pública avalia PCDT sobre retinopatia diabética

Doença que acomete a retina afeta cerca de 1 a cada 3 pessoas com diabetes mellitus.

Fonte: [Conitec](#)

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Mestrado profissional abre vagas para alunos externos em três disciplinas

Somente hoje e amanhã, segunda e terça-feira, dias 1 e 2 de março, a Escola de Governo Fiocruz – Brasília recebe inscrições para alunos externos em três diferentes disciplinas online: Desenvolvimento, desigualdades e cooperação internacional; Bioética e Saúde Pública; Saúde, Ambiente e Trabalho.

Fonte: [Fiocruz](#)

Cultura de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde

As iniciativas para implementar e sustentar a Cultura de Segurança do Paciente vem crescendo nas Organizações de Saúde, devido à identificação da necessidade da prevenção de eventos adversos, garantindo o cuidado seguro e centrado no paciente. Inscrições até 22/03/2021.

Fonte: [IBSP](#)

Matrículas abertas para o curso Orientações sobre a COVID-19 na Atenção Especializada

Com carga horária de 15h, a capacitação tem como objetivo embasar o profissional de saúde com as principais informações sobre a doença, para que ele possa orientar os pacientes deste nível de atenção, envolvendo-os no processo de prevenção e combate ao coronavírus.

Fonte: [UNA-SUS](#)

Curso Online de Boas Práticas Clínicas – 1ª Oferta

Considerando a necessidade crescente de capacitação dos profissionais de pesquisa clínica, este curso apresenta um conteúdo essencial das Boas Práticas Clínicas (BPC), explorando estratégias de exemplificação de casos e problematização de situações pertinentes às atividades cotidianas, de forma a conduzir o aluno à reflexão crítica sobre o tema.

Fonte: [Fiocruz](#)

Os Desafios da Liderança – 1ª Oferta

O objetivo é preparar as lideranças na Fiocruz para atuarem com base nos mais modernos conceitos de gestão, utilizando ferramentas eficazes para garantir resultados positivos frente ao grande desafio de gerir pessoas.

Fonte: [Fiocruz](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	-------------------------------------	--

Introdução à Divulgação Científica – 1ª Oferta

Este é um curso introdutório sobre temas de divulgação científica, voltado para qualquer pessoa que se interesse pela área.

Fonte: [Fiocruz](#)

Uso de antivirais na COVID-19 – Quais as evidências científicas?

A webpalestra propõe abordar o uso de antivirais na Covid-19, assim como apresentar as evidências científicas obtidas até o momento.

Fonte: [AVASUS](#)

Segurança e higienização em serviços hospitalares no combate à covid-19

Neste módulo você aprenderá orientações técnicas e de segurança na manipulação de produtos químicos; uso de equipamentos de proteção individual; equipamentos e uso de materiais de higienização e técnicas de higienização em estabelecimentos de saúde.

Fonte: [AVASUS](#)

Inscrições abertas para curso sobre cuidado de pessoas idosas na pandemia de COVID-19

Com 350 vagas, a formação será gratuita e oferecida através do ensino remoto. Inscrições até 7 de março de 2021.

Fonte: [Fiocruz](#)

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	--	---



Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	--	---

ESTAMOS A POSTOS PELA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

AS VACINAS APROVADAS
PELA ANVISA JÁ ESTÃO
SENDO DISTRIBUÍDAS EM
TODO O BRASIL. ELAS
SÃO UM DIREITO À SAÚDE.
JUNTOS, VAMOS CUIDAR
UNS DOS OUTROS.

Baixe o aplicativo Conecte SUS
Cidadão e tenha a sua
Caderneta Nacional Digital
de Vacinação em mãos.



Para saber tudo sobre a vacinação
contra a Covid-19, acesse gov.br/saude.



**BRASIL IMUNIZADO
SOMOS UMA SÓ NAÇÃO**



BAIXE O APP CONECTE SUS CIDADÃO



Elaboração:

Ana Rita de Oliveira
Elynie Quintino Santos
Kleilma Leôncio da Silva
Tâmela Beatriz M. da Silva

Bruna M. Guedes
Gabriela de O. Silva
Leili Mara M. da Cunha

Revisão:

Márcia Amaral Dal
Sasso

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Atenção à Saúde

“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Elaboração: Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Bruna M. Guedes Gabriela de O. Silva Leili Mara M. da Cunha	Revisão: Márcia Amaral Dal Sasso	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	--	---