

Tecnovigilância

Alerta 3461 (Tecnovigilância) - Baxter Hospitalar Ltda - Bomba de Infusão Volumétrica Colleague - Problema no uso de múltiplos extensores com bombas de infusão - Informações de segurança.

Ação de Campo Código FA-2021-008 sob responsabilidade da empresa Baxter Hospitalar Ltda. Informações de segurança.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3461

Alerta 3462 (Tecnovigilância) - Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda - Mesa Cirúrgica Magnus 1180 - Vazamento hidráulico na função de inclinação - Correção em campo.

Ação de Campo Código FSCA-CAPA-2020-013 sob responsabilidade da empresa Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Correção em Campo.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3462

Alerta 3463 (Tecnovigilância) - Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda - Sistema de Hipotermia/ Hipertermia HCU 40 - Vazamento das válvulas depressoras – Nova Correção em campo.

Ação de Campo Código FSCA-2021-02-03 sob responsabilidade da empresa Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Correção em Campo.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3463

Alerta 3464 (Tecnovigilância) - Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda - Equipamento Tomografia por Emissão de Positrons Biograph Horizon - erro no arquivo de normalização PET - Atualização de software.

Ação de Campo Código MI518/17/S sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3464

Alerta 3465 (Tecnovigilância) - Ortho Clinical Diagnósticos do Brasil Produtos para saúde Ltda - Kit capacidade total de ligação de ferro TIBC Vitros - Mudança nos resultados dos pacientes - Atualização da performance.

Ação de Campo Código TC2021-054 sob responsabilidade da empresa Ortho Clinical Diagnósticos do Brasil Produtos para saúde Ltda. Correção em Campo. Atualização na performance.

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3465

Alerta 3466 (Tecnovigilância) - D&I Comércio de Equipamentos médicos Ltda - Sistema de ventilador VG70 - instruções de uso incorretas - Atualização de software.

Ação de Campo Código FSCA2020_001 sob responsabilidade da empresa D&I Comércio de Equipamentos médicos Ltda. Correção em Campo. Atualização de software.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3466

Alerta 3467 (Tecnovigilância) - Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda - Máscara Cirúrgica Descartável Tripla Camada com Tiras - Reações alérgicas - Recolhimento e destruição.

Ação de Campo Código 01/01/2021 sob responsabilidade da empresa Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda. Recolhimento. Destruição.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3467

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto INSERTO ACETABULAR POLIMÉRICO da empresa VINCULA IND., COM., IMP. E EXP. DE IMPLANTES S.A.

Produto (lote): Inserto Acetabular Polimérico (número de Série 2009244248);

Empresa: VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A. - CNPJ: 01.025.974/0001-92

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa Vincula Industria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A., enquadrada no art. 9º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 23/2012, e o alerta de tecnovigilância 3443/2021.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 897, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva	Sasso	Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM TIRAS da empresa BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA ME.

Produto (lote): MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM TIRAS (9132020);

Empresa: BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA ME - CNPJ: 14146456000

Motivo: Considerando a comprovação da queixa técnica que levou a eventos adversos em alguns usuários do produto, que teve aprovação de importação na Anvisa, por meio da Resolução-RDC 356/2020 (Alterada para a 379/2020) , por ocasionar episódios de alergia em profissionais de saúde, de acordo com notificações NOTIVISA, e levar a empresa a realizar investigação e recolhimento do produto sem notificar a Anvisa, por meio de Ação de Campo, contrariando a Resolução RDC 23/2012.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 904, DE 2 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto FUTURA AD da empresa DFL IND. E COM. S/A.

Produto (lote): FUTURA AD (20110845, 20110917, 20110918 e 20110919);

Empresa: DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ: 33.112.665/0001-46

Motivo: Considerando o Alerta de Tecnovigilância nº 3450 em que a empresa identificou um erro de rotulagem do produto. Ação de campo:001/2021; em atendimento ao § 1º do Art. 15 do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 e à Resolução - RDC nº 23 de 04 de abril de 2012.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 905, DE 2 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto SONDA DUPLO LÚMEN da empresa ALACER IND. ELETR. LTDA.

Produto (lote): SONDA DUPLO LÚMEN (874/20);

Empresa: ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 04.192.554/0001-99

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa - Alacer Indústria Eletrônica Ltda., enquadrada no art. 9º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº. 23/2012, e o alerta de tecnovigilância 3444/21.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 906, DE 2 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica interdição cautelar do produto KIT DE TESTE RÁPIDO NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCoV) IgM/IgG da empresa MS BASTOS COM. E REPRES. LTDA - ME.

Produto (lote): Kit de teste rápido novo Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG (20200708);

Empresa: MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 13.882.701/0001-43

Motivo: Considerando o Laudo de Análise Fiscal 358.1P.0/2021, emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS, que apresentou resultados insatisfatórios para os ensaios de sensibilidade e especificidade e considerando o art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Ação: Verificar se o hospital utiliza esse produto e acompanhar possíveis notificações que indiquem a descontinuidade do uso. Acompanhar novas publicações do produto no período de 90 dias. Obs.: A interdição cautelar do produto dura o tempo necessário à realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual o produto ou o estabelecimento será automaticamente liberado, conforme Lei n. 9.782/99; Lei n. 6.437 e Decreto nº 79.094/77.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 938, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso do produto SONAR FETAL DOPPLER ULTRASSOM de empresa desconhecida.

Produto (lote): SONAR FETAL DOPPLER ULTRASSOM

Empresa: Desconhecida

Motivo: Considerando a comprovação da publicidade de produto para saúde irregular junto a ANVISA, descrito como Sonar Fetal Doppler Ultrassom, sem registro ou cadastro na Anvisa, por empresa que não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência, conforme anúncio dado junto ao site mercadolivre.com.br, em desacordo com os Arts. 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 970, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica recolhimento voluntário, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto OXIGENADOR DE MEMBRANA QUADROX-i da empresa GETINGE DO BRASIL EQUIP. MED. LTDA.

Produto (lote): OXIGENADOR DE MEMBRANA QUADROX-i (92268316, 92268316, 92268318, 92268318, 92268318, 92268318, 92268316, 92268318, 92268318, 92268318.)

Empresa: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 06.028.137/0001-30

Motivo: Considerando a ação de campo de recolhimento iniciada pela empresa, em que a mesma de recolhimento voluntário de produto para saúde descrito como: Oxigenador de membrana Quadrox-i, número de registro MS.: 80259110207, referente ao lotes afetados, conforme art. 9º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 23/2012 e alerta de tecnovigilância 3419/2021.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 969, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

Farmacovigilância

Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso dos produtos listados abaixo de empresa desconhecida.

Produto (lote): DECALAND DEPOT 200 MG/5 ML (LOTES A PARTIR DE 01/01/2020);
METANDROSTENOLANA LANDELAN (LOTES A PARTIR DE 01/01/2020).

Empresa: Desconhecida - CNPJ: Desconhecido

Motivo: Comprovação da divulgação por meio do site <http://www.landerlan.com.br> dos produtos sem registro fabricados pela empresa Farmaco SA que não possui Autorização de Funcionamento de Empresa nesta Agência para fabricação de medicamentos, em desacordo com os artigos 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca Landerlan bem como a quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem os produtos.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 968, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Anvisa publica recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto AEROGOLD da empresa GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.

Produto (lote): AEROGOLD - 100 MCG/DOSE PO AER INAL CT FR SPR AL X 200 DOSES (LOTES A PARTIR DE 01/01/2019);
AEROGOLD - 100 MCG/DOSE PO AER INAL CT FR AL X 200 DOSES + INAL + ESPAÇ (LOTES A PARTIR DE 01/01/2019);

Empresa: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 44.363.661/0001-57

Motivo: Descumprimento do art. 7º da RDC 134/2003 que motivou o cancelamento do registro do medicamento e em atendimento ao art. 6º da Lei nº 6360/1976 e à RDC nº 55/2005.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 968, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

Anvisa publica recolhimento, suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto DEPO-PROVERA - 150 MG/ML SUS INJ CT FA VD TRANS X 1 ML da empresa WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Produto (lote): DEPO-PROVERA - 150 MG/ML SUS INJ CT FA VD TRANS X 1 ML (DP5764);

Empresa: WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 61.072.393/0001-33

Motivo: Confirmação de desvio no teste periódico de simulação de envase, em atendimento ao art. 6º da Lei nº 6360/1976 e à RDC nº 55/2005.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

Resolução: RESOLUÇÃO-RE Nº 968, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Fonte: [DOU](#)

Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

Não houve publicações.

INFORMES

Anvisa aprova alteração no volume de envase da vacina Coronavac

A Anvisa aprovou, por decisão unânime da diretoria, a alteração do volume de envase da vacina adsorvida Covid-19 (inativada) – Coronavac - de 6,2 mL para 5,7 mL.

Fonte: [Anvisa](#)

Laboratórios Centrais recebem treinamento para otimizar testagem para COVID-19

Para otimizar a utilização dos testes RT-qPCR para diagnóstico da COVID-19, a Coordenação Geral de Laboratórios (CGLAB) da Secretária de Vigilância em Saúde, em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a empresa Seegene Brasil, elaboraram um plano de ação para apoiar os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) nos 26 estados e no Distrito Federal.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

COVID-19: nota técnica aponta agravamento da pandemia

Em edição especial, o [Boletim do Observatório Covid-19](#) Fiocruz publica nota técnica com um alerta de que, pela primeira vez desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo de diversos indicadores, como o crescimento do número de casos e de óbitos, a manutenção de níveis altos de incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a alta positividade de testes e a sobrecarga dos hospitais.

Fonte: [Fiocruz](#)

Brasil registra 9.757.178 milhões de pessoas recuperadas

Número é superior à quantidade de casos ativos, ou seja, pessoas que estão em acompanhamento médico. Informações foram atualizadas às 18h deste domingo (07/03)

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Dia Mundial da Obesidade (04/03): Saúde prepara semana de atividades sobre o tema

Serão apresentadas ações de prevenção e tratamento do excesso de peso e da obesidade, condições de saúde que afetam milhares de pessoas em todo o Brasil.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Saúde lança projeto piloto de vigilância ativa de anomalias congênitas

Para marcar o Dia Mundial das Anomalias Congênitas, em 3 de março, o Ministério da Saúde realizará, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, diversas ações para informar, debater, ampliar e qualificar a vigilância de anomalias congênitas ao nascimento no País.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Ministério da Saúde inicia nova distribuição de vacinas contra a Covid-19

Para o mês de março, o cronograma prevê a entrega de 30 milhões de doses do imunizante

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Fiocruz detecta mutação associada a variantes de preocupação no país

Em [comunicado técnico publicado](#) nesta quinta-feira (04/03) pelo Observatório Covid-19 Fiocruz, pesquisadores alertam para a dispersão geográfica no território de 'variantes de preocupação', assim como sua alta prevalência nas três regiões do Brasil avaliadas (Sul, Sudeste e Nordeste).

Fonte: [Fiocruz](#)

Covid-19: pesquisador fala sobre reinfecção e o surgimento de mutações no vírus Sars-CoV-2

Nessa entrevista, o pesquisador da Fiocruz Amazônia Felipe Naveca explica a importância da vigilância genômica desenvolvida pelo SUS

Fonte: [Fiocruz](#)

Medicamento para pacientes com artrite reumatoide é incorporado ao SUS

Conitec recomendou a incorporação do *upadacitinibe* para os casos de intolerância ou resposta insuficiente aos tratamentos já ofertados na rede pública de saúde

Fonte: [CONITEC](#)

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

Consulta pública incorporação de medicamento para pacientes esclerose múltipla

Conitec avalia inclusão do *alentuzumabe* para os casos de falha terapêutica após o uso de duas ou mais das opções terapêuticas já disponíveis no SUS. Contribuições podem ser enviadas até o dia 15 de março.

Fonte: [CONITEC](#)

OMS estima que 1 em cada 4 pessoas terão problemas auditivos até 2050

O relatório, lançado um dia antes do Dia Mundial da Audição (3/3), destaca a necessidade de intensificar rapidamente os esforços para prevenir e tratar a perda auditiva, investindo e expandindo o acesso a serviços de saúde auditiva.

Fonte: [OPAS/OMS](#)

Registros pessoais – Pacientes que carregam listas de seus medicamentos ganham segurança?

Estudo analisa benefícios das anotações particulares em sistemas de saúde com prontuários eletrônicos incompletos.

Fonte: [IBSP](#)

Atenção – Máscaras faciais com metal podem colocar paciente em risco durante ressonância magnética

Profissionais de saúde devem se certificar de que a proteção é segura e, em caso de dúvidas, ofertar outra máscara

Fonte: [IBSP](#)

Rede de Banco de Leite Humano abre concurso para escolher slogan

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) publicaram o lançamento do processo da Rede Global de Bancos de Leite Humano para escolher o slogan para mobilização social pela doação de leite humano 2021, em celebração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano – 19 de maio.

Fonte: [Cofen](#)

Saúde irá receber lotes semanais da vacina do Butantan em março

Cronograma prevê a chegada de 22,7 milhões de doses ao longo do mês. Dessas, 2,6 milhões estão previstas para serem distribuídas na próxima semana

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Desafios na vigilância das Anomalias Congênitas são temas de webinar

Cerimônia online reuniu especialistas da área em atividade no Dia Mundial das Anomalias Congênitas celebrado nesta quarta (03/03)

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Fiocruz divulga datas e horários das aulas inaugurais

A Fiocruz divulga a relação das aulas inaugurais 2021. Confira as datas, horários, informações sobre temas, palestrantes e os links de transmissão. Abordará diversos temas relacionados a saúde.

Fonte: [Fiocruz](#)

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Márcia Amaral Dal	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Sasso	Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva		Atenção à Saúde

COVID-19: Por que precisamos de isolamento físico?

Reconhecer a importância do isolamento físico como estratégia potente no controle da pandemia pelo Coronavírus, conceituar isolamento físico; identificar situações em que não se deve ir ao trabalho; compreender quando se deve procurar os serviços de saúde; conhecer principais grupos de risco na aquisição da doença de Coronavírus.

Fonte: [AVASUS](#)

Desenvolvimento de vacinas e terapias para o enfrentamento da COVID-19

Descrever a situação atual acerca do enfrentamento da COVID-19, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de vacinas, além de abordar as ações protetivas para o enfrentamento da doença; relatar a importância da atuação da comunidade científica no enfrentamento da COVID-19; analisar o estágio do desenvolvimento de vacinas para a COVID-19; discutir o uso da cloroquina e hidroxicloroquina; identificar a relação de coinfeção entre o vírus da imunodeficiência adquirida – hiv e o coronavírus, bem como entre a COVID-19 e as comorbidades preexistentes; avaliar a situação comportamental do vírus em crianças.

Fonte: [AVASUS](#)

ImunizaSUS: Curso de aperfeiçoamento de profissionais tem inscrições abertas até o dia 15

Podem participar profissionais das redes privada e pública das três esferas de atuação

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Saúde Baseada em Valor

A Saúde baseada em valor surge como uma iniciativa promissora para melhorar os desfechos assistenciais e a experiência percebida pelos pacientes, bem como diminuir desperdícios em toda a cadeia do cuidado.

Fonte: [IBSP](#)

Cultura de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde

As iniciativas para implementar e sustentar a Cultura de Segurança do Paciente vem crescendo nas Organizações de Saúde, devido à identificação da necessidade da prevenção de eventos adversos, garantindo o cuidado seguro e centrado no paciente. Inscreva-se até: 22/03/2021

Fonte: [IBSP](#)

1º Seminário Internacional de Pesquisa Brasil, Portugal e Espanha: o Projeto “Sífilis Não” na Perspectiva da Formação Humana em Saúde

Este Recurso Educacional Aberto (REA) refere-se a um webnário que trata da divulgação de ações e eventos promovidos para o combate à sífilis, desenvolvidos no Projeto “Sífilis Não”. A discussão estende-se acerca dos eixos de dimensões do referido projeto; abordando sobre as metodologias ágeis aplicadas nesse contexto no que se refere à condução, à avaliação, ao acompanhamento e ao incremento das ações, incluindo as avaliações conjuntas com o Ministério da Saúde. Além disso, ressalta a visibilidade da sífilis no contexto internacional, a divulgação de pesquisas realizadas sobre o tema, bem como a importância das cooperações internacionais. Contextualiza as ações do projeto no âmbito do desenvolvimento sustentável e destaca a imprescindibilidade dos movimentos de educação.

Fonte: [AVASUS](#)

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Metodologia da Pesquisa Científica 1ª OFERTA MOOC – 1ª OFERTA NA MODALIDADE MOOC

O método científico se constitui em regras, procedimentos, linguagem e protocolos que fundamentam o conhecimento científico. O objetivo dessa disciplina é apresentar os fundamentos do método científico aplicados à pesquisa, e instrumentalizar os alunos a elaborar projetos que atendam a demandas sociais, organizacionais e profissionais.

Fonte: [Fiocruz](#)

Ciclo de Debates Sobre Bioética, Diplomacia e Saúde Pública - Sessão Abril 2021 - 2ª Oferta – 2021

O propósito é discutir essa questão sob diferentes pontos de vista. O título de cada uma das sessões é escolhido em comum acordo com o expositor(es) convidado(s), considerando esse tema geral como referência ou pano de fundo para a respectiva preleção, bem como a ementa proposta de cada sessão. As sessões presenciais serão gravadas para divulgação na Videoteca Nethis e são transmitidas on-line.

Fonte: [Fiocruz](#)

Ciência, Arte e Cidadania 2021: 11º SIMPÓSIO – 11ª OFERTA

Dia 25 de fevereiro de 2021 marca o início das atividades do Ciência, Arte e Cidadania 2021: 11º Simpósio. Inicialmente previsto para 2020, a pandemia/sindemia de COVID-19 nos trouxe para sua realização em 2021, após alguns pré-eventos à distância em 2020. O 11º Simpósio surge com o acúmulo e o sucesso do Simpósio Ciência, Arte e Cidadania 2018, quando 11 instituições parceiras realizaram 16 atividades ao longo do ano, cobrindo diversos bairros do Rio de Janeiro, e avançando para outros municípios como Niterói, Nilópolis, Caxias e até o sul da Bahia, com diferentes temáticas.

Fonte: [Fiocruz](#)



Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

03 de março de 2021

Dia Mundial da Audição



Fonte: WHO/OMS

Cuidados auditivos para todos!

Elaboração:		Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira	Bruna M. Guedes	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade
Elynie Quintino Santos	Gabriela de O. Silva		Coordenadoria de Gestão da Clínica
Kleilma Leôncio da Silva	Leili Mara M. da Cunha		Diretoria de Ensino, Pesquisa e
Tâmela Beatriz M. da Silva			Atenção à Saúde

**ESTAMOS
A POSTOS PELA
VACINAÇÃO
CONTRA A
COVID-19.**

AS VACINAS APROVADAS
PELA ANVISA JÁ ESTÃO
SENDO DISTRIBUÍDAS EM
TODO O BRASIL. ELAS
SÃO UM DIREITO À SAÚDE.
JUNTOS, VAMOS CUIDAR
UNS DOS OUTROS.

**Baixe o aplicativo Conecte SUS
Cidadão e tenha a sua
Caderneta Nacional Digital
de Vacinação em mãos.**


Para saber tudo sobre a vacinação
contra a Covid-19, acesse gov.br/saude.



**BRASIL IMUNIZADO
SOMOS UMA SÓ NAÇÃO**



BAIXE O APP CONECTE SUS CIDADÃO

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

**PÁTRIA AMADA
BRASIL**

Elaboração:

Ana Rita de Oliveira

Elynie Quintino Santos

Kleilma Leôncio da Silva

Tâmela Beatriz M. da Silva

Bruna M. Guedes

Gabriela de O. Silva

Leili Mara M. da Cunha

va

Revisão:

Márcia

Amaral

Dal

Sasso

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Gestão da Clínica

Diretoria de Ensino, Pesquisa e

Atenção à Saúde

“Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Ana Rita de Oliveira Elynie Quintino Santos Kleilma Leôncio da Silva Tâmela Beatriz M. da Silva	Márcia Amaral Dal Sasso	Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde