

ALERTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Candida auris: Anvisa recebe confirmação de novo caso no Brasil

Fonte: [Anvisa](#)

Anvisa informa que, nesta quinta-feira (13/1), recebeu a confirmação de *Candida auris* referente ao segundo paciente que está internado em um hospital de Pernambuco (PE). Este é o segundo caso confirmado do terceiro surto do fungo identificado no Brasil. Confirma o histórico no alerta emitido pela Anvisa. *Candida auris* é um fungo emergente que representa uma séria ameaça à saúde pública. É importante esclarecer que, apesar de, no momento, haver somente dois casos confirmados, pode-se considerar que há um surto de *Candida auris* porque a definição epidemiológica de surto abrange não apenas uma grande quantidade de casos de doenças contagiosas ou de ordem sanitária, mas também o surgimento de um microrganismo novo na epidemiologia de um país ou até de um serviço de saúde.

Recomendações:

- A Anvisa orienta que os laboratórios de microbiologia intensifiquem a vigilância laboratorial para a identificação do fungo *Candida auris*, conforme descrito na [Nota Técnica nº 11/2020](#). Diante de um caso suspeito ou confirmado de *Candida auris*, informem imediatamente à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do serviço de saúde e sigam as recomendações da [Nota Técnica nº 11/2020](#) quanto ao encaminhamento da amostra ao Lacen.
- Reforçar as medidas gerais de prevenção e controle de IRAS.
- Manter atualizados os Procedimentos Operacionais Padrão – POPs de limpeza e desinfecção das superfícies e a capacitação dos profissionais envolvidos.
- Manter um fluxo de comunicação rápido entre o laboratório e a CCIH e intensificar o monitoramento de resultados laboratoriais com indicativo de *Candida auris*, conforme descrito na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 11/2020.
- Diante de qualquer caso suspeito ou confirmado de *Candida auris*, implementar imediatamente as precauções e medidas de prevenção e seguir as orientações previstas Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 11/2020, e outros documentos que venham a ser publicados sobre o tema.
- Em caso de suspeita ou confirmação de infecções por *Candida auris*, realizar a notificação pelo formulário “NOTIFICAÇÃO NACIONAL DE SURTOS INFECIOSOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE” disponível no link: <https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/359194?lang=pt-BR> e informar a suspeita ou confirmação de casos à Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH) do seu estado.
- Os casos suspeitos ou confirmados também devem ser notificados no [Vigihosp](#), em Doenças e Agravos de Notificação Compulsória>Eventos de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública>Outro evento de saúde pública (ESP), conforme Figura 1.

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Gleiciane Sousa Oliveira	Elynie Quintino Santos Susana T. De Araujo Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	---	---

Figura 1 - Tela de notificação no Vigihosp



Notificação sobre Doenças e agravos de notificação compulsória

Doença ou agravo:	Outro evento de saúde pública - ESP
Identificação do paciente que sofreu o incidente	
Nº do Prontuário:	
Nome:	
Data de nascimento:	
Sexo:	
Raça/Cor:	
UTI/Sala/Enfermaria:	
Quarto/Leito:	
Situação:	

Outro evento de saúde pública - ESP

- Lassa - Doenças febris hemorrágicas emergentes/reemergentes
- Doença aguda pelo vírus Zika
- Doença aguda pelo vírus Zika em Gestante
- Óbito com suspeita de doença aguda pelo vírus Zika
- Esquistossomose
- Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública**
- Aborto espontâneo (gestante com exantema)
- Feto sem microcefalia com outras malformações no SNC
- Feto com microcefalia
- Síndrome de Guillain Barré - ESP
- Outro evento de saúde pública - ESP**
- Microcefalia - ESP
- COVID-19
- Natimorto com malformações (gestante com exantema)
- Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação
- Febre Amarela
- Febre de Chikungunya
- Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão
- Óbito com suspeita de febre de Chikungunya
- Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública

Fonte: Aplicativo de Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos Assistenciais Hospitalares, 2022.

Documentos relacionados:

Alerta de Risco GVIMS/GGTES/Anvisa Nº 01/2022

Confirmação de caso de *Candida auris* em Hospital de Pernambuco.

[Anvisa](#)

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 11/2020

Orientações para identificação, prevenção e controle de infecções por *Candida auris* em serviços de saúde.

[Anvisa](#)

<p>Elaboração:</p> <p>Bruna Mafra Guedes Elynie Quintino Santos Gleiciane Sousa Oliveira Susana T. De Araujo Silva</p>	<p>Revisão:</p> <p>Gabriela de Oliveira Silva</p>	<p>Divulgação:</p> <p>Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde</p>
---	--	--

Tecnovigilância

Alerta 3744 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Siemens Healthcare - Aceleradores Lineares ARTISTE, ONCOR ou PRIMUS com syngo RT Therapist. – Possibilidade de administrar a dose no isocentro incorreto. Atualização de Informação.

Ação de Campo Código TH001/21/S sob responsabilidade da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. Atualização de Informação.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3744

Alerta 3745 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Philips Medical Systems Ltda - Equipamento de Raio-X - Indicação de temperatura máxima da superfície do tanque de raios X - Complementação das instruções de uso.

Ação de Campo Código FCO71800092 sob responsabilidade da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3745

Alerta 3746 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Fleximed Comércio e Serviços de Produtos Médicos Hospitalares - Ventilador Pulmonar HAMILTON-C3 – Erro no recurso de interface de comunicação nomeado “Block Protocol” - Atualização de software.

Ação de Campo Código 80167 sob responsabilidade da empresa Fleximed Comércio e Serviços de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. Não existem unidades afetadas no Brasil.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3746

Alerta 3747 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Auto Suture do Brasil Ltda – Sistema de Endoprótese Endurant – Risco de destacamento da ponta afunilada durante o procedimento de implantação. Segregação e Recolhimento.

Ação de Campo Código FA1220 sob responsabilidade da empresa Auto Suture do Brasil LTDA.

Recolhimento. Disposição final em avaliação pela empresa.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3747

Alerta 3748 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Perkinelmer Brasil Ltda - Delfia Xpress PAPP-A - Delfia Xpress Free hCGβ - Risco de resultados incorretos - Recolhimento

Ação de Campo Código R2021004 sob responsabilidade da empresa Perkinelmer Brasil Ltda. Recolhimento. Destruição.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3748

Alerta 3749 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Baxter Hospitalar Ltda. - Equipo de Transferência 6" com Twist Clamp - Informação sobre dano com uso de certos produtos de limpeza - Atualização nas instruções de uso.

Ação de Campo Código FA-2021-058 sob responsabilidade da empresa Baxter Hospitalar Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3749

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Bruna Mafra Guedes Gleiciane Sousa Oliveira	Elynie Quintino Santos Susana T. De Araujo Silva Gabriela de Oliveira Silva	Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Alerta 3750 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa AS2 Comercio Importação E Exportação Ltda - Eletrodos Corkscrew Technomed – Desprendimento do eletrodo de agulha de seu respectivo Hub - Recolhimento.

Ação de Campo Código 4 sob responsabilidade da empresa AS2 Comércio Importação e Exportação Ltda. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

https://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3750

Farmacovigilância

Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso do produto IMUNOGLOBULIN de empresa não identificada.

Produto (lote): IMUNOGLOBULIN

Empresa: Não identificada - CNPJ: Desconhecido

Motivo: A empresa detentora do registro, Blau Farmacêutica S.A., CNPJ 58.430.828/0001-60, identificou unidades falsificadas do medicamento Imunoglobulin, solução injetável em frasco ampola de vidro transparente de 100 mL. As unidades falsificadas apresentam as seguintes divergências frente ao original: frasco sem alça de apoio para infusão; lacre de alumínio sem gravação lateral que conteria o nome do produto, concentração e número de lote; tampa menor e corpo do frasco mais largo que o original; tampa com fenda diferente do original que não possui fenda.

Ação: Verificar se em seu hospital tem esse produto, retirá-lo de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa, preferencialmente via Notivisa. Caso tenham dúvidas sobre a procedência do produto, recomenda-se que entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Blau Farmacêutica (0800-701-6399) e, caso confirmada a falsificação, comuniquem o fato à Agência por meio do Notivisa.

Resolução: RESOLUÇÃO RE Nº 124, DE 13 DE JANEIRO DE 2022

Fonte: [DOU, Anvisa](#)

Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

Não houve publicação.

Elaboração: Bruna Mafrá Guedes Gleiciane Sousa Oliveira	Elynie Quintino Santos Susana T. De Araujo Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	---	---

INFORMES

Hemofilia: conheça o manual de diagnóstico e tratamento de inibidor em pacientes

Documento apresenta série de orientações sobre doença caracterizada pela falta de capacidade de coagular o sangue.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Nova versão da Caderneta da Criança será enviada para todo o Brasil

Diferencial da edição é o conteúdo que auxilia na identificação de possível Transtorno do Espectro Autista.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Podemos administrar vasopressores por via intravenosa periférica?

Estudos e revisões sistemáticas sugerem que procedimento é seguro.

Fonte: [IBSP](#)

Efeitos tóxicos da ivermectina no tratamento e prevenção da covid-19

Utilização do medicamento cresceu e órgão norte-americano aponta sintomas de intoxicação pelo fármaco.

Fonte: [IBSP](#)

Testes apontam eficácia de diferentes máscaras de proteção

Máscaras N-95/PFF-2 são muito mais eficazes na contenção do coronavírus; ajuste correto é crucial.

Fonte: [COFEN](#)

InfoGripe aponta aumento de 135% de casos de SRAG no Brasil

A nova edição do [Boletim InfoGripe da Fiocruz](#), divulgada neste sábado (15/1), traz um balanço do atual cenário.

Fonte: [Fiocruz](#)

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Inscrições para mestrado e doutorado em vigilância em saúde pública vão até 21 de fevereiro

Aulas serão ofertadas por meio de consórcio de programas de pós-graduação da Fiocruz com apoio e financiamento do Ministério da Saúde.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

Encontro internacional abordará perspectivas pós-pandemia na Saúde

Belo Horizonte (MG) será palco do IV Encontro Luso-Brasileiro de Bioética e do I Encontro Ibero-Americano de Bioética do Conselho Federal de Medicina (CFM). Com o tema “Futuro pós-pandemia”, ao longo de dois dias (16 e 17 de março), um conjunto de especialistas do Brasil, Portugal e Espanha debaterão temas relacionados aos desafios da ética global, dos direitos fundamentais, do estado social e da conduta médica.

Fonte: [CFM](#)

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Gleiciane Sousa Oliveira	Elynie Quintino Santos Susana T. De Araujo Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	---	---



<p>Elaboração:</p> <p>Bruna Mafrá Guedes Gleiciane Sousa Oliveira</p>	<p>Elynie Quintino Santos Susana T. De Araujo Silva</p>	<p>Revisão:</p> <p>Gabriela de Oliveira Silva</p>	<p>Divulgação:</p> <p>Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde</p>
---	---	---	---

Vigilância em Foco”

Este informativo é elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde da EBSEH, em continuidade ao anterior, denominado “Qualidade Informa”, e tem como objetivo informar às filiais EBSEH sobre os principais destaques e novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e alertas sanitários de farmacovigilância, tecnovigilância, vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais. Nele, são apresentados informes, atualizações técnicas e medidas a serem implementadas nos hospitais, relacionadas à segurança sanitária de medicamentos, saneantes, produtos para a saúde e outras tecnologias em saúde.

Esta publicação convida a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes.

Acompanhe periodicamente os alertas emitidos pela Anvisa e as outras formas de comunicação de risco envolvendo medicamentos, produtos para saúde, saneantes e outras tecnologias em saúde e implemente as medidas adequadas relacionadas aos produtos existentes na sua instituição, conforme cada caso, tais como notificação no Vigihosp, retirada de uso, contato com o fabricante, monitorização e notificação à Anvisa.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, nas diretrizes Ebsenh e nas recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade nos serviços em saúde.

Serviço de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Gleiciane Sousa Oliveira	Elynie Quintino Santos Susana T. De Araujo Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	---	---	---