

## Tecnovigilância

**Alerta 4092 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda - Família Lyphochek Coagulation Control - Flocos/coágulos nos produtos. Atualização, correção, complementação das instruções de uso.**

Ação de Campo Código Bio-Rad AC 001-2023 sob responsabilidade da empresa Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda. Atualização, correção ou complementação das instruções de uso.

Fonte: [Anvisa](#)

**Alerta 4093 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Fleximed Comércio e Serviços de Produtos Médicos Hospitalares Ltda - Ventilador Pulmonar - Funcionamento incorreto do ventilador Hamilton-C6. Dar ciência.**

Ação de Campo Código AçãoCampo02HAMILTON-C6/22 sob responsabilidade da empresa Fleximed Comércio e Serviços de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. Não necessita correção por enquanto. Somente cientificar.

Fonte: [Anvisa](#)

**Alerta 4094 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Laboratórios B. Braun S/A - Instrumental Bipolar de uso único Aesculap - Soltura de uma mola contida na mandíbula do produto - Recolhimento. Devolução para o fabricante.**

Ação de Campo Código AC-03-2023 sob responsabilidade da empresa Laboratórios B. Braun S/A. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

Fonte: [Anvisa](#)

**Alerta 4095 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Gabisa Medical International Ltda Epp - Coletor de Urina Sistema Fechado (Neonatal) GMI - Vazamento na conexão - Recolhimento. Devolução para o fabricante.**

Ação de Campo Código 001-23 sob responsabilidade da empresa Gabisa Medical International Ltda Epp. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

Fonte: [Anvisa](#)

**Alerta 4096 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Intuitive Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Cirúrgicos Ltda - Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Recolhimento. Devolução para o fabricante.**

Ação de Campo Código ISIFA2022-14-C sob responsabilidade da empresa Intuitive Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Cirúrgicos Ltda. Recolhimento. Devolução para o fabricante.

Fonte: [Anvisa](#)

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Cristiane M. de Magalhaes Bento Gisela da Mota Leitão Gleiciane Sousa Oliveira	Leili Mara Mateus da Cunha Sinara Mineiro Oliveira Susana Teixeira de Araujo Tatiana Damasceno da Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	--	--	---

**Alerta 4097 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Cardinal Health do Brasil Ltda - Sistema para Captura de Êmbolos Cordis.**

Ação de Campo Código Cordis20230321 sob responsabilidade da empresa Cardinal Health do Brasil Ltda. Recolhimento. Destruição.

Fonte: [Anvisa](#)

**Alerta 4098 (Tecnovigilância) - Comunicado da empresa Boston Scientific do Brasil Ltda - Programador S-ICD; Sistema de Programação Latitude - Atualização de Software.**

Ação de Campo Código 92400926 sob responsabilidade da empresa Boston Scientific do Brasil Ltda. Atualização de Software.

Fonte: [Anvisa](#)

## **Farmacovigilância**

### **Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso do produto IMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA da empresa GLOBALMED MEDIC. LTDA**

**Produto (Lote):** Imunoglobulina G Endovenosa; (ID05G20050).

**Empresa:** GLOBALMED MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 35.566.880/0001-42.

**Motivo:** A empresa GLOBALMED MEDICAMENTOS EIRELI (CNPJ 35.566.880/0001-42), localizada na Avenida Jóquei Clube, 291 - Jóquei Clube, Marília-SP, realizou venda de produto comprovadamente falsificado - Imunoglobulina G Humana, lote ID05G20050, fabricação em 01/12/21 e validade 01/11/23, conforme definição dada pelo Art. 62 da Lei nº 6.360/1976 e não possui licença sanitária em desacordo com art. 2º da Lei 6.360/1976. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.112, DE 31 DE MARÇO DE 2023

Fonte: [DOU](#)

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Cristiane M. de Magalhaes Bento Gisela da Mota Leitão Gleiciane Sousa Oliveira	Leili Mara Mateus da Cunha Sinara Mineiro Oliveira Susana Teixeira de Araujo Tatiana Damasceno da Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	--	--	---

**Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso dos produtos listados abaixo da empresa A EXPERIMENTAL FARMACIA LTDA**

<b>Produtos</b>	<b>Lotes</b>
Ritalina®LA 20mg-30 Cápsulas	Todos.
Rivotril® 2,5mg/ML	
Rivotril® 1mg 30comp	
Pramil® 50mg	
Lexotan® 6mg 30comp	
Frontal® 2mg 30comp	
Dormonid® 15mg 30comp	
Bromazepam® 6mg 30comp	
Alprazolam® 2mg 30comp	
Venvanse® 30mg-28 Cápsulas	
Ritalina®La 40mg-30 Cápsulas	
Ritalina®La 30mg-30 Cápsulas	
Inibex®S 75mg-20 Comprimidos	
Desobesi-M® 25mg- 30 Cápsulas	
Proviron® 25mg	
Venvanse® 70mg-28 Cápsulas	
Dimorf® 60mg-60 Cápsulas	
Dimorf® 30mg-50 Comp	
Dimorf® 10mg-50 Comp	
Vazy® 10mg-30cápsulas	
Roacutan® 20mg- 30 Cápsulas	
Roacutan® 10mg- 30 Cápsulas	
Benzetacil®	
Amoxicilina 500mg- 21 Cápsulas	
Morphine Sulfate	

**Empresa:** A EXPERIMENTAL FARMACIA LTDA - CNPJ: 68.225.770/0001-76.

**Motivo:** Comprovação da propaganda e comercialização dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, em desacordo com os artigos 2º, 12 e 59 da Lei 6.360/1976, assim como de produtos registrados pertencentes a Portaria Nº 344/98, em desconformidade ao parágrafo 2º do art.52 e art.54 da RDC Nº 44/2009. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos disponíveis no site (<https://premiummed.net/>), bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos de forma remota. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.112, DE 31 DE MARÇO DE 2023

**Fonte:** [DOU](#)

Elaboração:

Bruna Mafra Guedes  
Cristiane M. de Magalhaes Bento  
Gisela da Mota Leitão  
Gleiciane Sousa Oliveira

Leili Mara Mateus da Cunha  
Sinara Mineiro Oliveira  
Susana Teixeira de Araujo  
Tatiana Damasceno da Silva

Revisão:

Gabriela de Oliveira Silva

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Ensino, Pesquisa e  
Atenção à Saúde

## Saneantes, Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal

### Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso do produto ÁLCOOL 70°, DA MARCA SULMAR da empresa PARECIS AGROINDUSTRIAL LTDA

**Produto (Lote):** Álcool 70°, da marca Sulmar; (todos).

**Empresa:** PARECIS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 12553861000186.

**Motivo:** "Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999".

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.029, DE 27 DE MARÇO DE 2023

**Fonte:** [DOU](#)

### Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso do produto ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° GL da empresa ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA ME

**Produto (Lote):** Álcool etílico hidratado 70° GL; (todos).

**Empresa:** ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA ME - CNPJ: 03.816.134/0001-73.

**Motivo:** Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.042, DE 28 DE MARÇO DE 2023.

**Fonte:** [DOU](#)

Elaboração:

Bruna Mafra Guedes  
Cristiane M. de Magalhaes Bento  
Gisela da Mota Leitão  
Gleiciane Sousa Oliveira

Leili Mara Mateus da Cunha  
Sinara Mineiro Oliveira  
Susana Teixeira de Araujo  
Tatiana Damasceno da Silva

Revisão:

Gabriela de Oliveira Silva

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Ensino, Pesquisa e  
Atenção à Saúde

**Anvisa publica proibição da comercialização, distribuição e uso dos produtos listados abaixo da empresa QUIMICA JVC LTDA**

Produtos	Lotes
JVC DECAP MAX	TODOS.
JVC DECAP SUPER	

**Empresa:** QUIMICA JVC LTDA - CNPJ: 96.792.809/0001-72.

**Motivo:** Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.042, DE 28 DE MARÇO DE 2023.

**Fonte:** [DOU](#)

**Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto ÁLCOOL SOL 70% da empresa SUPER SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

**Produto (Lote):** Álcool SOL 70%; (22J70095L).

**Empresa:** SUPER SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.389.045/0002-06.

**Motivo:** Considerando o resultado insatisfatório no ensaio de teor de álcool etílico e ensaio de pH comprovado no Laudo de Análise Fiscal Definitivo nº: 3593.1P.0/2022, emitido pela FUNED e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.050, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

**Fonte:** [DOU](#)

Elaboração:

Bruna Mafra Guedes  
Cristiane M. de Magalhaes Bento  
Gisela da Mota Leitão  
Gleiciane Sousa Oliveira

Leili Mara Mateus da Cunha  
Sinara Mineiro Oliveira  
Susana Teixeira de Araujo  
Tatiana Damasceno da Silva

Revisão:

Gabriela de Oliveira Silva

Divulgação:

Serviço de Gestão da Qualidade  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Ensino, Pesquisa e  
Atenção à Saúde

## Anvisa publica suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto TEXSPAR CL da empresa INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**Produto (Lote):** Texspar CL; (todos).

**Empresa:** INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 15.183.098/0001-37.

**Motivo:** Considerando a adequação da formulação do produto por meio da inclusão das substâncias faltantes, a emissão do OFÍCIO Nº 188/2022/SEI/COISC/GIASC/GGFIS/DIRE4/ANVISA, no qual a Coisc toma conhecimento da alteração e se manifesta favorável e a desinterdição dos lotes do produto efetuada pela Vigilância Sanitária da Bahia.

**Ação:** Verificar se em seu hospital tem esses produtos, retirá-los de uso e notificar no Vigihosp e à Anvisa.

**Resolução:** RESOLUÇÃO-RE Nº 1.066, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

**Fonte:** [DOU](#)

### INFORMES

#### **Anvisa esclarece sobre risco de miocardite e pericardite pós-vacinação.**

As vacinas em uso no país mantêm benefícios que superam os riscos. Com base no monitoramento da segurança realizado até março de 2023, está sendo divulgada uma atualização de conteúdo.

**Fonte:** [Anvisa](#)

#### **Brasil chega à marca de 700 mil mortes por Covid-19.**

Milhares de vidas interrompidas e famílias enlutadas poderiam ter histórias diferentes com a vacinação.

**Fonte:** [Ministério da Saúde](#)

#### **Cofen confirma legalidade de capacitação em aspiração traqueal domiciliar.**

Procedimentos realizados no domicílio pelo paciente e ou responsáveis são rotina em diversas instituições.

**Fonte:** [Cofen](#)

#### **InfoGripe: casos de SRAG por Covid-19 avançam no Brasil.**

Divulgado nesta segunda-feira (27/3), o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz apresenta sinal de crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de estabilidade na tendência de curto prazo (últimas três semanas).

**Fonte:** [Fiocruz](#)

#### **Usuário ganha plataforma para notificação de eventos adversos.**

A novidade é que o sistema e-Notivisa permite ao usuário relatar problemas diretamente ao fabricante de produtos sujeitos à vigilância sanitária.

**Fonte:** [Anvisa](#)

#### **Anvisa detalha incidentes notificados no Brasil entre 2014 e 2022.**

Temos, em média, 335 notificações por dia; de 2019 para cá há mais assertividade nas classificações.

**Fonte:** [IBSP](#)

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Cristiane M. de Magalhaes Bento Gisela da Mota Leitão Gleiciane Sousa Oliveira	Leili Mara Mateus da Cunha Sinara Mineiro Oliveira Susana Teixeira de Araujo Tatiana Damasceno da Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	--	--	---

### **Testes rápidos para doença de Chagas apresentam alta capacidade diagnóstica.**

Um estudo multicêntrico se propôs a analisar quatro testes rápidos para uso na triagem sorológica da doença de Chagas, uma alternativa imediata na detecção de casos de infecção pelo *Trypanosoma cruzi*.

Fonte: [Fiocruz](#)

### **Anvisa alerta sobre falsificação de medicamento para esclerose múltipla.**

Lote 7BK1221 do medicamento Lemtrada não foi reconhecido pelo fabricante.

Fonte: [Anvisa](#)

### **Abril pela Segurança do Paciente 2023.**

Campanha visa reduzir o risco de danos desnecessários associados à saúde.

Fonte: [Anvisa](#)

### **Anvisa atualiza recomendação de uso de máscaras em serviços de saúde.**

Orientação para utilização de proteção facial em serviços de saúde vai focar em situações e perfis específicos. Confira.

Fonte: [Anvisa](#)

### **Ministério da Saúde apresenta metas para o Programa de Qualificação de Ações em Vigilância em Saúde.**

É importante que gestores estaduais, municipais e distritais fiquem atentos às atualizações das bases de dados nacionais da Vigilância em Saúde e Ambiente.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

### **Testes rápidos para doença de Chagas apresentam alta capacidade diagnóstica.**

Um estudo multicêntrico se propôs a analisar quatro testes rápidos para uso na triagem sorológica da doença de Chagas, uma alternativa imediata na detecção de casos de infecção pelo *Trypanosoma cruzi*.

Fonte: [Fiocruz](#)

## **ATUALIZAÇÃO TÉCNICA**

### **Ministério da Saúde destaca cursos para profissionais no combate à Tuberculose.**

As vacinas em uso no país mantêm benefícios que superam os riscos. Com base no monitoramento da segurança realizado até março de 2023, está sendo divulgada uma atualização de conteúdo.

Fonte: [Anvisa](#)

### **IV Webinar da Câmara Técnica está com inscrições abertas.**

Os desafios na implantação e avanços do Núcleo de Segurança do Paciente, uma década desde a criação do Programa Nacional, pelo Ministério da saúde, serão o tema central do IV Webinar de Segurança do Paciente do CFM.

Fonte: [CFM](#)

### **Confira os cursos com inscrições abertas na Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz).**

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz) está com cursos de Especialização e de Atualização com inscrições abertas.

Fonte: [Fiocruz](#)

Elaboração: Bruna Mafra Guedes Cristiane M. de Magalhaes Bento Gisela da Mota Leitão Gleiciane Sousa Oliveira	Leili Mara Mateus da Cunha Sinara Mineiro Oliveira Susana Teixeira de Araujo Tatiana Damasceno da Silva	Revisão: Gabriela de Oliveira Silva	Divulgação: Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde
---	--	--	---

**Ministério da Saúde promove webinar sobre vigilância epidemiológica. Saiba quem pode se inscrever.**  
O encontro é voltado para os profissionais de saúde das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e instituições que lidam diretamente com o tema.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

**Ministério da Saúde lança capacitação sobre cuidado à saúde da pessoa com Síndrome Pós-Poliomielite.**  
Curso tem 10 mil vagas e está disponível no site da UNA-SUS.

Fonte: [Ministério da Saúde](#)

**Ciência, política e ética na Enfermagem são tema do 25º CBCENF.**

Temática foi definida com a aprovação do regimento interno. Evento acontece de 23 a 26 de outubro na cidade de João Pessoa.

Fonte: [Cofen](#)

**Webinar SOBRASP Abril Pela Segurança do Paciente "Como o PNSP alavancou as práticas de segurança do paciente no sistema de saúde".**

Webinar integrante da Programação da SOBRASP da campanha Abril Pela Segurança do Paciente 2023, em comemoração dos 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente de Ministério da Saúde do Brasil – PNSP/MS.

Fonte: [SOBRASP](#)

**Webinar Proqualis Abril 2023: 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente: Cultura de Segurança e Notificação de Incidentes**

O webinar contará com as apresentações de vários convidados e a moderação será feita por Maria de Lourdes Moura.

Fonte: [Proqualis](#)

**Webinar: Segurança do Paciente na Prática ONA.**

A ONA está promovendo, em conjunto com especialistas, uma série de Webinars que irão trazer temas atuais e de alto impacto no setor saúde.

Fonte: [Canal ONA](#)

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Bruna Mafra Guedes Cristiane M. de Magalhaes Bento Gisela da Mota Leitão Gleiciane Sousa Oliveira	Leili Mara Mateus da Cunha Sinara Mineiro Oliveira Susana Teixeira de Araujo Tatiana Damasceno da Silva	Gabriela de Oliveira Silva Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde



**Elaboração:**

Bruna Mafra Guedes  
Cristiane M. de Magalhaes Bento  
Gisela da Mota Leitão  
Gleiciane Sousa Oliveira

Leili Mara Mateus da Cunha  
Sinara Mineiro Oliveira  
Susana Teixeira de Araujo  
Tatiana Damasceno da Silva

**Revisão:**

Gabriela de Oliveira Silva

**Divulgação:**

Serviço de Gestão da Qualidade  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Ensino, Pesquisa e  
Atenção à Saúde

### Vigilância em Foco

Este informativo é elaborado pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar às filiais EBSEH sobre os principais destaques e novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e alertas sanitários de farmacovigilância, tecnovigilância, vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais. Nele, são apresentados informes, atualizações técnicas e medidas a serem implementadas nos hospitais, relacionadas à segurança sanitária de medicamentos, saneantes, produtos para a saúde e outras tecnologias em saúde.

Esta publicação convida a todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes.

Acompanhe periodicamente os alertas emitidos pela Anvisa e as outras formas de comunicação de risco envolvendo medicamentos, produtos para saúde, saneantes e outras tecnologias em saúde e implemente as medidas adequadas relacionadas aos produtos existentes na sua instituição, conforme cada caso, tais como notificação no Vigihosp, retirada de uso, contato com o fabricante, monitorização e notificação à Anvisa.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, nas diretrizes Ebserh e nas recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade nos serviços em saúde.

**Serviço de Gestão da Qualidade**  
Coordenadoria de Gestão da Clínica  
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde

Elaboração:	Revisão:	Divulgação:
Bruna Mafra Guedes Cristiane M. de Magalhaes Bento Gisela da Mota Leitão Gleiciane Sousa Oliveira	Leili Mara Mateus da Cunha Sinara Mineiro Oliveira Susana Teixeira de Araujo Tatiana Damasceno da Silva	Gabriela de Oliveira Silva Serviço de Gestão da Qualidade Coordenadoria de Gestão da Clínica Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde