

Via Empresa



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23005.000371/2015-31

Pregão Eletrônico nº 96/2015

1. No dia 03 de novembro de 2015, o Hospital Universitário da UFGD, com endereço na rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá, em Dourados/MS, inscrito no MF sob o CNPJ nº 07.775.847/0002-78, representado pela Srª Mariana Trinidad Ribeiro da Costa Garcia Croda, Diretora Geral do HU, nos termos da Lei 8.666, de 1993, da Lei 10.520, de 2002, dos Decretos 5.450, de 2005, 7.892, de 2013, bem como suas respectivas alterações posteriores, em face da classificação da proposta no Pregão Eletrônico nº 96/2015, **RESOLVE** registrar o preço ofertado pela empresa fornecedora PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 58.295.213/0018-16, conforme quadro abaixo:

Ordem	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qtd.	Margem de Preferência 7.767/2012	Valor Médio Unitário	Valor total
1	<p>APARELHO DE RAIOS X PORTÁTIL:</p> <p>1.COM GERADOR DE RAIOS X DE ALTA FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO;</p> <p>2.PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS POR REGIÃO (OPCIONAL);</p> <p>3.DETECCÃO DE FALHAS POR SOFTWARE, COM INDICAÇÃO NO PAINEL DE CONTROLE;</p> <p>4.POTENCIA DO GERADOR MÍNIMA DE 15 KW;</p> <p>5.GERADOR COM EXPOSIÇÃO POR DESCARGA CAPACITIVA OU TECNOLOGIA SIMILAR;</p> <p>6.DEVE POSSIBILITAR CONEXÃO COM TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE: 3P + TERRA (9H/200+250 ALTERNADO), 32 A, IP - 44.</p> <p>7.CABO DE ALIMENTAÇÃO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5M;</p> <p>8.CABO DISPARADOR COM ALCANCE MÍNIMO DE 5 M;</p> <p>9.PAINEL DE CONTROLE COM:</p> <p>9.1.AJUSTES DE KV PARA VARIAÇÕES DE 40 KV - 125 KV;</p> <p>9.2. TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO DE 0,01 SEGUNDO;</p> <p>9.3. CORRENTE DE NO MÍNIMO 250 MA;</p> <p>9.4. FAIXA DE MAS DE 0,5 A 200 MAS NO MÍNIMO;</p> <p>9.5. SELEÇÃO EM 30 PASSOS OU MAIS PARA MAS;</p> <p>9.6.COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FOCO ,FINO E GROSSO,;</p> <p>9.7.ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE;</p> <p>9.8.INDICAÇÃO DIGITAL DE KV, MA, TEMPO E MAS;</p>	Unidade	4	20%	94.500,00	378.000,00

<p>9.9.AJUSTE DOS PARÂMETROS RADIOLÓGICOS EM PAINEL COM TECLADO PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS; 9.10.CHAVE LIGA E DESLIGA; 10.PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X INTERLIGADA AO SISTEMA DE DISPARO, INCLUINDO FILAMENTO E ANODO-GIRATÓRIO; 11.ESTATIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO, INTEGRADA AO CONJUNTO SOBRE RODÍZIOS; 12.TUBO DE RAIOS X DE ANODO GIRATÓRIO PARA 125KV, COM FOCO FINO MENOR OU IGUAL A 0,8MM; 13.CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 100 KHU, ROTAÇÃO ANODO MÍNIMA DE 2800 RPM; 14.COLIMADOR MANUAL LUMINOSO DE LÂMINAS PLANAS PARA CORTE EM PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO TEMPORIZADOR PARA LÂMPADA. 15.ALIMENTAÇÃO 220V - 60HZ 16.ACESSÓRIOS: 16.1.GAVETA PORTA CHASSIS 16.2.DEVE ACOMPANHAR TODAS AS CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. 17.CERTIFICADOS: 17.1.CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE DE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA - NBR 60601-1 E 60601-2-7. 18.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 19. MANUAL DE OPERAÇÃO CORRESPONDENTE À QUANTIDADE DEFINIDA POR ITEM DO OBJETO DE LICITAÇÃO. 20. MANUAL DE SERVIÇO COMPREENDE: ESQUEMAS ELETRÔNICOS, ELETROMECÂNICOS, PNEUMÁTICOS, PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO, LISTA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E LISTA COMPLETA DE PEÇAS, COM RESPECTIVOS CÓDIGOS, PODENDO, ENTRETANTO, EXIGIR SIGILO EM FUNÇÃO DE SEU DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL OU INTELECTUAL.</p>				
				<p>Total 378.000,00</p>

2. Integram a presente ata de registro de preços, na forma do art. 2º, inciso IV, do Decreto 7.892/2013, os seguintes órgãos e entidades:

- a. Foi aberta a IRP de nº 41/2015, conforme determina o Decreto 7.892/2013.
- b. Não existiram manifestações nesta IRP.

3. Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As especificações técnicas constantes no processo administrativo UFGD nº 23005.000371/2015-31, assim como as normas e regras previstas no Edital, todas de conhecimento da empresa/fornecedor, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Hospital Universitário da UFGD e da empresa fornecedora mais bem classificada no certame, conforme qualificação acima.

Dourados/MS, 16 de novembro de 2015.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Mariana Trinidad Ribeiro da Costa Garcia Croda
Diretora Geral



PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Representante legal: Leonardo de Moraes dos Santos

CI: 44.053.082-2 SSP/SP

CPF: 323.110.578-12

Instrumento de outorga de poderes: Contrato social

