

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.047 – Página 1/2	
Título do Documento	FLUXO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO POR ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO	Emissão: 05/11/2025	Próxima revisão: 05/11/2027
		Versão: 02	

1. OBJETIVO

- Padronizar o fluxo do serviço em Hemodiálise beira leito e assistência direta e indireta durante procedimentos em pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva e Enfermaria do Hospital Universitário da Grande Dourados/Ebserh.

2. MATERIAIS

- Máquina de Hemodiálise FRESINIUS modelo 4008S;
- Máquina osmose reversa modelo SAUBERN ;
- Ponto de água rede;
- Ponto de Esgoto para drenagem;
- Ponto de energia 110w;
- 01 galão de solução ácida conforme prescrição médica;
- 01 galão de solução básica
- 01 Filtro dialisador conforme prescrição médica;
- 01 Kit de linhas arterial/venosa (contem isoladores/equipo de soro);
- 01 frasco de Soro Fisiológico 0,9% 1000ml;
- 01 frasco de Heparina Sódica 5.000 UI/ml;
- EPIS: Luvas de procedimento, óculos, máscara N95, avental impermeável;
- 02 Pares de Luvas Cirúrgica Estéril.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º. Higienizar as mãos conforme PRT. CCIRAS.001;
- 2º. Realizar o preparo da máquina de Hemodiálise 4008 S conforme POP.UCM.046;
- 3º. Paramentação e desparamentação conforme Isolamento em precaução respiratória e descrito e em PRT.CCIRAS.003;
- 4º. Instalação do paciente com cateter duplo lumen conforme POP.UCM.043;
- 5º. Desconexão do paciente com cateter duplo lumen conforme POP.UCM.050;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.047 – Página 2/2	
Título do Documento	FLUXO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO POR ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO	Emissão: 05/11/2025	Próxima revisão: 05/11/2027
		Versão: 02	

- 6º. Desinfecção externa da máquina de HD Fresenius 4008S, conforme POP.UCM.049;
- 7º. Retornar a Unidade do Sistema Urinário com máquina e osmose;
- 8º. Registrar no formulário interno da unidade.

4. REFERÊNCIAS

FERMI, Márcia Regina Valente; **Diálise para Enfermagem – Guia Prático**; 2ª Edição, Rio de Janeiro; 2011.

BARROS, E; Manfro, R.C.; Thomé, F.S.; **Nefrologia: Rotinas diagnósticos e tratamento**. 3ª Edição, Artmed, Porto Alegre, 20012.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	08/06/2021	Elaboração do documento
02	05/10/2025	Revisão do POP e alteração do título, de “fluxo de procedimentos de hemodiálise beira leito durante a pandemia do COVID-19” para “fluxo de procedimentos de hemodiálise beira leito por isolamento respiratório”.

Elaboração Fátima Aparecida Balbino - Enfermeira	Data: 08/06/2021
Revisão 2ª Versão: Giselia Paula de Raimundo- Enfermeira nefrologista	Data: 05/10/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 04/11/2025
Aprovação Rafael Souza Ferreira – Chefe da UCM Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 03/11/2025 Data: 05/11/2025

Assinado Eletronicamente no Processo SEI nº 23529.015625/2021-55

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte