



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.050 – Página 1/3	
Título do Documento	DESCONECTAR PACIENTE COM CATETER DUPLO OU TRIPLO LÚMEM DA MÁQUINA DE HEMODIALISE	Emissão: 04/11/2025	Próxima revisão: 04/11/2027
		Versão: 03	

1. OBJETIVO(S)

- Desconectar o paciente da máquina de hemodiálise com segurança.

2. MATERIAL

- Equipamentos de Proteção Individual (óculos, máscara)
- 01 seringa de 5ml
- 01 seringa de 20ml
- 20 ml Soro Fisiológico 0,9%
- 01 pacote gases estéreis;
- 01 Frasco de Heparina
- 01 agulha 40 x 12;
- 02 tampas oclusora;
- 10 cm fita microporosa;
- 01 par de luvas de procedimento
- 01 par de luvas estéreis

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º. Higienizar as mãos conforme PRT.CCIRAS 001;
- 2º. Colocar a máscara no paciente;
- 3º. Calçar luvas de procedimento;
- 4º. Desligar a bomba de sangue após finalização do tempo e ultrafiltração,;
- 5º. Abrir o soro e pinçar a linha arterial;
- 6º. Ligar a bomba mantendo o fluxo de mais ou menos 200 a 250ml;
- 7º. Devolver ao paciente a maior quantidade de sangue possível;
- 8º. Desligar a bomba de sangue e pinçar a linha e a via venosa do cateter;



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.050 – Página 2/3	
Título do Documento	DESCONECTAR PACIENTE COM CATETER DUPLO OU TRIPLO LÚMEM DA MÁQUINA DE HEMODIALISE	Emissão: 04/11/2025	Próxima revisão: 04/11/2027
		Versão: 03	

- 9º. Devolver ao paciente o conteúdo do segmento arterial por meio de pressão exercida sobre o frasco de SF0,9%;
- 10º. Pinçar a linha e a via arterial do cateter;
- 11º. Desconectar as linhas e conectá-las ao intermediário;
- 12º. Realizar a higienização das mãos conforme PRT.CCIRAS.001;
- 13º. Calçar luva estéril;
- 14º. Lavar cada via do cateter com 10ml de SF 0,9%;
- 15º. Heparinizar cada via conforme indicado no cateter;
- 16º. Fazer antisepsia das extremidades arterial e venosa com gaze estéril embebida com Clorexidina alcoólica 0,5%;
- 17º. Fechar as extremidades com tampinhas oclusoras;
- 18º. Revisar o curativo;
- 19º. Proteger as extremidades utilizando gaze estéril e fita microporosa;
- 20º. Desconectar os ransers do capilar;
- 21º. Retirar a linha arterial da bomba com a velocidade mínima do rolete;
- 22º. Apertar no painel a tela desinfecção do equipamento;
- 23º. Desprezar o sistema no lixo branco;
- 24º. Orientar o paciente que não fique em pé rapidamente para evitar hipotensão postural;
- 25º. Retirar luvas, descartar e higienizar as mãos conforme PRT.CCIRAS.001;
- 26º. Encaminhar o paciente até local de pesagem quando possível o paciente pesar;
- 27º. Encaminhar o paciente para o leito;
- 28º. Informar as ocorrências ao enfermeiro de plantão do setor de origem do paciente;
- 29º. Anotar em prontuário do paciente.

4. REFERÊNCIAS

DAUGIRDAS, J. T. Manual de diálise. 2.ed. Rio de Janeiro: Fresenius, 2012. P.65-81

FERNANDES, A. T.; FILHO, N.R. Infecção do acesso vascular. In: FERNANDES, M. O. U.; FILHO, N. R. Infecção hospitalar e suas interfaces na Área da saúde1. São Paulo: Atheneu, 2012. Cap.23,p.580-601.



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.050 – Página 3/3	
Título do Documento	DESCONECTAR PACIENTE COM CATETER DUPLO OU TRIPLO LÚMEM DA MÁQUINA DE HEMODIALISE	Emissão: 04/11/2025	Próxima revisão: 04/11/2027
		Versão: 03	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	20/02/2016	Elaboração do POP
02	01/07/2021	Revisão de redação e layout
03	16/09/2025	Revisão de redação e layout

Elaboração Giselia Paula de Raimundo- Enfermeira nefrologista	Data: 20/02/2016
Revisão 2ª Versão: Fatima Aparecida Balbino - Enfermeira 3ª Versão: Giselia Paula de Raimundo- Enfermeira nefrologista	Data: 01/07/2021 Data: 16/09/2025
Validação Fuad Fayeze Mahmoud – STGQ	Data: 04/11/2025
Aprovação Rafael Souza Ferreira – Chefe da UCM Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 03/11/2025 Data: 04/11/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI nº 23529.015625/2021-55