

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.007 – Página 1/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRA</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

## 1. OBJETIVO

- Remover as sujidades, evitar a proliferação de bactérias e manter a segurança do alimento preparado.

## 2. MATERIAIS

- Utilizar 2 recipientes, sendo 1 leitoso;
- Detergente neutro;
- Escova de lavar mamadeira;
- Solução de hipoclorito a 0,02%;
- Etiqueta específica para solução de hipoclorito;
- Impresso de controle da troca de hipoclorito – Apêndice A;
- Impresso de controle de esterilização de mamadeiras – Apêndice B; e
- Impresso de controle de troca de escovinhas para mamadeira – Apêndice C.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

A higienização é a operação que engloba limpeza e desinfecção do material.

### RESPONSABILIDADES:

- a. Copeiras do Lactário – Central de Terapia Nutricional:
  - Área externa: Realizam todas as etapas do procedimento.

### 3.1 Etapas do procedimento:

- a. Preparar uma solução de água e detergente neutro **(1L de água + 100ml de detergente neutro)** em um recipiente ou conforme Quadro 1;

Quadro 1 – Volume de detergente neutro necessário para cada litro de água.

ÁGUA	DETERGENTE NEUTRO
1 Litro	100ml
2 Litros	200ml
3 Litros	300ml
4 Litros	400ml

Fonte: próprio autor.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.007 – Página 2/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRA</b>	Emissão: 27/01/2025	Próxima revisão: 27/01/2027
		Versão: 4.0	

- b. Primeiro enxaguar as mamadeiras em **água corrente** para retirar o excesso de sujidade, depois disso deixar de molho as mamadeiras desmontadas, por alguns minutos, até que as sujidades se desprendam da mamadeira;
- c. Retirar a sujidade da parte interna e externa utilizando a escova de lavar mamadeira;
- d. Os bicos devem ser virados do avesso e com o auxílio de uma escova própria, retirar a sujidade;
- e. Enxaguar todas as partes da mamadeira e o bico com água corrente;
- f. Em um recipiente leitoso, imergir as mamadeiras em solução de hipoclorito a 0,02%, preparada no diluidor automático, localizado na cozinha, **durante 30 minutos e enxaguar em água corrente**, registrando em formulário próprio o horário do início e do fim da esterilização. Nunca modificar essa diluição sem o consentimento do Responsável Técnico;
- g. Trocar a solução de hipoclorito do recipiente leitoso no início de cada plantão ou quando apresentar sujidade. O recipiente deve ser mantido fechado e identificado com etiquetas específicas (responsável pela diluição, data e horário da troca do hipoclorito – Quadro 2) e anotado na planilha de controle de troca de hipoclorito (Apêndice A);

Quadro 2 – Modelo de etiqueta de solução de hipoclorito

**Etiqueta de Solução de Hipoclorito:**

Horário da troca da solução de hipoclorito: \_\_\_\_ h \_\_\_\_ min

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

Fonte: próprio autor.

- h. Colocar as mamadeiras para secar em local apropriado viradas para baixo;
- i. Embalar as mamadeiras em grau cirúrgico e encaminhar para CME para esterilização.
- j. Preencher corretamente o impresso referente ao procedimento de controle de esterilização de mamadeira (Apêndice B).

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.007 – Página 3/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRA</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

**Observação:**

- A troca da escova de lavar mamadeira deve ser realizada semanalmente (Apêndice C);
- Se houver substituição da marca do detergente ou necessidade de alteração do volume da solução do detergente, comunicar imediatamente à Nutrição Clínica para correção da diluição.

**4. REFERÊNCIAS**

Galego, D.S. *et al.* **Manual de Lactários: Lactário nos estabelecimentos assistenciais de saúde creches.** São Paulo (SP): *International Life Sciences Institute* do Brasil, 2017.

**5. HISTÓRICO DE REVISÃO**

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	21/12/2017	Elaboração do documento.
2.0	16/01/2018	Revisão do POP.
3.0	04/11/2021	Revisão do POP. Atualização do modelo de documento.
4.0	15/07/2024	Revisão do POP e atualização do modelo de documento.

<b>Elaboração</b> Cristhiane Rossi Gemelli Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Viviane Castilho Junto	Data: 21/12/2017
<b>Revisão</b> 2ª Versão - Renata Martins Castro Rosa 3ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Mirele Aparecida Schwengber Viviane Castilho Justo 4ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli	Data: 16/01/2018 Data: 04/11/2021  Data: 04/07/2024
<b>Validação</b> Graciela Mendonça dos Santos Bet – Chefe do STGQ em exercício	Data: 10/10/2024
<b>Aprovação</b> Érika Leite Ferraz Libório – UNUT Alline Cristhine Nunes Cerchiari Menon – Gerente de Atenção à Saúde (Subst.)	Data: 10/10/2024 Data: 27/01/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.015518/2024-70.





