



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo do Documento	NORMA TÉCNICA	NO.ISC.001 – Página 1/2	
Título do Documento	ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO	Emissão: 09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO

Sinalizar o paciente para o recebimento

Em virtude da possibilidade de geração de aerossóis também em procedimento de ecocardiograma transesofágico, apesar de ainda não estar claramente definido este grau de risco em comparação com exames de broncoscopia, para o momento de pandemia e a depender da disponibilidade do insumo está indicada preferencialmente a utilização de avental, luvas, forro descartável, máscara N95/PFF2 ou equivalente e protetor facial para todos os casos de síndrome gripal suspeito ou confirmado de COVID-19.

Na indisponibilidade de máscara N95/PFF2 ou equivalente, como alternativa, está recomendada a utilização de máscara cirúrgica, mantendo-se os demais EPIs.

A utilização de duas luvas com objetivo de reduzir risco de contaminação no processo de desparamentação **NÃO** está indicada, pois pode passar falsa sensação de proteção.

Após a realização de exames em pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19, está indicada a limpeza e desinfecção concorrente das superfícies da sala de exames, utilizando preferencialmente um pano descartável com o desinfetante padronizado. Não é necessário tempo de espera para reutilizar a sala após a limpeza.

Manter o menor número de pessoas no ambiente:

Equipe paramentada:

- Touca,
- Avental impermeável
- Óculos ou protetor facial,
- **Máscara N95/PFF2**
- Luvas com punhos longos
- Sapatos fechados e impermeáveis laváveis

Limpeza do ambiente conforme POP institucional disponível na intranet



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo do Documento	NORMA TÉCNICA	NO.ISC.001 – Página 2/2	
Título do Documento	ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO	Emissão: 09/04/2020	Próxima revisão: 09/04/2022
		Versão: 1	

<p style="text-align: center;">Elaboração:</p> <p>Dra. Ruth Maria Oliveira de Araújo – Médica Infectologista Dra. Evelyne Santana Girão – Médica Infectologista Dr. Bruno Gomes Rodrigues dos Santos, Médico Infectologista</p>	09/04/2020
<p style="text-align: center;">Análise:</p> <p>Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, Coordenadora do Serviço de Avaliação e Monitoramento da Qualidade</p>	09/04/2020
<p style="text-align: center;">Aprovação:</p> <p>Jerusa Mara de Oliveira Lima , chefe da unidade do sistema cardiovascular HUWC</p>	09/04/2020
<p style="text-align: center;">Validação:</p> <p>Dra. Ruth Maria Oliveira de Araújo-Médica Infectologista, Chefe substituta do SCIH</p>	09/04/2020