



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HD.028 – Página 1/3	
Título do Documento	ATENDIMENTO DIALÍTICO PACIENTES INTERNADOS NA UTI DO SETOR COVID Complexo HUWC/MEAC – UFC	Emissão: 24/04/2020	Próxima revisão: 24/04/2022
Executante:	Técnico em Enfermagem do Setor da Hemodiálise	Versão: 1	
Frequência:	Sempre que necessário		

OBJETIVO(S)

1. Estabelecer as regras para atendimento de hemodiálise aos pacientes internados na UTI do setor COVID-19

MATERIAL

1. Gorro
2. Máscara Cirúrgica e N95
3. Avental gramatura 30g/m²
4. Luvas cano longo
5. Protetor facial/óculos de proteção.
6. material necessário para realizar hemodiálise conforme prescrição médica.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Higienizar as mãos e se paramentar (gorro, máscara cirúrgica, avental descartável, luvas de procedimento e óculos de proteção ou protetor facial) e separar os materiais necessários para a montagem da máquina;
2. Preparar a máquina na sala da Genius conforme prescrição médica e rotina do setor e revestir a parte superior da máquina da Genius com um saco plástico transparente;
3. Ao chegar no setor COVID, paramentar-se na área limpa, com o kit que será disponibilizado no próprio setor conforme fluxo da instituição:

PARAMENTAÇÃO:

- Higienização das mãos;
 - Colocar o avental gramatura 30;
 - Colocar máscara N-95 ou PFF2;
 - Colocar o gorro;
 - Colocar o protetor facial ou óculos de proteção;
 - Higienizar novamente as mãos e calçar a luva e dirigir-se para o leito do paciente na UTI.
4. Verificar sinais vitais e iniciar a hemodiálise conforme prescrição médica;
 5. Observar intercorrências durante a hemodiálise;

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE			
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		POP.HD.028 – Página 2/3
Título do Documento	ATENDIMENTO DIALÍTICO PACIENTES INTERNADOS NA UTI DO SETOR COVID Complexo HUWC/MEAC – UFC		Emissão: 24/04/2020
Executante:	Técnico em Enfermagem do Setor da Hemodiálise		Próxima revisão: 24/04/2022
Frequência:	Sempre que necessário		
			Versão: 1

6. Ao finalizar a hemodiálise, desconectar o paciente conforme rotina do setor e desprezar o capilar e as linhas em saco branco e jogar no lixo infectante;
7. Na área de desparamentação dentro da uti, retirar o saco plástico da parte superior da máquina Genius, trocar de luvas e fazer a higienização da máquina com álcool 70% na parte superior (suporte de soro, parte do display e todas as conexões e a extensão da tomada). Na parte inferior e nas rodas;
8. Após a higienização da máquina, iniciar a desparamentação com a retirada dos EPI'S na seguinte ordem:

DESPARAMENTAÇÃO:

- Retirar o avental;
 - Retirar as luvas;
 - Higienizar as mãos;
 - Retirar o protetor facial e desprezar no lixo específico;
 - Higienizar as mãos;
9. Ainda com o gorro e a máscara, levar a máquina já higienizada, pela porta da área de transição e seguir para a outra área reservada de desparamentação;
 10. Calçar outro par de luvas e realizar nova higienização da máquina genius;
 11. Concluir a DESPARAMENTAÇÃO, retirando o gorro, em seguida, retirar a máscara N-95 ou PFF-2 e higienizar novamente as mãos;
 12. Higienizar as mãos;
 13. Transportar a máquina já higienizada até o setor de preparo;
 14. Na sala de preparo, higienizar as mãos, utilizar os EPI'S (máscara cirúrgica, avental descartável, gorro, luva de procedimento e óculos de proteção ou protetor facial), realizar uma nova higienização da máquina com álcool 70% e colocar a máquina na desinfecção conforme rotina do setor.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE			
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		POP.HD.028 – Página 3/3
Título do Documento	ATENDIMENTO DIALÍTICO PACIENTES INTERNADOS NA UTI DO SETOR COVID Complexo HUWC/MEAC – UFC		Emissão: 24/04/2020
Executante:	Técnico em Enfermagem do Setor da Hemodiálise		Próxima revisão: 24/04/2022
Frequência:	Sempre que necessário		
			Versão: 1

CUIDADOS ESPECIAIS

1. Não levar para o setor COVID, nada que não possa retonar ao setor de origem, como: bolsa azul, borrifador, prancheta, material de escritório, estetoscópio e esfigmomanômetro, depósito de plástico, capilar extra;
2. Não levar material em excesso e o que sobrar, deve ficar no setor, no leito do paciente;
3. O balde da UF, deverá ser substituído pelo galão e ficará no expurgo do setor COVID;
4. Todas as anotações deverão ser feita no sistema AGHU contendo as principais informações como: tempo de diálise; perdas; principais intercorrências; utilização de heparina e fechamento do cateter.
5. Ao retornar a máquina para a sala da Genius borrifar novamente quaternário+amônia nas rodas da máquina antes de adentrar a sala;

Elaboração: Juliana Valéria A. Pinheiro, Chefe de enfermagem do Setor de Hemodiálise.	24/04/2020
Análise: Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertocini, Coordenadora do Setor de Avaliação da Qualidade	24/04/2020
Aprovação: Anaíza Diógenes Soares, Chefe do Serviço e enfermagem do Ambulatório.	24/04/2020
Validação: Setor de Controle de Infecção Hospitalar	24/04/2020