

Boletim de Serviço

nº 220, de 14 de julho de 2022.

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS)

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco C,
1° ao 3° pavimentos | CEP: 70308-200 | Brasília – DF | Telefone: (61) 3255-8900

Site: www.ebserh.gov.br

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Campus da Saúde – Rua Claudio Batista, 505, Bairro Cidade Nova | CEP: 49065-020 |
Aracaju – SE | Telefone: (79) 2105-1700

Site: www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hu-ufs

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

Presidente

ANTONIO CÉSAR ALVES ROCHA

Vice-presidente

DALMO CORREIA FILHO

Superintendente do HU-UFS

RAIMUNDO SATURNINO PEREIRA

Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFS

MARCO ANTÔNIO PRADO NUNES

Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFS

EDÉLZIO ALVES COSTA JÚNIOR

Gerente Administrativo do HU-UFS

SUMÁRIO

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - CPR.....	4
Norma Interna para Realização de Exames de Raios X no Leito.	4

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - CPR

Norma Interna para Realização de Exames de Raios X no Leito.

Considerando a proteção coletiva de pacientes, acompanhantes e trabalhadores contra a exposição aos raios X;

Considerando os exames de raios X indevidamente solicitados nos leitos desta instituição;

Considerando a baixa qualidade destes exames;

Considerando as recomendações e as exigências da RDC 611 da ANVISA;

Considerando a reunião da Comissão de Proteção Radiológica – CPR realizada no último dia 18/05/2022;

A partir do dia 18/07/2022 só serão realizados os seguintes exames de raios X no leito:

REGIÃO	QUADRO CLÍNICO	LOCAL
Tórax, Abdomen	-	UTI
Tórax, Abdomen	Instabilidade hemodinâmica ou clínica	Enfermarias

* UTI = Unidade de Tratamento Intensivo;

Recomendamos ainda que o(a) médico(a) solicitante **avali**e o custo-benefício da realização destes exames no leito tendo em vista a melhor qualidade oferecida por equipamentos de raios X fixos;

Obs.: Exceções a essa regra serão avaliadas pelo médico responsável técnico da radiologia.

Aracaju-SE, 13 de julho de 2022.