

# POP

HUAB - UFRN/EBSERH

## HIGIENIZAÇÃO DE TENSIÔMETRO, TERMÔMETRO E ESTETOSCÓPIO

Versão: 03 | 2024

## 1 OBJETIVO

Garantir que o material esteja limpo dentro dos parâmetro especificados, minimizando a microbiota transitória presente na superfície do aparelho visando a prevenção e controle de infecção e evitar a contaminação cruzada a cada paciente.

## 2 MATERIAL

- Tensiómetro;
- Termômetro;
- Estetoscópio;
- Compressas/panos macios e limpos;
- Água;
- Sabão;
- Álcool a 70º;
- EPI's: máscara, luva, gorro, óculos de proteção, avental.

## 3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).

### 3.1. Tensiómetro

- Realizar a limpeza do tensiómetro com um pano úmido embebido de uma solução fraca de água e sabão;
- Passar uma compressa úmida de água;
- Colocar para secar;
- Para o manômetro, fazer fricção com álcool a 70% por 30 segundos.

### 3.2. Termômetro

- Realizar a limpeza com um pano úmido, fazendo fricção com álcool a 70% por 30 segundos. Cuidado para não passar no visor;
- Para o visor utilizar um pano seco.

### 3.3. Estetoscópio

- Realizar a limpeza fazendo fricção com álcool a 70% por 30 segundos.

#### 4 REFERÊNCIAS

Disponível em:

[http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/rede\\_rm/cursos/rm\\_controle/opas\\_web/modulo5/blo\\_precaucao3.htm](http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo5/blo_precaucao3.htm) >. Acesso em 06 jul 2024.

<https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view>> Acesso em 23 de set de 2024.

#### 5 HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
01	25/06/2019	Versão inicial.
02	06/07/2020	Revisão do POP
03	23/10/2024	Atualização de Bibliografia - Revisão

#### 6 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

<b>Elaboração</b> Lidianny Michelle da Silva Pontes - UMUL/GAS Natália Filgueira da Silva - UBCME/GAS Mayanne Mara de Medeiros Queiroz - UBCME/GAS Marcelo de Medeiros Lucena - UBCME/GAS Marcio Adriano da Motta – UBCME/GAS Suécia dos Santos Maia – UBCME/GAS	Data: 23/10/2024
<b>Análise</b> Marcio Adriano da Motta - UBCME/GAS	Data: 23/10/2024
<b>Validação</b> Wilton Nogueira de Abreu – STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento – STGQ/SUP	Data: 16/04/2025
<b>Aprovação</b> Rita Berenice da Silva Costa - UBCME/GAS	Data: 23/10/2024





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000  
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.006694/2024-31

Interessado: @interessados\_virgula\_espaco@

<p><b>Elaboração</b></p> <p>Lidianny Michelle da Silva Pontes - UMUL/GAS</p> <p>Natália Filgueira da Silva - UBCME/GAS</p> <p>Mayanne Mara de Medeiros Queiroz - UBCME/GAS</p> <p>Marcelo de Medeiros Lucena - UBCME/GAS</p> <p>Marcio Adriano da Motta – UBCME/GAS</p> <p>Suécia dos Santos Maia – UBCME/GAS</p>	<p>Data: 23/10/2024</p>
<p><b>Análise</b></p> <p>Marcio Adriano da Motta - UBCME/GAS</p>	<p>Data: 23/10/2024</p>
<p><b>Validação</b></p> <p>Wilton Nogueira de Abreu – STGQ/SUP</p> <p>Franciane Carla de Souza Bento – STGQ/SUP</p>	<p>Data: 16/04/2025</p>
<p><b>Aprovação</b></p> <p>Rita Berenice da Silva Costa - UBCME/GAS</p>	<p>Data: 23/10/2024</p>



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Adriano da Motta, Enfermeiro(a)**, em 23/04/2025, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natália Filgueira da Silva, Enfermeiro(a)**, em 23/04/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Suécia dos Santos Maia, Técnico(a) em Enfermagem**, em 30/04/2025, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Medeiros Lucena, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 30/04/2025, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Mayanne Mara de Medeiros Queiroz, Enfermeiro(a)**, em 30/04/2025, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Rita Berenice da Silva Costa, Chefe de Unidade**, em 27/06/2025, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro(a)**, em 09/07/2025, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Maysa Máglá Medeiros Nóbrega, Enfermeiro(a)**, em 12/07/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 10/09/2025, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **48886717** e o código CRC **15CB6147**.

---