

POP

HUAB-UFRN/EBSERH

VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

Versão: 1 | 2025



1. OBJETIVO(S)

Realizar a padronização do exame Velocidade de Hemossedimentação (VHS) em amostras de pacientes do HUAB.

2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Utilizar tubos a vácuo contendo Citrato de Sódio (3,2%) (frascos de tampa preta) com volume de aspiração preconizado de 4,0 mL.
- Homogeneizar as amostras colhidas para o VHS.
- Abrir o tubo após a homogeneização. Insira a pipeta de Westergreen no tubo de coleta, aspirando o sangue até a marca zero.
- Manter o tubo preenchido com a amostra até a marca zero.
- Posicionar o tubo em posição vertical no suporte por 1 hora. Faça a leitura em mm após decorrer 1 hora, medindo-se o nível de separação entre o sangue e o plasma.
- Registrar o valor encontrado em milímetros como resultado do exame.
- Os valores de referência de VHS variam, mas, em geral, são até 15 mm/h para homens e até 20 mm/h para mulheres abaixo dos 50 anos.

3. REFERÊNCIAS

Desenvolvimento interno.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	18/08/2025	Versão inicial do documento.

5. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 18/08/2025
Análise Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 18/08/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 23/10/2025
Aprovação Kellynton Diego Dantas de Souza - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 23/10/2025

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © Ano 2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufnrn.ebserh.gov.br>

Certidão - SEI

Processo nº 23527.007574/2025-31

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

CERTIDÃO DE ASSINATURAS

VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS). POP.UDIDE – VERSÃO 1

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 18/08/2025
Análise Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 18/08/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data:
Aprovação Kellynton Diego Dantas de Souza - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data:



Documento assinado eletronicamente por **Nahara de Medeiros Cabral Axiole, Biomédico(a)**, em 07/11/2025, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kellynton Diego Dantas de Souza, Chefe de Unidade**, em 10/11/2025, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilton Nogueira de Abreu, Técnico(a) em Enfermagem**, em 13/11/2025, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **55044193** e o código CRC **2AEDAA00**.

Referência: Processo nº 23527.007574/2025-31

SEI nº 55044193