

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDIMG.028 - Página 1/3	
Título do Documento	EXAMES RADIOGRÁFICOS ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIULAR.	Emissão: 23/12/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 23/12/2022

1. OBJETIVO(S)

Padronizar os procedimentos operacionais padrões (**POP'S**) do atendimento e das incidências radiológicas do setor de raio x diante a realização dos exames.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

Esse **POP** aplica-se aos técnicos em radiologia do Hospital Universitario Ana Bezerra (**HUAB**) no atendimento prestado aos pacientes no setor de raio x e diagnóstico por imagem.

3. MATERIAL

- Aparelho de raio x;
- Cassete;
- Filmes radiograficos;
- Buck mural;
- Paniel de comando e protetores de radiação (**caso não interfiram no exame**)

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Acolher o paciente;
- Analisar o tipo de Exame;
- Examinar a espessura e a parte anatômica a ser radiografada;
- Definir tamanho e tipo de combinação tela-filme;
- Selecionar distância foco-filme adequada;
- Pedir para que o paciente retire os adornos caso esses interfiram no exame;
- Paciente em posição anatomica

4.1. Axiolateral- Método de Schurller

- Paciente em posição ortostatica ou semipronada na mesa;
- Parte lateral da cabeça de interesse deve estar encostada no bucky;
- Plano medio sagital alinhado paralelamente ao bucky;
- Estender o pescoço de modo que a linha infra orbitomeatal estaa perpendicular a borda frontal do bucky ou filme;
- Boca aberta ou fechada;
- Filme radorafico 18x24 sentido longitudinal;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDIMG.028 - Página 2/3	
Título do Documento	EXAMES RADIOGRÁFICOS ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIULAR.	Emissão: 23/12/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 23/12/2022



- Raio central angulado cerca de 25 a 30 ° podálico, direcionado cerca de 5 cm acima e 1,3 cm anteriormente ao meato acústico externo
- Colimar a região a ser radiografada;
- Distancia foco-filme 100 cm;
- Disparo feito .
- Ofertar tipo de blindagem (**protetor de tireoide, gonodas e avental punblifero**) aos paciente caso não interfira no exame;
- Adotar fatores tecnicos mais apropriados para exposição e assim evitar repetição;
- Ao fim da exposição avisar ao paciente o termino do exame, se necessario ajudar o paciente a levantar.

5. REFERÊNCIAS


BONTRAGER, Kenneth L. (Ed.). **Bontrager manual pratico: tecnicas e posicionamentoos radiograficos**. 2010.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1º primeira	23/12/2020	

ELABORAÇÃO	REVISÃO
 LIDIANE MARIA DE ARAUJO Tec. Em Radiologia SIAPE: 2230619. 23/12/2020	 FRANCISCO RAIMUNDO FILHO Tec. Em Radiologia SIAPE: 2380385. 05/03/2021

(Poderão ser incluídas no quadro abaixo as identificações dos responsáveis pela elaboração/revisão e avaliação)

Validação  Jose Cassio Rodrigues de Carvalho Freire Chefe de Unidade de Diagnóstico por Imagem e Medicina Celular SIAPE: 2380385 / SIAPE: 2380385	Data: 08/03/2021
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: ____/____/____

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDIMG.028 - Página 3/3	
Título do Documento	EXAMES RADIOGRÁFICOS ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIULAR.	Emissão: 23/12/2020	Próxima revisão: 23/12/2022
		Versão: 1	

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte

10