



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/SEDE
TERMO DE JULGAMENTO
UASG 155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES
PREGÃO 48/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de MATERIAIS PARA BANCO DE SANGUE (Reedição), a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.		
Entrega de propostas:	De 18/08/2023 às 08:00 até 30/08/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/08/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/08/2023 às 09:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2023 às 13:44:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/08/2023 às 15:19:30	Prezados Licitantes, encerrada a etapa de lances, informamos como iremos proceder daqui para frente:
Sistema	30/08/2023 às 15:26:14	1 - Para a análise e parecer de nossa área técnica, as 03 (três) primeiras empresas classificadas para cada item devem anexar ao Sistema: a) Proposta com as especificações dos produtos ofertados; b) catálogo com imagem e informações técnicas do produto ofertado; c) o Registro do Produto na ANVISA; d) Alvará Sanitário; e) Autorização de Funcionamento, e; f) Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema	30/08/2023 às 15:26:50	O anexo será convocado em cada item, para as três primeiras empresas.
Sistema	30/08/2023 às 15:27:12	2 - Após o recebimento do Parecer da área técnica e sanadas todas as dúvidas, o Pregoeiro irá negociar os preços com as empresas primeiras classificadas.
Sistema	30/08/2023 às 15:28:57	O prazo para o envio da documentação solicitada é de até 24h e será informado na hora da solicitação do anexo. Em caso de dúvidas, liguem (82) 3202-3709/5747, Pregoeira Suzana.
Sistema	30/08/2023 às 15:40:51	Prezados Licitantes, a empresa tem que anexar a documentação solicitada para todos os itens em que o anexo foi convocado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/08/2023 às 09:00:10	Abertura da sessão pública
30/08/2023 às 13:44:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Soro

Soro Tipo: Anti-A1 , Composição: Lectina

Valor estimado:	R\$ 45,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Frasco 2,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.843.***-*0 - SUZANA MAFRA MARINHO

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.652.929/0001-02 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 114,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Imunoscan/SCAN DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT		
Modelo/versão: SOROS/FRASCOS		
Valor proposta: R\$ 114,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	30/08/2023 09:00:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2023 09:23:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 114,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:59 do dia 30/08/2023.
Sistema	30/08/2023 09:29:00	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/08/2023 09:29:00	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 20.652.929/0001-02	30/08/2023 15:33:57	Sr. Fornecedor INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, CNPJ 20.652.929/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 31/08/2023. Justificativa: Anexar: a) Proposta com as especificações dos produtos ofertados; b) catálogo com imagem e informações técnicas do produto ofertado; c) o Registro do Produto na ANVISA; d) Alvará Sanitário; e) Autorização de Funcionamento, e; f) Atestado de Capacidade Técnica..
pelo participante 20.652.929/0001-02	30/08/2023 16:32:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:33 de 30/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, CNPJ 20.652.929/0001-02.
Sistema	27/09/2023 17:15:01	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de

Enviado por

Data/Hora envio

Mensagem

recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/09/2023 17:25:01.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
30/08/2023 09:00:11	Item aberto para lances.
30/08/2023 09:23:59	Item com etapa aberta encerrada.
30/08/2023 09:23:59	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 114,0000.
30/08/2023 09:29:00	Item com etapa fechada encerrada.
30/08/2023 09:29:00	Item encerrado para lances.
30/08/2023 15:33:57	Fornecedor INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, CNPJ 20.652.929/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/08/2023 15:33:00. Motivo: Anexar: a) Proposta com as especificações dos produtos ofertados; b) catálogo com imagem e informações técnicas do produto ofertado; c) o Registro do Produto na ANVISA; d) Alvará Sanitário; e) Autorização de Funcionamento, e; f) Atestado de Capacidade Técnica..
30/08/2023 16:32:33	Fornecedor INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, CNPJ 20.652.929/0001-02 finalizou o envio de anexo.
27/09/2023 17:15:00	Fornecedor INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA, CNPJ 20.652.929/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 114,0000. Motivo: A Pregoeira decidiu desclassificar esta proposta considerando o Parecer Técnico desfavorável, onde afirma: "Não atende especificação do Termo de Referência. Produto ofertado corresponde a suspensão de hemácias A para prova reversa, e não soro anti-A1 para resolução de discrepâncias ABO"..
27/09/2023 17:15:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/10/2023 18:31:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.