

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH.UAF.001- Página 1/5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS	Emissão: 09/12/2020 Versão: 3	Próxima revisão: 09/12/2022

1. OBJETIVO(S)

Realizar a limpeza, desinfecção e organização da geladeira de medicamentos de forma segura, reduzindo as sujidades, de forma a garantir a qualidade dos medicamentos nela armazenados, visando reduzir a transmissão de infecções, proteger a estabilidade do produto farmacêutico, o ambiente e todas as pessoas envolvidas no processo.

2. RESPONSÁVEL

Técnicos em Farmácia, Almojarifes e Colaboradores da higienização.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Caixa térmica e gelo reciclável;
- Máscara Cirúrgica;
- Luvas;
- Detergente;
- Esponja exclusiva;
- Tigela;
- Água;
- Flanela;
- Álcool 70°.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Passo a passo para realização da rotina

4.1. Realizar higienização das mãos conforme protocolo PRO/SVSSP.NSP/P002/2018 – Práticas para Higienização das mãos em Serviços de Saúde;

4.2. Calçar luvas de procedimento e máscara cirúrgica;

4.3. Transferir os produtos termolábeis para outro refrigerador, ou para caixa térmica com gelo reciclável, mantendo a temperatura recomendada (+2°C a +8°C), sendo este item de responsabilidade do almojarife e /ou técnico em farmácia;

4.4. Retirar termômetro e planilha de controle da temperatura afixada na geladeira, sendo este item de responsabilidade do almojarife e /ou técnico em farmácia;



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH.UAF.001- Página 2/5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS	Emissão: 09/12/2020 Versão: 3	Próxima revisão: 09/12/2022

- 4.5. Desligar da tomada e abrir as portas do refrigerador e do congelador;
- 4.6. Separar uma tigela com água, detergente neutro ou sabão de coco e esponja exclusiva para a finalidade;
- 4.7. Com auxílio dessa tigela, limpar internamente e externamente, incluindo a borracha da porta e os puxadores;
- 4.8. A seguir, enxaguar com água e o auxílio de uma flanela;
- 4.9. Secar internamente e externamente a geladeira com flanela;
- 4.10. Utilizar para a desinfecção flanela com o álcool 70%;
- 4.11. O termômetro deverá ser desinfetado com uma compressa embebida em pequena quantidade de álcool 70% e friccionando 3 (três) vezes em toda superfície e extensão do cabo, inclusive no sensor (bulbo) e deixando-o secar espontaneamente, todas as vezes que realizar a limpeza da geladeira a cada 30 dias
- 4.12. Após término da limpeza: descartar as luvas de procedimento, máscara e esponja em local apropriado para esta finalidade;
- 4.13. Realizar higienização das mãos conforme protocolo PRO/SVSSP.NSP/P002/2018 – Práticas para Higienização das mãos em Serviços de Saúde;
- 4.14. Religar o refrigerador;
- 4.15. Retornar termômetro e planilha de controle de geladeira (este item é de responsabilidade do almoxarife e /ou técnico em farmácia);
- 4.16. Esperar o retorno da temperatura entre +2°C a +8°C, sendo este item de responsabilidade do almoxarife e /ou técnico em farmácia;
- 4.17. Com a temperatura estabilizada, retornar medicamentos à geladeira e organizar na ordem anteriormente estabelecida, sendo este item de responsabilidade do almoxarife e /ou técnico em farmácia;
- 4.18. Registrar em formulário próprio de limpeza da geladeira (APÊNDICE A) a data, hora, assinatura do colaborador que realizou a ação e o visto da supervisão do farmacêutico, conforme anexo.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH.UAF.001- Página 3/5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS	Emissão: 09/12/2020 Versão: 3	Próxima revisão: 09/12/2022

5. RECOMENDAÇÕES

5.1 É expressamente proibido comer ou beber dentro da área de armazenamento da UAF, bem como guardar alimentos dentro dos refrigeradores destinados ao armazenamento de medicamentos.

5.2 A limpeza da geladeira deve ser realizada mensalmente conforme programação realizada junto com o colaborador da higienização.

5.3 Para preparar as caixas térmicas para acondicionar os medicamentos que estão no refrigerador que será limpo, esperar o tempo necessário (mais ou menos 30 minutos) até que o ambiente interno da caixa térmica esteja na temperatura recomendada, ou seja, entre + 2°C a + 8°C (o ideal é + 5°C); transferir os medicamentos para a caixa térmica após a ambientação, vedando-a com fita adesiva larga.

5.4 Cuidado para que no ato da limpeza não danifique o refrigerador e desregular a temperatura da geladeira (MS, 2001).

5.5 Acompanhar o cronograma da limpeza da geladeira e agendar, até a véspera da realização do procedimento, com o colaborador da higienização do HUPAA, o qual irá realizar o procedimento na UAF e acompanhá-lo durante a realização da atividade.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1. Transferir os medicamentos para local com temperatura adequada até que seja realizada a devida correção;

6.2. Comunicar à chefia a unidade ou farmacêutico do dia para a tomada das medidas cabíveis.

7. FLUXOGRAMA

NA = Não Aplicável.

8. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília: Anvisa, 2012.118 p.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH.UAF.001- Página 5/5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS	Emissão: 09/12/2020 Versão: 3	Próxima revisão: 09/12/2022

10. ANEXOS

NA= Não Aplicável.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	25/01/2018	Kátia Helena Monteiro Santos	Institui o Procedimento Operacional Padrão Limpeza e Desinfecção da geladeira de medicamentos
2	18/03/2019	Karla Mendes da Silva Moreira	Mudança para norma zero
3	09/12/2020	Kátia Helena Monteiro Santos Alex Cavalcante dos Santos	Atualização do procedimento

<p>Elaboração Kátia Helena Monteiro Santos Farmacêutica Unidade de Abastecimento Farmacêutico</p> <p>Alex Cavalcante dos Santos Técnica em Farmácia Unidade de Abastecimento Farmacêutico</p>	Data: 09/12/2020
<p>Análise Tania Beatriz Batista dos Reis Chefe da Unidade de Abastecimento Farmacêutico</p>	Data: ____/____/____
<p>Validação Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente</p> <p>Joyce Letice Barros Gomes Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde</p>	Data: ____/____/____
<p>Aprovação Anna Cláudia de Andrade Tomaz Chefe do Setor de Farmácia Hospitalar</p>	Data: ____/____/____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR
ALBERTO ANTUNES - HUPAA

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH.UAF.001- Página 6/5	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS	Emissão: 09/12/2020 Versão: 3	Próxima revisão: 09/12/2022