

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Desfibrilador**

Descrição Detalhada: Desfibrilador, tipo: cardioversor c, sincronismo, recursos integrados: monitor ecg , mp transtorácico, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: grava ecg,eventos, peso: até 15 kg, alimentação: bateria interna recarregável, componente: pás uso adulto , infantil integrados, componente i: cabo 5 vias, tipo módulo: portátil, c, alça transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (105)

Grupo: G1

2 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, aplicação: via seio coronário, tipo: quadripolar, conexão: conector tipo is-4, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 126

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (126)

Grupo: G1

3 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: p, marcapasso temporário, aplicação: endocárdico, tipo: bipolar, dimensões: cerca de 100 cm, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (105)

Grupo: G1

4 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: cdi câmara dupla, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, modelo eletrodo: cabo-eletrodo de choque, função 1: biosensor de movimento, acessórios: c, kit de chaves, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 219

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 438

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (219)

Grupo: G2

5 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: de choque, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo df-4, componente i: dupla mola, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 363

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 726

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (363)

Grupo: G2

6 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: p, marcapasso temporário, aplicação: endocárdico, tipo: bipolar, dimensões: cerca de 100 cm, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

Grupo: G2

7 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: cdi câmara única, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, modelo eletrodo: cabo-eletrodo de choque, função 1: biosensor de movimento, acessórios: c, kit de chaves, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 114

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (114)

Grupo: G2

8 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: câmara dupla, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: compatível c, eletrodo bipolar, calibre eletrodo: 3,2 mm, função: autocaptura, diagnóstico segmento st, função 1: gerenciamento de limiar automático, sistema de programação: multiprogramável, acessórios: kit c, chave, característica adicional: duplo sensor, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

Grupo: G3

9 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: conjunto de eletrodos, modelo: definitivo, aplicação: endocárdico e atrial, tipo: bipolar, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo is-1, componente ii: liberação de corticóide, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (750)

Grupo: G3

10 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: câmara única, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: compatível c, eletrodo bipolar, calibre eletrodo: 3,2 mm, função 1: ajuste automático de limiar, sistema de programação: multiprogramável, acessórios: kit c, chave, característica adicional: duplo sensor, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

Grupo: G3

11 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: cdi multissítio, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, modelo eletrodo: cabo-eletrodo de choque, sistema de programação: multiprogramável, acessórios: c, kit de chaves, característica adicional: c, ressinchronizador câmaras independentes, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (90)

Grupo: G1

12 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: definitivo, aplicação: epicárdico, tipo: bipolar, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo is-1, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (90)

13 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: definitivo, aplicação: epicárdico, tipo: bipolar, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo is-1, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 94

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (94)

14 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: multissítio, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, classificação eletrodo: endocárdico ativo, passivo, função 1: biosensor de movimento, sistema de programação: programável p, telemetria, acessórios: c, kit de chaves, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

Grupo: G2

15 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: de choque, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo df-1, componente i: dupla mola, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (180)

Grupo: G2

16 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: conjunto de eletrodos, modelo: p, cdi multissítio, aplicação: endocárdico, epicárdico e de choque, componente ii: c, sistema de entrega, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1350)

17 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: cdi câmara única, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, modelo eletrodo: cabo-eletrodo de choque, função 1: biosensor de movimento, acessórios: c, kit de chaves, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (90)

Grupo: G2

18 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, uso infantil, tipo: câmara única, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, classificação eletrodo: endocárdico ativo, sistema de programação: programável p, telemetria, acessórios: c, kit de chaves, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (24)

19 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: p, punção intra óssea, dimensões: cerca de 18 gau, adicional: aplicador manual em polímero, outros componentes: c, introdutor, controle de profundidade, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

20 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material especial cardiovascular, material: polímero, isento látex natural, componente 1: balão intra-aórtico - bia, volume 40 ml, componente 2: cerca de 260 x 15 mm, componente 3: cateter cerca de 725 mm, adicionais: conjunto introdutor completo, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

21 - Bomba centrífuga sanguínea

Descrição Detalhada: Bomba centrífuga cardiopulmonar, aplicação: para cec e,ou circulação assistida, características adicionais: c, tambor de centrifugação e canais de fluxo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

22 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: arterial, tipo ponta: ponta curva, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (350)

23 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: arterial, femoral, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

24 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: arterial, femoral, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

25 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio único, tipo ponta: ponta 90°, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 14 french, tipo conector: conector 1,4 pol, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

26 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: venosa, femoral, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 28 french, tipo conector: conector 3,8 pol, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

27 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio duplo, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 28,36 french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

28 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio único, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 36 french, tipo conector: conector 1,2 pol, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

29 - Sistema de derivação

Descrição Detalhada: Sistema de derivação, modelo: ventricular externa - dve, adicionais: radiopaco, tipo cateter: cateter ventricular de silicone, componente 1: sistema fechado c, conectores, câmara graduada, componente 2: bolsa coletora, tamanho: infantil, opcionais: conjunto introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

30 - Sistema de derivação

Descrição Detalhada: Sistema de derivação, modelo: ventricular externa - dve, adicionais: radiopaco, tipo cateter: cateter ventricular de silicone, componente 1: sistema fechado c, conectores, câmara graduada, componente 2: bolsa coletora, tamanho: infantil, opcionais: conjunto introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

31 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 3 fr, vias: mono lúmen, comprimento: cerca 55 cm, conector: conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (90)

32 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 fr, vias: duplo lúmen, comprimento: cerca 55 cm, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (90)

33 - Tesoura eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Tesoura p, videocirurgia, aplicação: p, videocirurgia, tipo : bipolar, modelo: metzenbaum, ponta: ponta curva, material : aço inoxidável, diâmetro: cerca de 5 mm x 40 cm, adicional: rotatória, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

34 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, aplicação: embolectomia, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 80 cm, modelo: tipo fogarty, componente 1: balão de látex natural, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

35 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema extrator, material: polímero, tipo: balão, calibre: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 200 cm, adicionais: c, canal auxiliar p, fio guia, compatível: acoplável a manopla de litotritor, aplicação: cálculo renal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

36 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema extrator, material: polímero, tipo: balão, calibre: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 200 cm, adicionais: c, canal auxiliar p, fio guia, compatível: c, canal endoscópico de 2,8mm, aplicação: cálculos biliares, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

37 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto drenagem, aplicação: percutânea, biliar, componente: cateter polímero ponta pigtail, dimensões: cerca de 10 fr x 40 cm, adicionais: marcas radiopacas, opcionais: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

38 - Peça para videoscópio

Descrição Detalhada: Peça para videoscópio, tipo uso: p, videogastrosκόpio olympus, tipo : capa do terminal endoscópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

39 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, aplicação: embolectomia, material: polímero, dimensões: cerca de 7 fr x 80 cm, modelo: tipo fogarty, componente 1: balão de látex natural, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

40 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: pigtail - centimetrada, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

41 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto drenagem, aplicação: percutânea, biliar, componente: cateter polímero ponta pigtail, dimensões: cerca de 12 fr x 40 cm, adicionais: marcas radiopacas, opcionais: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

42 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca de 12 french, comprimento: cerca de 20 cm, componente i: kit c, fio guia, dilatador e agulha, componente iii: clamps c, cores distintas, características adicionais i: conectores c, tampa, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

43 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca de 12 french, comprimento: cerca de 28 cm, tipo fixação: único anel de poliéster p, fixação, componente i: kit c, estilete, tunelizador, componente ii: introdutor bipartido, componente iii: clamps c, cores distintas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (250)

44 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca de 12 french, comprimento: cerca de 28 cm, tipo fixação: único anel de poliéster p, fixação, componente i: kit c, estilete, tunelizador, componente ii: introdutor bipartido, componente iii: clamps c, cores distintas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

45 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca de 13 french, comprimento: cerca de 50 cm, componente i: kit c, fio guia, dilatador e agulha, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

46 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: revestido c, heparina, diâmetro: 14,5 french, comprimento: 36 a 72 cm, tipo fixação: anel de fixação subcutânea, componente i: kit c, dilatador e agulha 18g, componente ii: introdutor bipartido, componente iii: aba p, sutura, características adicionais i: fio guia 0,038", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (350)

47 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca de 10 french, comprimento: cerca de 20 cm, tipo fixação: único anel de poliéster p, fixação, componente i: kit c, fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p, sutura, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

48 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: 7 french, comprimento: 10 cm, tamanho: pediátrico, tipo fixação: aba p, sutura e fixação, componente i: kit c, dilatador e fio guia de 0,032", componente iii: clamps c, cores distintas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

49 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: 8 french, comprimento: 18 cm, tipo fixação: único anel de poliéster p, fixação, componente i: kit c, fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p, sutura, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (125)

50 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: 9 french, comprimento: 12 cm, tamanho: pediátrico, tipo fixação: aba p, sutura e fixação, componente iii: clamps c, cores distintas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

51 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca de 10 french, comprimento: cerca de 20 cm, tipo fixação: único anel de poliéster p, fixação, componente i: kit c, fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p, sutura, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

52 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: 7 french, comprimento: 10 cm, tamanho: pediátrico, tipo fixação: aba p, sutura e fixação, componente i: kit c, dilatador e fio guia de 0,032", componente iii: clamps c, cores distintas, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

53 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: 8 french, comprimento: 18 cm, tipo fixação: único anel de poliéster p, fixação, componente i: kit c, fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p, sutura, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

54 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter p, terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: 12,5 french, comprimento: 28 cm, tipo fixação: anel de fixação subcutânea, componente i: kit c, fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p, sutura, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

55 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca 9 fr, vias: duplo lúmen, comprimento: cerca 90 cm, tipo fixação: c, cuff, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

56 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca 9 fr, vias: duplo lúmen, comprimento: cerca 90 cm, tipo fixação: c, cuff, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

57 - Bomba centrífuga sanguínea

Descrição Detalhada: Bomba centrífuga cardiopulmonar, aplicação: para cec e,ou circulação assistida, características adicionais: c, tambor de centrifugação e canais de fluxo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (350)

58 - Conjunto circulação extracorpórea

Descrição Detalhada: Conjunto circulação extracorpórea, tipo uso: tamanho adulto, esterilidade: estéril, componentes: tubos de cec, aplicação: longa duração, outros componentes: bomba volume inferior 35ml, perfusão mínima 300ml

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

59 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter monitorização, uso: arteria pulmonar, aplicação: termodiluição, quantidade vias: 4 vias, tamanho: 7 french, comprimento: 110 cm, esterilidade: estéril, uso único, material: polímero radiopaco, componentes: c, sistema introdutor, componente i: kit c, fio guia e dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

60 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter monitorização, tipo: débito cardíaco contínuo, aplicação: termodiluição, quantidade vias: 6 vias, tamanho: 7,5 french, comprimento: 110 cm, esterilidade: estéril, uso único, material: polímero radiopaco, componentes: c, sistema introdutor, componente i: kit c, fio guia e dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (500)

61 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 8 fr x 30 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

62 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: conjunto de eletrodos, modelo: definitivo, aplicação: endocárdico e atrial, tipo: bipolar, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo is-1, componente ii: liberação de corticóide, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 850

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (850)

63 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema implantável p, estimulação cardíaca, componente: eletrodo, modelo: p, marcapasso temporário, aplicação: endocárdico, tipo: bipolar, dimensões: cerca de 100 cm, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

64 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, valvado, porosidade: baixa porosidade, diâmetro: diâmetro 19 mm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Centímetro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

65 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 20 x 10 mm, comprimento: 40 cm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Centímetro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

66 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 14 mm, comprimento: 30 cm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Centímetro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

67 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: malha de poliéster trançada, composição: revestido de colágeno bovino, formato: reto tubular, diâmetro: 10 mm, comprimento: 60 cm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (80)

68 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, gelatina, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 24 x 12 mm, comprimento: 40 cm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Centímetro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (55)

69 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: ptfe, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 4 mm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (150)

70 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: ptfe, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 5 mm, componentes: c, reforço externo, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

71 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: ptfe, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 4 mm, tipo uso: uso único, estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

72 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca 9 fr, vias: duplo lúmen, comprimento: cerca 90 cm, tipo fixação: c, cuff, conector: conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

73 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector uso médico, aplicação: p, acesso venoso, material 1: polímero, material 2: c, membrana silicone, modelo: sistema fechado, componente 1: conexão luer, componente 2: valvulado, característica adicional: p, uso sem agulha, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (400)

74 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto tipo patch, modelo: orgânico, material 1: pericárdio bovino, dimensão: cerca de 20 cm2, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

75 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15000)

76 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto tipo patch, modelo: inorgânico, material 1: dacron (poliéster), material 2: impregnado c, colágeno, dimensão: cerca de 50 cm2, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

77 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto tipo patch, modelo: inorgânico, material 1: dacron (poliéster), material 2: impregnado c, colágeno, dimensão: cerca de 225 (15 x 15) cm2, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

78 - Marca-passo cardíaco

Descrição Detalhada: Marca-passo cardíaco, implante: definitivo, tipo: multissítio, material - caixa: titânio, tipo eletrodo: bipolar, classificação eletrodo: endocárdico ativo, passivo, função 1: biosensor de movimento, sistema de programação: programável p, telemetria, acessórios: c, kit de chaves, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

Grupo: G1

79 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese cardíaca, tipo: mecânica giratória, aplicação: válvula mitral, material: carbono pirolítico, revestimento: revestido em ptfe, modelo: duplo folheto, componente: fluxo central, abertura 90°, diâmetro: 25 até 33 mm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

80 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese cardíaca, tipo: biológica, aplicação: válvula aórtica, material: confeccionada c, válvula porcina, revestimento: estrutura de pericárdio bovino, tamanho: n° 19, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120)

81 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material especial cardiovascular, aplicação : p, extração percutânea de cabo eletrodo mp , cdi, material: fio trançado aço inoxidável, componente 1: c, laço e mecanismo de liberação distal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

82 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material especial cardiovascular, aplicação : p, extração percutânea de cabo eletrodo mp , cdi, material: fio trançado aço inoxidável, componente 1: c, laço e mecanismo de liberação distal, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

83 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: arterial, tipo ponta: ponta curva, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (350)

84 - Simulador equipamento saúde

Descrição Detalhada: Simulador equipamento saúde, aplicação: parâmetros teste funcionalidade de equipamentos, componentes: ritmo sinusal ecg(de 30 a 300bpm),débito cardíaco, características adicionais: temperatura (24,37 e 40°C), outros componentes: frequência respiratória(0,15,30,60 e 120rpm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

85 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese cardíaca, tipo: biológica, aplicação: válvula mitral, material: confeccionada c, válvula porcina, revestimento: estrutura de pericárdio bovino, tamanho: n° 35, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (300)

86 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 20 g x 1", componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10000)

87 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio duplo, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 32,40 french, tipo conector: conector 1,2 pol, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Desfibrilador	105	Unidade
2	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	126	Unidade
3	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	105	Unidade
11	Marca-passo cardíaco	90	Unidade
78	Marca-passo cardíaco	120	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Marca-passo cardíaco	219	Unidade
5	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	363	Unidade
6	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	200	Unidade
7	Marca-passo cardíaco	114	Unidade
14	Marca-passo cardíaco	120	Unidade
15	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	180	Unidade
17	Marca-passo cardíaco	90	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Marca-passo cardíaco	300	Unidade
9	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	750	Unidade
10	Marca-passo cardíaco	200	Unidade