

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000086/2021-91 **Pregão SRP** 105 / 2021 **Data da Emissão:** 20/08/2021

Abertura: Dia: 13/09/2021 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Implante Mamário de silicone texturizado, modelo ANATÔMICO, ALTURA MÉDIA - PROJEÇÃO MODERADA para procedimentos (cirúrgicos reconstrutivos após mastectomia), preenchido por gel de silicone de grau médico, acondicionado em um invólucro trilaminar de silicone ou similar, o invólucro é constituído por camadas com divisões externas e internas de silicone elastômero de qualidade médica e alto grau de resistência mecânica e por uma capa intermediária que atua como barreira ao gel de silicone com significativa redução da migração. O invólucro é preenchido por gel macio de silicone transparente e possui consistência próxima de uma mama normal.</p> <p>Disponibilizar vários modelos ANATÔMICO de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo ANATÔMICO, Altura Média, Projeção MODERADA, com volume aproximados de: 135cc, 155cc, 180cc, 215cc, 245cc, 280cc, 315cc, 355cc, 395cc, 440cc, 480cc, 530cc, 640cc, 775cc., superfície texturizada ou micro texturizada. Neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de medidas das Próteses, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de Base (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, - Certificação de conformidade: Os implantes mamários devem obedecer a Resolução RDC nº 16, de 21 de março de 2012. Que estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para os IMPLANTES MAMÁRIOS e a exigência de certificação de conformidade do produto no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.003-9. <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Mentor Medical Systems/Siltex perfil Redondo, >> Sebbin laboratórios >> Silimed Comércio >> Perouse Plastie/Perthese >> CRM Medic >> Guangzhou Wanhe Plastic Materials Co. Ltd./SCI-ESTHE <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	18,00		
2	<p>Implante Mamário de silicone texturizado, modelo ANATÔMICO, ALTURA MÉDIA -</p>	Unidade	25,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000086/2021-91 **Pregão SRP** 105 / 2021 **Data da Emissão:** 20/08/2021

Abertura: Dia: 13/09/2021 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>PROJEÇÃO ALTA para procedimentos (cirúrgicos reconstrutivos após mastectomia), preenchido por gel de silicone de grau médico, acondicionado em um invólucro trilaminar de silicone ou similar, o invólucro é constituído por camadas com divisões externas e internas de silicone elastômero de qualidade médica e alto grau de resistência mecânica e por uma capa intermediária que atua como barreira ao gel de silicone com significativa redução da migração. O invólucro é preenchido por gel macio de silicone transparente e possui consistência próxima de uma mama normal, disponibilizar vários modelos ANATÔMICO de:</p> <p>- Modelo ANATÔMICO, Altura Média, Projeção ALTA, com volume de 165cc, 195cc, 225cc, 260cc, 300cc, 345cc, 390cc, 440cc, 495cc, 555cc, 620cc, 685cc, superfície texturizada ou micro texturizada. Neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de medidas das Próteses, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de Base (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante,</p> <p>- Certificação de conformidade: Os implantes mamários devem obedecer a Resolução RDC nº 16, de 21 de março de 2012. Que estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para os IMPLANTES MAMÁRIOS e a exigência de certificação de conformidade do produto no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.003-9.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Mentor Medical Systems/Siltex perfil Redondo,</p> <p>>> Sebbin laboratórios</p> <p>>> Silimed Comércio</p> <p>>> Perouse Plastie/Perthese</p> <p>>> CRM Medic</p> <p>>> Guangzhou Wanhe Plastic Materials Co. Ltd./SCI-ESTHE</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
3	Implante Mamário de silicone texturizado, modelo REDONDO, PERFIL MODERADO, PERFIL ALTO e PERFIL ULTRA ALTO para procedimentos (cirúrgicos reconstrutivos após mastectomia), preenchido por gel de silicone de grau médico, acondicionado em	Unidade	25,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000086/2021-91 **Pregão SRP** 105 / 2021 **Data da Emissão:** 20/08/2021

Abertura: Dia: 13/09/2021 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>um invólucro trilaminar de silicone ou similar, o invólucro é constituído por camadas com divisões externas e internas de silicone elastômero de qualidade médica e alto grau de resistência mecânica e por uma capa intermediária que atua como barreira ao gel de silicone com significante redução da migração. O invólucro é preenchido por gel macio de silicone transparente e possui consistência próxima de uma mama normal, disponibilizar vários modelos de:</p> <p>- Modelo REDONDO, Perfil/MODERADO, com volume de 125cc, 150cc, 175cc, 200cc, 225cc, 250cc, 275cc, 300cc, 325cc, 350cc, 375cc, 400cc, 450cc, 500cc, 550cc, 600cc, 700cc, 800cc;</p> <p>- Modelo REDONDO, Perfil/ALTO, com volume de 125cc, 150cc, 175cc, 200cc, 225cc, 250cc, 275cc, 300cc, 325cc, 350cc, 375cc, 400cc, 425cc, 450cc, 500cc, 550cc, 600cc, 650cc, 700cc, 800cc;</p> <p>- Modelo REDONDO, Perfil/ ULTRA ALTO, com volume de 135cc, 160cc, 185cc, 215cc, 240cc, 270cc, 295cc, 320cc, 350cc, 375cc, 400cc, 430cc, 455cc, 480cc, 500cc, 535cc, 590cc, superfície texturizada ou micro texturizada. Neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de medidas das Próteses, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de Base (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante,</p> <p>- Certificação de conformidade: Os implantes mamários devem obedecer a Resolução RDC nº 16, de 21 de março de 2012. Que estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para os IMPLANTES MAMÁRIOS e a exigência de certificação de conformidade do produto no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.003-9.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Mentor Medical Systems/Siltex perfil Redondo,</p> <p>>> Sebbin laboratórios</p> <p>>> Silimed Comércio</p>				

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000086/2021-91 **Pregão SRP** 105 / 2021 **Data da Emissão:** 20/08/2021

Abertura: Dia: 13/09/2021 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Perouse Plastie/Perthese >> CRM Medic >> Guangzhou Wanhe Plastic Materials Co. Ltd./SCI-ESTHE Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.				
4	Expansor Tecidual superfície texturizada/lisa, modelo ANATÔMICO ou chamados de "polo inferior" temporário, com (ALTURA MÉDIA E ALTURA COMPLETA) ambos com projeção variável), usado em cirurgia reconstrutora de mama, expansor de tecido é constituído por envelope de silicone inflável elastômero ligado através de uma tubagem de silicone de uma válvula de controle remoto interno. A válvula é constituída por uma porta de silicone auto-vedante de enchimento na forma de uma hemisférica feito facilitando a sua localização. Cada implante está equipado com um conector de aço inoxidável (ou sistema similar); permitindo que o comprimento da tubagem de ser adaptado numa dada situação, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, com dimensões aproximadas de: - Perfil/ALTURA COMPLETA, com volume aproximados de: 275cc, 350cc, 450cc, 550cc, 650cc, 800 cc, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de base diâmetro (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.001-2. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Mentor Medical Systems/CPX 6200, Siltex, Alrura Média >> Mentor Medical Systems/CPX 6300, Siltex, Alrura Completa >> Sebbin laboratórios >> Silimed Comércio >> Perouse Plastie/Perthese >> Allergan/CUI >> CRM Medic/Snow Lambe Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido	Unidade	4,00	_____	_____
5	Expansor Tecidual superfície texturizada/lisa, modelo REDONDO, temporário, com	Unidade	3,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000086/2021-91 **Pregão SRP** 105 / 2021 **Data da Emissão:** 20/08/2021

Abertura: Dia: 13/09/2021 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>projeção variável, usado em cirurgia reconstrutora de mama, expansor de tecido é constituído por envelope de silicone inflável elastômero ligado através de uma tubagem de silicone de uma válvula de controle remoto interno. A válvula é constituída por uma porta de silicone auto-vedante de enchimento na forma de uma hemisférica feito facilitando a sua localização. Cada implante está equipado com um conector de aço inoxidável permitindo que o comprimento da tubagem de ser adaptado numa dada situação, (ou sistema similar). Neste item os licitantes deverão disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, com dimensões aproximadas de:</p> <p>- Expansor de tecido com volume de: 400cc, 550cc, 700cc, 850cc, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de base diâmetro (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.001-2.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Mentor Medical Systems</p> <p>>> Sebbin laboratórios</p> <p>>> Silimed Comércio</p> <p>>> Perouse Plastie/Perthese</p> <p>>> Allergan/CUI</p> <p>>> CRM Medic/Cristal Lambe/Snow Lambe</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirid</p>				

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:					
Razão Social da Empresa: _____					
CNPJ: _____					
Endereço, Local e Estado: _____					
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____					
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____					
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____					
_____ Assinatura					