


COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO – CGCRE

Comissão Técnica de Vazão – CT13

Subcomissão técnica do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria

RELATÓRIO FINAL DA 6^a EDIÇÃO DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL

GRUPO 2



Março/2017

Página 1 de 21

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVO.....	4
3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL	4
3.1 Laboratórios participantes	4
3.2 Formação de Grupos, Tipo de Circulação e Coordenação	6
3.3 Artefatos.....	8
3.4 Acondicionamento e Transporte dos Artefatos	8
3.5 Laboratório de Referência.....	8
3.6 Métodos de Medição	9
4. DECLARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CALIBRAÇÕES.....	10
5. RESULTADOS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL	11
5.1 Análise do Erro Normalizado E_N Grupo 2	12
6. CONCLUSÃO	14
7. AGRADECIMENTOS	15
8. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	16
ANEXO I – INFORMAÇÕES DOS LABORATÓRIOS PARTICIPANTES.....	17

1. INTRODUÇÃO

A 6ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria (PI) estabelecido em 2015 é o resultado do interesse manifestado pelas empresas de saneamento, fabricantes de medidores de água, laboratórios acreditados ou postulantes a acreditação, visando aprimorar a garantia da confiabilidade metrológica nas atividades de calibração e de verificação de hidrômetros em nosso país.

Nesta 6ª Edição, foram estabelecidos 10 grupos em quatro diferentes faixas de operações e utilizando artefatos de três diferentes tecnologias, volumétrico, velocimétrico e ultrassônico. Para efeito de atualização da terminologia, o termo artefato neste relatório substitui o termo padrão itinerante contido no protocolo e documentos relacionados a esta 6ª Edição.

Uma das motivações para realizar a avaliação utilizando diferentes tecnologias foi avaliar se as bancadas de calibração utilizadas atualmente, estão aptas para realizar a calibração e apresentar resultados homogêneos em diferentes laboratórios.

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao grupo 2.

A primeira atividade desta subcomissão foi elaborar o protocolo do programa de comparação interlaboratorial com objetivo de harmonizar as informações e estabelecer os requisitos e procedimentos a serem cumpridos pelos laboratórios participantes.

O protocolo e este relatório refere-se a 6ª Edição do Programa Interlaboratorial e foi elaborado com base nos documentos:

- ✓ NIE-CGCRC-045, Operação dos Comitês Técnicos de Assessoramento à Cgcre na Acreditação de Organismos de Avaliação da Conformidade.
- ✓ NIT-DICLA 026, Requisitos Gerais para Participação de Laboratórios de Ensaios e de Calibração em Atividades de Ensaios de Proficiência.
- ✓ ABNT NBR ISO IEC 17043 – Avaliação de Conformidade – Requisitos Gerais para Ensaios de Proficiência.

Um software desenvolvido por Sr. Nilson Taira – IPT foi utilizado para realizar o cálculo aplicando o método Cox para cálculo do erro normalizado e a inserção dos resultados de medição foi realizada por um representante de uma Companhia de Saneamento, conforme previsto em protocolo.

Para assegurar a imparcialidade e transparência do processo, o representante selecionado não pertence ao grupo ao qual inseriu os dados.

A tabela de cálculo e gráficos foi encaminhada ao coordenador do grupo para elaboração do relatório final e apresentação ao grupo. Após análise crítica o mesmo foi entregue a Comissão Técnica de Vazão – CT13.

A 6ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria foi realizado no período de Julho/2015 a Março/2017.

2. OBJETIVO

O objetivo deste documento é a apresentação dos resultados da 6ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria do grupo nº02 composto pelos laboratórios participantes da COPASA, SANEAGO, LAO, HIDROMETER e CEDAE.

Nota: Informações detalhadas dos laboratórios encontram-se no anexo 1.

3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL

A seguir está descrito aspectos do protocolo desenvolvido entre os laboratórios participantes do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria (PI).

3.1 Laboratórios Participantes

Participaram da 6ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria um total de 28 laboratórios, sendo 4 (quatro) laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio – RBLE, 10 (dez) laboratórios em processo de calibração e 14 (quatorze) laboratórios em preparação para iniciar o processo de acreditação segundo requisitos da NBR ISO IEC 17025.

Na tabela 1 estão relacionados os laboratórios participantes deste PI, respectivos números de acreditação quando aplicável e instituições ou empresas ao qual pertencem.

Tabela 1 – Relação de Laboratórios Participantes

Nº de Acreditação	Nome do Laboratório	Instituição / Empresa
CAL 0162	Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos	Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT
CRL 0563	Laboratório de Hidrometria da Divisão de Hidrometria	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
CRL 0560	Laboratório de Medidores	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
CRL 0825	Laboratório de Hidrometria	Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
Em Processo de Acreditação	Laboratório de Hidrometria	ODEBRECHT Ambiental - Cachoeiro
	Laboratório de Hidrometria	ODEBRECHT Ambiental – Limeira
	Laboratório Itron de Calibrações e Ensaios	ITRON Soluções para Energia e Água Ltda.
	Laboratório de Inspeção Final	ELSTER Medição de Água S.A.

Continuação da Tabela 1 – Relação de Laboratórios Participantes

Nº de Acreditação	Nome do Laboratório	Instituição / Empresa
Em Processo de Acreditação	Laboratório de Hidrômetros	Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE Porto Alegre
	Laboratório de Verificação e Calibração Zenner do Brasil	ZENNER
	Laboratório de Medidores	Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE
	Laboratório de Verificação de Medidores de Água	FAE
	Laboratório de Verificação de Medidores de Água	DIEHL Metering
	Laboratório de Verificação de Medidores de Água	Liceu de Artes e Ofício - LAO
Em Preparação	Laboratório de Hidrometria da P-GOH	Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO
	Laboratório de Hidrometria	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.- SANASA Campinas
	Laboratório de Micromedição	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal CAESB
	Laboratório de Hidrometria	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
	Laboratório de Verificação de Medidores de Água	SAGA
	Laboratório de Medidores	HIDROMETER
	Laboratório de Verificação de Medidores de Água	VECTOR
	Laboratório de Hidrometria	AVS
	Laboratório de Verificação de Medidores de Água	DIGICO
	Laboratório de Hidrômetros	Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
	Laboratório de Hidrometria	SAAE Porto Feliz
	Laboratório de Verificação	ENERGYRUS
	Laboratório de Hidrometria	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
	Laboratório de Hidrometria	ÁGUAS DE NITERÓI

O protocolo desenvolvido entre os laboratórios participantes definem as principais etapas do PI, o observador, coordenadores e secretários dos grupos, bem como o coordenador geral do programa.

A Coordenação Geral de Acreditação - Cgcre, através da Divisão de Acreditação de Laboratórios – DICLA, atuou como o observador deste programa, na dissociação entre resultados de medição e laboratórios participantes, através da substituição do nome do laboratório por um código alfanumérico (desidentificação).

3.2 Formação dos Grupos, Tipo de Circulação e Coordenação.

A subcomissão decidiu pela formação de dez grupos participantes, com no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) laboratórios, com tempo de 30 dias por laboratório para realização da calibração.

O limite inferior de 4 laboratórios por grupo, foi estabelecido para garantir uma massa crítica de dados mínima para avaliação dos laboratórios.

O limite superior de 6 laboratórios por grupo, equivalente a 6 meses de circulação, foi estabelecido com objetivo de reduzir riscos sobre a integridade dos artefatos quando submetidos a um longo período de circulação e adicionalmente manter este processo sob controle, sendo estimado um tempo para conclusão de 12 meses.

A ordem de circulação sequencial (“em roda”) foi adotada para este programa e definida por logística motivada pela localização geográfica dos laboratórios participantes.

Decidiu-se por não definir laboratório de referência, sendo adotado o valor médio dos erros divulgados pelos laboratórios participantes como referência para o cálculo do erro normalizado.

O observador Maurício A. Soares – DICLA assumiu a função de observador do programa.

A tabela 2 relaciona os laboratórios participantes, ordem de circulação, faixa de operação, tipo de tecnologia de cada artefato utilizado, coordenador, secretário, observador para cada grupo e coordenador geral do programa.

As equipes técnicas dos laboratórios participantes estão relacionados no anexo 1.

Tabela 2: Relação de laboratórios, faixas de operação, coordenadores, secretários, observador de cada grupo e coordenador da 6ª Edição.

Ordem de Circulação	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10
1º	CASAN	COPASA	SAAE Porto Feliz	ELSTER	COMPESA	SABESP	COPASA	ZENNER	LAO	ITRON
2º	CESAN	SANEAGO	ITRON	DIGICO	DIEHL	LAO	SAGA	CASAN	CEDAE	COPASA
3º	ODEBRECHT Cachoeiro	LAO	ODEBRECHT Limeira	SAGA	ÁGUAS DE NITERÓI	SAAE Porto Feliz	SANEAGO	ELSTER	DIEHL	CESAN
4º	ZENNER	HIDROMETER	VECTOR	CAGECE	ENERGYRUS	VECTOR	DIEHL	COPASA	COMPESA	LAO
5º	DMAE Porto Alegre	CEDAE	SANASA	IPT	AVS	ODEBRECHT Limeira	ODEBRECHT Cachoeiro	CAESB	SANEAGO	SABESP
6º					CAESB	FAE	DMAE Porto Alegre	CAGECE	IPT	IPT
Faixa de Operação	15 L/h a 3 000 L/h	15 L/h a 3 000 L/h	15 L/h a 3 000 L/h	15 L/h a 3 000 L/h	15 L/h a 3 000 L/h	6,5 L/h a 5 000 L/h	6,5 L/h a 5 000 L/h	70 a 7 800 L/h	70 a 7 800 L/h	150 a 30 000 L/h
Tipo de Padrão	Volumétrico	Volumétrico	Volumétrico	Volumétrico	Ultrassônico	Ultrassônico	Ultrassônico	Volumétrico	Volumétrico	Ultrassônico
Coordenador do Grupo	Levy - CASAN	Fernando - COPASA	Bruno – ODEBRECHT Limeira	César Augusto - CAGECE	Paulo - COMPESA	Jorge Bueno - SABESP	Elton – DMAE Porto Alegre	Almir - ELSTER	Lucivaldo - LAO	Fernando - COPASA
Secretário do Grupo	Jorge - ZENNER	Lucivaldo - LAO	Amadeu - SAAE Porto Feliz	Carlos Primo - ELSTER	Mariele – ÁGUAS DE NITERÓI	Renato Pimenta – SAAE Porto Feliz	Geraldo - SAGA	Fernando - COPASA	Paulo - COMPESA	Jorge Bueno - SABESP
Coordenador 6ª Edição	Adriano F. de Oliveira ITRON									
Observador	Maurício Soares INMETRO									

3.3 Artefatos

A subcomissão decidiu pela utilização de diferentes tipos de artefatos, em diferentes faixas de operação.

As motivações para utilização de diferentes tecnologias foram originadas devido à necessidade de:

- Avaliar se as bancadas de calibração utilizadas atualmente, estão aptas para realizar a calibração e apresentar resultados homogêneos em diferentes laboratórios.
- Conhecer ou identificar novas componentes de incerteza de medição associadas ao padrão utilizado, bem como avaliar a necessidade de algum tipo de adaptação ou melhoria da bancada de calibração para a tecnologia avaliada.

Para cada faixa de vazão, definiu-se pela utilização de um tipo de artefato, quantidade a ser fornecida para cada grupo e fabricante ou companhia de saneamento interessada em fornecer.

A Tabela 3 relaciona a faixa de operação do grupo nº 2, características do artefato, quantidade e responsável pelo fornecimento dos mesmos.

Tabela 3 – Faixa de operação do padrão itinerante, quantidade e fornecedor

Faixa de Operação (L/h)	Grupos	Artefato	Quantidade	Responsável para Fornecer
15 a 3 000	2	Medidor Volumétrico	3 unidades	LAO

Definiu-se quantidade de artefatos superior a uma unidade para reduzir o risco de que ao final do processo de intercomparação uma falha no padrão pudesse comprometer o resultado de todo o grupo.

3.4 Acondicionamento e Transporte dos Artefatos

Os Artefatos foram entregues em maletas devidamente acondicionados com espumas protegendo os mesmos contra impactos ou danos não intencionais.

Em consenso pela subcomissão, o transporte via aérea dos artefatos foi autorizado, considerando a proteção oferecida pelas respectivas embalagens.

3.5 Laboratório de Referência

Por decisão da subcomissão, não foi definido o laboratório de referência, sendo assim foi adotado como referência o valor médio dos erros apontados pelos laboratórios participantes e ponderados pela incerteza de medição proveniente da calibração, para o cálculo do erro normalizado ou grau de equivalência (DoE – Degree of Equivalence). O cálculo do erro médio de referência foi calculado segundo procedimento B proposto por Cox (2002).

3.6 Métodos de Medição

A calibração do artefato ocorreu somente em uma bancada de calibração, especificamente aquela ao qual o laboratório deseja submeter para avaliação e reavaliação da acreditação segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, buscando assim preservar o desempenho metrológico dos artefatos.

Os artefatos foram calibrados em 10 vazões decrescentes da faixa de operação, com três medições em cada vazão. (n=3).

As seguintes orientações foram descritas no protocolo do PI:

- Durante as calibrações a variação da vazão seja inferior a +/- 5% do 1º ao 8º ponto de calibração e de +/- 2,5% no 9º e 10º ponto de calibração.
- Após o último artefato instalado na banca de calibração, a pressão manométrica deve ser no mínimo de 0,3 bar.
- Durante a calibração a variação da temperatura da água não dever ser superior a 5°C.
- Devem ser registrados os valores médios da temperatura da água, para cada ponto.
- Devem ser apresentados os valores médios das condições ambientais, temperatura e umidade relativa do ar, durante as calibrações.
- Utilizar filtro a montante dos artefatos com capacidade de retenção de partículas sólidas acima de 50 µm (Mesh 270).
- Trecho reto para medidores Ultrassônicos, Volumétricos e Velocimétricos: mínimo de 5 x DN para entrada e 5 x DN para saída.
- Utilizar diâmetro interno dos mancais da seguinte forma:
Para medidores com DN 20, utilizar mancais com diâmetro interno de 19 a 20 mm.
Para medidores com DN 25, utilizar mancais com diâmetro interno de 24 a 25 mm.
Para medidores com DN 50, utilizar mancais com diâmetro interno de 50 a 52 mm.
- Definiu-se que a vedação utilizada pelo laboratório, deve ser selecionada com objetivo de evitar a obstrução do diâmetro interno, após posicionamento dos medidores em banca de calibração.
- O laboratório participante deve executar a realização de purga visando a eliminação do ar no sistema hidráulico antes das medições.
- O volume a ser escoado em um ensaio de verificação ou processo de calibração possui impacto na incerteza de medição expandida e visando a harmonização da contribuição desta componente, definiu-se na tabela 4, as vazões de ensaio para o grupo 2 e a utilização de volume mínimo para cada vazão.

Tabela 4: Definição das Vazões para Calibração e volume Mínimo escoado.

Ponto	Vazão (L/h)	Volume Mínimo (L)
1º	2 700	50
2º	2 000	50
3º	1 500	50
4º	1 000	50
5º	750	50
6º	350	50
7º	120	10
8º	60	10
9º	30	5
10º	15	5

4. DECLARAÇÃO DOS RESULTADOS DE CALIBRAÇÃO

Os laboratórios participantes preencheram planilha eletrônica com os resultados de medição dos respectivos artefatos, conforme exemplo da tabela 5.

Tabela 5 – **Exemplo** da forma de apresentação dos resultados de calibração

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE CALIBRAÇÃO							
Grupo							
Laboratório							
Coordenador							
Secretário							
Padrão Itinerante n°1	Tipo			Nº Série			
Ponto	Faixa de Operação 15 a 3 000 (L/h)	Vazão (L/h)	Erro (%)	Volume (L)	Desvio Padrão Experimental da Média (%)	Incerteza Expandida (%)	Fator de Abrangência k
1º	2700						
2º	2000						
3º	1500						
4º	1000						
5º	750						
6º	350						
7º	120						
8º	60						
9º	30						
10º	15						

O observador enviou para cada laboratório participante, no início do programa, código alfanumérico para ser utilizado no momento da divulgação dos resultados de medição.

Este código dissocia os resultados de medição e laboratórios participantes, mantendo a confidencialidade do mesmo.

Posteriormente os resultados de medição foram enviados ao representante designado, Sr. Paulo Fonseca do laboratório de Hidrometria da Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa, não atuante no grupo n° 02, para execução do cálculo do erro normalizado utilizando software fornecido pelo IPT.

Este representante reportou as tabelas e gráficos relacionados ao erro normalizado ao coordenador do grupo para elaboração do relatório final.

Os laboratórios participantes poderiam relatar a qualquer momento, dificuldade ou anormalidade observada durante as calibrações. Qualquer alteração do procedimento estabelecido deveria ser justificada pelo laboratório.

5. RESULTADOS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL

A subcomissão decidiu utilizar o valor médio de referência calculado a partir dos erros declarados pelos laboratórios participantes nesta 6ª Edição do programa interlaboratorial.

A metodologia de cálculo para determinação do valor médio de referência, para cada vazão de operação descrita na tabela 4, foi executada segundo os procedimentos A ou B propostos por Cox, M.G. **“The Evaluation of Key Comparison Data”, Metrologia, 2002, 39, pp589-595.**

Sendo o valor de En calculado pela equação (1):

$$En = \left| \frac{E_{lab} - E_{ref}}{2u_{ref}} \right| \leq 1 \quad (1)$$

Onde:

E_{lab} = Erro médio do laboratório

E_{ref} = Erro médio de referência

u_{ref} = Incerteza padrão do valor médio de referência.

Cox (2002) desenvolveu procedimentos para cálculo do valor de referência em comparações chave (KCRV – Key Comparison Reference Value) envolvendo laboratórios de Institutos Nacionais de Metrologia (NMI) onde não é possível definir um laboratório de referência. É importante ressaltar que o procedimento proposto por Cox foi aplicado em diversos programas laboratoriais, conforme Mikan (2009), Manosso (2011) bem como 2ª (2013) e 5ª (2014) Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria.

Em consenso pelos laboratórios participantes aplicou-se o procedimento B, que consiste no uso da mediana como estimador do valor de referência obtido a partir de uma grande quantidade de amostra de dados gerados por simulação de Monte Carlo dos possíveis valores de erro relativo de volume emitido pelo laboratório.

As amostras de dados gerados devem ser de 10^6 elementos para cada laboratório e para cada vazão de calibração do artefato. Detalhes do procedimento podem ser obtidos no documento original.

Desta forma, pode-se definir uma nova equação para o Erro Normalizado, conforme equação (2):

$$En = \left| \frac{d_i}{2u_{di}} \right| \leq 1 \quad (2)$$

Onde:

$$d_i = \overline{x_i - x_{ref}}$$

Valor médio da diferença observada entre o valor declarado por laboratório participante e valor de referência estimado pelo procedimento B de Cox.

$$x_i$$

$$x_{ref}$$

$$u_{di}$$

Valor do Erro estimado calculado segundo procedimentos B de Cox, para cada vazão e padrão itinerante.

Valor do Erro calculado, segundo procedimento B de Cox.

Incerteza padrão da diferença di, calculado segundo procedimento B de Cox.

A simulação foi realizada para 1.000.000 de dados para cada vazão e laboratório, utilizando software fornecido pelo IPT no ambiente de programação Excel.

5.1 Análise do Erro Normalizado *En* Grupo 2

Os valores de referência do erro relativo de (CRV %) incerteza de medição expandida (KCRV %) para cada artefato, podem ser observados na tabela 6.

Nos itens subsequentes são apresentados os valores dos erros normalizados, calculados segundo a equação (2).

Tabela 6 – Valores de referência do erro relativo de volume (CRV %) e incerteza de medição expandida (KCRV %).

Vazão (L/h)	Nº Série dos Artefatos					
	A15L 210080		A15L 210081		A15L 210082	
	KCRV(%)	Incerteza Padrão KCRV (%)		KCRV(%)	Incerteza Padrão KCRV (%)	
2700	-1,85432	0,097413	-1,57271	0,097982	-1,59937	0,096300
2000	-1,55815	0,096810	-1,27055	0,098903	-1,34850	0,099937
1500	-1,27222	0,096960	-0,94541	0,095370	-1,10761	0,098916
1000	-0,88821	0,098501	-0,57159	0,099875	-0,80069	0,098729
750	-0,58791	0,096037	-0,26850	0,093213	-0,49721	0,094151
350	-0,01090	0,109597	0,27604	0,104502	0,09936	0,107567
120	0,57380	0,126509	0,87948	0,118358	0,68876	0,129256
60	0,84727	0,196720	1,11390	0,172832	0,95382	0,164761
30	0,61736	0,223816	0,69671	0,213232	0,83863	0,189395
15	-0,72612	0,233997	-0,78042	0,249733	-0,71588	0,187382

Na tabela 7, estão destacados em amarelo e vermelho os resultados que estão fora dos limites recomendados por Cox (2002), sendo que os números apresentados na cor verde indicam que o resultado é aceitável.

Segundo Mikan (2009), pode-se aplicar o seguinte critério para avaliar o desempenho do laboratório em um programa interlaboratorial:

$En \leq 1$ o resultado do laboratório é aceitável (satisfatório);

$En > 1,2$ o resultado do laboratório não é aceitável (insatisfatório, falha);

$1 < En \leq 1,2$ o resultado do laboratório está em “nível de alerta”, sendo recomendado ao laboratório alguma ação.

Tabela 7 – Erro normalizado para o Grupo 2

Vazão L/h	Laboratório L21			Laboratório L22			Laboratório L23		
	A15L 210080	A15L 210081	A15L 210082	A15L 210080	A15L 210081	A15L 210082	A15L 210080	A15L 210081	A15L 210082
2700	0,187	0,045	0,095	2,118	2,084	1,214	0,191	0,225	0,272
2000	0,122	0,150	0,082	1,845	2,203	1,138	0,176	0,336	0,239
1500	0,251	0,052	0,180	2,073	2,539	1,777	0,302	0,351	0,381
1000	0,189	0,164	0,115	2,242	2,278	2,041	0,244	0,399	0,233
750	0,026	0,058	0,013	2,192	2,199	2,220	0,311	0,310	0,246
350	0,015	0,111	0,073	2,214	2,262	2,046	0,003	0,045	0,002
120	0,157	0,109	0,012	1,481	0,967	1,262	0,197	0,093	0,173
60	0,056	0,127	0,262	2,467	2,090	0,653	0,770	0,633	0,488
30	0,018	0,326	0,165	1,345	0,536	0,423	0,348	0,356	0,508
15	0,023	0,032	0,160	1,241	1,101	0,717	0,007	0,291	0,079

Vazão L/h	Laboratório L24			Laboratório L25		
	A15L 210080	A15L 210081	A15L 210082	A15L 210080	A15L 210081	A15L 210082
2700	0,385	0,349	0,291	0,244	0,098	0,148
2000	0,442	0,397	0,623	0,156	0,073	0,031
1500	0,282	0,198	0,372	0,293	0,128	0,084
1000	0,149	0,066	0,173	0,454	0,363	0,328
750	0,065	0,078	0,082	0,388	0,299	0,303
350	0,428	0,481	0,645	0,224	0,140	0,191
120	0,592	0,540	0,558	0,201	0,122	0,031
60	0,467	0,215	0,306	0,267	0,032	0,498
30	0,294	0,472	0,476	0,004	0,012	0,273
15	1,226	1,109	1,158	0,026	0,336	0,148

A partir da tabela 7, observa-se:

- que todos os resultados declarados pelo laboratório **L21** foram satisfatórios.
- que os resultados declarados pelo Laboratório **L22** resultaram em 23(vinte e três) erros normalizado insatisfatórios e 2 (dois) erros normalizado em nível de alerta;
- que todos os resultados declarados pelo laboratório **L23** foram satisfatórios.
- que os resultados declarados pelo Laboratório **L24** resultaram em 1(um) erro normalizado insatisfatório e 2 (dois) erros normalizado em nível de alerta;
- que todos os resultados declarados pelo laboratório **L25** foram satisfatórios.

6. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos pelo grupo nº 2 desta 6ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria, indicam que o objetivo do programa interlaboratorial foi atingido uma vez que este programa permitiu a identificação de aspectos de melhoria, fomentou discussões sobre temas relacionados a metrologia, estabeleceu ambiente adequado para intercâmbio de informações, permitindo a elaboração de futuras ações entre os laboratórios participantes quando eventualmente obtiveram resultados de erro normalizado “não satisfatórios” ou confirmado atendimento quanto à homogeneidade de resultados, quando obtiveram resultados de erro normalizado “satisfatório”.

Os laboratórios obtiveram o seguinte índice de resultados satisfatórios:

Porcentagem de erro normalizado $En \leq 1$.

O Laboratório LAB L21 apresentou 100 % dos resultados com $En \leq 1$

O Laboratório LAB L22 apresentou 16,67 % dos resultados com $En \leq 1$

O Laboratório LAB L23 apresentou 100 % dos resultados com $En \leq 1$

O Laboratório LAB L24 apresentou 90 % dos resultados com $En \leq 1$

O Laboratório LAB L25 apresentou 100 % dos resultados com $En \leq 1$

Os laboratórios L21, L23, e L25 obtiveram resultados de erro normalizado $En \leq 1$ em 100% das medições, não sendo necessário elaboração de plano de ação.

Os laboratórios L22 e L44, obtiveram resultados de erro normalizado acima de 1, portanto recomenda-se a elaboração de um plano de ação para identificar aspectos de melhoria, principalmente em relação às incertezas de medição declaradas, podendo ser um aspecto para compreender os resultados não satisfatórios.

Conforme requerido pela política de participação em atividades de ensaios de proficiência da Dicla, os laboratórios que obtiveram resultados insatisfatórios para os ensaios para os quais (ou as calibrações para as quais) são acreditados devem evidenciar ao seu Gestor de Acreditação a implementação de ações corretivas de acordo com o estabelecido no Regulamento de Acreditação da Dicla.

7. AGRADECIMENTOS

A subcomissão da CT-13 agradece as empresas ARAD, AVS, DIEHL, LAO e ITRON por terem disponibilizado os artefatos para esta 6ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria.

Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, por oferecer toda infraestrutura para sediar as reuniões do PI e fornecer software para realização dos cálculos do erro normalizado.

Belo Horizonte, 16 de Março de 2017.

Fernando Mendes de Almeida
Coordenador do Grupo n° 2
Laboratório de Hidrometria da Divisão de Hidrometria
Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA MG

Engº Adriano Fernandes de Oliveira - MSc
Coordenador do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COX, M.G. "The evaluation of key comparison data", Metrologia, 2002, 39, pp.589-595.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT NBR ISO IEC 17043: Avaliação de conformidade – Requisitos gerais para ensaios de proficiência.

INMETRO, Documento NIT DICLA 026 – rev. 10, Requisitos para a Participação de Laboratórios em Ensaios de Proficiência.

INMETRO, Documento NIE CGCRE 045 – rev. 4, Operação dos Comitês Técnicos de Assessoramento à CGCRE na Acreditação de Organismos de Avaliação de Conformidade.

MANOSSO, H.C.; ALMEIDA, R.T.G. BLANCO, H.A.; KAWAKITA, K; GARCIA, L.E; TRUJILLO, A. South American Interlaboratory Program on Gas Flow Rate, In: International Congress on Mechanical Metrology, 2011, Natal. Anais, Rio de Janeiro INMETRO, 2011.

MIKAN, B; VALENTA T. [PTB, CMI], Final Report – Draft B, Interlaboratory calibration comparison of the turbine gas meter G6500 EURAMET Project nº 1006, March 2009.

TAIRA, N.M; 2º Programa de Comparação Interlaboratorial em Hidrometria, 2013, Comissão Técnica de Vazão CT-13, CGCRE.

OLIVEIRA, A.F; 5ª Edição do Programa Interlaboratorial Permanente em Hidrometria, 2014, Comissão Técnica de Vazão CT-13, CGCRE.

ANEXO 1

INFORMAÇÕES DOS LABORATÓRIOS PARTICIPANTES

Razão Social: Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE

Endereço: Rua Pernambuco nº 1 Cep: 20730-030

Telefone: (21) 2332-4031 - (21) 2332-4029

E-mail: leandro-nascimento@cedae.com.br; reinaldo-sousa@cedae.com.br

Método Utilizado: Os artefatos foram ensaiados em série em uma bancada volumétrica.

Fluido: Água

Equipe Técnica Envolvida: Luiz Claudio Drumond, Leandro Oliveira Nascimento e Reinaldo de Sousa Pinto

O Laboratório de Hidrômetros da CEDAE recebeu do Inmetro a certificação ABNT NBR ISO/IEC 17025 e à partir de 13/06/2016 passou a fazer parte da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios. A consulta referente à acreditação pode ser acessada através do no site do Inmetro, cujo endereço é:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/> . O número da acreditação é: CRL 1083.



Figura A1 –Bancada de Calibração de Hidrômetros da Empresa - CEDAE

Razão Social: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG

Endereço: BR 356 – Km 04 – Belvedere, Belo Horizonte – MG – CEP: 30.390-085

Telefone: (31) 3250-2479

E-mail: dvhm@copasa.com.br

Método Utilizado: Os artefatos foram ensaiados em série em uma bancada volumétrica.

Fluido: Água

Equipe Técnica Envolvida: Edmilson Castro Silva, Fernando Mendes de Almeida e Luiz Fernando Almeida Resende.

O Laboratório de Hidrômetros da Divisão de Hidrometria da COPASA recebeu do Inmetro a certificação ABNT NBR ISO/IEC 17025 e à partir de 17/08/2012 passou a fazer parte da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios. A consulta referente à acreditação pode ser acessada através do no site do Inmetro, cujo endereço é: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/>. O número da acreditação é: CRL 0563.




Figura A2 –Bancada de Calibração de Hidrômetros da Empresa - COPASA

Razão Social: Igor Fernando Viciana Simidamore - EPP

Endereço: Rua Croata 346 – Alto da Lapa – São Paulo

Telefone: (11) 3674-1773

E-mail: hidrometro@hidrometer.com.br

Método Utilizado: Os artefatos foram ensaiados em série em uma bancada gravimétrica.

Fluido: Água

Equipe Técnica Envolvida: Felipe de Moraes, Adriano Rodrigues e Igor Fernando

O Laboratório de medidores da Igor Fernando Simidamore Viciana – epp (HIDROMETER), encontra-se em processo de preparação para acreditação.



Figura A3 –Bancada de Calibração de Hidrômetros da Empresa - Hidrometer

Razão Social: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo – LAO Indústria

Endereço: Av. Dr. Mauro Lindenberg Monteiro, 1003 Pq. Industrial Anhanguera – Osasco - SP

Telefone: 11 – 3658-5200

E-mail: microhid@laosp.br

Método Utilizado: Os artefatos foram ensaiados em série em uma bancada volumétrica.

Fluido: Água

Equipe Técnica Envolvida: Lucivaldo Spagnolo e Rubens Gonçalves dos Santos

O Laboratório de verificação de medidores de água do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo - LAO recebeu do Inmetro a certificação ABNT NBR ISO/IEC 17025 e à partir de 27/05/2016 passou a fazer parte da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios. A consulta referente à acreditação pode ser acessada através do no site do Inmetro, cujo endereço é: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/>. O número da acreditação é: CRL 1041.



Figura A4 –Bancada de Calibração de Hidrômetros da Empresa - LAO

Razão Social: Saneamento de Goiás SA

Endereço: Avenida Vereador José Monteiro , 1953-Bairro Negrão de Lima -Goiânia - Go

Telefone: (62) 3269 9805

E-mail: rochalima@saneago.com.br

Método Utilizado: Os artefatos foram ensaiados em série em uma bancada volumétrica.

Fluido: Água

Equipe Técnica Envolvida: Miguel da Rocha Lima, Hélio Nunes de Jesus

O Laboratório de Hidrometria da SANEAGO encontra-se em processo de preparação para acreditação.



Figura A5 –Bancada de Calibração de Hidrômetros da Empresa - Saneago