

Ata da 48º Reunião da CT-09

Comissão Técnica Pressão – CT-09 (48º reunião)		Pag.
Número/Ano: 03/2012	Data: 05 de dezembro de 2012	01 de 03
Início: 09h 30min	Término: 17h30min	
Local: IPEM/SP		

Presidente: Wellington S. Ferreira

Secretária: Eduardo A. Rodrigues

Presentes

Wellington S. Ferreira – CEG Gás Gatural Fenosa
Eduardo A. Rodrigues – IMI
Marcos Lopes Guerreiro – Inmetro
Jackson da S. Oliveira – Inmetro
Alessandro de Souza – ABSI
Eduardo da Cruz – VWC
Edson Christe – IPT
Jeri Bernades – IOPE
Pedro Gandhi – Instemaq
Marco A. G. Cardoso – Wika
Robert S. Itao – Naka
Augusto Brasil – Calibratec
Evandro B. Oliveira – Tex
Samuel de Carvalho – Isometro
Regina Calderão – IPEM/SP
Fábio Nakashima – IPEM/SP
Thiago da Silva Santos - SJS
Claudio Gomes da Costa – CETEC/SENAI
Cesar Augusto G. Neto – Laboratórios Tork
Thiago M. Oliveira – Setting
Luis Paulo Cardoso – MEC-Q

Ausentes justificados

Floriana Aparecida de Lima – SENAI/RJ
Edson Barreto – IPEM/SP
Edson C. Stavale – Setting
Rodrigo N. da Silveira – Eletrobrás FURNAS
Antônio Pereira Hayashida Viana – SENAI/SP
Joselino Antônio Sperandio – Arcelor Mittal
Marisa Ferraz Figueira Pereira – Independente
André Murata – Falcão Bauer
Renato José da Silva – Presys
Vanderlei Garcia – Calibratec
Silvio Rueda Junior – Metracal
Dorival Lima Filho – Emerson

Redator

Eduardo A. Rodrigues – IMI

Ata da 48º Reunião da CT-09

Comissão Técnica Pressão – CT-09 (48º reunião)		Pag.
Número/Ano: 03/2012	Data: 05 de dezembro de 2012	02 de 03
Início: 09h 30min	Término: 17h30min	
Local: IPEM/SP		

1. Abertura

A abertura da reunião foi feita pelo presidente da comissão Sr. Wellington S. Ferreira – CEG Gás Natural Fenosa, que agradeceu a presença de todos.

Foi realizada a leitura da ata da reunião anterior para que fosse feito o início dos trabalhos e discussões da reunião.

2. Comparação Interlaboratorial:

Foi exposto aos participantes da comissão o andamento do 8º e 9º Programa de Intercomparação Laboratorial com posicionamento de onde estão e para onde vão os artefatos dos dois programas.

3. Verificação Intermediária de Balança de Pressão:

Conforme exposto na ata da 47ª reunião da CT-9 realizada em 08-2012 sobre a obrigatoriedade da verificação intermediária em balança de pressão foi solicitado o posicionamento ao representante da Dicla sobre o exposto.

E nesta reunião foi esclarecimento pelo Sr. Marcos Guerreiro da DICLA sobre a verificação intermediária em balança de pressão aos participantes da CT-9 e ficou claro que diante do exposto a verificação intermediária em balança faz-se necessária.

4. Documentos Orientativos:

4.1 DOC CGCRE para Emissão de certificados

O documento foi apresentado aos participantes da CT-9 já com as considerações feitas e vinda da DICLA. E após a apresentação das considerações foram realizadas as adequações do documento. Onde foi sugerido que os termos existentes no VIM fossem retirados e que só referenciasse o VIM e mantendo os termos que não existem no VIM.

As modificações foram realizadas com referencia aos termos existentes no VIM no qual foram retirados do documento e mantidos somente os termos que não existem no VIM.

Documento será enviado a Dicla para nova análise e após aprovação se fara a publicação do novo DOC-CGCRE para emissão de certificados.

4.2 - DOC-CGCRE-017

Foi exposto aos participantes da comissão o andamento da revisão e dado continuidade em sua revisão para ser enviado à Dicla para publicação.

Foi sugerido que a tabela antiga da norma NBR 14105 fosse também acrescentada no documento tendo em vista que a nova tabela impossibilita a classificação de alguns manômetros.

O documento também será revisado todas as fórmulas e componentes da incerteza e será enviado a DICLA para análise e considerações e será exposto na próxima reunião.

Ata da 48ª Reunião da CT-09

Comissão Técnica Pressão – CT-09 (48ª reunião)		Pag.
Número/Ano: 03/2012	Data: 05 de dezembro de 2012	03 de 03
Início: 09h 30min	Término: 17h30min	
Local: IPEM/SP		

4.4 DOC-CGCRE-014

Foi exposto novamente aos participantes da comissão que o documento enviado para publicação é uma tradução fiel da EA 10/17. A proposta sugerida pelo CT é realizar uma nova revisão do documento.

5. Assuntos a serem tratados na próxima reunião:

- Posicionamento sobre o 8º e 9º Programa de Intercomparação Laboratorial.
- Posicionamento sobre o DOC-CGCRE de Emissão de Certificado.
- Apresentação dos cálculos para resolução de acordo com o item 15 do DOC-CGCRE-017, pelo Sr. Jackson (Lapre/Inmetro).
- Posicionamento sobre o sinal de \pm na fórmula de Balança de Pressão.
- Finalização do DOC-CGCRE-017

6. Agenda de 2013:

Reunião dia **30-05-2013** – IPEM/SP. A definir
Reunião dia 05-11-2013 – IPEM/SP. A definir

7. Próxima reunião: A definir

Data: Mês 30-05-2013
Horário: das 9:00h às 17:00h
Local: IPEM/SP
Rua Santa Cruz, 1922 - 6º andar - Vila Gumerindo
São Paulo – SP
Tel. (11) 3581- 2000