



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GRUPO DE IDENTIFICAÇÃO

## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1 OBJETO:**

Conserto de Capela de Exaustão de Gases e Pós do Laboratório de Perícias Papiloscópicas do Grupo de Identificação da Delegacia Regional Executiva da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul (GID/DREX/SR/PF/RS).

### **2 QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS DO OBJETO:**

Item	Descrição/ Especificação	Unidade de medida	Qtde	Valor Máximo Aceitável
1	Reforma e adaptações de capela de exaustão incluindo: 1- Troca de janela guilhotina com vidro. 2- Troca de cerâmica no tampo de trabalho e Bojo para descarte de líquidos em polipropileno; 3- Instalação de motor exaustor existente; 4- Reparos na estrutura em MDF BP melaminico com troca de peças; 5- Retirada de capela com frete e desmontagem.	Un.	01	R\$ 3.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 3.200,00</b>

### **3 JUSTIFICATIVA:**

**3.1** O presente Termo de Referência tem por objeto o conserto de Capela de Exaustão de Gases e Pós (Patrimônio nº 2015078887), a qual fora inutilizada em decorrência dos danos provocados pela intempéria ocorrida em janeiro de 2016;

**3.2** Conforme Memorando nº 668/2016 – GID/DREX/SR/DPF/RS, o Laboratório de Perícias Papiloscópicas foi seriamente danificado em função do forte temporal ocorrido em Porto Alegre/RS na data de 29 de janeiro de 2016 e, desde então, se encontra inativo. Dentre os danos ocasionados na data do evento, relata-se a destruição parcial da capela de exaustão de gases e pós (quebra da proteção frontal de policarbonato com ruptura total do sistema de contrapesos, quebra e danos na estrutura em MDF BP melaminic, remoção e ruptura total do exaustor);

**3.3** A Capela de Exaustão de Gases e Pós é um equipamento essencial tanto para manipulação de reagentes papiloscópicos quanto para a execução de técnicas de revelação de fragmentos papilares que demandam a utilização de materiais que produzem e/ou utilizam pós, gases e vapores tóxicos, nocivos à saúde. A função primordial desse equipamento é minimizar e/ou eliminar a contaminação do operador e do ambiente laboratorial, através da utilização de exaustores projetados para preservação



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GRUPO DE IDENTIFICAÇÃO**

e manutenção da salubridade do servidor.

**3.4** Salienta-se que o Laboratório de Perícias Papiloscópicas está centralizado na Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (Porto Alegre/RS), junto ao Grupo de Identificação, e atende as demandas oriundas das treze Delegacias de Polícia Federal do Estado, além das delegacias especializadas localizadas nesta Superintendência.

---

**4 FORMA DE ENTREGA:**

**4.1** O equipamento deve ser entregue e instalado em sua totalidade, em conformidade com as especificações contidas neste documento e em plenas condições de funcionamento e uso.

**4.2** É de responsabilidade da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, instalação do sistema, das instalações físicas, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

---

**5 PRAZO DE ENTREGA:**

**5.1** O equipamento deverá ser entregue no prazo de **30 (trinta)** dias úteis, contados da publicação do extrato do contrato no DOU.

---

**6 LOCAL DE ENTREGA:**

**6.1** O equipamento deverá ser entregue no Grupo de Identificação da Delegacia Regional Executiva da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Avenida Ipiranga, 1365/ 9º andar– Bairro Azenha, CEP 90160-093, **Porto Alegre/RS**, telefone (51) 3235-9094, no horário de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00 horas.

---

**7 PRAZO DE GARANTIA:**

**7.1** Obrigatoriedade de assistência técnica integral, a todo o sistema pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo reposição de peças e produtos.

---

**8 VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:**

**8.1** Anexo a esse Termo de Referência encontram-se os respectivos orçamentos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GRUPO DE IDENTIFICAÇÃO

---

**9    RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO:**

Em \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

**KRISTIANE DE CÁSSIA MARIOTTI**  
Papiloscopista Policial Federal

Aprovo este Projeto Básico  
em      de      de 2016.

**FARNEI FRANCO SIQUEIRA**  
Delegado de Polícia Federal/Delegado Regional Executivo