



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
Departamento de Polícia Federal  
Instituto Nacional de Criminalística

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1**  
**Nº 00006/2023 (SRP)**

Às 15:40 horas do dia 28 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1337/2023 de 13/09/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 08200013051202190, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00006/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de espectrômetros de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) portátil (do tipo pistola), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório., tendo em vista Senhores (as) licitantes, equivocadamente foi aberta a intenção de recurso para este certame. Considerando que o edital estabelece a solicitação de amostra, informo que faremos a rejeição da intenção do recurso uma vez que não foram cumpridas todas as fases até a abertura do recurso. Em tempo, será novamente aberta a fase de recurso..

<b>Item: 1</b>	
<b>Descrição:</b> Equipamento laboratório	
<b>Descrição Complementar:</b> Equipamento Laboratório Componentes: Goniômetro Vertical , Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável , Método: Geometria Teta-Teta , Adicional: C/ Sistema De Resfriamento Interno , Tipo: Difratômetro De Raios X	
<b>Tratamento Diferenciado:</b> -	
<b>Quantidade:</b> 5	
<b>Valor Máximo Aceitável:</b> R\$ 455.274,7600	
<b>Aplicabilidade Decreto 7174:</b> Não	
<b>Intervalo mínimo entre lances:</b> -	
<b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	
<b>Situação:</b> Aceito e Habilitado com intenção de recurso	
<b>Aplicabilidade Margem de Preferência:</b> Não	

**Aceito para:** OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 295.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

<b>Item: 2</b>	
<b>Descrição:</b> Equipamento laboratório	
<b>Descrição Complementar:</b> Equipamento Laboratório Componentes: Goniômetro Vertical , Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável , Método: Geometria Teta-Teta , Adicional: C/ Sistema De Resfriamento Interno , Tipo: Difratômetro De Raios X	
<b>Tratamento Diferenciado:</b> -	
<b>Quantidade:</b> 2	
<b>Valor Máximo Aceitável:</b> R\$ 531.630,2500	
<b>Aplicabilidade Decreto 7174:</b> Não	
<b>Intervalo mínimo entre lances:</b> -	
<b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	
<b>Situação:</b> Aceito e Habilitado com intenção de recurso	
<b>Aplicabilidade Margem de Preferência:</b> Não	

**Aceito para:** OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 430.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

<b>Item: 3</b>	
<b>Descrição:</b> Equipamento laboratório	
<b>Descrição Complementar:</b> Equipamento Laboratório Componentes: Goniômetro Vertical , Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável , Método: Geometria Teta-Teta , Adicional: C/ Sistema De Resfriamento Interno , Tipo: Difratômetro De Raios X	
<b>Tratamento Diferenciado:</b> -	
<b>Quantidade:</b> 13	
<b>Valor Máximo Aceitável:</b> R\$ 493.143,7600	
<b>Aplicabilidade Decreto 7174:</b> Não	
<b>Intervalo mínimo entre lances:</b> -	
<b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	
<b>Situação:</b> Aceito e Habilitado com intenção de recurso	
<b>Aplicabilidade Margem de Preferência:</b> Não	

**Aceito para:** OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000 e a quantidade de 13 Unidade .

Histórico			
Item: 1 - Equipamento laboratório			
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			
Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Volta de fase	27/06/2023 15:35:49	Volta de Fase para Julgamento	
Aceite de proposta	16/10/2023 11:18:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 295.000,0000.	
Habilitação de fornecedor	16/10/2023 11:46:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47	
Registro de intenção de recurso	16/10/2023 12:08:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LE ´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 17956680000114. Motivo: Boa tarde! Registro a intenção de recurso por não concordar com a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, e por recomendação do TCU de não rejeitar a intençã	
Aceite de intenção de recurso	16/10/2023 14:31:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LE ´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17956680000114.	
Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.956.680/0001-14	16/10/2023 12:08	16/10/2023 14:31	Aceito
Motivo <b>Intenção:</b> Boa tarde! Registro a intenção de recurso por não concordar com a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, e por recomendação do TCU de não rejeitar a intenção de recurso.			

Item: 2 - Equipamento laboratório			
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			
Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Volta de fase	27/06/2023 15:35:49	Volta de Fase para Julgamento	
Recusa de proposta	16/10/2023 11:33:40	Recusa da proposta. Fornecedor: LE ´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.956.680/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 318.888,0000. Motivo: A empresa não enviou carta comprovando que possui assistência técnica e técnicos qualificados no país, conforme item 6.1 do Termo de Referência. Demais requisitos não foram atendidos, conforme descrito em ETP.	
Aceite de proposta	16/10/2023 11:33:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 430.000,0000.	
Habilitação de fornecedor	16/10/2023 11:46:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47	
Registro de intenção de recurso	16/10/2023 12:08:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LE ´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 17956680000114. Motivo: Boa tarde! Registro a intenção de recurso por não concordar com a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, e por recomendação do TCU de não rejeitar a intenção	
Aceite de intenção de recurso	16/10/2023 14:31:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LE ´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17956680000114.	
Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.956.680/0001-14	16/10/2023 12:08	16/10/2023 14:31	Aceito
Motivo Intenção:Boa tarde! Registro a intenção de recurso por não concordar com a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, e por recomendação do TCU de não rejeitar a intenção de recurso. E também não nos foi informado no que o nosso item não atende.			

<b>Item: 3 - Equipamento laboratório</b>			
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			
Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Volta de fase	27/06/2023 15:35:49		Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	16/10/2023 11:23:17		Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000.

Habilitação de fornecedor	16/10/2023 11:46:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.642.050/0001-47
Registro de intenção de recurso	16/10/2023 12:08:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LE´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 17956680000114. Motivo: Boa tarde! Registro a intenção de recurso por não concordar com a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, e por recomendação do TCU de não rejeitar a intençã
Aceite de intenção de recurso	16/10/2023 14:31:35	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LE´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17956680000114.
<b>Intenções de Recurso para o Item</b>		
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora do Recurso</b>	<b>Data/Hora Admissibilidade</b>
17.956.680/0001-14	16/10/2023 12:08	16/10/2023 14:31
<b>Motivo Intenção:</b> Boa tarde! Registro a intenção de recurso por não concordar com a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, e por recomendação do TCU de não rejeitar a intenção de recurso. E também não nos foi informado no que o nosso item não atende.		

<b>Troca de Mensagens</b>		
	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	27/06/2023 15:35:49	Este pregão foi reagendado para 28/06/2023 15:40.
Sistema	27/06/2023 15:35:49	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1, 2 e 3 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	28/06/2023 16:01:34	Boa tarde, Senhores(as)!
Pregoeiro	28/06/2023 16:02:55	Estamos de volta aos trabalhos dando prosseguimento à fase de julgamento do certame.
Pregoeiro	28/06/2023 16:06:47	Conforme estabelecido em edital, a empresa com proposta aceita para os itens deverá apresentar amostra no prazo de 60 dias contados da solicitação do pregoeiro.
Pregoeiro	28/06/2023 16:09:05	Sendo assim, conforme item 06 do termo de referência, a empresa OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA deverá apresentar amostra de seu equipamento no prazo de 60 dias.
Pregoeiro	28/06/2023 16:11:49	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - Senhor(a) licitante, solicito a apresentação de sua amostra para o objeto ofertado conforme sua proposta para os itens 01, 02 e 03 nos termos do item 06 do Termo de Referência.
Pregoeiro	28/06/2023 16:12:45	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - O equipamento deverá ser disponibilizado e instalado para avaliação, no Setor de Perícia em Geologia – SEPGeo/DPemap/INC/DITEC/PF, telefone (61) 2024-9151, localizado na SPO Quadra 7 Lote 23 - Edifício do Instituto Nacional de Criminalística – Setor Policial Sul, Brasília/DF, CEP 70610-200.
Pregoeiro	28/06/2023 16:13:37	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - 6.8 O licitante convocado para disponibilizar o equipamento poderá disponibilizar um profissional do seu quadro de colaboradores para acompanhar a avaliação e validação.
Pregoeiro	28/06/2023 16:14:29	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - 6.9 A verificação da qualidade dar-se-á partir de análise que visem atender aos seguintes critérios previstos no ETP: a) conformidade com as especificações técnicas e critérios especificados no ETP;
Pregoeiro	28/06/2023 16:15:37	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - b) testes de leituras com padrões primários, secundários e amostras com materiais (ligas preciosas, metais, minérios, padrões de solos contaminados e materiais auríferos) compatíveis para cada modo de calibração; c) testes de exportação de dados conforme critérios especificados no ETP. d) testes para aferição do uso e funcionamento seguro para
Pregoeiro	28/06/2023 16:15:50	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - ...proteção radiológica do usuário
Pregoeiro	28/06/2023 16:16:20	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - 6.11 A comprovação dos resultados será feita por intermédio da correlação dos resultados adquiridos visando testar a eficácia da aquisição do equipamento para uso pericial, respeitando os métodos de calibração e compatibilidade das amostras e padrões a serem testados e adequabilidade com as especificações e objetivos do ETP.
Pregoeiro	28/06/2023 16:16:52	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - 6.12 Após a divulgação do resultado final da licitação, os equipamentos entregues para testes deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 dias úteis.
Pregoeiro	28/06/2023 16:32:08	Para OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTECAO E INSPECAO LTDA - Por gentileza, atente-se ao prazo de 60 dias estabelecido em edital para a apresentação das amostra para os três itens.
Pregoeiro	09/10/2023 11:18:04	Senhores licitantes, finalizada a análise de amostras pelo requisitante técnico, deixaremos o retorno dos trabalhos no sistema agendado para o dia 11/10/2023, quarta-feira, às 11:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/10/2023 11:55:10	Senhores licitantes, bom dia! Em razão de instabilidade no sistema Compras, não foi possível retomar o certame no horário combinado. A fim de que o sistema retorne a seu funcionamento normal integralmente tanto para o pregoeiro quanto para os licitantes, remarco a retomada do P.E. n. 6/2023 para segunda, 16/10, às 11h. Bom feriado!
Pregoeiro	16/10/2023 11:00:00	Bom dia, senhores licitantes! Conforme combinado, retomamos o P.E. n. 6/2023 com o resultado da análise das amostras.
Pregoeiro	16/10/2023 11:00:51	De acordo com item 7.6.15 do Edital: "02 (dois) servidores designados pelo chefe do SEPGeo/DPemap/INC/DITEC realizarão análises mencionadas, cabendo a estes servidores avaliar a eficácia e funcionalidade do equipamento frente ao observado nas amostras, emitindo um relatório técnico com os resultados obtidos...
Pregoeiro	16/10/2023 11:01:41	... que ficará à disposição das empresas participantes do pregão eletrônico." Foi indicada a comissão de análise de amostras na Portaria DITEC/PF nº 1341/2023, composta por servidores da área técnica. A comissão gerou o documento SEI n. 31771810, transcrito a seguir:
Pregoeiro	16/10/2023 11:03:16	"Aos 29 dias do mês de setembro de 2023, às 10:00 h, reuniu-se a Comissão de Análise das Amostras do Pregão Eletrônico SRP nº 6/2023-DITEC, instituída pela Portaria 1341/2021 - DITEC/PF (SEI nº 31403538) representada por NELSON FAVA e KAREN SANTOS E SILVA, que receberam, em 28/08/2023, nas dependências do SEPGeo/DPemap/INC/DITEC/PF...
Pregoeiro	16/10/2023 11:03:38	... os representantes da licitante responsável pela melhor proposta dos itens 1, 2 e 3 do referido pregão;
Pregoeiro	16/10/2023 11:04:31	A empresa Ometto e Cia. Equipamentos de Radioproteção e Inspeção Ltda., CNPJ: 09.642.050/0002-28, representada pelos Senhores Murilo Henrique Meneghini e Matheus Arthur, providenciou a vinda, em 28/08/2023, de um exemplar de cada um dos equipamentos de fluorescência de Raios-X solicitados, tipo portátil, da Fabricante Elvatech, para ser submetido...
Pregoeiro	16/10/2023 11:06:53	... aos testes de funcionamento para efeitos de recebimento provisório, conforme item 6.2 do Termo de Referência. Tabela 1 - Equipamentos testados. Item 1: Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X portátil - Marca: Elvatech - Modelo: ElvaX Prospector 3 Advanced - Nº de série: P3249. ...
Pregoeiro	16/10/2023 11:08:55	Item 2: Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X portátil - Marca: Elvatech - Modelo: ElvaX 3 MAX - Nº de série: P3194. Item 3: Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X portátil - Marca:Elvatech - Modelo: ElvaX Prospector 3 Advanced - Nº de série: P3247.
Pregoeiro	16/10/2023 11:10:01	Resultados: Foram conferidos todos os itens enumerados no item ´ 4. Descrição dos Requisitos da contratação ´ ´ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR´ para cada um dos equipamentos da Tabela 1. Todos os três equipamentos passaram nos testes.
Pregoeiro	16/10/2023 11:10:26	Algumas amostras de materiais utilizados para calibrações disponíveis nos Laboratórios de Análises Químicas do SEPGeo/DPemap/INC/DITEC/PF foram utilizadas para testar o desempenho dos equipamentos da Tabela 1. Os resultados estão dispostos na Tabela 2.
Pregoeiro	16/10/2023 11:12:17	Tabela 2: Amostras de calibração utilizadas nos equipamentos submetidos aos testes. Item 1: Padrão de aço 1e1/4; 0,5Mo IARM 35MN - Resultado do teste: APROVADO. Item 2: Alumínio - AA 6061 - Resultado do teste: APROVADO. Item 3: NIST 2709aPP - Resultado do teste: APROVADO.
Pregoeiro	16/10/2023 11:13:39	Item 4: SiO2 - 99,995% PP 180-647 - Resultado do teste: APROVADO. Item 5: USGS SdAr-M2-180-706 pp - Resultado do teste: APROVADO. Item 6: RCRApp-04111901/1000Ba 500Ag,As,Cd,Cr,Pb,Se. 180-661 - Resultado do teste: APROVADO.
Pregoeiro	16/10/2023 11:14:09	Findas as análises, a Comissão de Análise de Amostras do Pregão Eletrônico SRP nº 6/2023-DITEC RESOLVE ACEITAR AS TRÊS AMOSTRAS apresentadas pela empresa Ometto e Cia. Equipamentos de Radioproteção e Inspeção Ltda., CNPJ: 09.642.050/0002-28, pelo que subscrevem o presente relatório.
Sistema	16/10/2023 11:46:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	16/10/2023 11:47:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/10/2023 às 12:30:00.
Pregoeiro	16/10/2023 15:20:47	Boa tarde, senhores licitantes! Em análise das propostas, a área demandante gerou o documento SEI n. 29542097, em 12 de junho de 2023, no qual justifica a recusa da proposta para o item 2 da empresa LE´ ANNAS COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. O documento será transcrito abaixo:
Pregoeiro	16/10/2023 15:21:48	"Em relação ao item 2, oferecido pela empresa LE´ ANNAS COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, foram encontrados as seguintes divergências que não atendem tanto ao critérios técnicos como os do Edital:
Pregoeiro	16/10/2023 15:22:24	a) A empresa não enviou carta comprovando que possui assistência técnica e técnicos qualificados no país, conforme item 6.1 do Termo de Referência. Destaca-se também que o equipamento citado no documento intitulado "capcit-tec(1).pdf", utilizado para comprovar capacitação técnica, não é adequado para avaliação técnica pela Polícia Federal.
Pregoeiro	16/10/2023 15:23:00	Na nota fiscal encaminhada (NF-64-CBTU-ANALIZADOR-DE-ESPECTRO (1) (1).pdf) consta apenas um equipamento "Shortfinder model 344 plus", não correspondendo a equipamento de fluorescência de raios x, sendo que foi oferecido um equipamento da marca Sky Ray Instruments, modelo Explore XRF;
Pregoeiro	16/10/2023 15:23:19	b) Em relação ETP, os seguintes requisitos não foram atendidos:
Pregoeiro	16/10/2023 15:23:52	1. Analisar os elementos da tabela periódica entre Sódio (Na) e o Urânio (U), em atmosfera de Hélio (He), e de Magnésio (Mg) a Urânio (U), em ar, sem a necessidade de purga de Hélio, nos materiais: ligas de metais preciosos, ligas de metais em geral, minérios, amostras de minerais e rochas, solos, plásticos, catalisadores automotivos, tintas, entre outros...
Pregoeiro	16/10/2023 15:24:04	s - o equipamento analisa apenas a faixa magnésio a urânio;
Pregoeiro	16/10/2023 15:24:31	2. Possuir detector por Deriva de Silício (SDD - Silicon Drift Detector), área mínima 20mm², janela de grafeno e com resolução <145 eV ou desempenho superior, com mecanismo de proteção contra danos físicos, sem prejudicar a qualidade das análises - o equipamento não possui;
Pregoeiro	16/10/2023 15:24:46	3. Permitir a inserção manual de filtro definido pelo usuário. Deve incluir kit de filtros manuais de fábrica, com filtro azul e vazio e ferramentas de trocas e armazenamento - o equipamento é por troca automática de filtros prédefinidos;
Pregoeiro	16/10/2023 15:25:02	4. Possuir feixe colimado padrão entre 6 e 8 mm de diâmetro e placa de baixo ruído para análise de amostras pequenas e pequenos pontos - o equipamento possui diâmetro menor.
Pregoeiro	16/10/2023 15:25:19	5. Permitir o controle total da atmosfera de análise podendo ser utilizado em ar, em fluxo de gás Hélio e Neon, ou ainda atmosfera à vácuo - o prospecto informa que o equipamento funciona sem gás.
Pregoeiro	16/10/2023 15:25:54	Rejeita-se a proposta da empresa LE´ ANNAS COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA para o item 2 por não atender os critérios técnicos supracitados."
Pregoeiro	16/10/2023 15:27:54	Para LE´ ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, encontram-se agora transcritos nesse chat os motivos para recusa da proposta para o item 2.

<b>Eventos da Licitação</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Volta de fase	27/06/2023 15:35:49	Senhores (as) licitantes, equivocadamente foi aberta a intenção de recurso para este certame. Considerando que o edital estabelece a solicitação de amostra, informo que faremos a rejeição da intenção do recurso uma vez que não foram cumpridas todas as fases até a abertura do recurso. Em tempo, será novamente

		aberta a fase de recurso.. Reagendado para: 28/06/2023 15:40
Alteração equipe	09/10/2023 11:15:05	Pregoeiro Anterior: 65861310149-CLAUDINETE TAVARES FIRMINO . Pregoeiro Atual: 05302530112-JULIANA PRIMO FEITOZA . Justificativa: Remoção da pregoeira titular.
Alteração equipe	09/10/2023 11:15:07	Pregoeiro Anterior: 65861310149-CLAUDINETE TAVARES FIRMINO . Pregoeiro Atual: 05302530112-JULIANA PRIMO FEITOZA . Justificativa: Remoção da pregoeira titular.
Abertura do prazo	16/10/2023 11:46:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/10/2023 11:47:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/10/2023 às 12:30:00.

Data limite para registro de recurso: 19/10/2023.  
Data limite para registro de contrarrazão: 24/10/2023.  
Data limite para registro de decisão: 31/10/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00 horas do dia 16 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIANA PRIMO FEITOZA  
**Pregoeiro Oficial**

AMANDA SOUZA SANTOS  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

