

Pregão/Concorrência Eletrônica

200406.32023 .38329 .4935 .139867205966



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Instituto Nacional de Criminalística

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 31 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1205/2022 de 26/09/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 08201.000864/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00003/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de sistemas cromatográficos associados a espectrômetros de massas, sendo duas unidades do tipo triplo quadrupolo (QqQ ou MS/MS) e uma unidade do tipo híbrido quadrupolo-tempo de voo (qTOF), bem como materiais de referência certificados - MRCs.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Cromatógrafo

Descrição Complementar: Cromatógrafo Componentes: C/ Bomba Solvente Quaternária , Componentes Adicionais: Pressão Até 15.000 Psi , Ajuste: C/ Saída Para Interface , Outros Componentes: Amostrador Automático , Adicional: C/ Gradiente, Sistema Segurança, Alarmes , Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa , Tipo: Líquido De Alta Eficiência (Hplc/Uhplc)

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.500.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Cromatógrafo

Descrição Complementar: Cromatógrafo Componentes: C/ Bomba Solvente Quaternária , Componentes Adicionais: Pressão Até 15.000 Psi , Ajuste: C/ Saída Para Interface , Outros Componentes: Amostrador Automático , Adicional: C/ Gradiente, Sistema Segurança, Alarmes , Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa , Tipo: Líquido De Alta Eficiência (Hplc/Uhplc)

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.500.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 1.897.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 3**Descrição:** Cromatógrafo

Descrição Complementar: Cromatógrafo Componentes: C/ Bomba Solvente Quaternária , Componentes Adicionais: Pressão Até 15.000 Psi , Ajuste: C/ Saída Para Interface , Outros Componentes: Amostrador Automático , Adicional: C/ Gradiente, Sistema Segurança, Alarmes , Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa , Tipo: Líquido De Alta Eficiência (Hplc/Uhplc)

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 80.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.323,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Cromatógrafo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R\$ 4.400.000,0000	R\$ 8.800.000,0000	30/03/2023 14:31:31

Marca: Waters**Fabricante:** Waters**Modelo / Versão:** Xevo TQ XS - IClass**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Cromatografia líquida de Ultra Eficiência, modelo I Class, acoplado ao Espectrometro de Massas Tandem Quadrupolo, modelo Xevo TQXS. Sistema inclui bombas de vacuo, gerador de nitrogenio, softwares para controle, aquisição e tratamento de dados, computador e perifericos, bem como todos os consumiveis previstos no edital. Garantia de 24 meses.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R\$ 4.500.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	31/03/2023 08:54:19
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Shimadzu**Fabricante:** Shimadzu**Modelo / Versão:** LCMS-8060NX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema do tipo UHPLC-MS/MS de alta sensibilidade do tipo triplo quadrupolo. Acompanha fontes de ionização para amplo espectro depolaridade, softwares para análise de dados qualitativos e quantitativos, bibliotecas espectrais, peças de manutenção/reposição e insumos cromatográficos para análises toxicológicas e ambientais.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.287.895/0001-61	THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL INSTRUMENTOS DE PROCESSO LTDA	Não	Não	2	R\$ 5.506.126,0000	R\$ 11.012.252,0000	29/03/2023 10:46:15
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	---------------------	------------------------

Marca: Thermo Fisher Scient**Fabricante:** Thermo Finnigan LCC**Modelo / Versão:** UHPLC MS/MS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de cromatografia líquida de ultra alta performance UHPLC acoplado a Espectrômetro de massas tipo quadrupolo sequencial (MS/MS).**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 6.626.502,0100	R\$ 13.253.004,0200	30/03/2023 09:14:32
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	---------------------	------------------------

Marca: AGILENT**Fabricante:** Agilent**Modelo / Versão:** 1290II /6495C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1. Bomba Binária 1300Bar: Possui dois mecanismos de duplo pistão em série com design de traçado variável servo-controlados patenteado e controle de movimento suave de pistões com "damping" ativo; Possui software de controle e manutenção basico dos módulos individualmente, responsável pelos diagnósticos dos módulos, avisos de erros, avisos de vazamentos evitando problemas na bomba e ao sistema, levando ao desligamento automático; Possui uma ferramenta de GLP -Feedback de manutenção antecipado- (EMF) para rastreamento contínuo do uso do instrumento em termos de desgaste do selo e volume de fase móvel bombeado com limites predefinidos e ajustáveis pelo usuário e mensagens de feedback. Registros eletrônicos de manutenção e erro; Possui tecnologia de emulação de sistemas inteligente, para sistemas de de maiores volumes para reprodutibilidade de metodologias antigas; Possui unidade degaseificadora integrada que diminui o espaço ocupado pelo equipamento na bancada, com volume interno por canal: 1,5mL, com materiais em contato com o solvente: Teflon, AF, FEP, PPS; Possui acesso frontal para facilidade de manutenção e placas eletrônicas isoladas da parte úmida do equipamento; Possui detecção de vazamentos para proteção do equipamento e evitar perdas de análises devido aos extensos vazamentos; Possui ferramenta de mistura de tampões e aditivos através do software sem necessidade de preparo manual; Possui os materiais em contato com o solvente em aço inoxidável, titânio, ouro, rubi, safira, cerâmica, PEEK e PTFE; Possui fluxo ajustável de 0,001 a 5mL/min em intervalos de 0,001mL/min; Possui precisão de fluxo de ≤0,07% RSD ou ≤0,005 min SD, o que for maior; Possui exatidão de fluxo de $\pm 1\%$ ou 10μL/min, o que for maior; Possui capacidade de operação de 1300bar (18.855psi) até 2mL/min e 800bar (11.603psi) até 5mL/min; Possui pulso de pressão de <1% em amplitude, normalmente <0,5MPa (5bar) o que for maior; Possui compensação de compressibilidade automática; Possui faixa de pH de 1 a 12,5; Possui gradiente binário em alta pressão, com volume morto de no mínimo 45μL (10μL sem misturador); Possui precisão da composição de <0,15% RSD ou ≤0,01min SD, o que for maior; Possui exatidão de composição de $\pm 0,35\%$ absoluto; Possui válvula seletora com quatro canais misturados dois a dois; Possui válvula de purga automática para conveniência na troca de solventes; Permite a mudança de parâmetros de operação, mesmo durante uma análise; Possui recursos de diagnóstico como, por exemplo, contagem de litros de solvente já bombeado e tempo de uso dos selos, entre outros; com capacidade de "reset" de parâmetros, por exemplo, após um reparo ou substituição de componentes; Possui 4 frascos para solventes, sendo 3 incolores e 1 âmbar; Possui ferramentas para manutenção do sistema; Possui lavagem dos selos dos pistões ativa automática; Possui todos os materiais recicláveis; Possui certificação RoHS; Possui kit de capilares ultra-limpas que eliminam a contaminação do sistema, adequados para aplicações em LC-MS; 2. Amostrador automático: Possui uma ferramenta de GLP -Feedback de manutenção antecipado- (EMF) para rastreamento contínuo do uso do instrumento em termos de desgaste com limites predefinidos e ajustáveis pelo usuário e mensagens de feedback. Registros eletrônicos de manutenção e erro; Possui acesso frontal para facilidade de manutenção e placas eletrônicas isoladas da parte úmida do equipamento; Possui detecção de vazamentos para proteção do equipamentos e evitar perdas de análises devido aos extensos vazamentos; Possui capacidade para 108 vials de 2mL, em uma gaveta com duas bandejas de padrão de 54 vials; Possui contaminação cruzada ("carryover") de < 0,003% (30ppm) com lavagem da agulha; Possui volume de Injeção com volumes na faixa de 0,1 a 20uL, em incrementos de 0,1μL; Possui precisão do volume de injeção de < 0,15% RSD ou < 0,10 nL, o que for maior medido com cafeína; Possui viscosidade de operação na faixa de 0,2 a 5cp; Possui tempo do ciclo de injeção de < 10s em condições padrões, com sucção de 100uL/min; Possui amostrador possui um sistema de lavagem da parte externa da agulha com bomba peristáltica através de "flush port"; Possui um recurso de injeções sobrepostas, iniciando as tarefas de injeção antes mesmo de a corrida anterior ter sido concluída, permitindo a injeção da amostra imediatamente após o sinal de prontidão ("ready") do instrumento; Não há desperdício nenhum de amostra durante o ciclo de injeção; Possui recursos de preparação de amostras, tais como adição de padrões internos e reagentes para derivatização pré-coluna; Possui operação totalmente elétrica, não exigindo o uso de gases para acionamentos pneumáticos; E demais itens da especificação técnica que constam no anexo de Proposta, devido limite de caracteres neste campo**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.626.502,0100	03.290.250/0006-06	31/03/2023 10:00:04:480

R\$ 5.506.126,0000	09.287.895/0001-61	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 4.500.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 4.400.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 4.300.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:02:46:473
R\$ 4.250.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:03:19:717
R\$ 4.200.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:03:28:397
R\$ 4.100.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:04:10:253
R\$ 4.000.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:04:22:360
R\$ 3.950.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:05:31:100
R\$ 3.900.000,0000	09.287.895/0001-61	31/03/2023 10:06:19:960
R\$ 3.800.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:06:32:070
R\$ 3.750.000,0000	09.287.895/0001-61	31/03/2023 10:06:53:413
R\$ 3.700.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:07:01:337
R\$ 3.650.000,0000	09.287.895/0001-61	31/03/2023 10:07:11:757
R\$ 3.600.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:07:17:877
R\$ 3.550.000,0000	09.287.895/0001-61	31/03/2023 10:07:28:683
R\$ 3.500.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:07:35:107
R\$ 3.480.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:07:45:927
R\$ 3.460.000,0000	09.287.895/0001-61	31/03/2023 10:08:00:463
R\$ 3.400.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:08:03:383
R\$ 3.300.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:09:36:073
R\$ 3.200.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:10:54:517
R\$ 3.150.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:11:50:873
R\$ 3.100.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:13:12:240
R\$ 3.000.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:13:38:773
R\$ 2.900.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:14:28:867
R\$ 2.850.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:14:53:843
R\$ 2.800.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:14:59:497
R\$ 2.750.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:15:56:250
R\$ 2.798.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:16:01:910
R\$ 2.746.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:17:10:540
R\$ 2.700.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:17:19:803
R\$ 2.250.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:21:57:950
R\$ 2.297.300,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:22:42:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	31/03/2023 10:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/03/2023 10:19:19	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	31/03/2023 10:19:19	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.700.000,0000 e R\$ 6.626.502,0100.
Encerramento	31/03/2023 10:24:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	31/03/2023 10:24:20	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:10:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:21:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 10:47:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/04/2023 09:52:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56.
Em análise	14/04/2023 10:47:42	Item Em Análise. Motivo: Aguardando o envio da declaração a respeito da prova de mérito

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Cromatógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. Marca: Waters Fabricante: Waters Modelo / Versão: Xevo G3QTOF - I Class Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia líquida de Ultra Eficiência, modelo I Class, acoplado ao Espectrômetro de Massas tipo QTOF, modelo Xevo G3QTOF. Sistema inclui bombas de vácuo, gerador de nitrogênio, softwares para controle, aquisição, tratamento e processamento de dados , computadores e periféricos, bem como todos os consumíveis previstos no edital. Garantia de 24 meses. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 4.400.000,0000	R\$ 4.400.000,0000	30/03/2023 14:31:31
58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: LCMS-9050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia Líquida de Ultra Alta Eficiência (UHPLC) acoplado a sistema híbrido de Espectrômetro de massas tipo quadrupolo – Tempo de Voo (Q-TOF). Acompanha fontes de ionização para amplo espectro de polaridade, softwares para análise de dados qualitativos e quantitativos, bibliotecas espectrais, peças de manutenção/reposição e insumos cromatográficos para análises toxicológicas. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 4.500.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	30/03/2023 17:33:09
04.755.378/0001-56	BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. Marca: Bruker Fabricante: Bruker Modelo / Versão: Elute-Impact Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia Líquida de Ultra Alta Eficiência (UHPLC) acoplado a sistema híbrido de Espectrômetro de massas tipo quadrupolo – Tempo de Voo (Q-TOF). Acompanha fontes de ionização para amplo espectro de polaridade, softwares para análise de dados qualitativos e quantitativos, base de dados, peças de manutenção/reposição e insumos cromatográficos para análises toxicológicas. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 6.000.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	31/03/2023 08:12:50

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000.000,0000	04.755.378/0001-56	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 4.500.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 4.400.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 4.300.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:02:56:497
R\$ 4.250.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:03:29:533
R\$ 4.200.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:03:54:460
R\$ 4.100.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:04:13:203
R\$ 4.000.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:04:28:130
R\$ 3.950.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:05:38:177
R\$ 3.800.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:07:10:680
R\$ 3.700.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:07:54:020
R\$ 3.590.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:08:18:770
R\$ 3.400.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:08:27:257
R\$ 3.300.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:09:42:920
R\$ 3.200.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:10:47:057
R\$ 3.150.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:12:02:840
R\$ 3.100.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:13:17:787
R\$ 3.000.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:13:40:380
R\$ 2.900.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:14:39:493
R\$ 2.850.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:14:56:383
R\$ 2.800.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:15:06:850
R\$ 2.798.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:16:04:720
R\$ 2.700.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:16:42:910
R\$ 2.699.000,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:17:20:800
R\$ 2.680.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:17:32:750
R\$ 2.498.000,0000	58.752.460/0001-56	31/03/2023 10:25:32:707
R\$ 4.500.000,0000	04.755.378/0001-56	31/03/2023 10:26:21:323
R\$ 1.897.300,0000	00.158.141/0001-37	31/03/2023 10:28:02:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações

Abertura	31/03/2023 10:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/03/2023 10:24:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	31/03/2023 10:24:16	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.680.000,0000 e R\$ 6.000.000,0000.
Encerramento	31/03/2023 10:29:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	31/03/2023 10:29:17	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:22:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:54:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 10:29:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:59:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:20:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:37:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37.
Aceite de proposta	14/04/2023 10:04:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.897.300,0000.
Em análise	14/04/2023 10:08:01	Item Em Análise. Motivo: Aguardando a prova de mérito que será encaminhado pela referida licitante.
Desfeito situação em análise	14/04/2023 10:49:46	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Não caberá prova de mérito
Habilitação de fornecedor	14/04/2023 11:23:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37
Registro de intenção de recurso	14/04/2023 11:31:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Prezada Equipe de Licitação, Gostaríamos de manifestar intenção de recurso, pelos motivos a seguir: No item 1.4 pede-se forno que cabem 2 colunas de até 30cm. O forno ofertado, segundo es
Aceite de intenção de recurso	14/04/2023 11:55:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58752460000156.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
58.752.460/0001-56	14/04/2023 11:31	14/04/2023 11:55	Aceito
Motivo Intenção: Prezada Equipe de Licitação, Gostaríamos de manifestar intenção de recurso, pelos motivos a seguir: No item 1.4 pede-se forno que cabem 2 colunas de até 30cm. O forno ofertado, segundo especificação da proposta, comporta 2 colunas de somente 15cm. No mesmo item, não há informações claras a respeito da precisão do forno. No item 11 subitem 6 pede-se coluna bifênol com partícula sub 2.1um, na proposta, a coluna ofertada possui partícula 2.7um. Os pontos serão esclarecidos no recurso.			

Item: 3 - Cromatógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA Marca: CPA CHEM Fabricante: CPA CHEM Modelo / Versão: RD0914111.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Conjunto com 411 analitos de Materiais de Referência Certificados - MRCs de agrotóxicos distribuídos isoladamente ou em mixes, nesse caso com mínimo de 10 unidades, armazenados em ampolas de no mínimo 1mL e 1000 μg/L (ou 100 μg/L apenas nas ampolas necessárias) em solvente apropriado. O fornecedor entregará 5 conjuntos com 411 analitos cada. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 80.000,0000	R\$ 400.000,0000	27/03/2023 08:48:28
00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: RESTEK Fabricante: RESTEK Modelo / Versão: CSQQ 201176 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PADRÃO CUSTOMIZADO - 411 ANALITOS - RESTEK Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 80.000,0000	R\$ 400.000,0000	30/03/2023 17:09:47
31.923.850/0001-95	CMS CIENTIFICA DO BRASIL LTDA	Não	Não	5	R\$ 90.000,0000	R\$ 450.000,0000	30/03/2023 15:37:14

Marca: DR EHRENSTORFER**Fabricante:** DR EHRENSTORFER**Modelo / Versão:** DRE-Q600XXXX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO MIX PADRÃO CUSTOMIZADO (411 ANALITOS) NA CONCENTRAÇÃO DE 100UG/ML-1000ug/ML EM SOLVENTE ORGANICO (FORNECIDO EM 5 FRASCOS DE 1ML)**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 80.000,0000	00.398.022/0002-32	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 80.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:00:04:480
R\$ 79.999,9999	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:04:08:483
R\$ 79.998,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:07:55:230
R\$ 75.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:08:41:977
R\$ 74.990,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:13:15:953
R\$ 74.800,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:13:51:110
R\$ 74.700,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:14:17:570
R\$ 74.600,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:14:36:803
R\$ 74.500,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:14:46:050
R\$ 72.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:15:05:137
R\$ 71.000,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:15:05:387
R\$ 70.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:15:11:213
R\$ 69.900,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:15:35:663
R\$ 69.800,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:15:59:293
R\$ 68.000,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:16:11:007
R\$ 65.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:16:22:540
R\$ 64.990,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:16:33:747
R\$ 64.900,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:16:54:640
R\$ 60.000,0000	00.398.022/0002-32	31/03/2023 10:17:03:557
R\$ 59.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:17:15:783
R\$ 58.990,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:17:26:790
R\$ 58.900,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:17:36:670
R\$ 58.890,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:17:53:740
R\$ 58.860,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:18:28:247
R\$ 55.939,0000	00.398.022/0002-32	31/03/2023 10:18:28:847
R\$ 55.938,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:18:37:233
R\$ 55.900,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:18:49:817
R\$ 55.898,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:19:00:360
R\$ 55.870,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:19:13:803
R\$ 35.000,0000	11.916.165/0001-24	31/03/2023 10:21:38:237
R\$ 49.800,0000	31.923.850/0001-95	31/03/2023 10:22:55:597
R\$ 37.323,0000	00.398.022/0002-32	31/03/2023 10:24:00:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	31/03/2023 10:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	31/03/2023 10:20:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	31/03/2023 10:20:56	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 55.870,0000 e R\$ 55.939,0000.
Encerramento	31/03/2023 10:25:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	31/03/2023 10:25:57	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:27:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALURETEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/04/2023 10:29:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALURETEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24.
Recusa de proposta	10/04/2023 10:50:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ALURETEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000. Motivo: Não atendeu a todos os pré-requisitos constantes no Termo de Referência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:03:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 12:02:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:11:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:33:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32.
Aceite de proposta	14/04/2023 10:04:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, pelo melhor lance de R\$ 37.323,0000.
Em análise	14/04/2023 10:09:28	Item Em Análise. Motivo: Aguardando a aprovação ou não da prova de mérito a ser encaminhada pelo licitante a área demandante.
Desfeito situação em análise	14/04/2023 10:11:29	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Esse item não caberá prova de mérito
Habilitação de fornecedor	14/04/2023 11:23:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32
Registro de intenção de recurso	14/04/2023 11:30:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALURETEC COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 11916165000124. Motivo: Manifestamos a intenção de interpor recurso administrativo em face de não aceitar a decisão da Pregoeira que declarou que não atendemos a todos os pré-requisitos constantes no Termo de Referência. N
Aceite de intenção de recurso	14/04/2023 11:56:21	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALURETEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11916165000124.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.916.165/0001-24	14/04/2023 11:30	14/04/2023 11:56	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos a intenção de interpor recurso administrativo em face de não aceitar a decisão da Pregoeira que declarou que não atendemos a todos os pré-requisitos constantes no Termo de Referência. Nossa proposta esta conforme solicitado em edital. Detalharemos nossas razões no memorial de recurso, dentro do prazo estipulado no edital.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	31/03/2023 10:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/03/2023 10:00:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/03/2023 10:00:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/03/2023 10:00:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/03/2023 10:00:09	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/03/2023 10:03:04	Bom dia, Prezados Licitantes. Esta aberto a fase de lances para o Pregão 03/2023 DITECPF, cujo o objeto é a Aquisição de sistemas cromatográficos associados a espectrômetros de massas, sendo duas unidades do tipo triplo quadrupolo (QqQ ou MS/MS) e uma unidade do tipo híbrido quadrupolo-tempo de voo (qTOF), bem como materiais de referência certificados - MRCs.
Pregoeiro	31/03/2023 10:07:11	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	31/03/2023 10:07:41	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Pregoeiro	31/03/2023 10:08:12	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	31/03/2023 10:08:36	Lembrando que o critério de valor utilizado nesse pregão será o Valor Máximo Aceitável, portanto a proposta do licitante melhor classificado, na fase de julgamento que estiver ACIMA e que não aceitar negociar terá sua proposta recusada.
Sistema	31/03/2023 10:19:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.700.000,0000 e R\$ 6.626.502,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:19 do dia 31/03/2023.
Sistema	31/03/2023 10:20:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 55.870,0000 e R\$ 55.939,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:56 do dia 31/03/2023.
Sistema	31/03/2023 10:24:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.680.000,0000 e R\$ 6.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:16 do dia 31/03/2023.

Sistema	31/03/2023 10:24:20	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.297.300,0000 e R\$ 2.250.000,0000.
Sistema	31/03/2023 10:24:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	31/03/2023 10:25:57	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 49.800,0000, R\$ 37.323,0000 e R\$ 35.000,0000.
Sistema	31/03/2023 10:25:57	O item 3 está encerrado.
Sistema	31/03/2023 10:29:17	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.498.000,0000, R\$ 1.897.300,0000 e R\$ 4.500.000,0000.
Sistema	31/03/2023 10:29:17	O item 2 está encerrado.
Sistema	31/03/2023 10:52:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	31/03/2023 10:56:43	Srs. Licitantes, faremos a suspensão da sessão para reabertura na segunda dia 03 as 10h, com negociação das propostas e com sua análise. Estamos com instabilidade no sistema. Tenham um ótimo final de semana.
Pregoeiro	03/04/2023 10:00:33	Bom dia, Srs. Licitantes.
Pregoeiro	03/04/2023 10:01:06	Daremos prosseguimento a análise das propostas. Inicialmente com a fase de negociação, com os melhores classificados para os itens.
Pregoeiro	03/04/2023 10:03:08	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Prezado(a) licitante, sua proposta está em primeira classificada com melhor lance para o item 01, contudo gostaríamos de saber qual a possibilidade de negociarmos tal valor de forma a melhorar seu preço?
Pregoeiro	03/04/2023 10:03:24	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Aguardamos sua manifestação formal neste chat. O prazo para resposta será de 10 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
58.752.460/0001-56	03/04/2023 10:04:48	Bom dia Srs. Só um momento que vamos verificar junto à nossa gerência.
Pregoeiro	03/04/2023 10:05:54	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Ok. Aguardaremos
58.752.460/0001-56	03/04/2023 10:07:00	Agradeço a espera. Infelizmente chegamos ao nosso mínimo e não podemos conceder desconto adicional.
Pregoeiro	03/04/2023 10:10:24	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Ok. Entendemos. Faremos a abertura para convocação de anexo, peço a gentileza de afixar a proposta no sistema, e com o valor atualizado de acordo com seu melhor lance, bem catálogos e/ou folders, que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.
Sistema	03/04/2023 10:10:37	Senhor fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
58.752.460/0001-56	03/04/2023 10:11:09	Ok, iremos providenciar
Pregoeiro	03/04/2023 10:11:13	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Prezado(a) licitante, sua proposta está em primeira classificada com melhor lance para o item 02, contudo gostaríamos de saber qual a possibilidade de negociarmos tal valor de forma a melhorar seu preço?
Pregoeiro	03/04/2023 10:11:35	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Aguardamos sua manifestação formal neste chat. O prazo para resposta será de 10 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
00.158.141/0001-37	03/04/2023 10:20:54	sr. Pregoeiro, bom dia, como tivemos uma segunda etapa, onde o lance foi fechado, ofertamos o menor valor possível. Outro fato importante é que a modalidade deste certame é uma ATA de Registro de Preço, o que nos traz uma preocupação em relação a quando efetuaremos a venda. Dado estes 02 fatores, peço que compreenda, que não conseguiremos uma redução extra.
Sistema	03/04/2023 10:21:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/04/2023 10:22:16	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Ok. Entendemos. Faremos a abertura para convocação de anexo, peço a gentileza de afixar a proposta no sistema, e com o valor atualizado de acordo com seu melhor lance, bem catálogos e/ou folders, que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.
Sistema	03/04/2023 10:22:32	Senhor fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	03/04/2023 10:23:00	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Prezado(a) licitante, sua proposta está em primeira classificada com melhor lance para o item 03, contudo gostaríamos de saber qual a possibilidade de negociarmos tal valor de forma a melhorar seu preço?
Pregoeiro	03/04/2023 10:23:22	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Aguardamos sua manifestação formal neste chat. O prazo para resposta será de 10 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
11.916.165/0001-24	03/04/2023 10:24:37	Bom dia Srs. Um momento iremos verificar.
11.916.165/0001-24	03/04/2023 10:25:48	Infelizmente chegamos ao nosso mínimo e não conseguimos dar mais desconto.
Pregoeiro	03/04/2023 10:26:26	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Ok. aguardaremos

Pregoeiro	03/04/2023 10:26:47	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Ok. Entendemos. Faremos a abertura para convocação de anexo, peço a gentileza de afixar a proposta no sistema, e com o valor atualizado de acordo com seu melhor lance, bem catálogos e/ou folders, que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.
Sistema	03/04/2023 10:27:01	Senhor fornecedor ALURETEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
11.916.165/0001-24	03/04/2023 10:27:16	Ok. Vamos providenciar.
Pregoeiro	03/04/2023 10:27:44	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Senhores licitantes, aguardaremos a inserção da proposta no sistema. Continuem nos acompanhando via chat.
Pregoeiro	03/04/2023 10:27:59	Senhores licitantes, aguardaremos a inserção da proposta no sistema. Continuem nos acompanhando via chat.
Sistema	03/04/2023 10:29:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALURETEC COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	03/04/2023 10:54:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	03/04/2023 11:55:48	Senhores licitantes, as propostas foram encaminhadas a área demandante para análise. Assim que se manifestarem a respeito, marcemos a reabertura do certame com o prazo mínimo de 24h, pela aba avisos do compras.gov.br. Um ótimo trabalho a todos.
Pregoeiro	05/04/2023 09:53:34	Bom dia, Senhores licitantes. Faremos a reabertura da sessão na segunda feira 10/04 as 10h, conforme solicitação da área demandante com manifestação quanto as propostas encaminhadas. Tenham um ótimo dia.
Pregoeiro	10/04/2023 10:02:40	Bom dia, Srs. Licitantes. A área demandante se manifestou a respeito das propostas, que foram encaminhadas.
Pregoeiro	10/04/2023 10:04:25	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Após análise da proposta da empresa ALURETEC informa-se que: Em desacordo com as especificações do edital (27964338), reiteradas pela resposta ao pedido de esclarecimento nº SEI 28073265, a proposta da empresa Alluretec compreende o fornecimento de 3 ampolas para as análises de CG (RD0914111.5 com 201 analitos; ...
Pregoeiro	10/04/2023 10:05:03	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - RD0915851.5 com 1 analito e RD0914121.5 com 1 analito) e 1 ampola para CL (RD0915351.5).
Pregoeiro	10/04/2023 10:05:39	Para ALURETEC COMERCIO LTDA - Portanto, pelo não atendimento à letra b do item 3 (onde consta que o fornecimento é de no mínimo 10 ampolas) informo que a referida proposta (SEI 28182915) não atende ao edital.
11.916.165/0001-24	10/04/2023 10:05:39	Bom dia Sr Pregoeiro. Um momento
Pregoeiro	10/04/2023 10:09:35	Senhores licitantes estamos com instabilidade no sistema, pedimos que continuem nos acompanhando.
Pregoeiro	10/04/2023 10:11:16	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Após análise da proposta da empresa WATERS (28308256), informa-se que são necessárias as seguintes informações adicionais: Detalhamento a respeito das estações de trabalho, hardwares e softwares. Segundo especificações do Item 2. 4 - Estação de trabalho, Item 2. 5 - Software de operação de sistema e Item 2. 5 - Software para tratamento de dados, ...
Pregoeiro	10/04/2023 10:11:24	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - são necessárias 02 (duas) estações de trabalho, 02 monitores de 27 polegadas, capacidade de armazenamento de no mínimo 4 TB para cada estação, pacote office que inclua aplicativos word e excel, e softwares licenciados para 02 (dois) computadores....
Pregoeiro	10/04/2023 10:15:17	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - ...02 monitores de 27 polegadas, capacidade de armazenamento de no mínimo 4 TB para cada estação, pacote office que inclua aplicativos word e excel, e softwares licenciados para 02 (dois) computadores. Tais informações (qualitativas e quantitativas), não se mostraram muito claras na proposta.
Pregoeiro	10/04/2023 10:26:08	Só um minuto senhores...
Pregoeiro	10/04/2023 10:28:41	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Dessa forma, solicitamos o envio de documentação complementar das especificações de hardware e software descritas acima.
Pregoeiro	10/04/2023 10:29:13	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Abriremos convocação de anexo para inserção dos esclarecimentos via sistema Compras
Sistema	10/04/2023 10:29:26	Senhor fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/04/2023 10:40:32	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Após análise da proposta da empresa Shimadzu (28182594), as seguintes informações adicionais são necessárias: Item 1. 1. 1 - Setpoint de fluxo que inclua a faixa de 0,001 a 2 mL/min a intervalos de 0,001 mL - O intervalo de fluxo não foi especificado na proposta.
Pregoeiro	10/04/2023 10:40:46	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 1. 2 - Precisão de fluxo: ≤ 0,1% RSD e exatidão de fluxo de $\pm 1,0\%$ - A proposta define alguns parâmetros utilizando o termo "opcional", entretanto são especificações obrigatórias do TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:41:04	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 1. 3 - Deve realizar gradientes binários de alta pressão (onde a mistura dos solventes acontece em alta pressão), porém, deve possibilitar a seleção, via software, de até quatro solventes para compor este fluxo binário; purga automática comandada via "software" - ...
Pregoeiro	10/04/2023 10:41:12	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:41:26	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 1. 7 - Compensação de compressibilidade: automático ou definido pelo usuário, compressibilidade de solvente para minimizar pulsos de pressão ao se bombear em altas pressões...
Pregoeiro	10/04/2023 10:41:34	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.

Pregoeiro	10/04/2023 10:41:46	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 1. 8 - Válvula de injeção ativada eletronicamente, para garantir operação sem bolhas de ar, mesmo com solventes voláteis - Não há informações na proposta com relação a tal especificação.
Pregoeiro	10/04/2023 10:41:55	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 1. 8 - Durante a sequência de análise, deve permitir a alteração de parâmetro para a corrida subsequente - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:42:15	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 1. 11 - Possuir capacidade de "reset" de parâmetros, por exemplo, após um reparo ou substituição de componentes; suporte contendo no mínimo 5 frascos para solvente; unidade degaseificadora online a vácuo, composta por no mínimo 4 canais -...
Pregoeiro	10/04/2023 10:42:18	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Não há informações na proposta quanto à capacidade de "reset" de parâmetros.
Pregoeiro	10/04/2023 10:42:30	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 3 - Capacidade de injetar volumes que inclua a faixa de 0,1 μL a 50 μL (devem ser fornecidos pelo menos duas unidades de loops e seringas para os volumes disponíveis do modelo) - ...
Pregoeiro	10/04/2023 10:42:40	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Não há informações na proposta que permita deduzir quantos tipos de loops existem para o Autosampler SIL-40C X3. A proposta descreve apenas um loop de 50µL.
Pregoeiro	10/04/2023 10:42:51	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 9 - Deve permitir a mudança de parâmetros de operação durante uma aquisição em sequência, mesmo durante uma análise - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:43:04	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 11 - Deve possuir recursos de diagnóstico como, por exemplo, contagem do número de injeções e número de ciclos da válvula de injeção; com capacidade de "reset" de parâmetros, por exemplo, após um reparo ou substituição de componentes - ...
Pregoeiro	10/04/2023 10:43:13	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:43:22	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 14 - Deve ser fornecido reposição dos principais consumíveis - A proposta não lista os consumíveis relativos ao amostrador, identificando a quantidade fornecida.
Pregoeiro	10/04/2023 10:43:30	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 4. 3 - Possuir mecanismos de ajuste de linha de base devido à absorção do solvente quando realizadas análises em modo gradiente de eluição (filtro médio da linha de base) - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:43:39	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 4. 5 - Precisão de aproximadamente 0,1 nm e resolução espectral máxima de 1,2 nm por diodo - A proposta não esclarece sobre a resolução espectral, considerando as opções de fenda do equipamento e não identifica claramente se o equipamento atende ao solicitado pelo TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:43:50	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 4. 13 - Lâmpada com vida útil de no mínimo 1500 horas ou um ano (devem ser fornecidas pelo menos 2 reposições para cada lâmpada) - Não há informações na proposta que permita deduzir a existência do mecanismo de controle requisitado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:44:04	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 1 - Deve possuir os modos de ionização Electrospray (ESI) e Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) que operem nos modos positivo e negativo - A proposta relaciona APCI-8050 sendo que o modelo do equipamento é 8060NX, não esclarecem se as fontes APCI listada como opcional e a APCI-8050...
Pregoeiro	10/04/2023 10:44:14	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - são fontes diferentes e não esclarecendo se há modelos de fontes APCI mais adequada ao modelo ofertado e ao uso pretendido (8060NX).
Pregoeiro	10/04/2023 10:44:26	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 2 - As sondas devem ser intercambiáveis sem a necessidade de ferramentas e que sejam reconhecidas eletronicamente pelo software para adequação dos parâmetros da fonte de acordo com o modo de ionização a ser utilizado - A proposta não apresenta o procedimento de troca das sondas.
Pregoeiro	10/04/2023 10:44:36	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 2. 7 - Ionização Química a Pressão Atmosférica (APCI), capaz de operar, sem auxílio de divisor de fluxos, com fluxos de solvente entre 0,001ml/min e 2 ml/min - O fluxo da APCI declarado na proposta é de 0,05ml/min a 2ml/min. O menor fluxo da proposta é 50 vezes maior que o especificado no TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:44:54	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 3. 2 - Sensibilidade: deverá exibir uma relação Sinal/Ruído RMS ≥ 750.000:1 para 1pg injetado na coluna (e não simplesmente através de infusão direta) de Reserpina no modo íon positivo, electrospray, quantificando na transição m/z 609 → 195 e o mesmo sinal ruído para 1pg de cloranfenicol para modo negativo, electrospray,...
Pregoeiro	10/04/2023 10:45:07	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - quantificando na transição m/z 609 → 195 e deverá possuir IDL ≤ 0,5 fg para injeção de 1 fg de Reserpina no modo íon positivo, com a fonte ESI, quantificando na transição m/z 609 → 195 - A proposta não revela os procedimentos e parâmetros utilizados ...
Pregoeiro	10/04/2023 10:45:16	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - na obtenção das sensibilidades declaradas. A fornecedora deve se atentar à necessidade de obter a sensibilidade passando 1pg pela coluna e que o resultado deverá ser reproduzido na instalação.
Pregoeiro	10/04/2023 10:45:30	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 5. 5 - Possuir múltiplos métodos de ajuste da curva de calibração (p.ex. linear, quadrático, etc.) e diferentes ponderações - As informações da proposta não permitiram a identificação dessas funcionalidades.
Pregoeiro	10/04/2023 10:45:38	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 5. 6 - A aquisição e análise de dados já adquiridos poderão ser feitas simultaneamente - As informações da proposta não

		permitiram a identificação dessas funcionalidades.
Pregoeiro	10/04/2023 10:45:49	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 5. 7 - Deve ser disponibilizado na última versão lançada na época da entrega do sistema - A proposta não deixou claro quanto a atualização da licença e restringiu a licença ao prazo de um ano (225-32003-93; 225-32702-91; 225-32702-81),
Pregoeiro	10/04/2023 10:45:57	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - o que não é compatível com a compra, durabilidade e uso pretendido do equipamento. Pedese esclarecimento sobre atualizações e validade da licença.
Pregoeiro	10/04/2023 10:46:18	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 5. 13 - Possuir métodos configurados (para os modos positivo e negativo, quando apropriado) visando análises de interesse toxicológico forense, incluindo fármacos e medicamentos, praguicidas e drogas de abuso, entre outras substâncias. Possuir também um catálogo de transições de MRM...
Pregoeiro	10/04/2023 10:46:26	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - para pelo menos 900 compostos - Não foi identificado na proposta um item que contemplasse esse requisito do TR.
Pregoeiro	10/04/2023 10:46:37	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Item 1. 5. 16 - Os softwares devem ser licenciados para operação em pelo menos 02 computadores - A proposta não deixou claro quanto a atualização da licença e restringiu a licença ao prazo de um ano (225-32003-93; 225-32702-91; 225-32702-81),
Pregoeiro	10/04/2023 10:46:46	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - o que não é compatível com a compra e uso do equipamento. Pedese esclarecimento sobre atualizações e validade da licença.
Pregoeiro	10/04/2023 10:47:13	Para SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. - Será aberto a convocação de anexo, para inserção dos esclarecimentos solicitados
Sistema	10/04/2023 10:47:22	Senhor fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
58.752.460/0001-56	10/04/2023 10:48:05	Bom dia Sr. Pregoeiro, Teremos quanto tempo para responder os questionamentos?
Pregoeiro	10/04/2023 10:48:19	Senhores licitantes, caso precisem de prorrogação de prazo para o envio dos esclarecimentos queiram solicitar dentro do tempo previsto das 2 horas conforme edital.
Pregoeiro	10/04/2023 10:49:17	por meio do e-mail: cpl.selog.ditec@pf.gov.br, conforme consta em edital.
Pregoeiro	10/04/2023 10:50:46	Chamaremos a próxima colocada para o item 03 para a fase de negociação.
Pregoeiro	10/04/2023 10:51:39	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Prezado(a) licitante, sua proposta está como segunda classificada com melhor lance para o item 02, contudo gostaríamos de saber qual a possibilidade de negociarmos tal valor de forma a melhorar seu preço?
Pregoeiro	10/04/2023 10:51:48	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Aguardamos sua manifestação formal neste chat. O prazo para resposta será de 10 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	10/04/2023 11:03:09	Procederemos com a solicitação de anexo da proposta ajustada, conforme dispõe o Edital.
Sistema	10/04/2023 11:03:31	Senhor fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	10/04/2023 11:18:21	A empresa Shimadzu solicitou prorrogação do prazo conforme e-mail abaixo: "Prezada Comissão de Licitações, bom dia. Recebemos agora os questionamentos referente ao Item 01 do Pregão Eletrônico 03/2023 e conforme o previsto em edital e reforçado via chat, teríamos o prazo de 02 (duas) horas para resposta. ...
Pregoeiro	10/04/2023 11:18:56	..."Contudo, recebemos um enorme volume de questionamentos e não teríamos tempo hábil para esclarecer todos eles num curto período de tempo. Deste modo, gostaríamos de solicitar uma prorrogação de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento e confirmação desta...
Pregoeiro	10/04/2023 11:19:56	...Além disso, gostaríamos de questionar se as nossas respostas deverão ser incluídas na proposta comercial ou se podemos responder por e-mail e anexar o comprovante de resposta via portal? Desde já agradeço e me coloco à disposição. Atenciosamente, Giovana Miquélle Auxiliar de Licitações
Pregoeiro	10/04/2023 11:21:36	Senhores licitantes, solicitamos que todos as respostas quanto aos pedidos de esclarecimento, sejam anexados via portal compras, para que todos os licitantes tenham acesso e desta forma seja cumprido o principio da transparência e publicidade.
Pregoeiro	10/04/2023 11:23:20	Quanto a prorrogação de prazo solicitado pela Empresa Shimadzu, o mesmo será deferido, contado da hora da solicitação.
Sistema	10/04/2023 11:59:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/04/2023 12:02:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	10/04/2023 12:32:27	Senhores licitantes a proposta e o esclarecimento serão encaminhados a área requisitante para a manifestação .Marcaremos o retorno para o dia 12/04 as 10h.
Pregoeiro	10/04/2023 12:32:48	Um ótimo dia a todos
Sistema	11/04/2023 09:52:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58.752.460/0001-56, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/04/2023 10:00:19	Bom dia, Srs.Licitantes. A área já se manifestou acerca da proposta da Pró-Análise.
Pregoeiro	12/04/2023 10:01:15	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Após análise da proposta da empresa PRÓ-ANÁLISE (28318214), verificou-se que a proposta divide as substâncias solicitadas em um conjunto de 26 ampolas, entretanto os dois últimos itens (006 e 007, correspondentes ao produto PN RKCSQQ 201) consistem em MRCs repetidos...

Pregoeiro	12/04/2023 10:01:29	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - ...na tabela de analitos do Termo de Referência. O equívoco foi explicado no documento SEI 28073265, Pergunta 2, transcrito aqui:...
Pregoeiro	12/04/2023 10:01:39	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - [...] Pergunta 2 "Outra dúvida, percebemos que existem vários analitos repetidos conforme a lista abaixo. Devemos considerá-los, porque caso não o MIX será com quantidade inferior."
Pregoeiro	12/04/2023 10:01:56	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Resposta: Desconsiderar os produtos das linhas 63 (Carbamate/Uron Compounds) e 277 (Organonitrogen Compounds), pois eles já estão contemplados em outras linhas da lista. [...]
Pregoeiro	12/04/2023 10:02:06	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Dessa forma, solicitamos a correção da proposta fornecida pela empresa PRÓ-ANÁLISE com a retirada dos itens 006 e 007 e correspondentes ajustes.
Pregoeiro	12/04/2023 10:02:17	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Por fim, solicitamos uma cópia ou modelo do certificado para um dos mixes. O documento deve demonstrar a rastreabilidade dos MRCs ao organismo certificador.
Pregoeiro	12/04/2023 10:04:58	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Salientando, que essa análise manifestada pela área requisitante fora inserida na ABA de AVISOS do compras para que todos os licitantes estivessem cientes."Aviso: (23/03/2023 19:14:01)"
Pregoeiro	12/04/2023 10:08:54	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Outra questão que precisa ser mencionada é a solicitação por parte da área requisitante do Atestado de Capacidade Técnica. Obedecendo ao Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU há possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa...
Pregoeiro	12/04/2023 10:09:47	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - ...promovendo a competitividade e o formalismo moderado.
Pregoeiro	12/04/2023 10:10:56	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Será aberto a convocação de anexo para inserção da proposta retificada e do atestado de capacidade técnica por parte desta empresa. Obedecendo ao prazo já estipulado em Edital.
Sistema	12/04/2023 10:11:23	Senhor fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
00.398.022/0002-32	12/04/2023 10:14:32	Bom dia! Estamos providenciando.
Pregoeiro	12/04/2023 10:17:54	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - ok. Aguardaremos.
Pregoeiro	12/04/2023 10:18:21	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Após análise da resposta da empresa WATERS (28317946), informa-se que as seguintes especificações ainda não ficaram totalmente esclarecidas:
Pregoeiro	12/04/2023 10:18:36	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Item 1. 4. 1 - Devem ser fornecidos duas estações de trabalho, uma voltada para o controle, aquisição e processamento de dados e outra para tratamento de dados - Não está inteligível que a proposta trata de DUAS estações de trabalho.
Pregoeiro	12/04/2023 10:18:50	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Item 1. 4 . 5 - Acompanhar sistema operacional Windows 10 ou superior e pacote office que inclua os aplicativos Word e Excel com licenças vitalícias - Na proposta não consta o fornecimento de pacote office que inclua os aplicativos word e excel.
Pregoeiro	12/04/2023 10:19:01	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Dessa forma, solicitamos o envio de documentação complementar indubitável referente ao descrito acima.
Pregoeiro	12/04/2023 10:19:46	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Abriremos a convocação de anexo para inserção do pedido de diligência feito pela área técnica.
Sistema	12/04/2023 10:20:04	Senhor fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	12/04/2023 10:21:41	Para WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - Tem alguma dúvida Prezado licitante?
Pregoeiro	12/04/2023 10:27:06	Aguardaremos a inserção da documentação complementar e a retificação solicitada. Continuem nos acompanhando via chat.
Sistema	12/04/2023 10:33:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	12/04/2023 10:37:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.158.141/0001-37, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/04/2023 12:09:27	Senhores licitantes, encaminharemos a proposta retificada, anexos e documentos complementares a área requisitante. retornaremos nossas atividades dia 14/04 as 10h. Um ótimo dia a todos.
Pregoeiro	14/04/2023 10:01:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Recebemos a manifestação acerca da proposta retificada, bem como sobre o atestado; e dos documentos complementares encaminhados.
Pregoeiro	14/04/2023 10:02:17	Após análise do documento complementar à proposta da empresa WATERS (2835441), informa-se que os esclarecimentos adicionais apresentados pela empresa estão em conformidade com as especificações solicitadas no Termo de Referência.
Pregoeiro	14/04/2023 10:02:37	Após análise da documentação e da proposta retificada da empresa PRÓ-ANÁLISE (28359212), informa-se que os esclarecimentos adicionais apresentados pela empresa estão em conformidade com as especificações solicitadas no Termo de Referência.
Pregoeiro	14/04/2023 10:03:49	Só mais um minuto, senhores licitantes. Estamos aguardando o Despacho a respeito dos documentos da SHIMADZU.
Pregoeiro	14/04/2023 10:38:15	Continuamos aguardando a análise da área a respeito da empresa SHIMADZU, pedimos que continuem nos acompanhando via chat
Pregoeiro	14/04/2023	Área se manifestou acerca da empresa SHIMADZU

	10:41:56	
Pregoeiro	14/04/2023 10:42:12	Após análise do documento complementar à proposta da empresa SHIMADZU (28323196), informa-se que os esclarecimentos adicionais apresentados pela empresa estão em conformidade com as especificações solicitadas no Termo de Referência...
Pregoeiro	14/04/2023 10:42:23	Com relação ao Item 1. 4. 5 do TR (Precisão de aproximadamente 0,1 nm e resolução espectral máxima de 1,2 nm por diodo), ficou claro nos esclarecimentos adicionais da empresa, que há duas opções de largura de fenda (1,2 e 8nm) e que o equipamento, por padrão de fábrica...
Pregoeiro	14/04/2023 10:42:36	...vem com 8nm e que a resolução espectral para a fenda de 8nm é de 0,6nm/diodo. O equipamento atende ao solicitado pelo TR nesse item específico, entretanto, por entendermos que a fenda de 1,2 favorece uma melhor resolução das bandas espectrais, solicitamos que o detector venha calibrado para a fenda de 1,2nm...
Pregoeiro	14/04/2023 10:42:48	Com relação ao Item 1. 5. 13 (Possuir métodos configurados, para os modos positivo e negativo, quando apropriado, visando análises de interesse toxicológico forense, incluindo fármacos e medicamentos, praguicidas e drogas de abuso, entre outras substâncias. ...
Pregoeiro	14/04/2023 10:42:58	Possuir também um catálogo de transições de MRM para pelo menos 900 compostos), o link fornecido nos esclarecimentos adicionais possibilitou identificar que o banco de dados part number 225-44060-91 contém mais de 2500 compostos, o quê contempla...
Pregoeiro	14/04/2023 10:43:11	o requisito de 900 compostos do TR. Entretanto, não foi possível conferir se o rol de compostos do banco de dados contempla, além dos compostos de interesse da toxicologia forense, os praguicidas e fármacos. Assim, caso o banco de dados ofertado...
Pregoeiro	14/04/2023 10:43:22	não contemple os grupos de substâncias citados, sugere-se que a proponente avalie acrescentar à proposta os seguintes pacotes a) LC/MS/MS Method Package for Residual Pesticide Ver. 3; b) LC/MS/MS Method Package for Water Quality Analysis e c) LC/MS/MS Rapid Toxicology Screening System Ver.3....
Pregoeiro	14/04/2023 10:43:33	Com relação ao Item 1.2.3 (A interface não deve possuir componentes consumíveis que exija substituição com frequência igual ou inferior a dois anos, considerando uso frequente em rotina), sabendo-se que o equipamento proposto possui como consumível o capilar,...
Pregoeiro	14/04/2023 10:43:44	e ainda que a proposta prevê o fornecimento de 03 capilares extras (225-14948-91), sugere-se à proponente avaliar o acréscimo de 01 capilar extra, totalizando 04,...
Pregoeiro	14/04/2023 10:43:52	levando em consideração a participação da PF em projetos como o Cloacina, que analisa matrizes de esgoto, extremamente sujas, além das matrizes ambientais de forma geral.
Sistema	14/04/2023 11:23:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/04/2023 11:24:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/04/2023 às 11:55:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/03/2023 10:54:43	
Abertura da sessão pública	31/03/2023 10:00:04	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	31/03/2023 10:52:02	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/04/2023 11:23:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/04/2023 11:24:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/04/2023 às 11:55:00.

Data limite para registro de recurso: 19/04/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 24/04/2023.

Data limite para registro de decisão: 01/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:01 horas do dia 14 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

JULIANA PRIMO FEITOZA
Equipe de Apoio


[Voltar](#)

