



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 200406 - DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA/DPF
PREGÃO 90008/2025

Às 14:10 horas do dia 30 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08201000626202528, Pregão nº 90008/2025.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | DF |
| Objeto da compra: | Aquisição de equipamentos para o laboratório de genética forense da Polícia Federal e aquisição de insumos dedicados, para os equipamentos que funcionam somente com insumos do mesmo fabricante. | | |
| Entrega de propostas: | De 25/11/2025 às 08:00 até 08/12/2025 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 08/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/12/2025 às 10:00:12 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:00:47 | Bom dia, Senhores Licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 90008/2025, da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:00:57 | É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:01:10 | Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado. Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:01:23 | As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:02:19 | A abertura se dará às 10h05 (horário de Brasília/DF). Boa sessão a todos! |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:59:32 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:59:32 | Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021. |
| Sistema | 08/12/2025 às 11:01:29 | Srs. Licitantes, informo que iniciaremos neste momento a negociação de preços. |
| Sistema | 08/12/2025 às 11:25:38 | Srs. Licitantes, atenção ao chat e aos prazos. |
| Sistema | 08/12/2025 às 11:28:00 | Procederemos com a negociação do Grupo 2. Atenção ao chat. |
| Sistema | 08/12/2025 às 11:33:50 | Srs. Licitantes, atenção ao chat e aos prazos. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/12/2025 às 11:57:42 | Srs. Licitantes, para fins de esclarecimento, foram apresentados valores com indício de inexequibilidade para o item 1 e grupos 1 e 2. O edital prevê que lances inferiores a 50% do valor orçado se enquadram nessa situação e possibilita ao pregoeiro a formalização de diligências para comprovação de exequibilidade. |
| Sistema | 08/12/2025 às 11:58:10 | Observem os itens 8.7 a 8.9 do edital. |
| Sistema | 08/12/2025 às 11:59:36 | Portanto, as empresas LOCCUS e BIOMEDICA (melhores classificadas) foram convocadas para envio de propostas e documentação que comprove tal condição. |
| Sistema | 08/12/2025 às 12:00:30 | O prazo para envio de proposta e documentação será até 15h de hoje. Prorrogáveis mediante solicitação, após análise crítica do pregoeiro. |
| Sistema | 08/12/2025 às 12:01:18 | Peço a atenção de todos os instrumentos que vinculam esse certame (edital e anexos) e se atentem aos prazos e convocação nos sistema. |
| Sistema | 08/12/2025 às 12:02:44 | Considerando o intervalo de almoço, iremos suspender a sessão até 15h. As empresas convocadas podem solicitar seus pedidos de prorrogação durante esse período, caso necessário. |
| Sistema | 08/12/2025 às 12:03:00 | Bom almoço a todos. Até mais tarde! |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:00:09 | Boa tarde, Srs. Licitantes! |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:00:44 | Informo que foram recebidas as propostas das empresas LOCCUS e BIOMEDICA. |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:01:41 | A empresa LOCCUS encaminhou notas fiscais dos itens ofertados, as quais serão analisadas em sede de diligência como comprovantes de exequibilidade de preços junto à proposta. |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:02:26 | A empresa BIOMEDICA enviou planilha de custos, a qual será analisada em sede de diligência como comprovante de exequibilidade de preços junto à proposta. |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:03:29 | Considerando a especificação técnica dos objetos e valendo-se do disposto no item 8.10 do edital: |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:03:44 | "8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto." |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:04:24 | A documentação foi encaminhada ao setor responsável (SERVIÇO DE PERÍCIAS EM GENÉTICA FORENSE - SEPGF/DPLAD/INC/DITEC/PF). |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:05:15 | Foi solicitado prazo para análise complementar, portanto a sessão será suspensa até amanhã, 9/12/2025, com retomada agendada para 10h (horário de Brasília/DF). |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:06:24 | Estejam todos online no horário combinado para acompanhamento das fases ou para convocações em possíveis diligências. |
| Sistema | 08/12/2025 às 15:06:39 | Boa tarde a todos! Até amanhã! |
| Sistema | 09/12/2025 às 10:00:26 | Bom dia, Srs. Licitantes! |
| Sistema | 09/12/2025 às 10:00:41 | Informo que foi solicitado, por parte do demandante, tempo adicional para verificação das propostas apresentadas em conformidade com condições do edital. Portanto, pedimos desculpas e a compreensão dos participantes. |
| Sistema | 09/12/2025 às 10:01:23 | A sessão será novamente suspensa, com retomada hoje, 9 de dezembro de 2025, às 15h (horário de Brasília). |
| Sistema | 09/12/2025 às 10:01:58 | Solicito que estejam online, no horário estabelecido, e acompanhem o chat. Bom almoço a todos. Até mais tarde. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:00:14 | Boa tarde, Srs. Licitantes. Retomando a sessão, após dilação de prazo. Novamente pedimos desculpas. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:01:14 | Informo que a documentação apresentada pelas empresas LOCCUS e BIOMEDICA foram devidamente analisadas pelo setor competente. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:01:31 | Atenção ao chat. A manifestação emitida será transcrita a seguir: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 09/12/2025 às 15:02:47 | "ITEM DE COMPRA 01 (EQUIPAMENTO AGITADOR TÉRMICO): O fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08 ofertou o melhor lance de acordo com o despacho CPL/DILOG/DITEC/PF (143856201). Ocorre que na análise do produto ofertado na Proposta Final do fornecedor (Arquivo enviado Proposta Final - PE 90008.2025.pdf), qual seja, BANHO SECO COM AQUECIMENTO E AGITAÇÃO modelo DBH-S, [...]" |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:03:01 | [...] bem como na análise de informações sobre este equipamento no site da empresa (https://www.loccus.com.br/), na aba DESCRIÇÃO, foram encontradas divergências ou insuficiências em relação ao descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA: |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:03:25 | A PROPOSTA FINAL do fornecedor NÃO demonstrou a capacidade de programação do equipamento exigida pela descrição do TERMO DE REFERÊNCIA (Programação: 09 programas de até 06 steps cada). O documento apresentado pelo fornecedor (Arquivo enviado: Loccus - Catalogo - DB-HS 1.1.1.pdf) afirma a possibilidade de somente cinco etapas (....Programação: Permite programar um ciclo com até 5 etapas com diferentes temperaturas e velocidades de agitação). |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:03:59 | A PROPOSTA FINAL do fornecedor NÃO demonstra que virão inclusos os três blocos solicitados no descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA [Deve incluir, obrigatoriamente, os seguintes termoblocos (adaptadores): para microtubos de 1,5 mL (ou de 1,5 a 2,0 mL) / para tubos tipo 'Falcon' de 15 mL /para tubos tipo 'Falcon' de 50 mL]. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:04:13 | Na proposta (Arquivo enviado Proposta Final - PE 90008.2025.pdf) consta somente incluso o bloco para tubos de 1,5mL sugerindo que os blocos de 15mL e 50mL deveriam ser adquiridos à parte, como itens adicionais. Tal fato restou confirmado no site da empresa (https://www.loccus.com.br/), na aba DESCRIÇÃO do equipamento, que traz a informação ' O banho DB-HS inclui: um bloco de amostras, à escolha do cliente;' |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:04:26 | A PROPOSTA FINAL do fornecedor NÃO demonstra qualquer menção quanto à calibração do equipamento, questão esta, solicitada no descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (certificado de calibração para temperatura com data inferior a três meses na ocasião da entrega). |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:05:00 | Ainda, em buscas sobre informações do equipamento BANHO SECO COM AQUECIMENTO E AGITAÇÃO DBH-S no site da empresa (https://www.loccus.com.br/), na aba DESCRIÇÃO do equipamento (acostado ao processo sob nº SEI 143873234), afirma expressamente que o equipamento é somente utilizado para fins de pesquisa, ' ..Produto destinado exclusivamente à utilização em pesquisa científica.. '. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:05:47 | Ademais, o documento apresentado pelo fornecedor (Arquivo enviado: Loccus - Catalogo - DB-HS 1.1.1.pdf) afirma as aplicações do equipamento ("Banho tipo bloco seco com agitação (thermoshaker), compatível com diversos procedimentos e protocolos laboratoriais, tais como: [...]" |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:06:03 | [...] conservação de amostras e enzimas em temperatura programada, precipitação de proteínas, ensaios e análises enzimáticas, incubação, desnaturação, ensaios com ácidos nucleicos, procedimentos in situ, entre outros"). Sobre este aspecto, cabe salientar que este setor demandante necessita de equipamento prioritariamente para exames e validações de natureza forense. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:06:25 | GRUPO 01 (ITENS DE COMPRA 02; 03 E 04): O ITEM DA COMPRA 02 se refere ao equipamento FLUORÍMETRO; o ITEM DA COMPRA 03 se refere a insumos para quantificação de DNA; o ITEM DA COMPRA 04 se refere a insumos para quantificação de RNA. Cabe salientar que, pelo fato de comporem um grupo de aquisição, os três itens devem ser adquiridos de um único fornecedor e devem ser do mesmo fabricante. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:06:38 | De acordo com o despacho CPL/DILOG/DITEC/PF (143856201), o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08 ofertou o melhor lance para o GRUPO 01. Ocorre que, novamente, pela análise da Proposta Final do fornecedor (Arquivo enviado Proposta Final - PE 90008.2025.pdf) foram encontradas divergências ou insuficiências em relação ao descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA: |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:06:51 | O equipamento ofertado pela fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, através da Proposta Final (Arquivo enviado Proposta Final - PE 90008.2025.pdf), é o Fluorímetro modelo FLUORQUANT. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:07:04 | As informações ofertadas demonstram que este equipamento atende este requisito quanto à quantificação de dsDNA, pois a sensibilidade do FLUORQUANT é de 0,5pg/ul para dsDNA e a sensibilidade exigida no TERMO DE REFERÊNCIA é: (Capaz de quantificar amostras tão diluídas quanto 0,1 ng/μL de dsDNA e 5 ng/ μL de RNA (ou até mesmo concentrações inferiores). Entretanto, não foram apresentadas informações relativas a quantificação de RNA. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 09/12/2025 às 15:07:14 | Apesar do fornecedor ter encaminhado documento que demonstra que o FLUORQUANT aparentemente realiza a quantificação de RNA (Arquivo enviado Lamina_FluorQuant_Locus.pdf), a proposta NÃO traz nenhuma menção quanto a funcionalidade do equipamento FLUORQUANT em relação à quantificação de RNA e também nada diz sobre a sensibilidade do equipamento em relação à quantificação de RNA. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:07:33 | Ainda sobre o equipamento FLUORQUANT, a Proposta Final (Arquivo enviado Proposta Final - PE 90008.2025.pdf) NÃO faz qualquer menção quanto à capacidade do equipamento para a configuração pré-programadas, conforme descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (...Com configurações pré-programadas para sistemas de corantes específicos (kits) fluorescentes específicos para o equipamento). |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:07:42 | Também, a Proposta Final NÃO traz informações sobre a capacidade do equipamento para calcular automaticamente as concentrações, requisito este, previsto no descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (... Calcula a concentração automaticamente;) (...Com calculadoras integradas;). |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:08:16 | Sobre os insumos para o equipamento Fluorímetro, a Proposta Final do fornecedor (Arquivo enviado Proposta Final - PE 90008.2025.pdf), apresentou, em seus itens 03 e 04 somente insumos (kits) somente para quantificação de dsDNA e ssDNA, mas NÃO apresentou kits para quantificação de RNA, sendo esta, uma exigência do descritivo do Termo de Referência, [...] |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:08:45 | [...] pois se trata de um GRUPO DE AQUISIÇÃO (equipamento fluorímetro + kits quantificação de DNA + kits quantificação de RNA), e por este motivo, os insumos de quantificação de RNA deverão ser obrigatoriamente ofertados pelo mesmo fornecedor." |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:09:47 | Prezados, a transcrição refere-se o item 1 e ao grupo 1, ambos analisados mediante proposta da empresa LOCCUS. Segue a análise do grupo 2, ofertado pela empresa BIOMEDICA: |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:10:06 | "GRUPO 02 (ITENS DE COMPRA 05 E 06): O ITEM DA COMPRA 05 se refere ao equipamento PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA FORENSE; o ITEM DA COMPRA 06 se refere a REAGENTES (KITS) PARA UTILIZAÇÃO NA PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA FORENSE. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:10:15 | O fornecedor BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.299.509/0001-40 ofertou o melhor lance de acordo com o despacho CPL/DILOG/DITEC/PF (143856201). Na análise dos documentos encaminhados pelo fornecedor, foram encontradas divergências ou insuficiências em relação ao descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA: |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:10:40 | Em relação ao ITEM DA COMPRA 05, o equipamento ofertado, qual seja, INSTA NX®Mag16(Automated Nucleic Acid Extractor), o documento ofertado pelo fornecedor (Arquivo enviado 3. IFU- r. 81504790338.pdf) demonstra que este modelo de equipamento é utilizado como dispositivo médico para diagnóstico in vitro de doenças (" O Insta NX® Mag 16 Automated Nucleic Acid Extractor destina-se ao uso, em combinação com kits de reagentes HiMedia, [...] |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:10:58 | [...] como um dispositivo médico de diagnóstico in vitro (IVD) para realizar o isolamento automatizado do ácido nucleico. O ácido nucleico isolado das amostras humanas usando o Instrumento Insta NX é adequado para análise direta de determinadas doenças infecciosas como dengue, HBV etc. por métodos de amplificação padrão"). |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:11:16 | Tal documento não faz qualquer menção da adequação do equipamento para uso forense. Cabe salientar que o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA contém o comando (A critério da Administração, o fabricante ou fornecedor deverá comprovar a efetiva utilização do equipamento em laboratórios forenses no Brasil). |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:11:25 | Portanto, solicita-se ao fornecedor BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, a comprovação do uso deste equipamento para os fins propostos por este setor demandante. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:11:37 | Em relação ao ITEM DA COMPRA 06, que trata do insumo da Plataforma de Extração de DNA, o documento fornecido (Arquivo enviado IFU.pdf) demonstra que o uso deste insumo é para uso clínico "Conjunto Clínico Multifuncional de Purificação de Ácido Nucleico Pré preenchido HiPurA® (Cartuchos) e "1x PF16E- Cartuchos Pré-cheios para Purificação Clínica Multiuso". |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:11:57 | O documento que demonstra a consulta à ANVISA (Arquivo enviado: ANVISA KIT DE EXTRACAO.pdf) também demonstra o uso clínico do equipamento e dos insumos " IFU_Conjunto Clínico Multifuncional de Purificação de Ácido Nucleico Pré preenchido HiPurA". |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 09/12/2025 às 15:12:10 | Quanto à Proposta Consolidada (Arquivo enviado PROPOSTA CONSOLIDADA PE 9008_25.pdf), o descritivo dos insumos do equipamento demonstram claramente que não são para uso forense, pois a extração de DNA de plasma, soro e camada leucocitária é, para fins clínicos, que tecnicamente servem para a extração de amostras com quantidade elevada de DNA, [...] |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:12:21 | [...] ou seja, para uso diverso quando comparado ao uso forense, que frequentemente necessita de extração de DNA de vestígios biológicos com baixas ou baixíssimas concentrações de DNA. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:12:48 | Em relação a análise crítica de preços, este setor demandante esclarece que, o motivo dos valores ofertados durante o pregão eletrônico terem sido consideravelmente menores que os valores de referência estimados e construídos no TERMO DE REFERÊNCIA e no MAPA COMPARATIVO DE PREÇO, [...] |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:13:01 | [...] é o fato de que os equipamentos e insumos ofertados não se prestam ao uso forense pretendido pela aquisição, esclarecendo que equipamentos e insumos para uso em análises clínicas e pesquisa científica são equipamentos de menor sensibilidade e tecnologia agregada que somente conseguem trabalhar com amostras clínicas com grande quantidade de DNA, como fluidos, sangue, plasma. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:13:13 | Portanto, estes equipamentos e insumos para uso clínico são menos onerosos, o que explica as ofertas abaixo dos valores de referência estimados no MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS. Já os equipamentos e insumos específicos para uso forense, que possui mercado mais restrito, são capazes de trabalhar com amostras biológicas com baixíssimas concentrações de DNA ou com DNA degradado, e portanto são equipamentos e insumos de alto valor agregado. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:13:26 | Logo, os valores construídos no TERMO DE REFERÊNCIA e no MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, refletem os valores de referência reais para equipamentos de uso forense." |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:14:46 | Srs. Licitantes, conforme análise da área técnica, os produtos ofertados pelas empresas LOCCUS e BIOMEDICA NÃO ATENDEM ao edital e anexos. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:15:20 | Solicitarei a ciência dos fornecedores envolvidos e procederemos com as demais convocações. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:15:29 | Atenção ao chat! |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:22:25 | Srs. Licitantes, os fornecedores LOCCUS e BIOMEDICA foram comunicados via chat. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:23:03 | Procederemos com a desclassificação. Atenção ao sistema. Novas convocações serão efetuadas. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:28:05 | Atenção ao chat. Convocação para negociação em todos os itens/grupos. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:52:58 | Srs. Licitantes, estamos com prazo aberto para envio de anexos de propostas e comprovantes de exequibilidade de preços. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:55:15 | A empresa PROMEGA solicitou prorrogação de prazo, foi concedido tempo adicional até 10h de amanhã (10/12/2025). As empresas LOCCUS e BIO RESEARCH têm prazo até 18h, prorrogável mediante solicitação dentro do prazo inicial estabelecido. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:56:13 | Assim, suspenderemos a sessão até amanhã, 10 de dezembro de 2025. Com retomada às 10h. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:57:07 | O pregoeiro permanecerá online apenas para averiguação de pedidos de prorrogação de prazos e coleta de documentos anexados até o fim do dia. |
| Sistema | 09/12/2025 às 15:57:29 | Bom descanso a todos. Até amanhã! |
| Sistema | 09/12/2025 às 18:02:57 | Efetuamos a prorrogação de prazo para empresa PROMEGA, conforme solicitação dentro do prazo. A documentação do fornecedor LOCCUS foi devidamente recebida e será encaminhada para análise. |
| Sistema | 09/12/2025 às 18:03:26 | Retomada da sessão: 10/12/2025, às 10h. Boa noite! |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:01:15 | Bom dia, Srs. Licitantes! |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:02:38 | Informo que as propostas das empresas PROMEGA e LOCCUS estão em posse da área técnica. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:04:53 | Foi solicitado tempo adicional para manifestação do demandante. Informarei em breve o horário em que as análises estarão disponíveis no chat. Enquanto isso, prosseguirei com a convocação para o item 1. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:04:58 | Atenção ao chat. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 10/12/2025 às 10:12:18 | Srs. Licitantes, estamos aguardando a manifestação da empresa BIO RESEARCH para o item 1. Prazo até 10h20. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:13:04 | Em caso de falta de interação, haverá convocação dos demais interessados. Por favor, aguardem. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:16:53 | Prezados, considerando o princípio do formalismo moderado e da vantajosidade para a Administração Pública, foi aberto prazo de duas horas para envio da proposta para o item 1, junto à empresa BIO RESEARCH. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:19:04 | A área demandante nos informará em breve o horário para disponibilização da análise técnica. Por favor, aguardem mais alguns minutos. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:26:34 | Srs., aguardem mais alguns instantes. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:33:33 | Srs., agradeço a espera. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:33:41 | Foi identificada uma falha passível de correção na proposta da empresa PROMEGA. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:33:59 | Haverá convocação em diligência para correção e esclarecimentos. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:34:05 | Atenção ao chat. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:41:17 | Aguardem um instante, por favor. Estão trabalhando no texto da diligência. |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:45:58 | Só mais um instante, Senhores(as). |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:51:59 | Segue a análise da proposta da PROMEGA: |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:52:20 | A proposta da empresa PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 11.909.227/0001-70 (Arquivo enviado PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA.pdf) possui inconsistência no descritivo, impedindo a análise técnica do objeto: O ITEM 03 DA COMPRA (que também é o item 03 da proposta do fornecedor), trata do INSUMO PARA |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:52:50 | [...] O ITEM 04 DA COMPRA (que também é o item 04 da proposta do fornecedor), trata do INSUMO DE QUANTIFICAÇÃO DE RNA. Ocorre que a maior parte do descritivo do ITEM 03 DA COMPRA, discorre sobre quantificação de RNA, quando deveria discorrer sobre as características do produto para a quantificação de DNA." |
| Sistema | 10/12/2025 às 10:53:43 | Srs.. atenção à convocação de diligência. |
| Sistema | 10/12/2025 às 11:00:37 | Quanto à proposta da empresa LOCCUS, ainda não há posicionamento do demandante. |
| Sistema | 10/12/2025 às 11:02:32 | Srs., pedimos desculpas pela demora. Iremos suspender a sessão, já que os prazos para diligência e envio de proposta estão abertos. Retomada às 15h para prosseguimento das fases ou novas convocações. Bom almoço a todos. Até mais tarde. |
| Sistema | 10/12/2025 às 11:42:31 | Documento recebido. Seguirá para reanálise. Retomada às 15h. Até mais! |
| Sistema | 10/12/2025 às 11:54:36 | Proposta recebida. Seguirá para análise. Retomada às 15h. Até mais! |
| Sistema | 10/12/2025 às 15:00:29 | Boa tarde, Srs. Licitantes! |
| Sistema | 10/12/2025 às 15:01:02 | Informo que foi solicitado prazo adicional para análise da documentação apresentada pelas três empresas classificadas. |
| Sistema | 10/12/2025 às 15:01:51 | A sessão será novamente suspensa. Retomada amanhã, 11/12/2025, às 10h. |
| Sistema | 10/12/2025 às 15:02:17 | Bom descanso a todos! Até amanhã! |
| Sistema | 11/12/2025 às 10:00:31 | Bom dia, Srs. Licitantes! Informo que foi solicitado tempo adicional para análise das três propostas. Sessão suspensa novamente. Será retomada hoje, 11/12/2025, às 15h. Bom dia a todos e até mais tarde. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:00:11 | Boa tarde, Srs. Licitantes. Retomando a sessão. Pedimos desculpas pela demora. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:01:03 | Informo que as propostas das empresas BIO RESEARCH, LOCCUS e PROMEGA foram analisadas pelo setor técnico. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:01:13 | Atenção ao chat. A manifestação emitida será transcrita a seguir: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 11/12/2025 às 15:02:49 | "ITEM DE COMPRA 01 (EQUIPAMENTO AGITADOR TÉRMICO): O fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46 ofertou o segundo melhor lance. Ocorre que na análise do produto ofertado na Proposta Final do fornecedor (Arquivo enviado Proposta.pdf), qual seja, AGITADOR TÉRMICO DIGITAL DE BANCADA MODELO MTC-100, foram encontradas divergências e/ou insuficiências conforme TR: |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:03:17 | A PROPOSTA FINAL do fornecedor NÃO demonstrou a capacidade de programação do equipamento exigida pela descrição do TERMO DE REFERÊNCIA (Programação: 09 programas de até 06 steps cada). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:03:22 | O documento apresentado pelo fornecedor (Arquivo enviado: MTC-100 NOVO - Manual.pdf) afirma a possibilidade de construção de até quatro programas somente ("The instrument can implement 4 programs as S1-S2/ S1-S2-S3/ S1-S2-S3-S4/ S1-S2-S3-S4-S5"), e ainda, mesmo o programa de maior complexidade (S1-S2-S3-S4-S5), não atinge o número de passos (steps) solicitados no descritivo supracitado do TERMO DE REFERÊNCIA (06 steps). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:04:05 | A PROPOSTA FINAL do fornecedor (Arquivo enviado: Proposta.pdf) não faz qualquer menção à calibração externa exigida pelo descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (certificado de calibração para temperatura com data inferior a três meses na ocasião da entrega). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:04:14 | Cabe salientar, que o documento (Arquivo enviado: MTC-100 e MTH-100.pdf) cita sobre a função de calibração interna do equipamento (7. Built-in temperature calibration function and short mix function) entretanto esta calibração interna não oferece a acurácia desejada para o uso no laboratório deste setor demandante. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:05:20 | Portanto, a proposta do fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA para o ITEM DA COMPRA 01 foi rejeitada por incompatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:06:54 | GRUPO 1 (ITENS DE COMPRA 02; 03 E 04): Após a apresentação da proposta retificada, o fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ofertou o Fluorímetro modelo Quantus™ Fluorometer para o ITEM DA COMPRA 02; QuantiFluor® ONE dsDNA System para o ITEM DA COMPRA 03 e o QuantiFluor® RNA System para o ITEM DA COMPRA 04. Em sede da nova análise da proposta retificada, este setor demandante tem a esclarecer: |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:07:05 | Em relação ao EQUIPAMENTO FLUORÍMETRO (Quantus™ Fluorometer), as informações ofertadas no documento (Arquivo enviado CATALOGO GRUPO 1 - ITEM 2 - E6150.pdf) demonstram que este equipamento atende, de forma geral, ao descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:07:44 | Ainda, de forma específica, atende aos requisitos de configurações pré-programadas ("O Quantus™ Fluorometer é programado nas funções para os reagentes QuantiFluor® Dye Systems (QuantiFluor® dsDNA, RNA and ssDNA Systems) para a quantificação de ácido nucleicos e também permite ao usuário a flexibilidade de criar seus próprios métodos e quantificações com outros reagentes"), conforme descritivo solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA [...] |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:08:13 | [...] (...Com configurações pré-programadas para sistemas de corantes específicos (kits) fluorescentes específicos para o equipamento). Também, o mesmo documento traz informações sobre a capacidade do equipamento para calcular automaticamente as concentrações ("Coloque a amostra desconhecida no suporte do tubo e feche a tampa. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:08:25 | O instrumento medirá automaticamente a fluorescência quando a tampa está fechada e a concentração calculada de ácido nucleico será exibida"), requisito este, previsto no descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (... Calcula a concentração automaticamente;) (...Com calculadoras integradas;). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:08:40 | Cabe salientar que de acordo com a Proposta (Arquivo enviado PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA.pdf) o fornecedor afirma a adequação do uso do equipamento para fins forenses: "... adequado para rotinas de laboratórios de pesquisa, diagnóstico de apoio (RUO) e laboratórios de genética/forense". |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:08:48 | Não menos importante, o equipamento, através dos seus insumos (vide análise abaixo), atendem aos parâmetros de sensibilidade nas diluições para quantificação de dsDNA e de RNA requisitados no TERMO DE REFERÊNCIA. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 11/12/2025 às 15:09:29 | Em relação ao KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE DNA (QuantiFluor® ONE dsDNA System) de acordo com a Proposta (Arquivo enviado PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA.pdf) este insumo atende o requisito quanto à quantificação de dsDNA, pois a faixa de sensibilidade do QuantiFluor® ONE dsDNA System abrange a concentração 0,1ng/ul para dsDNA ("Faixa recomendada de uso do QuantiFluor® ONE dsDNA System (com 1L de amostra em 200L de ensaio): |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:09:39 | 0,1 a 400 ng/L de dsDNA.") e a sensibilidade exigida no TERMO DE REFERÊNCIA é: (Capaz de quantificar amostras tão diluídas quanto 0,1 ng/μL de dsDNA....). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:09:52 | Em relação ao KIT DE QUANTIFICAÇÃO DE RNA (QuantiFluor® RNA System) de acordo com a Proposta (Arquivo enviado PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA.pdf) este insumo atende o requisito quanto à quantificação de RNA, pois a faixa de sensibilidade do QuantiFluor® RNA System abrange a concentração 0,1ng/ul para RNA ("Faixa recomendada de uso do QuantiFluor® RNA System (com 1L de amostra em 200L de ensaio): |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:10:00 | 0,1 a 500 ng/L de RNA.") e a sensibilidade exigida no TERMO DE REFERÊNCIA é: (Capaz de quantificar amostras tão diluídas quanto [...] e 5 ng/μL de RNA (ou até mesmo concentrações inferiores). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:10:20 | Em relação ao GRUPO 01 DA COMPRA (ITENS DA COMPRA 02, 03 e 04) o somatório do valor total dos três itens ofertados pela empresa PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA [ITEM 02 DA COMPRA (Valor total para duas unidades R\$ 24.000,00); ITEM 03 DA COMPRA (Valor total para duas mil unidades R\$ 18.000,00); ITEM 04 DA COMPRA (Valor total para duas mil unidades R\$ 21.000,00)] tem como resultado, o montante de R\$ 63.000,00. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:10:36 | O somatório dos valores estimados construídos no TERMO DE REFERÊNCIA [ITEM 02 DA COMPRA (Valor total para duas unidades R\$ 54.802,6100); ITEM 03 DA COMPRA (Valor total para duas mil unidades R\$ 24.424,60); ITEM 04 DA COMPRA (Valor total para duas mil unidades R\$ 23.801,60)] resultam no montante de R\$ 103.028,81. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:10:42 | Considerando o dispositivo 8.7 do edital "8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração." os valores ofertados pela fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA são exequíveis pois corresponde a mais de 50% dos valores construídos no TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:11:12 | Assim, a proposta do fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA para o GRUPO 01 (ITENS 2, 3 e 4) DA COMPRA foi aceita pela compatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:13:18 | GRUPO 02 (ITENS DE COMPRA 05 E 06): O ITEM DA COMPRA 05 se refere ao equipamento PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA FORENSE; o ITEM DA COMPRA 06 se refere a REAGENTES (KITS) PARA UTILIZAÇÃO NA PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA FORENSE. O fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08 ofertou o segundo melhor lance. Na análise dos documentos encaminhados pelo fornecedor, foram encontradas divergências ou insuficiências em relação ao TR: |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:13:40 | Em relação ao EQUIPAMENTO PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA (EXTRACTA® 16 IVD), o documento ofertado pelo fornecedor (Arquivo enviado Proposta Item 5 e 6 - PE 90008.2025.pdf), não faz qualquer menção sobre a aplicabilidade forense do equipamento nem sobre a capacidade de extração de amostras com pequenas quantidades de DNA (e.g., DNA traço/touch DNA) ... |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:14:59 | ...ou com DNA degradado, que são situações rotineiras na extração de DNA de vestígios biológicos para fins forenses. O modelo, inclusive traz a sigla IVD, que em pesquisa na internet, significa (in vitro diagnostic) sugerindo que o uso do equipamento é afeto as áreas da medicina, diagnóstico e análises clínicas, onde a extração é provida de amostras com grande quantidade de DNA. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:15:09 | Cabe salientar que o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA contém o comando (A critério da Administração, o fabricante ou fornecedor deverá comprovar a efetiva utilização do equipamento em laboratórios forenses no Brasil). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:15:17 | Ainda, o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA traz os dizeres (Plataforma automatizada de extração e isolamento de DNA genômico total de amostras forenses). Também o catálogo encaminhado pelo fornecedor (Arquivo enviado Loccus - Catalogo - Extracta 16 1.1.2.pdf), não se faz qualquer menção ao uso e validações forenses do equipamento. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 11/12/2025 às 15:15:45 | Em relação ao INSUMO PARA PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA (Extracta® KIT - DNA e RNA DE PATÓGENOS - MPTA MDx), o documento ofertado pelo fornecedor (Arquivo enviado Proposta Item 5 e 6 - PE 90008.2025.pdf) também sugere que tal insumo é adequado para uso clínico e de diagnósticos e não para uso forense, pois traz a informação que o reagente MPTA-PU16-B MDx é um produto IVD, que, como anteriormente informado, é sigla para IN VITRO DIAGNOSTIC ... |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:16:02 | ... demonstrando o uso clínico e para diagnóstico, não somente do equipamento mas também do referido insumo. A indicação do produto como sendo IVD (in vitro diagnostic) também está presente no documento ofertado pelo fornecedor (Arquivo enviado EXTRACTA®-KIT-DNA-e-RNA-de-PATOGENOS-MDx-MPTA-MDx-PU08_16.pdf). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:16:10 | Este documento também informa o uso do kit para agentes patogênicos ("O EXTRACTA® KIT MPTA MDx para extração de DNA e RNA de Patógenos é apresentado em placas deepwell de 96 poços fundos....."). Ainda, o próprio nome do produto indica a especialidade para uso relacionado a agentes patogênicos (Arquivo enviado Proposta Item 5 e 6 - PE 90008.2025.pdf e EXTRACTA®-KIT-DNA-e-RNA-de-PATOGENOS-MDx-MPTA-MDx-PU08_16.pdf). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:16:37 | Este último demonstram os diversos tipos de amostras passíveis de processamento pelo insumo Extracta® KIT - DNA e RNA DE PATÓGENOS - MPTA MDx (Tipos de amostras: Soro, plasma, sangue total, swabs (nasofaríngeo, orofaríngeo e outros), saliva, suspensão em PBS, suspensões em solução salina, meio de transporte viral, lavado bronco alveolar, escarro, líquidos cavitários, ... |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:16:48 | LCR (líquor), fezes, fluidos corpóreos, material citológico, aspirado respiratório, tecidos diversos - raspado epitelial, raspado de contato, biópsia, músculos; hemocultura, caldo de cultura, suspensão, placa de cultura, esporos e artrópodes, Vírus (DNA e RNA), protozoários, helmintos, fungos e bactérias (Gram positivas e Gram negativas), todas elas, corroborando a sugestão de uso clínico e para diagnósticos, e não, para uso forense. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:16:58 | Cabe salientar que amostras biológicas para uso clínico e para fins de diagnósticos, possuem grande quantidade de DNA e portanto, os equipamentos não possuem alta sensibilidade à pequenas concentrações de material genético ou a material genético degradado. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:17:06 | A plataforma de extração de DNA pretendida na presente aquisição, deverá ser validada para uso forense, ou seja, deverá possuir alta sensibilidade para diminutas concentrações de DNA e ainda para material genético degradado, que, conforme informado anteriormente, faz parte da rotina das análises genéticas de vestígios biológicos para fins forenses. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:17:52 | Em conclusão, a proposta do fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA para o GRUPO 02 (ITENS 5 e 6) DA COMPRA, foi rejeitada por incompatibilidade técnica." |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:19:17 | Srs. Licitantes, em resumo, a proposta da empresa PROMEGA (G1) foi considerada aceita e exequível e as propostas dos fornecedores LOCCUS (G2) e BIO RESEARCH (item 1) foram recusadas por incompatibilidades técnicas com o TR. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:20:46 | Atenção, novas convocações serão realizadas. Os licitantes desclassificados serão comunicados para ciência no chat junto à empresa. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:23:18 | Procederei com a desclassificação no sistema. Atenção às convocações. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:25:42 | Convocação dos terceiros colocados para apresentação de proposta. Atenção ao chat. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:33:21 | Srs. Licitantes, com a desclassificação da empresa BIO RESEARCH no item 1, ocorreu cenário de empate ficto entre as demais colocadas. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:34:59 | Irei convocar as empresas via chat para agendar o horário para disputa final (apenas para o item 1). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:35:05 | Atenção ao chat. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:38:30 | Srs. Licitantes, a previsão de disputa final para situação de empate consta no item 7.20 do edital, transcrito a seguir: |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:38:56 | "7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 7.20.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;" |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:40:53 | Srs. Licitantes, a disputa final para o item 1 ocorrerá às 16h de hoje (horário de Brasília/DF). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 11/12/2025 às 15:46:32 | Em 15 minutos ocorrerá a disputa final para o item 1 (16h). |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:52:52 | Proposta para o G2 recebida. Será encaminhada para análise. |
| Sistema | 11/12/2025 às 15:53:35 | Peçam que aguardem logados. A disputa final para o item 1 (empate) ocorrerá em alguns minutos. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:00:03 | Atenção à disputa final para o item 1. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:05:41 | Atenção às convocações para o item 1. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:21:54 | Srs. Licitantes, considerando a convocação de anexo para o item 1 e o envio da proposta do G2 para a área demandante, procederemos com a suspensão da sessão até amanhã, 12/12/2025, às 15h (prazo solicitado para manifestação quanto à proposta). |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:22:52 | O aceite da proposta do G1, com a empresa PROMEGA (já aprovada) se dará amanhã no horário combinado. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:23:07 | Bom descanso a todos e até amanhã. |
| Sistema | 11/12/2025 às 17:49:55 | Proposta recebida. Será encaminhada para análise técnica. Retomada amanhã, 12/12/2025, às 15h. Bom descanso a todos. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:00:14 | Boa tarde, Srs. Licitantes. Retomando a sessão, conforme combinado. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:00:32 | Informe que as propostas apresentadas pelas empresas PROMEGA e SINTESE foram devidamente analisadas. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:00:46 | Atenção ao chat. A manifestação emitida será transcrita a seguir: |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:01:27 | ITEM DE COMPRA 01 (EQUIPAMENTO AGITADOR TÉRMICO): O fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68 ofertou o terceiro melhor lance. Ocorre que na análise do produto ofertado na Proposta Final do fornecedor (Arquivo enviado Proposta 5053 Final.pdf), qual seja, AGITADOR TÉRMICO DIGITAL DE BANCADA MODELO MTC-100, foram encontradas divergências e/ou insuficiências em relação ao descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA: |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:01:36 | A proposta do fornecedor (Arquivo enviado Proposta 5053 Final.pdf) bem como os documentos (Arquivos enviados Item 1 - H5000-HC-E (240V).pdf e Item 1 - H5000-HC-E (240V) PT.pdf) NÃO demonstraram qualquer capacidade de programação do equipamento, tampouco a exigida pela descrição do TERMO DE REFERÊNCIA (Programação: 09 programas de até 06 steps cada). |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:01:46 | A proposta do fornecedor (Arquivo enviado Proposta 5053 Final.pdf) bem como os documentos (Arquivos enviados Item 1 - H5000-HC-E (240V).pdf e Item 1 - H5000-HC-E (240V) PT.pdf) também NÃO fazem qualquer menção à calibração externa exigida pelo descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (certificado de calibração para temperatura com data inferior a três meses na ocasião da entrega). |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:01:58 | Por fim, os documentos (Arquivos enviados Item 1 - H5000-HC-E (240V).pdf e Item 1 - H5000-HC-E (240V) PT.pdf) informam a acurácia da temperatura do equipamento, qual seja, 1,0 C ("Precisão de temperatura: ±1,0 C " e " Temp. Accuracy: +/- 1,0 C "), que NÃO se adequa à precisão exigida no descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (Precisão: ± 0,1 C.) |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:02:24 | Portanto, a proposta do fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA para o ITEM DA COMPRA 01, foi rejeitada por incompatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:02:43 | GRUPO 02 (ITENS DE COMPRA 05 E 06): O ITEM DA COMPRA 05 se refere ao equipamento PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA FORENSE; o ITEM DA COMPRA 06 se refere a REAGENTES (KITS) PARA UTILIZAÇÃO NA PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA FORENSE. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:03:00 | O fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 11.909.227/0001-70 ofertou o terceiro melhor lance. Na análise dos documentos encaminhados pelo fornecedor, este setor demandante tem a esclarecer: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 12/12/2025 às 15:03:16 | Em relação ao EQUIPAMENTO PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA (Maxwell® FSC Instrument), o documento ofertado pelo fornecedor (Arquivo enviado PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA REV01.pdf), afirma a aplicação do equipamento para o uso forense ("Equipamento de extração de DNA a partir de amostras forenses"), conforme descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (Plataforma automatizada de extração e isolamento de DNA genômico total de amostras forenses). |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:04:06 | As demais exigências técnicas do descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA (extração por partículas magnéticas, utilização de cartuchos pré-preenchidos, capacidade de processamento de no mínimo 12 amostras) também foram atendidas, conforme informações contidas na proposta comercial... |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:04:18 | ... ("Extração baseada na química de partículas magnéticas, através de cartuchos pré-preenchidos com reagentes necessários"; "Capacidade de processar de 1 a 16 amostras simultaneamente"), além do prazo de garantia, condizente com o exigido. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:04:33 | Em relação ao INSUMO PARA PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE DNA (Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit), o documento ofertado pelo fornecedor (Arquivo enviado PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA REV01.pdf) também afirma a sua aplicabilidade específica para fins forenses, e ainda possui certificação (ISO) para tal uso (Kit para extração e isolamento de DNA genômico por partículas magnéticas para amostras questionadas em análises forenses de DNA). |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:04:45 | Contém 48 cartuchos plásticos que permite a extração e eluição de DNA em volume final de até 50l, sendo usado em equipamento de extração automatizada. Compatível com o equipamento Maxwell® 16 FSC Instrument. Kit suficiente para 48 extrações. Grau Forense – ISO18385.). |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:05:17 | Em conclusão, a proposta do fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA para o GRUPO 02 (ITENS 5 e 6) DA COMPRA possui valores exequíveis e foi aceita pela compatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:07:07 | Em resumo, Srs. Licitantes, a proposta da empresa SINTESE para o item 1 foi recusada por incompatibilidade técnica, de acordo com edital e anexos, e a proposta do fornecedor PROMEGA para o grupo 2 foi aceita por atender os requisitos editalícios. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:09:06 | Atenção ao chat. Procederei com a informação de recusa da proposta junto à empresa SINTESE e convocarei a próxima colocada. Após abertura de envio de anexos da 4ª empresa do item 1, realizarei o aceite das propostas da PROMEGA para o G1 e G2. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:11:39 | Proposta da empresa SINTESE desclassificada. Atenção à convocação para o item 1. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:15:16 | Srs. Licitantes, enquanto aguardamos alguma manifestação da empresa JNT no chat, procederei com o aceite das propostas da empresa PROMEGA. Atenção ao sistema e aos prazos de intenção de recursos. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:24:45 | Convocarei anexo no item 1 para envio de proposta pela empresa JNT. Após encerramento do prazo de intenção de recursos, passaremos à fase de habilitação. Atenção ao chat. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:31:14 | Prazo para envio de proposta do item 1: 18h. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:31:56 | Srs. licitantes, prosseguiremos com a fase de habilitação. A empresa PROMEGA será convocada para envio de documentação. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:48:27 | Srs. Licitantes, estão abertos os prazos de convocação para envio de proposta (empresa JNT) e documentos de habilitação (PROMEGA). Assim, suspenderemos a sessão até segunda-feira, 15/12/2025, com retomada às 15h. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:49:16 | O pregoeiro permanecerá logado apenas para coleta de documentos e análise de pedidos de prorrogação de prazo, se houver. |
| Sistema | 12/12/2025 às 15:49:33 | Bom fim de semana a todos. Até segunda. |
| Sistema | 12/12/2025 às 18:01:48 | Informo que foi concedida prorrogação de prazo solicitada pelo licitante PROMEGA para envio de documentos de habilitação. Retomada do certame: 15/12/2025 (segunda), às 15h. Até mais! |
| Sistema | 15/12/2025 às 10:20:27 | Documentos de habilitação recebidos e encaminhados para análise técnica. Retomada da sessão: hoje, às 15h. Bom dia a todos! |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:00:11 | Boa tarde, Srs. Licitantes. Daremos prosseguimento ao certame, conforme horário combinado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/12/2025 às 15:01:23 | Informo que os documentos de habilitação da empresa PROMEGA (G1 e G2) foram devidamente analisados. Porém, antes anexar ao chat a manifestação da área técnica (qualificação técnica) e do pregoeiro (qualificações jurídica, fiscal, trabalhista, social e econômico-financeira), vou proceder com nova convocação de anexo para a empresa JNT (item 1), a qual solicitou prorrogação de prazo na sexta-feira (12/12). |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:01:34 | Após abertura do novo prazo, daremos continuidade à habilitação dos grupos. Atenção ao chat. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:03:47 | Srs. Licitantes, prosseguiremos com a habilitação dos grupos 1 e 2. Atenção à transcrição da área demandante quanto à qualificação técnica da empresa PROMEGA: |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:04:22 | "Serve o presente para ofertar as impressões deste setor demandante sobre os atestados de capacidade técnica da empresa PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 11.909.227/0001-70 constantes na compilação de documentos acostados sob n SEI 143947669. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:04:31 | O fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA teve suas propostas aceitas para o GRUPO 01 DA COMPRA (itens 02,03,04) e para o GRUPO 02 DA COMPRA (Itens 05, 06). Seguem as análises dos Atestados de Capacidade Técnica: |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:04:45 | GRUPO 1 (ITEM 2-Equipamento Quantus™ Fluorometer; ITEM 3-Insumo QuantiFluor® ONE dsDNA System; ITEM 4- Insumo QuantiFluor® RNA System): A empresa LABTRADE DO BRASIL forneceu o Atestado de Capacidade Técnica (Arquivo enviado: Atestado Quantus NGS E5150 - LABTRADE 2022.pdf) que versa sobre o QUANTUS NGS STARTER PACKAGE. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:04:58 | Tal produto trata de um "starter package" (pacote inicial) que contempla o equipamento Quantus™ Fluorometer acrescido de certa quantidade de reações para quantificação de ácidos nucleicos. Cabe salientar que este atestado, e nenhum outro Atestado encaminhado, versa especificamente sobre os insumos QuantiFluor® ONE dsDNA System e QuantiFluor® RNA System. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:05:18 | Entretanto, como o atestado se refere ao pacote inicial (equipamento + insumos) este setor demandante entende que tal Atestado de Capacidade técnica, indiretamente aborda os insumos dos ITENS 03 e 04 DA COMPRA, considerado que são insumos dedicados (insumos que funcionam somente com o equipamento da mesma marca/fabricante) e portanto não se aplicam ao uso em equipamentos diversos. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:06:05 | Em relação ao conteúdo do documento "Atestamos ainda que o fornecimento atendeu satisfatoriamente as condições contratadas e que em nossos arquivos não existem registros de fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial e as responsabilidades com as demais obrigações assumidas sempre cumprindo os prazos estipulados" este setor demandante avaliou positivamente e acatou o presente Atestado de Capacidade Técnica. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:06:14 | GRUPO 02 (ITEM 5- Equipamento Maxwell® FSC Instrument; ITEM 6 - Insumo Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit). O fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA encaminhou diversos Atestados de Capacidade Técnica para os itens 05 e 06 da compra: |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:06:27 | A POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS forneceu o Atestado de Capacidade Técnica (Arquivo enviado: Atestado Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit - PC AL (2023).pdf) que versa sobre o insumo Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:06:35 | Tal documento traz o conteúdo "Atestamos ainda que o fornecimento atendeu satisfatoriamente as condições contratadas e que em nossos arquivos não existem registros de fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial e as responsabilidades com as demais obrigações assumidas sempre cumprindo os prazos estipulados". |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:06:54 | A POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS forneceu o Atestado de Capacidade Técnica (Arquivo enviado: Atestado Maxwell FSC - SPTC MG.pdf) que versa diretamente sobre o insumo Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit e indiretamente sobre o equipamento Maxwell® FSC Instrument conforme dizeres... |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:07:04 | ... " Atestamos para os devidos fins que [...] os kits de extração Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit compatíveis com o equipamento Maxwell® FSC Instrument". |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:07:15 | Tal documento traz o conteúdo " Declaramos que o kit Maxwell FSC DNA IQ Casework está validado para uso forense e é utilizado na rotina de processamento de amostras forenses de DNA do laboratório" e "Atestamos, ainda, que a empresa sempre atendeu satisfatoriamente às exigências previstas de performance e fornecimento das quantidades exigidas" . |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/12/2025 às 15:07:28 | A empresa METAQUANTION forneceu o Atestado de Capacidade Técnica (Arquivo enviado: Atestado Maxwell FSC - METAQUANTION.pdf) que versa diretamente sobre o equipamento Maxwell® FSC Instrument e indiretamente sobre o insumo Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit conforme os dizeres... |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:07:38 | ... "Atestamos para os devidos fins [...] 02 equipamentos Maxwell® FSC Instrument e respectivos Maxwell® kits para extração automatizada de um número superior a 17.000 amostras". |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:07:45 | Tal documento traz o conteúdo "Atestamos ainda que o fornecimento atendeu satisfatoriamente as condições contratadas e que em nossos arquivos não existem registros de fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial e as responsabilidades com as demais obrigações assumidas sempre cumprindo os prazos estipulados". |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:08:03 | Este setor demandante avaliou positivamente e acatou os três Atestados de Capacidade Técnica. Cabe salientar que do três Atestados, dois são provindos de POLÍCIAS CIENTÍFICAS ESTADUAIS que utilizam o equipamento Maxwell® FSC Instrument e o insumo Maxwell FSC DNA IQ Casework Kit para fins forenses, o que corrobora para a aceitação por parte deste setor demandante. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:08:15 | Por fim, foram encaminhados outros dois Atestados de Capacidade Técnica (Arquivos enviados: Atestado de Capacidade Técnica - INTO 2016.pdf e Atestado de Capacidade Técnica - ICESP.2019.pdf). |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:08:24 | O primeiro possui conteúdo genérico e não trata especificamente de nenhum equipamento ou insumo pretendido nesta aquisição, conforme os dizeres "Atestamos para os devidos fins nos exatos termos...[.....]..está capacitada a nos fornecer materiais que fazem parte da sua linha de distribuição que constam em nossa grade de padronização, nada constando em nossos arquivos até a presente data, que desabone sua Capacidade Técnica ou Comercial". |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:08:30 | O segundo trata especificamente de diversos produtos, entretanto, nenhum deles faz parte do objeto da presente contratação, portanto, ambos, não foram analisados. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:08:53 | Em conclusão, os Atestados de Capacidade Técnica citados para o GRUPO 1 DA COMPRA (no subitens 1.1 deste documento) e para o GRUPO 2 DA COMPRA (nos subitens 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 deste documento) foram acatados por este setor demandante. Já os Atestados de Capacidade Técnica citados no item 2 deste documento, não foram analisados por serem atestados generalistas ou de produtos alheios a esta aquisição. " Fim da transcrição. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:09:44 | Em complemento de análise, na habilitação jurídica a empresa PROMEGA apresentou contrato social válido (11ª alteração) e documento pessoal do representante legal (procurador). Quanto à qualificação fiscal, trabalhista e social: encaminhou prova válida de inscrição no CNPJ; regularidade perante à PGFN, ao FGTS e à Justiça do Trabalho (CND) e regularidade perante à Fazenda Estadual (trata-se de aquisição). |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:10:04 | Na habilitação econômico-financeira apresentou certidão negativa de falência e balanços patrimoniais de 2023 e 2024, com índices aceitáveis declarados por profissional habilitado da área contábil (páginas 7 e 9 dos balanços). |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:10:32 | Além das qualificações dispostas, as declarações citadas no item 5.2 do edital foram preenchidas no Compras tanto pelo fornecedor que teve a proposta aceita, quanto pelos demais licitantes. Em cumprimento aos itens 8.1 e 8.2 do edital, foram realizadas consultas ao SICAF e ao CNEP para aferição de regularidade quanto ao CNPJ da empresa e ao CPF do sócio majoritário. Ambos constam em situação regular. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:10:53 | As certidões MTE referentes às cotas PCD e de aprendiz foram consultadas através do link (https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/) e o fornecedor mantém o quantitativo legal exigido. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:11:03 | Portanto, a empresa PROMEGA foi considerada habilitada. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:11:30 | Procederei com a habilitação no sistema e solicito que os(as) senhores(as) continuem logados após o prazo de intenção de recursos pois convocarei todos os licitantes participantes para manifestação quanto ao interesse em compor o cadastro reserva da ata de registro de preços nos grupos 1 e 2. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:11:38 | Atenção ao sistema. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:13:45 | Em 10 minutos haverá convocação para manifestação para compor cadastro reserva da ata de registro de preços. Continuem logados. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:14:11 | A proposta do item 1 da empresa JNT foi recebida e será encaminhada para análise técnica. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/12/2025 às 15:23:58 | Srs. Licitantes, todos os demais participantes serão convocados via chat para manifestação sobre a possibilidade em compor o cadastro reserva da ata de registro de preços. É necessário responder se há interesse em participar da ata e se os valores serão aqueles ofertados pela empresa vencedora ou pelo seu valor de lance. O prazo para manifestação será até amanhã (16/12/2025), às 15h. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:24:10 | Atenção às convocações. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:30:03 | Todas as empresas participantes dos grupos 1 e 2 (exceto as desclassificadas) foram convocadas para demonstrar interesse em compor cadastro reserva da ARP. As respostas serão compiladas até amanhã, 15h (prazo final). |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:30:41 | O item 1 não terá cadastro reserva, já que estamos na última colocada (não há demais licitantes). |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:31:29 | O encerramento dos itens será realizado amanhã, após o prazo fixado para manifestação do cadastro reserva. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:32:27 | Informo que a área técnica solicitou prazo para análise da proposta do item 1. Portanto, a sessão será suspensa. Retomada amanhã, 16/12/2025, às 15h. |
| Sistema | 15/12/2025 às 15:33:25 | O pregoeiro permanecerá logado apenas para coleta de respostas quanto ao cadastro reserva da ARP. Boa tarde a todos. Até amanhã. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:00:05 | Boa tarde, Srs. Licitantes. Daremos prosseguimento ao certame, conforme horário combinado. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:00:55 | Procederemos com o julgamento de proposta para o item 1, da empresa JNT. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:01:40 | Segue a transcrição da análise técnica da área demandante: |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:02:32 | "Serve o presente para ofertar os esclarecimentos solicitados pelo despacho CPL/DILOG/DITEC/PF. De acordo com o despacho, o fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16 ofertou o quarto melhor lance para o ITEM DE COMPRA 01 (EQUIPAMENTO AGITADOR TÉRMICO), ofertando o equipamento AGITADOR ORBITAL MODELO KASVI K80-200. O fornecedor encaminhou diversos documentos complementares à proposta comercial. São eles: |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:02:49 | DOCUMENTO COMPLEMENTAR 1: Análise de Compatibilidade-Kasvi K80-200 vs. Edital 90008-2025.pdf; DOCUMENTO COMPLEMENTAR 2: Ficha Tecnica_Banho Seco_ Agitação e Resfriamento, 200-1500Rpm-K80-200 KASVI.pdf; DOCUMENTO COMPLEMENTAR 3: Catálogo Geral_Digital_Kasvi.pdf; DOCUMENTO COMPLEMENTAR 4: Kasvi_Modelo_K80_200.pdf |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:02:58 | Na análise da documentação encaminhada, foram encontradas divergências e/ou insuficiências em relação ao descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA: |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:03:39 | A proposta do fornecedor NÃO demonstra qualquer capacidade de programação do equipamento, tampouco a exigida pela descrição do TERMO DE REFERÊNCIA (Programação: 09 programas de até 06 steps cada). Já o DOCUMENTO COMPLEMENTAR 1 e o DOCUMENTO COMPLEMENTAR 2, informam que o equipamento é programável em até 06 (seis) steps de acordo com os dizeres " LCD digital, programável (timer/vel/temp, até 6 steps...)" |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:03:54 | e afirma que tal capacidade seria equivalente à capacidade de programação exigida pelo edital (".... equivalentes a 9/6"). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:04:16 | Ainda, o fornecedor afirma a existência de uma declaração da tal equivalência, conforme os dizeres ("Controle digital preciso; anexa declaração "equivalente funcional"). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:04:41 | Ocorre que tal DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL efetivamente NÃO foi encaminhada a deste setor demandante, impossibilitando análise técnica mais detalhada. O equipamento ofertado KASVI K80-200, aparenta NÃO possuir a capacidade de construção de diversos programas, mas sim, de somente um programa com 06 passos (steps). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:04:48 | Cabe salientar que o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA e do EDITAL exige capacidade de programação de nove programas, sendo que, cada um destes programas, compostos por até seis passos. O DOCUMENTO COMPLEMENTAR 4 é um recorte do DOCUMENTO COMPLEMENTAR 3 e ambos nada dizem sobre a capacidade de programação do equipamento. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/12/2025 às 15:05:11 | A proposta do fornecedor (Arquivo enviado 1.Proposta-PE-90008.2025-SRP.pdf) ; DOCUMENTO COMPLEMENTAR 1 e DOCUMENTO COMPLEMENTAR 2 fazem menção à calibração externa exigida pelo descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (certificado de calibração para temperatura com data inferior a três meses na ocasião da entrega) conforme os dizeres (" - Certificado de Calibração de Temperatura RBC/INMETRO com data inferior a 3 meses na entrega de cada unidade"). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:05:22 | Entretanto, especificamente os DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 1 e 2 aparentemente indicam a cobrança à parte da calibração, conforme os dizeres [" Solicita Kasvi (R\$400/unid.)"], quando tal calibração deveria estar inclusa no valor ofertado. Portanto, no quesito calibração, a proposta ofertada atende parcialmente ao descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:05:35 | Em relação a acurácia da temperatura do equipamento, os DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 2; 3 e 4 trazem a precisão de $\pm 0,3$ C conforme dizeres ("Precisão de temperatura: $\pm 0,3$ C "), que NÃO se adequa à precisão exigida no descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA (Precisão: $\pm 0,1$ C). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:06:26 | Entretanto, a proposta do fornecedor (Arquivo enviado 1.Proposta-PE-90008.2025-SRP.pdf) traz a informação que o equipamento pode atingir o valor especificado no TERMO DE REFERÊNCIA em três pontos de temperatura (" Atinge $\pm 0,1$ C após calibração RBC/INMETRO em pontos típicos de trabalho 25 C, 37 C E 95 C".) |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:06:40 | Ainda, o DOCUMENTO COMPLEMENTAR 1 afirma a existência de um laudo da REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) probatório que o equipamento pode atingir a precisão de $\pm 0,1$ C mediante a calibração ofertada (" Superior em uniformidade; laudo RBC prova "atende em reais" ($\pm 0,1$ C possível com calibração). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:06:48 | Ocorre que, a precisão de $\pm 0,1$ C exigida pelo TERMO DE REFERÊNCIA deveria ser a precisão nominal do equipamento sem a necessidade de calibração para tal. Ainda a precisão de $\pm 0,1$ C exigida pelo TERMO DE REFERÊNCIA deverá ser em qualquer temperatura de trabalho, e não, em somente alguns pontos típicos. Ademais, tal laudo da REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC) não foi ofertado para análise. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:06:55 | Em relação aos outros parâmetros exigidos (até 1500 RPM com incremento de 10 RPM; Temperatura de até 100 C com incrementos de 0,1 C; Rampa de aquecimento 6, 5/min ; Temporizador 01min a 99h59min; Estabilidade: $\pm 0,5$ C; Uniformidade: $\pm 0,5$ C; Três blocos (1,5 a 2mL -15mL-50mL) o DOCUMENTO COMPLEMENTAR 1 afirma a compatibilidade do equipamento AGITADOR ORBITAL MODELO KASVI K80-200com os requisitos do edital. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:07:16 | Em relação a análise crítica de preços, este setor demandante esclarece: Para o ITEM DA COMPRA 01 o valor total ofertado pela empresa JNT ENGENHARIA LTDA (valor total para quatro unidades R\$ 110.000,00 e valor unitário R\$ 27.500,00) foi próximo ao valor de referência (Valor total para quatro unidades R\$ 112.635,78 e valor unitário R\$ 28.158,94), portanto o valor do fornecedor é exequível considerando os valores construídos no TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:07:31 | Entretanto, a luz do princípio da economicidade da Administração, em diligências deste setor demandante, através de buscas simples na internet sobre outros fornecedores do mesmo equipamento (Agitador marca KASVI, modelo K80-200) foram encontrados valores muito abaixo do ofertado pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:07:44 | a exemplo da empresa FORLAB EXPRESS (https://www.forlabexpress.com.br/banho-seco-com-agitacao-thermo-shaker-220v-kasvi/?srsltid=AfmBOormuN8LcS8I1PWTGeloSQtgOh4NYOIUPWW6fcBz64rJVDkaTAYh) que traz em seu site, o valor de R\$ 7.543,01 (sete mil quinhentos e quarenta e três reais e um centavo). |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:07:53 | A empresa DSYLAB (https://www.dsylab.com.br/equipamentos/banho-seco/banho-seco-digital-com-agitacao-termo-shaker-ate-100oc-bloco-simples-nao-incluso-220v-kasvi) |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:08:18 | https://www.lojanetlab.com.br/produto/banho-seco-digital-com-agitacao-termo-shaker-com-aquecimento-ate-100%C2%B0C-kasvi-163321?srsltid=AfmBOorhzU3IKtPgWCHgiCi89tdi8NQNNaoiufsx3KHGqzvyYkx8ax) traz o |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 16/12/2025 às 15:08:30 | A proposta do fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA contempla o envio de alguns acessórios (Três blocos para tubos: 1,5 a 2mL código K80-3515/ tubos 15mL código k80-1215/ tubos 50mL código k80-0650). Entretanto, em pesquisas na internet, os valores dos blocos são em média próximos a R\$ 1000,00 (mil reais), o que não justifica, mesmo com a inclusão dos três blocos, o valor unitário de R\$ 27.500,00 ofertado pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:08:39 | Em conclusão, a proposta do fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, apesar de possuir valores ofertados exequíveis relativos ao valor estimado no TERMO DE REFERÊNCIA, foi rejeitada por oferta de valores superestimados em relação aos valores praticados no mercado para o mesmo item. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:08:49 | Ainda, foi rejeitada por incompatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA, especificamente em função da análise contida nos itens 2.1; 2.2 e 2.3 deste documento." |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:09:12 | Em resumo, a proposta da empresa JNT para o item 4 foi rejeitada por incompatibilidade técnica. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:09:37 | O fornecedor será informado para ciência e prosseguiremos para desclassificação. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:11:35 | Atenção ao sistema, procederei com a desclassificação. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:12:38 | Item 1: fracassado. Prazo para intenção de recursos aberto. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:15:01 | Informo que foram coletados os dados da empresas interessadas em compor o cadastro reserva da ARP. O documento poderá ser acessado através do link (https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2025/diretoria-tecnico-cientifica-ditec/atas-de-registro-de-precos) |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:15:28 | Constará no site da PF após assinatura do contratado e contratante. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:16:10 | Encerraremos a sessão após o prazo de intenção de recursos para o item 1. Atenção ao sistema. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:23:21 | Prazo de intenção de recursos encerrado. Procederemos com o encerramento da sessão. Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima. |
| Sistema | 29/12/2025 às 14:00:28 | Srs. Licitantes, boa tarde! |
| Sistema | 29/12/2025 às 14:00:47 | Considerando o provimento do recurso apresentado para o item 1, retomaremos a fase de julgamento. |
| Sistema | 29/12/2025 às 14:01:42 | Atenção às convocações via chat. |
| Sistema | 29/12/2025 às 14:02:15 | A primeira colocada será convocada para apresentação de nova proposta que contenha o instrumento defendido em recurso. |
| Sistema | 29/12/2025 às 14:14:36 | Srs. Licitantes, diligência aberta para envio de nova proposta e documentos de comprovação de preços (empresa LOCCUS). Prazo até 16H20. |
| Sistema | 29/12/2025 às 14:19:08 | Srs. Licitantes, considerando o prazo de convocação de anexo, suspenderei a sessão até 17h de hoje. O pregoeiro permanecerá logado para coleta de documentos anexados e/ou análise de pedido de prorrogação. Até mais tarde! |
| Sistema | 29/12/2025 às 16:37:39 | Informo que a proposta readequada foi recebida. A empresa apresentou o mesmo modelo da proposta inicial, portanto, as notas fiscais apresentadas pela LOCCUS no anexo "ITEM 1 - DBHS.zip", de 08/12/2025, às 13:53:53, serão utilizadas como comprovantes de exequibilidade de preços. A proposta será novamente analisada pelo setor técnico. |
| Sistema | 29/12/2025 às 17:00:38 | Srs. Licitantes, boa tarde! A área técnica solicitou tempo adicional para análise dos documentos. |
| Sistema | 29/12/2025 às 17:01:30 | A sessão será novamente suspensa. Retomada amanhã, 30/12/2025, às 9h (horário de Brasília). Bom descanso a todos. Até amanhã! |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:00:21 | Bom dia, Srs. Licitantes. Daremos prosseguimento ao certame, conforme horário combinado. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:00:40 | Informo que a proposta e documentos de comprovação de preços da empresa LOCCUS (Item 1) foram devidamente analisados. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:00:57 | Atenção à transcrição da análise técnica da área demandante quanto à documentação apresentada: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/12/2025 às 09:01:57 | "1. Serve o presente para a análise de proposta e dos comprovantes de exequibilidade de preços solicitados no despacho CPL/DILOG/DITEC/PF (144115276). De acordo com o despacho, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ n. 05.094.718/0001-08, apresentou uma nova proposta (arquivo Proposta Item 1 - Readequada.pdf, 144111043) para ITEM DE COMPRA 01 (EQUIPAMENTO AGITADOR TÉRMICO), ... |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:02:10 | ... ofertando o equipamento "Banho tipo bloco seco com agitação, Modelo: DBH-S + Bloco G e Bloco H; Marca/Fabricante: Loccus". O fornecedor encaminhou, ainda, diversos documentos complementares à proposta comercial (notas fiscais de venda do referido equipamento), à guisa de comprovação de exequibilidade de preços. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:02:35 | 2. Um fato relevante foi a alteração do modelo de equipamento ofertado na presente proposta (Modelo: DBH-S, 144111043), em relação àquele defendido em suas alegações recursais (Modelo: DB-HCS, 144036766), o que impacta sobremaneira em sua aceitabilidade. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:04:22 | 3. O 'Modelo: DBH-S' (144111043) é provido de 'Limites de Temperatura: ambiente a 100 C'. Já o 'Modelo: DB-HCS' (144036766) é provido de uma faixa mais ampla, de 'temperatura de 0 C a 100 C (resfria e aquece)', conforme descrição constante no endereço eletrônico do fabricante (https://www.loccus.com.br/banho-seco-db-hcs/), o que nesse caso viria ao encontro da especificação do Termo de Referência: 'limites de temperatura (0 a 100 C)' (143607194). |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:04:36 | 4. Da análise da proposta encaminhada, portanto, foram encontradas neste ponto divergências e/ou insuficiências (em um aspecto bastante crítico) em relação ao descritivo constante no TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:05:11 | 5. Este Despacho não se adentrará no mérito dos demais critérios técnicos do equipamento ofertado, perante a farta dialética já apresentada na análise do recurso apresentado pela empresa Loccus do Brasil LTDA, na qual fora dado 'PROVIMENTO ao Recurso somente ao ITEM 01 DA COMPRA (AGITADOR TÉRMICO PARA LABORATÓRIO - Condicionado a entrega do modelo DB-HCS pelo mesmo valor ofertado na proposta)' (144083018). |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:05:25 | 6. Em relação à exequibilidade de preços, a análise restou prejudicada dado que o licitante não atendeu, em sua presente proposta, os padrões exigidos no Termo de Referência. Em relação a análise crítica de preços e considerando critérios puramente numéricos, entretanto, este setor demandante esclarece: |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:06:08 | 7. Para o ITEM DA COMPRA 01 o valor total ofertado pela empresa LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ n. 05.094.718/0001-08 (valor total para quatro unidades R\$ 54.400,00 e valor unitário R\$ 13.600,00) foi inferior a 50% ao valor de referência (Valor total para quatro unidades R\$ 112.635,78 e valor unitário R\$ 28.158,94). [...] |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:06:29 | [...] O valor do fornecedor, portanto, é inexequível considerando os valores construídos no TERMO DE REFERÊNCIA e o dispositivo 8.7 do edital '8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.' |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:07:02 | 8. Destaca-se ainda que foram apresentadas notas fiscais de venda do equipamento DBH-S, à guisa de comprovação da exequibilidade de preços. Foram observados valores substancialmente inferiores no preço de venda destes equipamentos em relação àquele presente na presente proposta, como constante na NF. 000019011 de 01/08/2025 no valor de R\$ 8.490,57 e NF. 000014666, de 05/02/2024 no valor de R\$ 6.792,96. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:07:19 | 9. Em conclusão, a presente proposta do fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ n. 05.094.718/0001-08, foi rejeitada por incompatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA, especificamente em função da análise contida nos parágrafos 2 a 5 deste documento." |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:07:50 | Considerando a análise técnica do requisitante, a proposta da empresa LOCCUS para o Item 1 continua com o status inicial de "rejeitada". |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:08:52 | O licitante será comunicado no chat individual e, em seguida, procederemos com o encerramento do item 1, que restou fracassado. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:08:59 | Atenção ao chat. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:13:37 | Diligência encerrada no sistema, Srs. Licitantes. O item 1 será encerrado. |
| Sistema | 30/12/2025 às 09:13:55 | Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 08/12/2025 às 10:00:12 | Abertura da sessão pública |
| 08/12/2025 às 10:59:32 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Agitador mecânico

Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 1500RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 99 C, Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua, Componentes: P/ Tubos E Microplacas

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Quantidade: | 4 | Valor estimado: | R\$ 28.158,9467 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 112.635,7868 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 1,0000 | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Aplicabilidade margem de preferência: | Sim (CICS) - Percentual: 10.00% (Normal) | | |

Fracassado por CPF ***.025.***-2 - JULIANA PRIMO FEITOZA

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024
(MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal
(MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|--------------------------|
| 00.868.405/0001-46 - BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 24.990,0000 (unitário) R\$ 99.960,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Miulab/Miulab Modelo/versão: MTC-100+Acess Valor proposta: R\$ 28.158,0000 (unitário) R\$ 112.632,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 24.980,0000 (unitário) R\$ 99.920,0000 (total) | Quantidade ofertada: 4 |
| Margem de preferência | | |
| Enquadramento: Não se aplica | Origem: Estrangeira (China) | |
| 34.265.318/0001-16 - JNT ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF | R\$ 28.156,9900 (unitário) R\$ 112.627,9600 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: KASVI Modelo/versão: K80-200 Valor proposta: R\$ 28.156,9900 (unitário) R\$ 112.627,9600 (total) | Valor negociado: R\$ 27.500,0000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total) | Quantidade ofertada: 4 |
| Margem de preferência | | |
| Enquadramento: Não se aplica | Origem: Nacional | |
| 05.094.718/0001-08 - LOCCUS DO BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 13.600,0000 (unitário) R\$ 54.400,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: LOCCUS/LOCCUS Modelo/versão: DBH-S + Bloco G e Bloco H Valor proposta: R\$ 28.158,9400 (unitário) R\$ 112.635,7600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 4 |
| Margem de preferência | | |
| Enquadramento: MPN | Origem: Nacional | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|-----------------------------|
| 13.545.241/0001-68 - SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 28.010,0000 (unitário) R\$ 112.040,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BENCHMARK / BENCHMARK Modelo/versão: H5000-H-E + H5000-15 + H5000-150 + H5000-500 Valor proposta: R\$ 29.638,3600 (unitário) R\$ 118.553,4400 (total) | Valor negociado: R\$ 27.500,0000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total) | Quantidade ofertada: 4 |
| Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica | Origem: Estrangeira (Estados Unidos) | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 08/12/2025 às 10:36:43 | 00.868.405/0001-46 | R\$ 28.120,0000 |
| 08/12/2025 às 10:41:46 | 05.094.718/0001-08 | R\$ 28.000,0000 |
| 08/12/2025 às 10:45:41 | 00.868.405/0001-46 | R\$ 27.950,0000 |
| 08/12/2025 às 10:46:27 | 13.545.241/0001-68 | R\$ 28.010,0000 |
| 08/12/2025 às 10:46:57 | 05.094.718/0001-08 | R\$ 27.500,0000 |
| 08/12/2025 às 10:49:10 | 00.868.405/0001-46 | R\$ 27.450,0000 |
| 08/12/2025 às 10:50:43 | 05.094.718/0001-08 | R\$ 27.449,0000 |
| 08/12/2025 às 10:51:00 | 00.868.405/0001-46 | R\$ 27.200,0000 |
| 08/12/2025 às 10:55:56 | 00.868.405/0001-46 | R\$ 24.990,0000 |
| 08/12/2025 às 10:57:06 | 05.094.718/0001-08 | R\$ 13.600,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema | 08/12/2025 às 10:31:09 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:36:09 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:54:26 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:59:26 do dia 08/12/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 27.200,0000 e R\$ 28.156,9900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:59:27 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 24.990,0000 e R\$ 13.600,0000. |
| Sistema | 08/12/2025 às 10:59:27 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:08:32 | Sr. Fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação conforme edital. |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:11:40 | Bom dia Sr. Pregoeiro, devemos apresentar diligência sobre este item 1? Se sim, a abertura para negociação está correta uma vez que foi solicitada a comprovação de exequibilidade. Ao tempo que informamos que estamos no nosso melhor valor. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:16:07 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08, mantendo R\$ 13.600,0000. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:20:47 | Sr. Fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Envio de proposta para o item 1.. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:21:39 | Solicito o envio, até 15h (horário de Brasília/DF), da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:22:24 | Convocação de anexos aberta para o item 1. Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas via chat. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 11:23:12 | Sr. Licitante, proceda com o aceite ou a recusa da negociação para o GRUPO 1, o qual a empresa também apresentou o menor preço. |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 08/12/2025 às 13:57:51 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:51 de 08/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:30:30 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:32:52 | Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:33:11 | Sr. Fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação conforme edital.. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:44:48 | No aguardo de sua resposta, Sr. Licitante. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:50:45 | Darei prosseguimento à convocação de anexos, Sr. Licitante. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:51:09 | Sr. Fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Envio de proposta.. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:51:25 | Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:51:39 | Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas via chat. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 15:51:50 | Prazo até 18h. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 09/12/2025 às 18:00:11 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:11 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46. |
| Pelo participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 09:22:54 | Bom dia, Sr. Pregoeiro. Lamento pelo atraso na resposta, mas o expediente havia se encerrado. Caso ainda deseje retomar, gostaria de saber o valor ssugerido pelo senho! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:05:46 | Bom dia, Sr. Licitante. Está logado? |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:06:19 | Houve convocação para apresentação de proposta, mas não houve retorno. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:06:32 | Recebemos sua mensagem via chat nesta manhã. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:09:17 | Se estiver logado, responda esta mensagem, Sr. Licitante. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:11:34 | Caso haja resposta em até 10 minutos, retomaremos a negociação do item. |
| Pelo participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:12:24 | Estamos logados |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:13:32 | Proceda com o aceite ou recusa da negociação via sistema. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:13:55 | Irei convocar anexo para envio da proposta. Prazo de 2 horas. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:14:32 | Sr. Fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de proposta. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:15:04 | Prazo para envio: 13h de hoje. |
| Pelo participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:21:09 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46, tendo informado R\$ 24.980,0000. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 10:22:43 | Encaminhe a proposta reajustada até o horário estabelecido (13h). Envie pelo sistema. A convocação de anexo encontra-se aberta. |
| Pelo participante 00.868.405/0001-46 | 10/12/2025 às 11:45:38 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:38 de 10/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46. |
| Sistema para o participante 00.868.405/0001-46 | 11/12/2025 às 15:22:48 | Boa tarde, Sr. Licitante. Informo que, de acordo com a análise crítica transcrita no chat geral, sua proposta será desclassificada por incompatibilidade técnica com o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 15:35:41 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 11/12/2025 às 15:35:47 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Pelo participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 15:38:24 | Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a)! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 15:42:01 | Sr. Licitante, a disputa final será aberta às 16h. Atenção ao sistema. A empresa será convocada para novos lances. |
| Pelo participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 15:49:00 | Ciente, obrigada. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:00:20 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 11/12/2025 às 16:00:20 | Sr. Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.265.318/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:05:20 do dia 11/12/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:05:21 | O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:05:20 de 11/12/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 34.265.318/0001-16. |
| Sistema | 11/12/2025 às 16:05:21 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:10:26 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:10:45 | Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta. |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:11:27 | Sr. Fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação conforme edital. |
| Pelo participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:12:30 | Um momento. |
| Pelo participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:18:06 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68, tendo informado R\$ 27.500,0000. |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:18:44 | Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços ajustada, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:19:13 | Sr. Fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Proposta de preços ajustada à negociação. |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:19:36 | Prazo até 18h30, Sr. Licitante. |
| Pelo participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:21:35 | Ok, estamos providenciando. |
| Pelo participante 13.545.241/0001-68 | 11/12/2025 às 16:44:25 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:25 de 11/12/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68. |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 12/12/2025 às 15:09:38 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Sistema para o participante 13.545.241/0001-68 | 12/12/2025 às 15:10:40 | Informo que a análise técnica referente à sua proposta foi transcrita no chat geral. O objeto ofertado foi recusado por incompatibilidade técnica. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:11:55 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:12:45 | Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:13:17 | Sr. Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação conforme edital. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:14:04 | Favor, proceda com o aceite ou a recusa da negociação via sistema. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:25:40 | Sr. Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Proposta. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:25:58 | Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 15:26:12 | Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas via chat. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 18:00:07 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:07 de 12/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16. |
| Pelo participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 18:04:07 | Boa tarde, Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), se for possível, tivemos problemas com nossa internet e preciso de uma hora de prorrogação, pois não conseguimos montar a Proposta em tempo hábil. |
| Pelo participante 34.265.318/0001-16 | 12/12/2025 às 18:34:11 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16, tendo informado R\$ 27.500,0000. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 14/12/2025 às 20:38:33 | Sr. Licitante, esteja logado no horário marcado para retomada da sessão (nesta segunda, 15/12/2025, às 15h) que reabriremos o prazo para envio de anexo. |
| Pelo participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 10:30:44 | Bom dia! Ciente, Obrigado(a), Sr(a) Pregoeiro(a). Estaremos logados. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 15:01:51 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 15:02:03 | Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada à negociação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. |
| Pelo participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 15:02:19 | Boa Tarde! Sim Sr(a) Pregoeiro(a). |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 15:02:29 | Sr. Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Proposta conforme negociação. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 15:02:56 | Convocação de anexo aberta. Prazo até 17h05. |
| Pelo participante 34.265.318/0001-16 | 15/12/2025 às 15:09:04 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:04 de 15/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16. |
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 16/12/2025 às 15:10:24 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 34.265.318/0001-16 | 16/12/2025 às 15:11:00 | Conforme informado no chat geral, sua proposta foi rejeitada com incompatibilidade técnica. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:11:56 | O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:11:56 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/12/2025 15:21:56. |
| Sistema | 16/12/2025 às 15:23:43 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 19/12/2025. |
| Sistema | 20/12/2025 às 00:00:03 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 24/12/2025. |
| Sistema | 25/12/2025 às 00:00:05 | A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro. |
| Sistema | 26/12/2025 às 11:24:18 | O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 29/12/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s). |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:02:38 | Boa tarde, Sr. Licitante. Está logado? |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:03:09 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Sim, estamos logados. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:04:06 | Conforme informado na análise técnica do recurso, o modelo ofertado na proposta inicial é diferente daquele defendido na fase recursal. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:05:03 | Há interesse em enviar nova proposta com o equipamento DB-HCS? |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:06:37 | Caro pregoeiro, informamos que, todas as informações apresentadas na peça recursal como sendo referentes ao equipamentos "DBHC-S" são plenamente compatíveis também com o equipamento ofertado no processo em questão (DBHS), sendo a única diferença entre os modelos que, o equipamento erroneamente apontado na peça recursal possui sistema de refrigeração, sendo tal aspecto dispensável ao processo em questão. (+) |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:07:05 | Solicitamos que, para todos os pontos da peça de recurso em que é citado o equipamento "DBHCS" seja considerado o equipamento ofertado modelo "DBHS", considerando o que não haverá qualquer perda ou impacto nos aspectos relevantes debatidos na peça em questão, que se refere, primariamente, à capacidade de alocação de tubos. (+) |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:07:12 | Pedimos desculpas pela troca de modelos e, mais uma vez, afirmamos que tal erro não interfere em absolutamente nada nos aspectos relevantes levantados na peça de recurso. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:09:48 | Sr. Licitante, vou proceder com a convocação de anexo para que a proposta seja encaminhada com os pontos aqui elencados. Por favor, informe em seus documentos todas as especificações do objeto. Seguirá novamente para análise técnica. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:10:57 | Peço que encaminhe também a documentação comprobatória de preços praticáveis, já que o valor se enquadra em inexistência. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:16:26 | Diligência aberta, Sr. Licitante. Prazo até 16h20, prorrogável mediante solicitação dentro do prazo. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:16:38 | Alguma dúvida, Sr. Licitante? |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 14:17:09 | Nenhuma dúvida, agradecemos a atenção. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 17:07:08 | Prezado Pregoeiro, cabe informar que além das NFS apresentados anteriormente, foram anexadas NFs adicionais a fim de comprovar a exequibilidade da proposta. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 17:10:38 | As novas NFs foram localizadas, Sr. Licitante. Tanto a documentação apresentada inicialmente quanto aquelas enviadas na data de hoje já constam nas mãos do requisitante técnico. A análise será disponibilizada amanhã, na retomada da sessão, às 9h. |
| Pelo participante 05.094.718/0001-08 | 29/12/2025 às 17:11:54 | Agradeço a atenção e presteza. Até amanhã. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 30/12/2025 às 09:09:20 | Sr. Licitante, bom dia! |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 30/12/2025 às 09:10:19 | Informo que, conforme transcrição da análise técnica no chat geral, a nova proposta também foi rejeitada por não atender às exigências técnicas do Termo de Referência. |
| Sistema para o participante 05.094.718/0001-08 | 30/12/2025 às 09:11:09 | Procederemos com a finalização da diligência aberta e, posteriormente, com o encerramento do item 1. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 08/12/2025 às 11:20:47 | Fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Envio de proposta para o item 1.. |
| 08/12/2025 às 13:57:51 | Fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08 finalizou o envio de anexo. |
| 09/12/2025 às 15:51:09 | Fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Envio de proposta.. |
| 10/12/2025 às 10:14:32 | Fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de proposta. |
| 10/12/2025 às 11:45:38 | Fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 00.868.405/0001-46 finalizou o envio de anexo. |
| 11/12/2025 às 16:19:13 | Fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Proposta de preços ajustada á negociação. |
| 11/12/2025 às 16:44:25 | Fornecedor SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 13.545.241/0001-68 finalizou o envio de anexo. |
| 12/12/2025 às 15:25:40 | Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: Proposta. |
| 15/12/2025 às 15:02:29 | Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Proposta conforme negociação. |
| 15/12/2025 às 15:09:04 | Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16 finalizou o envio de anexo. |
| 16/12/2025 às 17:10:46 | Fornecedor JNT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.265.318/0001-16 registra a desistência de cadastrar recurso. |
| 19/12/2025 às 13:15:38 | Fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.094.718/0001-08 registra recurso. |
| 26/12/2025 às 11:24:18 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados. |
| 30/12/2025 às 14:10:28 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 16/12/2025 15:21:56 |
| Recurso: | 19/12/2025 23:59:59 |
| Contrarrazão: | 24/12/2025 23:59:59 |

Recursos realizados:

34.265.318/0001-16 - JNT ENGENHARIA LTDA

| | |
|------------------------------------|---|
| Intenção de recurso no julgamento: | 16/12/2025 15:16:37 |
| Recurso: | (Desistiu Cadastro) 16/12/2025 17:10:46 |
| Contrarrazões: | Não foi realizado cadastro |

05.094.718/0001-08 - LOCCUS DO BRASIL LTDA

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 16/12/2025 15:15:42 |
| Recurso: | (Cadastrado) 19/12/2025 13:15:38 |
| Contrarrazões: | Não foi realizado cadastro |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Decisão do agente de contratação: | (Procede) | 26/12/2025 11:24:18 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|