

## APÊNDICE II

### Laudo Técnico de Compatibilidade

1.1. Esta etapa compreende a elaboração e entrega de um Laudo Técnico Consolidado, contendo a análise completa das condições da casamata e sua compatibilidade com o equipamento Acelerador Linear PERSUS-II.

1.2 O laudo tem como premissas o levantamento das condições existentes, a avaliação da viabilidade técnica e da segurança radiológica, a identificação das adequações necessárias e a definição dos parâmetros técnicos e construtivos requeridos para uma instalação segura e em conformidade com as normas vigentes.

Inclui recomendações relativas às adequações civis, elétricas, hidráulicas, de climatização e de blindagem, considerando as exigências da CNEN, ANVISA e demais regulamentações aplicáveis.

1.3 O documento tem como objetivo reunir, em um único relatório, a análise técnica, o diagnóstico das condições do local e as recomendações construtivas, proporcionando uma visão abrangente da compatibilidade entre o equipamento e a infraestrutura existente.

1.4 Fundamentado nos princípios de conformidade e segurança, o laudo assegura que o ambiente atenda aos requisitos normativos e de proteção radiológica, prevenindo riscos à equipe, aos pacientes e ao público. Serve também como instrumento técnico de referência para aprovação, planejamento e execução das adequações necessárias, promovendo eficiência, padronização e controle de qualidade em todas as etapas do projeto.