

**MODELO:** 5450965-23-R

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** CONJUNTO PAINEL DE TOQUE LCD LS7 OPIO, MARCA GE, MODELO COMERCIAL LS7 OPIO LCD TOUCH PANEL ASSY (CONJUNTO PAINEL SENSIVEL AO TOQUE DE LCD OPIO LS7) TAMANHO 7 POLEGADAS FREQUENCIA 60 HERTZ RESOLUCAO 800 (RGB) X 480 WVGA 133PPI COM DRIVE LED CABO DE ALIMENTACAO E USB TIPO A-SI TFT-LCD ANTI-REFLEXO LVDS (1 CH 6/8-BIT) CONECTOR DE 20 PINOS LCM UTILIZADO EM APARELHOS DE ULTRASSOM GE LOGIQ S7 PARA USO MEDICO HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA MANTENDO A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA PART NUMBER 5450965-23-R

**MARCA:** GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022