

**MODELO:** KIT, 18 INCH TO 19 INCH MONITOR

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), MARCA GE, MODELO COMERCIAL ""KIT, 18 INCH TO 19 INCH MONITOR REPLACEMENT, COLOR, 9900"" (KIT, SUBSTITUIÇÃO DE MONITOR DE 18 A 19 POLEGADAS, COR, 9900), MONOCROMATICO, DE 18 POLEGADAS, UTILIZADO EM APARELHOS MEDICOS INSTALADO NO LADO ESQUERDO EM APARELHO DE RAIO-X (ARCO-C), MARCA GE, MODELO OEC 9900, EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO DE BENS DE CAPITAL, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA.

**MARCA:** GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022