

MODELO: 5806824-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: CONJUNTO DE SERVIÇO, DA MARCA GE, MODELO COMERCIAL SERVICE KIT GENERATOR ASSEMBLY MAXIPLUS 3000 B708 WITHOUT COLLIMATOR, PARA GERADOR MAXIPLUS 3000 B708, SEM COLIMADOR, COM TUBO DE RAIOS-X E TANQUE DE ALTA TENSÃO, NÃO POSSUI FUNÇÕES DE BAIXA FREQUÊNCIA, ALTA FREQUÊNCIA, ULTRASSOM OU ONDAS ULTRACURTAS, UTILIZADO EM APARELHO DE RAIOS X, DA MARCA GE, EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO DE BENS DE CAPITAL, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5806824-R

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022