

MODELO: FRU, XGD II POWER SUPPLY - ROHS

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: CONVERSOR ELETRICO ESTATICO DE CORRENTE ALTERNADA EM CORRENTE CONTINUA, RECONDICONADO, MARCA GE MODELO "FRU, XGD II POWER SUPPLY - ROHS (FRU, FONTE DE ALIMENTACAO XGD II - ROHS)", POSSUI CONJUNTOS DE SEMICONDUTORES COMO ELEMENTOS CONVERSORES, PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM EQUIPAMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA, MARCA GE MODELO SIGNA, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PART NUMBER 5351443-102-R

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC

IDENTIFICADOR DECEX: 5351443-102-R



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022