

MODELO: 5422053-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: MODULO DE CONTROLE DE AQUISICAO FISIOLÓGICA, RECONDICIONADO, MARCA GE, DENOMINADO COMERCIALMENTE DE “PAC 2B FOR GEM 450W AND 750W”, PARA TENSOES DE ENTRADA 12VDC, 15VDC, -12VDC E -15VDC, RESPONSÁVEL POR REALIZAR AQUISIÇÕES FISIOLÓGICAS DE PACIENTE, AQUISICAO DOS CANAIS II E III DE ECG, SINAIS DE PULSO PERIFÉRICO E CURVA DE RESPIRACAO, PARA UTILIZACAO EM EXAMES COM TRIGGER, PRÓPRIO PARA SER UTILIZADO EM APARELHOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA MARCA GE MODELOS MR OPTIMA 450W E MR DISCOVERY 750W, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA.

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC

