

**MODELO:** 5272407-2-H

**DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** CONVERSOR ELETRICO ESTATICO DE CORRENTE ALTERNADA EM CORRENTE CONTINUA (FONTE DE ALIMENTACAO RETIFICADORA), USADO, MARCA GE, NOME COMERCIAL " 500W ATX POWER SUPPLY UNIT - 3000M CERTIFIED FRU (UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTACAO ATX 500W - CERTIFICADA 3000M FRU)"TECNOLOGIA DE CONTROLE ANALOGICO, COM ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDAS DE 5, 12 E 24 VOLTS, CORRENTE NOMINAL DE SAIDA 2 AMPERES, POTENCIA DE 500 WATTS, FORNECE ALIMENTACAO PARA MODULOS RTAC E DL, UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, MARCA GE MODELOS MODELOS INNOVA E IGS, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTE EQUIPAMENTO MEDICO, PARA USO MEDICO-HOSPITALAR EM SAUDE HUMANA.

**MARCA:** GE HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

#### **TESTES E VALIDAÇÕES**

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

#### **GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA**

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

#### **VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES**

RDC ANVISA nº 665/2022